



Toszek, 24.08.2023 r.

dotyczy: *postępowania nr 12/TP/DEG/AS/2023 - Zakup wraz z uruchomieniem urządzeń pralniczych oraz krzesel z pulpitem, defibrylatora i kardiomonitora dla oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII i Oddziału Detoksykacji Alkoholowej XII*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie z dnia 16.08.2023 r.**

**Pytanie 1:**

Zamawiający określił w parametrach krzesła możliwość sztaplowania, natomiast krzesła wyposażone w pulpity nie mają takiej możliwości proszę o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu sztaplowania krzesel. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 6.

**Pytanie 2:**

W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami załącznika nr 3 cz. 4 defibrylator, pkt 31 tabeli:

31.	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy - 3 naprawy	TAK	
-----	---	-----	--

oraz §4 ust. 4 umowy;

4. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu.

proszę o sprecyzowanie, który zapis jest wymagany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wymiany podzespołu na nowy po 3 nieefektywnych naprawach tego samego elementu. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Projektowe postanowienia umowy - §4 ust. 4

**Pytanie 3:**

Zał. nr 3 cz. 5 kardiomonitor pkt 26

26.	Waga kardiomonitora poniżej 64 kg	TAK, podać	
-----	-----------------------------------	------------	--

Czy Zamawiający miał na myśli wagę kardiomonitora poniżej 6,5 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli wagę kardiomonitora poniżej 6,5 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5.

**Pytanie 4:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem:

pkt.10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w monitorowanie ekg w wymaganym zakresie oraz ze wzmocnieniem ekg w zakresie: 0,25-4 cm/mV na 5 poziomach (oraz funkcją autowzmocnienia) oraz wyposażony w przewód 3/5 żyłowy umożliwiający obserwację 2 odprowadzeń ekg jednocześnie i 3 krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z ww. wyposażeniem.

**Pytanie 5:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem:

pkt.11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością zapamiętania w pamięci defibrylatora 2 fal EKG i 3 fal dynamicznych oraz wszystkich monitorowanych wartości cyfrowych z ostatnich 24 godzin monitorowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści ale nie wymaga defibrylatora z możliwością zapamiętania w pamięci defibrylatora 2 fal EKG i 3 fal dynamicznych oraz wszystkich monitorowanych wartości cyfrowych z ostatnich 24 godzin monitorowania. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ- Specyfikacja Techniczna w zakresie części 4.

**Pytanie 6:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem:

pkt.13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w rejestrator termiczny: datę, godzinę, szybkość papieru, EKG, dostarczoną energię defibrylacji, dane personalna pacjenta, 3 krzywe dynamiczne (nie tylko EKG) z wydrukiem na papierze o szerokości 50 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z ww. wyposażeniem.

**Pytanie 7:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem:

pkt.22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w ekran monitora kolorowy, typu TFT, przekątna ekranu 7" do wyświetlania 3 krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z ww. wyposażeniem.

**Pytanie 8:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem:

pkt.28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością rozbudowy urządzenia o moduł oddechu, saturacji (technologia Nellcor OxiMax lub Masimo), , monitorowania NIBP i moduł stymulacji przezskórnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu możliwości rozbudowy o monitorowanie 12-odprowadzeniowego EKG i wymaga defibrylatora z możliwością rozbudowy urządzenia o moduł oddechu, saturacji (technologia Nellcor OxiMax lub Masimo), monitorowania NIBP i moduł stymulacji przezskórnej. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 4.

**Pytanie 9:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o analizę HRV oraz bez możliwości rozbudowy o wyświetlenie osobnego kanału dla elektrody endokawitarnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach

**Pytanie 10:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z monitorowaniem i wyświetlaniem 1 odprowadzenia EKG z kabla 3 żyłowego oraz 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach

**Pytanie 11:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem saturacji odpornym na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii innej niż Nellcor OxiMax lub Masimo, z możliwością korzystania z czujników Nellcor OxiMax?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach

**Pytanie 12:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji inteligentnego zarządzania fałszywymi alarmami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach

**Pytanie 13:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad.13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z podręcznym zestawieniem ostatnich pomiarów w menu trendów – co najmniej 1000 pomiarów z możliwością wydruku raportu z pomiarów na drukarce systemowej lub po zakupie drukarki termicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 14:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 17 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami graficznymi i tabelarycznymi z dłuższego okresu, tj. 120 godzin przy rozdzielczości 1 min. i 4 godzin przy rozdzielczości 5 sekund?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z trendami graficznymi i tabelarycznymi z dłuższego okresu, tj. 120 godzin przy rozdzielczości 1 min. i 4 godzin przy rozdzielczości 5 sekund. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ- Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5.

**Pytanie 15:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 18 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem wybranych krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym - pamięć do 48 godzin?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 16:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 19 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem 1800 zdarzeń alarmowych (przynajmniej 3 krzywe i wartości liczbowych monitorowanych w tym czasie parametrów)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 17:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 22 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z możliwością wydruku 3 kanałów jednocześnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 18:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą impedancyjną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 19:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 24 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażone w stojak jezdny na 5 kołowej podstawie wykonany z innego materiału niż stal nierdzewna?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 20:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 27 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy oraz pokrętkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy oraz pokrętkę. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ- Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5.

**Pytanie 21:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem:

Ad. 28 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający domniema że chodzi o Ad 29. Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie z dnia 18.08.2023 r.**

**Pytanie 22:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem

I. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze wzmocnieniem zapisu EKG w zakresie: 0,125 – 4 cm/mV na 6 poziomach oraz auto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o ww. parametrach.

**Pytanie 23:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem

II. 13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z wydrukiem na papierze o szerokości 50 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o ww. parametrach.

**Pytanie 24:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem

III. 14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością wydruku krzywej EKG w wymaganej długości, bez wykorzystania sygnału z pamięci urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o ww. parametrach.

**Pytanie 25:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem

IV. 16. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z auto-testem bez udziału użytkownika przy zasilaniu zewnętrznym 230 V ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o ww. parametrach.

**Pytanie 26:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem

V. 22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z wyświetlaniem 4 krzywych dynamicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o ww. parametrach.

**Pytanie 27:**

Część 4 Defibrylator z wyposażeniem

VI. 28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez możliwości rozbudowy o monitorowanie 12-odprowadzeniowego EKG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu możliwości rozbudowy o monitorowanie 12-odprowadzeniowego EKG i wymaga defibrylatora z możliwością rozbudowy urządzenia o moduł oddechu, saturacji (technologia Nellcor OxiMax lub Masimo), monitorowania NIBP i moduł stymulacji przezskórnej. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 4

**Pytanie 28:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

I. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o analizę HRV oraz statystyki HR oraz o wyświetlenie osobnego kanału dla elektrody endokawitarnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 29:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

II. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z monitorowaniem 3 odprowadzeń jednocześnie przy użyciu kabla 3-żyłowego i wyświetlaniem jednego z nich?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 30:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

III. 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z wyborem prędkości przesuwu krzywych respiracji: 625; 12.5; 25 mm/s?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z wyborem prędkości przesuwu krzywych respiracji: 625; 12.5; 25 mm/s. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5

**Pytanie 31:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

IV. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pomiarem SPO2 odpornym na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii producenta oferowanego kardiomonitora oraz z zakresem pomiarowym częstości pulsu 20-254 P/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 32:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

V. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5

**Pytanie 33:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

VI. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć jednej krzywej dynamicznej z ostatnich 48 godzin lub dwóch krzywych z 24 godzin?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 34:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

VII. 19. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zapamiętywaniem 200 zdarzeń alarmowych (3 krzywych i wszystkich wartości liczbowych monitorowanych w tym czasie parametrów)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z zapamiętywaniem 200 zdarzeń alarmowych (3 krzywych i wszystkich wartości liczbowych monitorowanych w tym czasie parametrów). Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5.

**Pytanie 35:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

VIII. 22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną z możliwością wydruku 3 kanałów jednocześnie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 36:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

IX. 25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością prezentacji 8 krzywych jednocześnie (różne krzywe) oraz 12 krzywych EKG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga kardiomonitora z możliwością prezentacji 8 krzywych jednocześnie (różne krzywe) oraz 12 krzywych EKG. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 5.

**Pytanie 37:**

Część 5 Kardiomonitor z wyposażeniem

X. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z 1 gniazdem USB do podłączenia: klawiatury i myszki komp., ale bez możliwości podłączenia skanera kodów paskowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kardiomonitora o ww. parametrach.

**Pytanie 38:**

Prosimy o rozszerzenie parametrów technicznych magła - część nr 3:

- 1) Moc podgrzewu: do 27,9 kW
- 2) Moc silnika napędowego: min 0,18 kW
- 3) Moc wentylatora wyciągowego: min. 0,13 kW
- 4) Średnica otworu wentylacyjnego (wyciągu oparów): do 150 mm
- 6) Głębokość magła: do 727 mm

Uzasadnienie: Wnioskowane parametry są typowe dla większości modeli tego typu magli oferowanych przez renomowanych producentów światowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rozszerza poniższe parametry techniczne magła na następujące:

- 1) Moc podgrzewu: 23,4 kW - 27,9 kW
- 2) Moc silnika: 0,18 kW - 1,0 kW
- 4) Wentylacja: 75 mm - 150 mm
- 6) Głębokość magła: 500 mm - 700 mm (+/- 60 mm)

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie mocy wentylatora wyciągowego. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga moc wentylatora wyciągowego: min. 0,13 kW

Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 3.

**Pytanie z dnia 21.08.2023 r.**

**Pytanie 39:**

Pralnico-wirówka 65 kg:

Wykreślenie zapisu „Objętość bębna 650 l (+/- 10 l)” i zastąpienie go zapisem „Objętość bębna 650 l (+/- 50 l)”

Wyjaśnienie:

Obecny zapis jest bowiem sprzeczny z zapisem o ładowności pralnico-wirówki w którym to wymagacie Państwo pralnico-wirówki 65 kg (+/- 5 kg).

Ładowność bębna wylicza się bowiem na podstawie objętości bębna przy ogólnie obowiązującym w pralnictwie module załadunkowym 1:10 a co za tym idzie pralnico-wirówka o ładowności 60 kg będzie spełniać Państwa wymagania nie mniej jednak to samo urządzenie będzie posiadało bęben o ładowności 600 l.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia wymagania odnośnie objętości bębna na następujące: 650 l (+/- 50 l). Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ - Specyfikacja Techniczna w zakresie części 1.