

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY****1/DEG/AS/2023**

Serwis techniczny analizatorów laboratoryjnych oraz dodatkowych urządzeń laboratoryjnych (przeeglądy okresowe, naprawy) na okres jednego roku dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

1. Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaltoszek>2. Przedmiot zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone z podziałem na 6 części:

Część 1	Analizator Hematologiczny MYTHIC 18 oraz Mieszadło hematologiczne MH-900
Część 2	Analizator Immunochemiczny MINI VIDAS BLUE
Część 3	Analizatory: Rapidchem 754 oraz Rapidlab 348
Część 4	Czytnik pasków moczu DIRUI H - 500
Część 5	Koagulometr COAG CHROM 3003
Część 6	Laboratoryjny sprzęt medyczny

Szczegółowo poniżej:

2.1. Część 1 – Analizator Hematologiczny MYTHIC 18 oraz Mieszadło hematologiczne MH-900

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje serwis techniczny (przeeglądy okresowe, naprawy) analizatora Hematologicznego oraz Mythic 18 (r. prod. 2010) oraz mieszadła hematologicznego MH-900 (r. prod. 1991) na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przeeglądy) analizatora hematologicznego MYTHIC 18, mieszadła hematologicznego MH - 900	Roboczogodzina pracy serwisanta	26
2.	Dojazd serwisu	ilość dojazdów	6

2.2. Część 2 – Analizator Immunochemiczny MINI VIDAS BLUE

Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje (naprawy, przeglądy) wraz z kosztami części zużywalnych, koszty dojazdu) analizatora immunochemicznego mini VIDAS BLUE (r. prod. 2009) na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przeglądy wraz z kosztami części wymagających naprawy i zużywalnych, koszty dojazdu) analizatora immunochemicznego MINI VIDAS BLUE	Naprawy i przeglądy	Naprawa z wymianą części - ilość wg potrzeb oraz wymagane przeglądy wraz z wymianą części zużywalnych

2.3. Część 3 – Analizatory: RAPIDLAB 348 ORAZ RAPIDCHEM 754

Przedmiot zamówienia w zakresie części 3 obejmuje serwis techniczny (przeglądy okresowe, naprawy) analizatorów: RAPIDLAB 348 (r. prod. 2003) oraz RAPIDCHEM 754 (r. prod. 2004) na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przeglądy) analizatorów: RAPIDLAB 348 RAPIDCHEM 754	Roboczogodzina pracy serwisanta	26
2.	Dojazd serwisu	ilość dojazdów	7

2.4. Część 4 – Czytnik pasków moczu DIRUI H-500

Przedmiot zamówienia w zakresie części 4 obejmuje serwis techniczny (przeglądy okresowe, naprawy) czytnika pasków moczu DIRUI H-500 (r. prod. 2010) na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przeglądy) czytnika pasków moczu DIRUI H-500	Roboczogodzina pracy serwisanta	25
2.	Dojazd serwisu	ilość dojazdów	6

2.5. Część 5 – KOAGULOMETR COAG CHROM 3003

Przedmiot zamówienia w zakresie części 5 obejmuje serwis techniczny (przeglądy okresowe, naprawy) koagulometru COAG CHROM 3003 (r. prod. 2010) na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przeglądy) koagulometru COAG CHROM 3003	Roboczogodzina pracy serwisanta	26
2.	Wysyłka aparatu do serwisu	ilość wysyłek	20

2.6. Część 6 – LABORATORYJNY SPRZĘT MEDYCZNY

Przedmiot zamówienia w zakresie części 6 obejmuje serwis techniczny (przeglądy okresowe 1 raz w roku, naprawy) laboratoryjnego sprzętu medycznego na okres jednego roku. Szczegółowo poniżej:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy)
1.	Serwis techniczny (naprawy, przegląd 1 raz w roku) następujących urządzeń: - cieplarka elektryczna CL - 65: nr fabr. 250 rok produkcji 1992 - termostat suchy TS - 92: nr fabr. 113, rok produkcji 1994 - wirówka laboratoryjna MPW - 342: nr fabr. 380, rok produkcji 1999 - wirówka laboratoryjna MPW - 251: nr fabr. 10251024109, rok produkcji 2009 - wirówka laboratoryjna MPW - 215: nr fabr. 10215016509, rok produkcji 2009 - wirówka laboratoryjna MPW - 351: nr fabr. 10351022710, rok produkcji 2010 - mikroskop biologiczny OLYMPUS CX - 31: nr fabr. 8C 05105, rok produkcji 2008 - mikroskop biologiczny OLYMPUS CX - 31: nr fabr. 8C 05787, rok produkcji 2008 - mikroskop biologiczny BIOLAR: nr fabr. 27075, rok produkcji 1990 - mikroskop biologiczny BIOLAR: nr fabr. 17670, rok produkcji 1990 - wytrząsarka S 20: nr fabr. 900391, rok prod. 2001	Roboczogodzina pracy serwisanta	40
2.	Dojazd serwisu	ilość dojazdów	6

Wymagany zakres corocznego przeglądu technicznego (1 raz w roku) następujących urządzeń laboratoryjnych:

- **cieplarka elektryczna CL - 65:** nr fabr. 250/ rok produkcji 1992 – wymiana przekaźnika (należy wliczyć koszt przekaźnika do wyceny), kontrola czujnika temperatury
- **termostat suchy TS - 92:** nr fabr. 113, rok produkcji 1994 – kontrola działania w zakresach temperatury 25°C, 30°C, 37°C

- **wirówka laboratoryjna MPW - 342:** nr fabr. 380/, rok produkcji 1999 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora
- **wirówka laboratoryjna MPW - 251:** nr fabr. 10251024109/, rok produkcji 2009 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora
- **wirówka laboratoryjna MPW - 215:** nr fabr. 10215016509, rok produkcji 2009 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora
- **wirówka laboratoryjna MPW - 351:** nr fabr. 10351022710, rok produkcji 2010 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora
- **mikroskop biologiczny OLYMPUS CX - 31:** nr fabr. 8C 05105, rok produkcji 2008 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów
- **mikroskop biologiczny OLYMPUS CX - 31:** nr fabr. 8C 05787, rok produkcji 2008 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów
- **mikroskop biologiczny BIOLAR:** nr fabr. 27075, rok produkcji 1990 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów
- **mikroskop biologiczny BIOLAR:** nr fabr. 17670, rok produkcji 1990 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów
- **wytrząsarka S 20:** nr fabr. 900391, rok prod. 2001 – kontrola regulacji obrotów oraz działania timera

3. Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu obejmującego zakres usług serwisu technicznego ww. analizatorów (dot. każdej części).
- Do oferty należy dołączyć Oświadczenia zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie prowadzonego postępowania
- Do oferty należy dołączyć wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości części) zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie prowadzonego postępowania
- oferta powinna zawierać pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa ją pełnomocnik;

5. Kryteria wyboru ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena brutto za realizację zamówienia - 100 %

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

- C – ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę
C_N – najniższa cena proponowana przez Wykonawców
C_{OB} – cena badanej oferty
W_C – wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu obejmującego zakres usług serwisu technicznego ww. analizatorów (dot. każdej części).
- oferta powinna zawierać pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa ją pełnomocnik;

7. Istotne postanowienia umowy:

7.1 Zamawiający wymaga aby przegląd techniczny odbył się raz w roku.

7.2 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych.

7.3 Wykonawca zobowiązuje się użyć materiałów odpowiedniej jakości.

7.4 Serwis techniczny musi zapewniać:

- utrzymanie analizatorów w pełnej sprawności techniczno- użytkowej przez okres obowiązywania umowy,
- zapas części zamiennych do serwisowania sprzętu.

7.5 Zakres czynności związanych z serwisem technicznym analizatorów:

- a) diagnozowanie uszkodzeń,
- b) wykonywanie napraw pogwarancyjnych,
- c) przegląd okresowy obejmujący konserwację aparatu raz w roku w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, podczas której będą przeprowadzane następujące czynności :
 - testowanie i kalibracja parametrów elektronicznych, mechanicznych i optycznych,
 - wymiana części zużywalnych,
 - kontrola funkcjonowania aparatu.

7.6 Przedstawiciel Zamawiającego powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu awarii, przesyłając pocztą elektroniczną zgłoszenie serwisowe, zawierające szczegółowy opis usterki. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie osobie uprawnionej ze strony Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca niezwłocznie potwierdzi dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej.

7.7 Każdy przegląd winien być wpisany do paszportu technicznego lub karty technicznej urządzenia.

7.8 Za naprawę uważa się przywrócenie sprzętu do stanu technicznego sprzed awarii, w związku z czym za usunięcie awarii uważa się zarówno naprawienie uszkodzonego sprzętu, jak również nieodpłatne użyczenie na czas naprawy zamiennika uszkodzonego sprzętu, o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych oraz nie wyższym stopniu zużycia fizycznego niż sprzęt uszkodzony.

7.9 Awarie usuwane będą w ciągu 48 godzin, licząc od momentu powiadomienia o wystąpieniu awarii. Bieg terminu na usunięcie awarii przerywają dni ustawowo wolne od pracy.

7.10 Uszkodzone części podlegają wymianie na części zamienne, które zapewnią prawidłową pracę urządzenia i są dopuszczone do zastosowania przez producenta analizatora.

- 7.11 Z przeprowadzenia czynności usunięcia awarii zostanie sporządzony protokół wykonania usługi serwisowej. Zamawiający ma prawo odmówić zaakceptowania protokołu, jeżeli usługa serwisowa nie została przeprowadzona w sposób należyty lub ilość roboczogodzin przekracza faktyczny czas potrzebny na usunięcie awarii.
- 7.12 Dopuszcza się przeprowadzenie naprawy w punkcie serwisowym Wykonawcy, o ile dostarczy on na czas jej trwania sprzęt zastępczy o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych oraz nie wyższym stopniu zużycia niż sprzęt uszkodzony.
- 7.13 Fakt zabrania urządzenia do naprawy w punkcie serwisowym oraz jego zwrot zostanie potwierdzony protokołem przekazania sprzętu do naprawy, natomiast dostarczenie i zwrot sprzętu zastępczego, Strony udokumentują protokołem zwrotu sprzętu zastępczego.
- 7.14 Wykonawca udziela min. 6 - miesięcznej gwarancji na wykonanie usługi serwisowej oraz części zamienne.
- 7.15 W razie konieczności wykonania wymiany lub naprawy części niezbędnych do wykonania naprawy analizatora, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kalkulację kosztów naprawy i przedłożyć Zamawiającemu. Ww. usługa będzie wykonywana w ramach odrębnego zlecenia.
- 7.16 W przypadku braku możliwości naprawy analizatora lub gdy jego naprawa okaże się nieopłacalna, (trwałe, rozległe uszkodzenie lub brak części zamiennych) Wykonawca przeprowadzi ekspertyzę stanu technicznego analizatora i wystawi stosowne zaświadczenie.
- 7.17 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie spisane go protokołu odbioru, zawierającego wynik dokonane go sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót, wymienienie istniejących wad, decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
- 7.18 Przedmiotem odbioru końcowe go będzie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należyte go wykonania.
- 7.19 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
- 7.20 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
- 7.21 Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
- 7.22 W zakresie części 2 umowa obejmuje:
- a) konserwację aparatu w czasie trwania umowy, podczas której będą przeprowadzone następujące czynności:
 - testowanie i kalibracja parametrów elektronicznych, mechanicznych i optycznych
 - wymiana części zużywalnych
 - kontrola funkcjonowania aparatu
 - b) koszt wymienianych części zużywalnych
 - c) dojazd i robociznę do przeglądu konserwacyjnego
 - d) w zakresie napraw przedmiot zamówienia obejmuje naprawy analizatora w czasie trwania umowy na wezwanie Zamawiającego (dojazd, robocizna, części zamienne)
 - e) telefoniczne wsparcie ze strony serwisu techniczne go

W zakresie części 2 umowa nie obejmuje:

- a) rutynowych czynności konserwacyjnych i kalibracyjnych opisanych w instrukcji obsługi, które powinny być wykonywane przez użytkownika
- b) uszkodzeń mechanicznych aparatu z winy użytkownika
- c) uszkodzeń wynikłych z powodu pożaru, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń losowych
- d) napraw i konserwacji urządzeń przetwarzających i archiwizujących dane wychodzące z aparatu będącego przedmiotem umowy

7.23 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część umowy,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część umowy,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

7.24 Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

7.25 Ceny przedmiotu umowy określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

8. Wykluczenia z postępowania

8.1. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
- 8.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 8.1
- 8.3. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1 zostanie odrzucona.
- 8.4. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 8.1 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
- 8.5. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 8.1 Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji (osoby do kontaktu):

Pod względem merytorycznym:

Ilona Szyguła – Kierownik Laboratorium

tel. 32 727 58 00 wew. 349

Pod względem formalnym:

Anna Skandy – Kierownik Zamówień Publicznych

tel. 32 727 58 00 wew. 288

e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl

10. Dodatkowe informacje:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa zostanie odrzucona wraz z oferta podstawową.