



INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 – pakiet nr 9- akcesoria do elektrochirurgii.

W związku z udzielonymi w dniu 31.08.2022r. odpowiedziami Zamawiającego (pytanie nr 26) zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapewnienia 6 miesięcznej gwarancji dla oferowanych w pakiecie nr 9 elementów zużywalnych.

Producent nie określa ilości użyć dla pętli i elektrod (związane jest to z rodzajem i specyfiką zabiegów). Negatywna odpowiedź uniemożliwi złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe dla Pakietu nr 9. Zamawiający odstępuje od wymogu podania przez Wykonawcę minimalnej ilości użyć w okresie gwarancji.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak