



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 04.06.2024 roku

FZP.II – 241/50/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO**”.

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

AD pkt. 6 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając w pkt 6 urządzenia z rokiem produkcji 2022 zamiast 2024 tak jak wymaga w pkt 1 informacji ogólnych?

Odpowiedź: Tak, jest to pomyłka. Ma być – rok produkcji 2024.

Pytanie 2

2AD 49 - Czy Zamawiający uzna za zasadne, aby port USB umieszczony był panelu przednim urządzenia, aby personel w celu pobrania danych nie musiał korzystać z przestrzeni serwisowej urządzenia?

Odpowiedź: Zasadne jest , aby port był umieszczony na panelu przednim urządzenia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści 112 dniowy termin realizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody