



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel. : (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



DZP.2344.11.2020

Białystok, dnia 08.05.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę anestezyjologicznego sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Pakiet nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości własnej 54 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik 15mmM – 22mmM/15mmF?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści łącznik 22mmF – 22mmM/15mmF?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

- sterylny-pakowany pojedynczo,
- atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,
- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,
- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta,
- aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni
- obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,
- długość 36.5 cm - dla rurek tracheostomijnych i 60 cm dla rurek intubacyjnych,
- zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,
- dedykowany port do irygacji i płukania,
- łącznik prosty z końcem schodkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 6 poz.1,2.**

Czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

*Ne*

**Pakiet nr 6 poz.4.**


Prosimy o dopuszczenie proszku żelującego w opak.4kg z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 2, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Łącznik do drenów jałowych typ 5 w 1"? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika jak poniżej?

Łącznik uniwersalny



O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy sterylne	nr katalogowy niesterylne
15	6	9P-1510	9P-1500

Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy pakietu nr 20 poz. 4 , to Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 10, poz. 1**

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego sterylnej filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy, hydrofobowy, z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 4**

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego

Łącznik karbowany zagięty pod kątem około 70 °, pozostałe parametry bez zmian?

Zastosowana praktyka opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego narusza zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej. Nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, aby łącznik karbowany z podwójnie obrotowym kolankiem zagięty był właśnie pod kątem prostym. Łączniki światowych liderów zagięte są pod kątem ok. 70 ° spełniają doskonale swoją rolę i nie są gorsze od zagiętego pod kątem 90 °, dlatego prosimy o dopuszczenie łączników konkurencyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 7**

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego

W przypadku Cewnika do odsysania w systemie zamkniętym, sterylnej, do rurek tracheostomijnych . dł. 300mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 6 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga Wkład workowy jednorazowy do ssaków próżniowych wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, posiadał port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości), posiadający zawór hydrofobowy zabezpieczający instalację próżniową przed zalaniem, z trwale dołączoną pokrywą o kształcie okrągłym z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, (port ssanie w pojemniku), zapewniającą szczelne zamknięcie układu, dodatkowo duży port o średnicy wewnętrznej minimum 24mm do pobierania próbek. Pokrywa wyposażona w pętle ułatwiające wyjęcie wkładu. Wkłady wykonane z miękkiego materiału. nie wymagające dodatkowych połączeń typu dreny, łączniki, redukcje.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

M



Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił możliwość złożenia takiego oświadczenia wraz z ofertą w pkt. 5 SIWZ.

W związku z rozbieżnościami zapisów SIWZ pkt. 4 j oraz pkt. 9 prosimy o jednoznaczne określenie czy zamawiający wymaga wnieścia wadium do ww. postępowania.

Odpowiedź: Jest to oczywista omyłka pisarska, Zamawiający nie wymaga wadium.

#### **Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych kołderek, kompatybilne z dmuchawami typu Warm Touch.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający oczekuje 300 sztuk, czy 300 par osłon?

Odpowiedź: Par osłon

#### **Pakiet 24**

Czy Zamawiający wymaga, aby razem w zestawie były sterylne koreczki zabezpieczające strzykawkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### **Pakiet nr 17 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o przekroju 13 Fr i długościach: 15 cm, 17, 5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szcicia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z pakietu 17 stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Pakiet nr 17 posiada jedną pozycję.

**Pakiet nr 13 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego pencil-point 25-26G x 90mm, z prowadnicą 20G x 34mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 13 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 26G x 120mm, z prowadnicą 20G x 34mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 20 pozycja 2**

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 20 pozycję 2? Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć dobrą ofertę, z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza w/w pozycję z pakietu i tworzy pakiet nr 28.

**Pakiet nr 22 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych 6Fr-10Fr?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999, wirusowej 99,9999 waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści filtry oddechowe o przestrzeni martwej 30 ml i objętości pływowej 150-1500ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 7**

Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długościach 600mm i 340 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 7**

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „dodatkovym oddzielnym portem do podawania leków wziewnych”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 21, poz. 5**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 21 pozycję nr 5 i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza w/w pozycję z pakietu nr 21 i tworzy pakiet nr 29.

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych na następujące:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:



- a) Opóźnienia w dostarczeniu towaru 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w ustalonym terminie, za każdy dzień opóźnienia
- b) Opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 0,5% wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 7 i umożliwi zaoferowanie zestawu o następujących parametrach:

Cewnik o długości 54cm (do rurek intubacyjnych) i 30,5cm (do rurek tracheostomijnych) w rozmiarach 12F, 14F (rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO), zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach,

Możliwość stosowania przez 72 godz. (oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5cm. Transparentna komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta. Zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu. Ergonomiczna zastawka do odsysania umożliwiająca precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny system blokowania zatraskowy (aktywacja podciśnienia za pomocą ściskania zastawki wnętrzem dłoni, system blokowania uniemożliwiający przypadkową aktywację odsysania. Obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiegająca przesuwaniu się cewnika. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny.

W zestawie rozciągliwa martwa przestrzeń oraz widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjent.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza w/w pozycję z pakietu nr 21 i tworzy pakiet nr 29.

**Pakietu nr 16**

Czy zamawiający wymaga aby Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnień 1 i 2 przetwornikowe kompatybilne z monitorem BeneView T8 Mindray posiadanym przez Zamawiającego dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy produktu:

Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H<sub>2</sub>O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, w komplecie z adapterem do podłączania do przepływomierzy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 1 ml, wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 5 poz.1**

Czy zamawiający wymaga by każda gąbka była oddzielnie zapakowana w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Tak



**Pakiet nr 10 poz. 6,7,8,9,**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 10 poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm i do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych, Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy dostawy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b):

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

a) opóźnienia w dostarczaniu towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego towaru,

b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 0,5 % wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwych towarów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy do hemofiltracji o śr.14 Fr dł. 15-25 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 1, pozycja nr 3**

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy ma na myśli koc grzewczy na górną część ciała ze złożonymi ramionami czy koc na górną część ciała z rozłożonymi ramionami?

Odpowiedź: Z rozłożonymi ramionami

Dot. Wzoru umowy – załącznik nr 3a

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować do jakiego pakietu odnosi się wzór umowy nr 3a?

Odpowiedź: Do pakietu nr 16.