



Siedziba VCA
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
Wielka Brytania

Centrala: +44 (0) 117 951
5151

Główny faks: +44 (0) 117 952 4103

E-mail: enquiries@vca.gov.uk

Internet: www.vca.gov.uk

BS EN 1865-1:2010

Deklaracja zgodności

Niniejszy sprzęt spełnia wszystkie wymogi pkt. **4.1, 4.2 (z wyłączeniem pkt. 4.2.3), 4.4, 5.1 i 5.3** normy BS EN 1865-1:2010 warunkujące zgodność w odniesieniu do **NOSZY, PODWOZI I MATERACÓW**.

Badania zostały przeprowadzone w obecności przedstawiciela Vehicle Certification Agency (VCA), organu dopuszczającego pojazdy do ruchu, który udokumentował specyfikację badanego sprzętu. Zob. raport VCA z badań: **T1865-1 USQ316199**

Powody rozszerzenia zakresu: nie dotyczy

- 1. Marka (nazwa handlowa producenta):** Stryker Medical
- 2. Rodzaj i opis ogólny:** model 6100 M-1 – nosze do ambulansu, w połączeniu z modelem 6376/6373/6381 M-1 – centralne zapięcie mocujące do noszy do ambulansu.
- 3. Sposób identyfikacji:** numer części i nazwa handlowa na tabliczce znamionowej
- 4. Lokalizacja tego oznakowania:**

Nosze: spód regulowanego oparcia
Podstawa: spód centralnego wytłoczenia
Materac: spód pokrowca na materac
Zapięcie: obok górnej części zatrzasku

- 5. Kategoria pojazdu:** nie dotyczy
- 6. Nazwa i adres producenta:**

Stryker Medical
3800 E. Centre Ave.
Portage, MI 49002
Stany Zjednoczone

Przedstawiciel producenta:

Stryker France
ZAC Satolas Green Pusignan
Av. De Satolas Green
69881 MEYZIEU Cedex
Francja

- 7. W przypadku zatwierdzenia przez odrębną jednostkę techniczną – lokalizacja tego oznakowania:** nie dotyczy



Siedziba VCA
1 The Eastgate Office Centre
Eastgate Road
Bristol, BS5 6XX
Wielka Brytania

Centrala: +44 (0) 117 951
5151

Główny faks: +44 (0) 117 952 4103

E-mail: enquiries@vca.gov.uk

Internet: www.vca.gov.uk

8. Uwagi:

Masa podwozia wraz z noszami wynosi 55,05 kg, w związku z czym produkt nie spełnia wszystkich wymogów określonych w pkt. 4.2.3, który został w efekcie wyłączony z zakresu niniejszej deklaracji. Wszystkie pozostałe kryteria działania zostały spełnione.

Dokumentacja informacyjna zawierająca specyfikację pojazdu wraz z jego rysunkami/zdjęciami jest przechowywana w VCA.

Numer wydania: 00

Data: 23 MARCA 2015 R.

Sean Morris
Inżynier ds. Homologacji Typu
VCA North America

Numer sprawy: USQ316199