



ZPZ - 2375 - 2895 /23

Olsztyn, dnia 14.06.2023 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

ZPZ-08/02/23 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa elektrod i narzędzi laparoskopowych”

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dostawę elektrod i narzędzi laparoskopowych, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Pytanie dot. Pakietu 10 Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne Narzędzie bipolarne, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii długość 370mm lub laparotomii 230mm - do wyboru każdorazowo przez Zamawiającego, średnica 5mm, przeznaczone do preparowania i zespalania dużych naczyń do 7mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360 st., długość zespolenia 20mm , długość cięcia 18mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwarantująca zacisk.

Generator korzystający z zaawansowanej technologii bipolarnej.

Generator zakres użytkowy 100–240 V, 50–60 Hz, 7–3 A,

Ciekłokrystaliczny ekran wyświetlający komunikaty urządzenia,

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego narzędzia,

Automatyczny dobór mocy (przycisk aktywacji zintegrowany z każdym narzędziem), Komunikat dźwiękowy rozpoczęcia procesu zespalania,

Komunikat dźwiękowy zakończenia procesu zespalania,

Automatyczny system pomiaru impedancji tkanki,

System automatycznego doboru mocy potrzebnej do przeprowadzenia procesu zespolenia,

Możliwość zespalania naczyń do 7 mm,

Urządzenie przeprowadzające proces zespalania po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku aktywującego z koniecznością przytrzymywania go do momentu zakończenia procesu przez urządzenie z możliwością przerwania koagulacji według potrzeby,

Algorytmy uszczelniania realizowane przez urządzenia żądają podawania tylko takiej mocy, która jest potrzebna do optymalnego uszczelniania naczyń i wiązek tkanek.

Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, poz. 974 oraz innymi obowiązującymi przepisami oraz są oznakowane znakiem CE?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie narzędzia z opisem jak wyżej.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 2% wartości niezrealizowanej dostawy brutto w części (pakiecie), w którym zakup interwencyjny wystąpił?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Dotyczące zadania 12 i 13 elektrody Czy Zamawiający w zadaniach 12 i 13 wymaga, aby oferowane elektrody posiadały potwierdzenie kompatybilności z posiadanymi resektoskopami przez producenta resektoskopów-firmę Olympus?

Jest to ważne w przypadku zaoferowania nieoryginalnych elektrod i może doprowadzić do narażenia zdrowia i życia Pacjenta poprzez użytkowanie wyrobu medycznego niezgodnie z instrukcją obsługi producenta.

Odp: Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowane elektrody posiadały potwierdzenie kompatybilności z posiadanymi resektoskopami przez producenta resektoskopów-firmę Olympus.

*Dyrektor
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
mgr Krystyna Futyma
/podpis na oryginale/*