

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia dzierżawy: Dzierżawa elektryczny szybkoobrotowy system napędowy

Wymagane parametry i funkcje	
I.	WYMAGANIA OGÓLNE
1.	<p>Jednostka sterująca – elektryczna konsola zasilacza dostosowana do silników bezkomutatorowych, z generatorem zmiennoczęstotliwościowym.</p> <p>Posiadająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • co najmniej dwa gniazda przyłączy silników • co najmniej jedno gniazdo przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli • możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym silnikiem ze złączem typu intra • ekran dotykowy LCD, wyposażony w menu piktograficzne, możliwość odczytu informacji serwisowych, ustawianie parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników, menu w języku polskim • pompę perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min • 1 sztuka
2.	Sieciowy przewód zasilający o długości min. 5 m. 1 sztuka
3.	<p>Sterownik nożny – z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów. Posiadający możliwość sterowania funkcjami konsoli.</p> <p>Sposób łączności z jednostką sterującą: bezprzewodowo. 1 sztuka</p>