



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 20 grudnia 2021 r.

WZZ-2375- 24-1707-11/21

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.:

„Dostawa i uruchomienie urządzeń okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 24/2021.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 6.

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści rozstaw źrenic w zakresie 48-76 mm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: dot. Pakietu 1 poz. 8.

Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści filtry:

- 1) Bezczerwienny
- 2) Kobaltowo – niebieski
- 3) Dyfuzor

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: dot. Pakietu 1 poz. 9.

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści Oświetlenie LED o temperaturze barwy 3800K oraz natężeniu 1000 lx? Żywotność diody LED: 10000 godzin?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: dot. Pakietu 1 poz. 15.

Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści wagę 596g?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5: dot. Pakietu 1 poz. 18.

Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści baterie akumulatorową litową, czas pracy 100% - 2 godziny, standardowa praca 10 godzin? Czas ładowania około 2 h?



Odpowiedź nr 5:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 2 pozycja 14

Czy zamawiający dopuści również tonometr bez pomiaru grubości rogówki?

Odpowiedź nr 6:
Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
SP ZOZ MSWIA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak