



## BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala ul. Wyzwolenia 18 tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 21 tel. 33 827 25 00 Sekretariat 33 827 25 01 fax. 33 8272505

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

DZP.271.35.2023-8

Bielsko-Biała dn. 31.10.2023 r.

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i przeciwciał wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania barwień histochemicznych i immunohistochemicznych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.35.2023).*

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, dopuści złożenie oferty z aparatami wyprodukowanymi w 2019 r.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aparaty wyprodukowane w 2019 r.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, uzna za spełniony warunek z pkt. VII 1.4. SWZ, w przypadku przedstawienia referencji z prawidłowo wykonanych dostaw urządzeń do histopatologii na kwoty znacznie przekraczające wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie uzna warunku opisanego w pkt. VIII 1.4. SWZ za spełniony. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do wykonywania barwień immunohistochemicznych a nie dostawa urządzenia.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, mając na uwadze fakt, iż wykonawca musi prawidłowo skalkulować swoją ofertę, zmniejszy odsetek możliwego niewykonania umowy, opisany w pkt. 8 zał. Nr 6 do SWZ, do 20%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ dla pakietu nr 1, który otrzymuje brzmienie:

"8. Odczynniki, przeciwciała oraz materiały eksploatacyjne należy dostarczać sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami (dotyczy wszystkich pozycji formularza asortymentowo – cenowego), przy czym ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi w stopniu nie większym, niż do 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy."

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr dopuści mikroskop z karuzelą, która posiada, łącznie 5 miejsc zarówno na: kostki filtrowe, jak i pozycję/kostkę dla światła przechodzącego (Dot. Pkt. 2.15 OPZ)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w mikroskopu pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SWZ.

P.O. DYREKTOR  
Beskidzkiego Centrum Onkologii  
- Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
dr n. med. Piotr Zdunek



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647  
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375  
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl

