



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 90-046 Łódź, ul. Wodna 40

Sekretariat: tel. 42 253-62-10, fax: 42 253-62-19, centrala: 42 253-62-00
NIP: 728-18-60-518 REGON: 000295024

www.gov.pl/web/wsse-lodz

e-mail: sekretariat.wsse.lodz@sanepid.gov.pl

WSSE.DEA OZPA 272.13.2022

Łódź, 01.07.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH DO WSSE W ŁODZI w podziale na:

- Część 1 Wzorce chromatograficzne pestycydów.
- Część 2 Wzorzec chromatograficzny rutyna.
- Część 3 Wzorce chromatograficzne: kofeina i diosmina.
- Część 4 - Wzorzec disiarczki węgla

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Część 1

1. Pozycje 1, 4, 6, 14, 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanych pozycji zgodnych z normą wg. ISO 17025? Według naszej najlepszej wiedzy wyspecyfikowane wzorce nie posiadają akredytacji ISO 17034.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę wzorców nie posiadających akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17034.
2. Pozycje 9, 10, 17, 19, 24, 28, 32, 37, 42, 44, 46, 47, 50: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanych pozycji zgodnych z normą wg. ISO Guide 34? Według naszej najlepszej wiedzy wyspecyfikowane wzorce nie posiadają akredytacji ISO 17034.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę wzorców nie posiadających akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17034.
3. Pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 20.01.2023r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
4. Pozycja 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 05.01.2023r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
5. Pozycja 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 29.11.2023r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
6. Pozycja 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 09.03.2023r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
7. Pozycja 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 11.11.2023r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
8. Pozycja 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 10.10.2023r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
9. Pozycja 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 12.12.2023r.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.
10. Pozycja 43: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 03.04.2023r.?

niepodlega

POLSKA
STULECIA OUCZESKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

11.Pozycja 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 15.11.2023r.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

12.Pozycja 45: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca z datą ważności do 28.05.2023r.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

13.Pozycja 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanej pozycji w dwóch opakowaniach o pojemności 10mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wzorca w dwóch opakowaniach o pojemności 10mg zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części I

14.Pozycja 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanej pozycji w dwóch opakowaniach o pojemności 10mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wzorca w dwóch opakowaniach o pojemności 10mg zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części I

15.Pozycja 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanego wzorca w opakowaniu 100g? Według naszej najlepszej wiedzy taki produkt na rynku nie jest dostępny w opakowaniu 10g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wzorca w opakowaniu 100g i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części I

16.Pozycja 40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanej pozycji w dwóch opakowaniach o pojemności 250mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wzorca w dwóch opakowaniach o pojemności 250mg zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części I

17.Pozycja 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wyspecyfikowanej pozycji w dwóch opakowaniach o pojemności 25mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie wzorca w dwóch opakowaniach o pojemności 25mg zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1 do SWZ dla Części I


Wobec powyższego Zamawiający informuje, że:

dla Części I-Zamawiający zastępuje załącznik nr 1, załącznikiem nr 1 z klauzulą: - ZMIANA

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 01.07.2022r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

W dniu 01.07.2022r

zatwierdził:

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
z up. 
Mariusz Matusiak
Z-CA DYREKTORA
ds. Systemów Zarządzania Jakością
WSSE w Łodzi