

Sulęcin, dnia 02.09.2021r.

WYJAŚNIENIE nr 2

DZ.272.6.2021.AChI

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Sulęcinie**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Dotyczy części VII

pkt 1

ppkt 2 prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji od 110 do 155 cm

ppkt 4 prosimy o dopuszczenie maksymalnego poboru mocy 27VA

ppkt 6 prosimy o dopuszczenie maksimum promieniowania w zakresie 450 – 470 nm

ppkt 7 prosimy o dopuszczenie:

- 20 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

- 40 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

- 60 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

- 80 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

- 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

Jest to parametr lepszy.

pkt 9 prosimy o dopuszczenie: intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym 1200 lx

ppkt 11 prosimy o dopuszczenie lampy z regulacją natężenia światła w 5 krokach – daje to możliwość stopniowego zmniejszania natężenia w miarę postępu terapii

ppkt 12 prosimy o dopuszczenie wymiarów 350x200x85 mm.

ppkt 13 prosimy o dopuszczenie wagi 2,1 kg

ppkt 14 prosimy o dopuszczenie żywotności diod 20 000 h.

ppkt 15 prosimy o dopuszczenie lampy z chłodzeniem za pomocą radiatora i wentylatora – poziom hałasu poniżej 50dB

Ppk „Wyposażenie”

Ppkt 2 prosimy o dopuszczenie 1 punktu serwisowego, zapewniającego czas reakcji na zgłoszenie do 24 h

Ppkt 3 prosimy o odstąpienie od wymogu „Wbudowane sekwencje dla sond punktowych” lub szczegółowe wyjaśnienie funkcjonalności jakiej oczekuje Zamawiający ?

Ppkt 4 prosimy o odstąpienie od wymogu „Wymiary: 30 x 23 x 11 cm Waga: 3 kg” lub wyjaśnienie jakiego sprzętu dotyczy ten zapis?

Ppkt 5 prosimy o odstąpienie od wymogu „Zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50/60 Hz, 50 VA” lub wyjaśnienie jakiego sprzętu dotyczy ten zapis?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza zmian w pkt 1, natomiast pkt „Wyposażenie” zgodnie z wyjaśnieniami nr 1 został zmodyfikowany o te pozycje.

Pytanie nr 2.

Czy w zakres dostawy kriokomory wchodzi również dostawa zbiornika kriogenicznego?

Wyjaśnienie: Tak. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach dowozu oraz osadzenia zbiornika na fundamencie.

Pytanie nr 3.

W opisie przedmiotu zamówienia kriokomory Zamawiający określił iż w ramach dostawy kriokomory wchodzi również posadowienie zbiornika a w wyjaśnieniach z 30.08.2021 Zamawiający wymaga również oszacować koszty dostawy wg stawek rynkowych, jednakże nie podał miejsca z którego należy przetransportować zbiornik, nazwy firmy od której należy odebrać zbiornik i ilości kilometrów więc nie można skalkulować kosztów dostawy. Prosimy o wyjaśnienie tych zapisów, gdyż te informacje są znane jedynie Zamawiającemu

Wyjaśnienie: Zbiornika należy transportować od firm, które dostarczają gaz. Zamawiający nie zna położenia zbiornika.

Pytanie nr 4.

Czy zamiast dwóch okien w przedsionku Zamawiający dopuści jedne duże drzwi szklane przez które obserwacja pacjenta jest pełna od podłoża do sufitu?

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5.

Zamawiający wymaga "programowalny czas zabiegu w przedziale 1-5 minuty" Czy to nie jest pomyłka, gdyż zabiegi w kriokomorze trwają do 3 minut zgodnie z zaleceniami i wymogami NFZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający będzie dzierżawił zbiornik kriogeniczny od zewnętrznej firmy?

Wyjaśnienie: Zamawiający przewiduje dzierżawę zbiornika.

Pytanie nr 7.

Zwracamy się prośbą o podanie nazwy i dostawcy posiadanego systemu RIS/PACS, z którym należy zintegrować dostarczany sprzęt.

Wyjaśnienie: Dostawca oprogramowania CONSULTANT IT, nazwa oprogramowania MEDI DOK, Szpital nie posiada licencji

Pytanie nr 8.

W pkt 2 Systemów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga „posadowienie zbiornika” Proszę o szczegółowe informacje

a) jaka wielkość zbiornika

b) czy dostawa (zakup) zbiornika wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to prosimy o parametry tego zbiornika

c) kto będzie dostawcą zbiornika, gdyż jeśli dostawcą zbiornika będzie firma dostarczająca ciekłe powietrze to nie pozwoli nikomu posadzić tego zbiornika zgodnie z procedurami panującymi w tych firmach

d) czy zbiornik będzie własnością Zamawiającego

e) proszę o szczegółowe informacje jakich konkretnie prac Zamawiający wymaga przy posadzeniu zbiornika celem skalkulowania oferty.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie ma wiedzy o wielkości zbiornika. Z rozpytania Zamawiającego wynika, że optymalnym wydaje się zbiornik sześciotonowy.

Nie będzie też zbiornika kupował – oszacowany koszt zakupu zbiornika jest wyższy niż samej kriokomor.

Oferent powinien oszacować koszty dostawy i osadzenia zbiornika wg stawek rynkowych

Zamawiający nie odpowiedział na pytanie b), c), d). Uprzejmie prosimy o odpowiedź oraz dalej nie wiadomo z jakiego miejsca oszacować koszt dostawy zbiornika i czy zbiornik wchodzi w zakres dostawy?

Wyjaśnienie: Tak. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach dostawy (nie zakup) kosztów dowozu oraz osadzenia zbiornika na fundamencie. Zamawiający nie ma wiedzy o wielkości zbiornika. Z rozpytania Zamawiającego wynika, że optymalnym wydaje się zbiornik sześciotonowy. Nie będzie też zbiornika kupował – oszacowany koszt zakupu zbiornika jest wyższy niż samej kriokomor. Oferent powinien oszacować koszty dostawy i osadzenia zbiornika wg stawek rynkowych.

Pytanie nr 9.

pytanie dotyczy Część 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze do 7 kg spełniające wszystkie pozostałe wymagane parametry.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 10.

W toku zadawania pytań do postępowania udzieliliście Państwo następującej odpowiedzi:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada system RIS lub RIS/PACS i oczekuje integracji dostarczonego ucyfrowienia z posiadanym systemem ? Wyjaśnienie: Zamawiający posiada system RIS/PACS i oczekuje integracji dostarczonego ucyfrowienia z posiadanym systemem.

Odpowiedź jest na tyle niekompletna, że Wykonawca nie wie gdzie zwrócić się po koszt integracji z systemem. Wykonawca nie wie czy Zamawiający posiada wolną licencję i musi tylko założyć własne koszty integracji po stronie detektora. Serdeczna prośba o jednoznaczne stwierdzenie, że szpital posiada lub nie posiada wolną licencję oraz podanie dostawcy RIS/PACS od którego trzeba wziąć ofertę na ewentualne podłączenie.

Wyjaśnienie:

Dostawca oprogramowania: CONSULTANT IT

nazwa oprogramowania: MEDI DOK,

producent oprogramowania: MEDI DOK,

Szpital nie posiada licencji.

Pytanie nr 11.

Czy w związku z tym iż Zamawiający nie opisał zgodnie z PZP przedmiotu zamówienia w pkt odnośnie oszacowania kosztów dostawy i posadzenia zbiornika kriogenicznego, nie podając podstawowych danych niezbędnych do wyliczenia tych kosztów i dodatkowo wskazując zależność przyszłego dostawcy kriokomor

od oferty zupełnie odrębnego podmiotu który będzie dzierżawił zbiornik Zamawiającemu i będzie mógł zawyżyć swoje koszty względem dostawcy krikomory zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu o dostawie i posadowieniu zbiornika z tego postępowania, gdyż Zamawiający będzie zawierał umowę z dostawcą zbiornika i to wtedy może zawrzeć te zapisy. W przypadku odmowy wykreślenia tych zapisów proszę Zamawiającego o wyjaśnienie kto będzie odpowiedzialny za niezrealizowanie zamówienia w przypadku gdy wskazany dostawca zbiornika zawyży cenę tej usługi.

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.

MODYFIKACJA NR 2

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na:
Zakupu sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Sulęcinie

Działając zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) modyfikuję specyfikację warunków zamówienia (SWZ) w przetargu pn. „Zakupu sprzętu medycznego na potrzeby SPZOZ w Sulęcinie”

Zmianie ulegają Załącznik nr 1 do SWZ – „Formularze ofertowe” zostają zastąpione załącznikami „Formularze ofertowe zmienione”

W przypisie 2, 5, 8, 11, 14, 17,20

Było: Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował wydłużenie gwarancji o 25 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalną dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 24, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt. w niniejszym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji 36 miesięcy, zgodnie z Rozdziałem III pkt 3 niniejszej SWZ.

Powinno być: Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował wydłużenie gwarancji o 25 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalną dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 24, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.

W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt. w niniejszym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji 24 miesięcy, zgodnie z Rozdziałem III pkt 3 niniejszej SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 06-09-2021r. godz. 10.00, termin otwarcia ofert to: 06-09-2021r. godz. 11.00. Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31-08-2021r. pod numerem 2021/BZP 00165674/01.