

Wałbrzych, dnia 15.04.2025r.

DZPZ-530-Zp/12/PN/25

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla oddziałów szpitalnych – Zp/12/PN/25

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 nakłuwaczy w kształcie „grzybka”, aktywowanych poprzez docisnięcie do miejsca nakłucia? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza nakłucie poprzez docisnięcie do opuszki palca.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt. lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę nakłuwaczy pakowanych po 200 sztuk.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: dren tlenowy o długości 2 m? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza dren tlenowy o długości 2 m, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze (110x140x140) z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 393składanki?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że będzie on kompatybilny ze wszystkimi wymienionymi aparatami w ofercie i zgodne z opisem.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 114x150x66.

Odp. Zamawiający dopuszcza papier o wymiarach 114x150x66.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do Fukuda FX-7202 o rozmiarze 110mm x 140mm x 143 kartki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 385 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza papier Fukuda FX-7202 pod warunkiem kompatybilności z innymi wymaganymi aparatami w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Obecny zapis daje możliwość zaoferowania 3 różnych papierów. Zgodnie z informacją na stronie producenta: https://pro.sony/pl_PL/products/medical-printers/up-d897

		
UPP-110HD	UPP-110HG	UPP-110S
Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokiej gęstości w formacie A6 (typ II) przeznaczony do drukarek UP- X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860	Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokim połysku w formacie A6 (typ V) przeznaczony do drukarek UP- X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860	Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokiej jakości w formacie A6 (typ I) przeznaczony do drukarek UP- X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860

Wszystkie 3 typy papierów mogą być stosowane w drukarkach D897 i D898MD
Zatem czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru do USG Sony o czułości :

- S(tonacja matowa), rozmiar 110mm x 20m
- HD(tonacja z połyskiem, wysoki kontrast) , rozmiar 110mm x 20m
- HG(tonacja z połyskiem, bardzo wysoki kontrast) , rozmiar 110mm x 18m

Odp. Zamawiający wymaga papieru o tonacji z połyskiem, zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza papier HD/HG kompatybilny ze wszystkimi drukarkami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający oczekuje ponadto papierów oryginalnych producenta Sony/Mistubishi czy dopuszcza papiery kompatybilne.

Odp. Zamawiający dopuszcza papiery kompatybilne.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru przeznaczonego do Lifepaka 12,15 o wymiarach 107x23 z nadrukiem.

Odp. Zamawiający dopuszcza papier do Lifepaka 12,15 z nadrukiem.

Pytanie nr 10 dotyczy projektu umowy §6 pkt. 1.4)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1.4) projektu umowy zamiast zwrotu „wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w par 5 ust. 2” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 20.% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści:

- szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe,
- maksymalna średnica części roboczej 1,8 mm,
- długość robocza 1200 mm,
- długość szczoteczki 10 mm,
- średnica szczoteczki 2,4; 3,0 i 4,0 mm (do wyboru Zamawiającego),
- minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm,
- szczoteczka całkowicie chowająca się do osłonki,
- sterylne, pakowane pojedynczo, opatrzone datą ważności, opakowanie 20szt

kompatybilne z fiberoskopami firmy OLYMPUS, które objęte są gwarancją

Odp. Zamawiający nie dopuszcza szczoteczki ze względu na długość roboczą oraz średnicę szczoteczki. Zamawiający wymaga szczotek cytologicznych zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy projektu umowy Zał. 3a i 3b do SWZ § 6 Ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 Ust. 1:

Zał. 3a i 3b do SWZ § 6 Ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej **a niedostarczonej** partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia,
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości **250 zł** (słownie: **dwieście pięćdziesiąt złotych**) za każdy przypadek,
- 4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10%** wartości **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 13 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.)

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Prześcieradło powinno mieć 50 m długości? Jeśli tak prosimy o poprawienie jednostki gdyż jest wpisane cm.

Odp. Zamawiający dokona zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 15 poz. 2

Prosimy o określenie minimalnej długości prześcieradła gdyż podana jest tylko szerokość.

Odp. Zamawiający dokona zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków jednorazowego użytku w opakowaniu po 80 szt., pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9, pozycji 1 cewnik balonowy trójdrożny z lateksową zastawką z uniwersalnym zakończeniem cewnika pasujące do standardowych łączników w workach na mocz? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastawki lateksowej. Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga zastawki plastikowej ze względu na lepsze właściwości chemiczne.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 pozycji 1 zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 2l? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 22

Prosimy o zmianę terminu dostaw częściowych. Przygotowanie produkcji, zakup tkaniny, szycie oraz skompletowanie i sama dostawa np. kurierem nie trwają 3 dni, zazwyczaj około 14 dni roboczych.

Umieszczenie tak krótkiego terminu realizacji sugeruje zlecenie zamówienia firmie posiadającej w magazynie wymaganą odzież lub firmy biorące udział w postępowaniu zadeklarują wymagany termin ale koszt związane z ewentualnymi karami za opóźnienia w kalkulują w cenę wyrobu, co będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający zmienia termin dostaw częściowych. Zamawiający zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 22

Prosimy o wyjaśnienie, czy asortyment z pakietu 22 jest przeznaczona na blok operacyjny i podlega ustawie o wyrobach medycznych?

Naszym zdaniem jest to środek ochrony indywidualnej nie podlegający w.w. ustawie.

Odp. Asortyment z pakietu nr 22 należy do ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiego podłoża oczekuje - Amies czy Stuart?

Odp. Zamawiający oczekuje podłoża Amies.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty katalogów/ folderów stworzonych przez przedstawiciela / oferenta zawierających wymagane informacje w oparciu o informacje od producenta? Niestety oryginalne materiały producenta bardzo często nie zawierają wszystkich wymaganych informacji.

Odp. Wykonawca nie wskazał, którego pakietu dotyczy pytanie. W związku z tym, Zamawiający nie może odpowiedzieć.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści dren tlenowy długość 2m, czysty mikrobiologicznie, reszta parametrów jak w SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza dren o długości 2 m. Zamawiający nie dopuszcza drenu mikrobiologicznie czystego. Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga drenu sterylnego.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 16

Czy zamawiający dopuści Worek samorozprężalny jednopacjentowe o parametrach:

- jednorazowy worek samorozprężalny, ergonomiczna budowa
- maska przezroczysta z miękkim, szczelnie przylegającym mankietem powietrznym
- dla dorosłych (pozycja 1 – resuscytator dla dorosłych)
- dla dzieci (pozycja 2 - resuscytator pediatryczny)
- dla noworodków (pozycja 3 - resuscytator dla noworodków)
 - rezerwuuar tlenu
 - zastawka rezerwuaru
 - przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długość 2,15 metra
 - zintegrowany z workiem pasek na dłoń (w aparacie dla dorosłych i pediatrycznym) umożliwiający przytrzymanie worka, dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć oraz złącze do pomiaru ciśnienia
 - możliwość bezpośredniego zamontowania zastawki PEEP do złącza wydechowego
 - obrotowe kolanko w zakresie 360 stopni między maską a workiem do wentylacji

- zawór bezpieczeństwa (automatyczny przy ciśnieniu powyżej 40 cm H₂O) w wersji dla do dorosłych, pediatrycznej i noworodkowej
- cienkościenny samorozprężalny worek wykonany z tworzywa SEBS, ułatwiający ocenę oporów i podatności płuc, nie zawierający lateksu, może zawierać materiał PVC, PC, SI, polipropylen
- posiadający znak CE
- temperatura pracy pomiędzy -18 °C do + 50 °C
- martwa objętość zaworu pacjenta: ≤ 5 ml + 10% dostarczanej objętości
- opór podczas wdechu: 5.0 cm H₂O przy przepływie 50 l/min (aparat dla dorosłych i pediatryczny), 1.0 cm H₂O przy przepływie 5 l/min (aparat dla noworodków)
- opór wydechu: 2,7 cm H₂O przy przepływie 50 LPM (aparat dla dorosłych i pediatryczny), 2.0 cm H₂O przy przepływie 5 l/min (aparat dla noworodków)
- dostępność trzech wersji:
- dla dorosłych: >30 kg masy ciała, objętość worka - 1547 ml, objętość rezerwuaru tlenu - 2600ml, uciskanie jedną ręką 600 ml uciskanie oburącz 1000 ml
- dla dzieci: 10-30 kg masy ciała, objętość worka - 664 ml, objętość rezerwuaru tlenu - 2600 ml, objętość dostarczona jednorazowo - 450 ml
- dla niemowląt: <10 kg masy ciała, objętość worka - 215 ml, objętość rezerwuaru tlenu 100 ml, objętość dostarczona jednorazowo - 150 ml
- pakowany pojedynczo
- instrukcja obsługi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga masek w rozmiarach: 0, 1, 2, 3, 4, 5, kształt maski: w rozmiarach od 3 do 5 (dla dzieci i dorosłych) - kształt owalny, maski 0, 1, 2 (dla noworodków i niemowląt) kształt okrągły; Zamawiający wymaga: opór podczas wdechu: 1,5 cm H₂O przy przepływie LPM, opór wydechu: 1,8 cm H₂O przy przepływie 50 LPM.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający wydzieli z części nr 19 do odrębnego pakietu i dopuści?

Poz. 1

Trokar optyczny z separatorem tkanek o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, o długości 100 mm, kaniula żebrowana. Liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli. Opakowanie 1 szt.

Poz. 2

Trokar optyczny z separatorem tkanek o średnicy 10 mm z wbudowaną redukcją 5-10mm, o długości 100 mm, kaniula żebrowana. Liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli. Opakowanie 1 szt.

Poz.3

Trokar optyczny z separatorem tkanek o średnicy 5 mm, o długości 100 mm, kaniula żebrowana Liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli. Opakowanie 1 szt.

Poz.4

Igła Veressa o długości 120 mm oraz 150 mm do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, opakowanie 10 sztuk.

Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu numer 19 do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający wykreśli z części nr 19 pozycję nr 5?

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Odp. Zamawiający wykreśla pozycje nr 5 z pakietu nr 19.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający Podkład papierowy (pulpa celulozowa zapewniająca chłonność - 23 g) laminowany folią PE

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne

- Surowiec: 100% Włoska Celuloza Pura Ovata Di Cellulosa
- Liczba warstw: 2
- Długość: 50 m
- Wysokość rolki: 50 cm
- Wymiary listka: 38×50 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 2,1 m (+/-5%)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza drenu tlenowego + 5%. Zamawiający dopuszcza dren tlenowy o długości 2,1 m (-5%).

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści datę ważności – przydatności do użycia minie niż 3 lata, jeżeli zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, wykonawca rozumie, że Zamawiający nie widzi potrzeby dłuższego magazynowania zamówionych towarów. Należy wskazać, iż dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z krótszym terminem przydatności niż 3 lata. W przypadku nie dopuszczenia przez zamawiającego krótszego terminu przydatności prosimy o wyjaśnienie z jakiej zatem przyczyny wyznacza wymóg takiego akurat okresu ważności zamówionych towarów?

Odp. Zamawiający dopuszcza datę ważności krótszą niż 3 lata, tj. 2 lata - na czas zawartej umowy przetargowej.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę, jeżeli tak, to o jakiej długości nawoju ?

Odp. Długość nawoju 50 m.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za rolkę o dł. 40 metrów lub 50 metrów i jaką długość rolki przeliczyć do wyceny?

Odp. Zamawiający wymaga przeliczenia długości rolki 50 m.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolkę składającą się z dwóch warstw – 1 warstwa folii i 1 warstwa papieru?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za rolkę o dł. 50 metrów lub 80 m i jaką długość rolki przeliczyć do wyceny?

Odp. Zamawiający wymaga przeliczenia długości rolki 50 m.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 15 poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolkę o szerokości 50 cm, z perforacją co 40-50 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Wg. naszej wiedzy na rynku nie występują produkty w postaci podkładów medycznych z dwoma warstwami bibuły i jedną warstwą folii o długości 50 m i szerokości 50 cm. Występują podkłady o takiej specyfikacji jednak o długości

40 m. Występują podkłady medyczne ale z jedną warstwą bibuły i jedną warstwą folii o długości 50 m i szerokości 50 cm.

W związku z powyższym jeżeli Zamawiający ma wiedzę na temat występowania takiego produktu prosimy o podanie nazwy produktu referencyjnego lub prosimy o zmianę specyfikacji by dostosować ją do ogólnie dostępnych na rynku produktów.

Dostosowanie opisu może polegać na zmianie ilości warstw na jedną warstwę bibuły i jedną warstwę folii przy zachowaniu szerokości 50 cm i długości 50 m lub na zmianie długości podkładu na 40 m przy zachowaniu ilości warstw i szerokości produktu, wraz ze zmianą ilości oczekiwanych rolek tak by zachować ilość oczekiwanych mb tj. po przeliczeniu 1625 rolek.

Odp. Zamawiający dopuszcza obydwie propozycje.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek o parametrach:

- Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 26 mm x 76 mm, grubość 1,0 – 1,2 mm ;
- Krawędzie szlifowane pod kątem 90 stopni ;
- Pole opisu dwustronnie matowione – szerokość 20 mm ;
- Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego o podwyższonej przezierności,
- Nieprzekładane papierkiem, pakowane po 50 szt. Jednocześnie pudełko;
- Szkiełka oraz pudełko opakowane w celofan,
- Posiadające deklaracje CE/IVDR

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek o wymiarach 24 mm x 50 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający wymaga wszystkich trzech wymiarów zgodnie z SWZ, tj. 24x40mm, 24x50mm, 24x55mm.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 14 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek adhezyjnych o parametrach jak niżej:

Szkiełka adhezyjne stosowane ze szlifowanymi krawędziami gwarantującymi bezpieczną pracę z jednostronny emaliowanym polem do opisu w kolorze białym. Szkiełka ze szlifowanymi krawędziami oraz rogami 90 stopni. Szkiełko o wymiarach zewnętrznych 75x25x1.0-1.2 mm, wymiary pola do opisu – 20x25 mm. Szkiełka optycznie czyste i nieposklejane. Szkiełka hydrofilne. Opakowanie handlowe – 100 szt., opakowanie zewnętrzne wykonane ze sztywnego kartonu, w ilości 100 op. (10 000,00 szt.)

Szkiełka sodowo-wapniowe o poniższym składzie chemicznym:

- ditlenek krzemu (zawartość 70-74 %)
- tritlenek diglinu (zawartość 0-3 %)
- tlenek wapnia (zawartość 6-12 %.)
- tlenek magnezu (zawartość 0-6 %.)
- tlenek sodu (zawartość 12-16 % .)
- tlenek tytanu (zawartość 0.0045 -0.0065 %)
- żywica polimerowa (zawartość 0.0005-0.0015 %)

Posiadające deklaracje CE/IVDR

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 projektu umowy – zał. 3b do SWZ w następujący sposób:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia w wysokości 0,2% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki Przedmiotu Zamówienia,

2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad w wysokości 0,2% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy przypadek.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 41 dotyczy projektu umowy Załącznik 3b do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”. W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

Odp. Zamawiający uzna za wystarczające.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier 210x20m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza papier o wymiarach 210 x 20 arkuszy pod warunkiem kompatybilności z opisanymi w SWZ aparatami EKG.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier 114mm x150mm x 75 arkuszy?

Odp. Zamawiający dopuści papier o wymiarach 114 x 150 x 75 arkuszy pod warunkiem kompatybilności z opisanym w SWZ aparatem EKG

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści papier 110mm x140mm x 140 arkuszy?

Odp. Zamawiający dopuści papier o wymiarach 110 x 140 x 140 arkuszy pod warunkiem kompatybilności z opisanym w SWZ aparatem EKG

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga zaferowania papierów oryginalnych zapewniających wysoką jakość i trwałość wydruku?

Odp. Zamawiający nie wymaga papierów oryginalnych. Zamawiający dopuszcza papiery kompatybilne.

Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 107mm x 23m?

Odp. Zamawiający dopuszcza papier o rozmiarach 107mm x 23m.

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wskazówki z wacikiem ze sztucznego jedwabiu?

Odp. Zamawiający dopuszcza wymazówki z wacikiem ze sztucznego jedwabiu.

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opakowań po 100 szt. danego asortymentu. Zamawiający wymaga opakowań maksymalnie po 20 szt.

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za 1 opakowanie z 50 szt. elektrod z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 1400 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem na 1400 opakowań.

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 14 poz. 1

W sytuacji, w której Zamawiający nie dopuści wyceny za opakowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem na 1400 opakowań.

Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 2 Zamawiający oczekuje podania jednej ceny dla wszystkich trzech rozmiarów szkiełek.

Odp. Zamawiający oczekuje podania ceny dla każdego z trzech podanych rozmiarów szkiełek nakrywkowych.

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 1000 szt. (10 x 100 szt.)?

Odp. Zamawiający dopuszcza szkiełka nakrywkowe pakowane po 1000 sztuk czyli 10 x 100 sztuk (każdy rozmiar osobno).

Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 1000 szt. (10x100 szt.) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 90 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem na 90 opakowań.

Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

W sytuacji, w której Zamawiający nie dopuści wyceny za opakowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem na 90 opakowań.

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 72 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 139 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem na 139 opakowań.

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 14 poz. 3

W sytuacji, w której Zamawiający nie dopuści wyceny za opakowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem na 139 opakowań.

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. = 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 200 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę za 50 sztuk elektrod w 1 opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości tj. 200 opakowań.

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 18

W sytuacji, w której Zamawiający nie dopuści wyceny za opakowanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę za 50 sztuk elektrod w 1 opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości tj. 200 opakowań.

Pytanie nr 62 dotyczy wzoru umowy załącznik 3b do SWZ, §3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 63 dotyczy wzoru umowy załącznik 3b do SWZ, §3 ust. 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.”

Obciążanie wykonawcy kosztami zakupu zastępczego przy jednoczesnym naliczaniu kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy oznacza de facto podwójne karanie wykonawcy za to samo przewinienie.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku za sztukę/opakowanie/komplet – w zależności od pakietu.

Pytanie nr 65 dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odp. Zamawiający nie zmienia minimalnej wielkości zamówienia.

Pytanie nr 66 dotyczy projektu umowy Zał. 3a i 3b do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawiają wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrzytkowanej przez KIO sytuacji.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie OFICJALNYCH materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę – Autoryzowanego Dystrybutora oferowanego urządzenia (sporządzonych na podstawie danych producenta), z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia? Zwracamy uwagę iż, oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zostały zawarte w SWZ.

Jednocześnie wnosimy o dodanie do niniejszego pkt zapisu: ”Uwaga: Nie dopuszcza się dokumentu wytworzonego przez Wykonawcę jedynie na potrzeby przedmiotowego postępowania.”

Odp. Wykonawca nie wskazał, którego pakietu dotyczy pytanie. W związku z tym, Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi.

Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymogu dotyczącego próbek w zakresie pakietu nr 14, poz. nr 2, formularza asortymentowo-cenowego. Czy wystarczającym będzie przesłanie jednego opakowania szkiełek w wymienionej pozycji nr 2, z uwagi na fakt, iż różnią się one jedynie wielkością?

Odp. Wystarczającym będzie przesłanie jednego opakowania szkiełek z wymienionych w pozycji nr 2.

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 14

Prosimy o weryfikację opisu pozycji 2 ze względu na podwójne ujęcie w opisie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24 x 50mm.

Odp. Zamawiający wymaga szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24 mm x 40 mm, 24 mm x 50 mm, 24 mm x 55 mm. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek pakowanych w opakowania zbiorcze po 1000 szt. (10 x 100 szt. w opakowaniach jednostkowych).

Odp. Zamawiający dopuszcza szkiełka pakowane w opakowania zbiorcze po 1000 sztuk (10 x 100 szt. w opakowaniach jednostkowych).

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający poprzez szkiełka borosilikatowe wysokiej jakości oczekuje szkiełek wykonanych ze szkiełka borosilikatowego D263M ?

Odp. Zamawiający oczekuje szkiełek wykonanych ze szkła borosilikatowego D263M.

Zatwierdził:
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek