



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

KOREKTA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULEŃ PRZYSTOSOWANEGO DO PRACY W ŚRODOWISKU MR”,

**Pytanie nr 1**

Czy w związku z faktem, że przedmiot zamówienia jest bardzo wyspecjalizowanym urządzeniem medycznym Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia określony w rozdziale VI SWZ oraz § 2 (termin wykonania przedmiotu zamówienia) w Załączniku nr 2 do SWZ do 100 dni roboczych?

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ i Załącznika nr 2 w tym zakresie.*

**Pytanie nr 2 (Pkt 92)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który może bezpiecznie pracować w polu do 30 000 Gaussów, o konstrukcji kompaktowej (o masie 4,0 kg), który można zainstalować na paramagnetycznym stojaku na kroplówki? Jest to najnowszy na świecie kardiomonitor do MRI, z uwagi na swoje niewielkie rozmiary jest przenośny, można go zamontować również na aparacie do znieczulania. Monitor jest wyposażony w dwie kieszenie służące do ładowania bezprzewodowych modułów EKG i SpO<sub>2</sub>.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 3 (Pkt 93)**

Czy Zamawiający dopuści system monitorowania pacjentów/kardiomonitor, który jest wyposażony w dwie boczne kieszenie służące do ładowania bezprzewodowych modułów EKG i SpO<sub>2</sub> i będzie punktował takie rozwiązanie techniczne tak samo jak uchwyty wbudowane z tyłu urządzenia?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 4 (Pkt 95)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, którego temperatura przechowywania wynosi od -20°C do +50°C, a temperatura eksploatacji wynosi od +10°C do +40°C?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*



**BYŁO:**

**Pytanie nr 5 (Pkt 96)**

Czy Zamawiający przez konstrukcję modułową rozumie bezprzewodowy moduł służący do pomiaru stężenia gazów anestetycznych z analizą MAC, z uwzględnieniem wieku pacjenta?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**JEST:**

**Pytanie nr 5 (Pkt 96)**

Czy Zamawiający przez konstrukcję modułową rozumie bezprzewodowy moduł służący do pomiaru stężenia gazów anestetycznych z analizą MAC, z uwzględnieniem wieku pacjenta?

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.*

**Pytanie nr 6 (Pkt 99)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który jest sterowany poprzez przyciski funkcyjne (stałe) i ekran dotykowy?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 7 (Pkt 102)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym dokładność pomiaru NIBP wynosi  $\pm 2$  mmHg lub 2% - wyższa wartość z odczytanych?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 8 (Pkt 103)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym zakresy pomiarowe NIBP dla dorosłych i pediatrii wynoszą:

SYS: 40 - 270 mmHg

DIA: 25 - 245 mmHg

MAP: 30 - 255 mmHg

dla noworodków:

SYS: 30 - 130 mmHg

DIA: 10 - 100 mmHg

MAP: 15 - 120 mmHg?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 9 (Pkt 106)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym przy pomiarze IBP zakres tętna wynosi od 30 do 250 BPM (przy rozdzielczość:  $\pm 2\%$ )?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 10 (Pkt 107)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym przy pomiarze IBP zakres pomiarowy wynosi od -30 do 250 mmHg?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**BYŁO:**

**Pytanie nr 11 (Pkt 108)**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł IBP wyposażony w kabel do przetwornika kompatybilny z





## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Edwards/Baxter komunikował się z monitorem w technologii bezprzewodowej 2,4 GHz?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

JEST:

**Pytanie nr 11 (Pkt 108)**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł IBP wyposażony w kabel do przetwornika kompatybilny z Edwards/Baxter komunikował się z monitorem w technologii bezprzewodowej 2,4 GHz?

*Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał, aby moduł IBP wyposażony w kabel do przetwornika kompatybilny z Edwards/Baxter komunikował się z monitorem w technologii bezprzewodowej 2,4 GHz. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 5 w tym zakresie.*

**Pytanie nr 12 (Pkt 109)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym pomiar IBP wyrażany jest w mmHg?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 13 (Pkt 111)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym pomiar SpO<sub>2</sub> wykonywany jest w technologii Masimo SET?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 14 (Pkt 114)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym stan naładowania akumulatora modułu SpO<sub>2</sub> pokazany jest poprzez ikonę baterii wyświetlanej na ekranie monitora?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 15 (Pkt 118)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym przy pomiarze EKG zakres pomiarowy wynosi od 30 do 250 BPM (rozdzielczość: 1 BPM)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 16 (Pkt 121)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym stan naładowania akumulatora modułu EKG pokazany jest poprzez ikonę baterii wyświetlanej na ekranie monitora?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 17 (Pkt 122)**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym zestaw elektrod dedykowanych do MRI jest w jednym rozmiarze (dla różnych typów pacjenta stosuje się elektrody połączone w jeden plaster - noworodek, lub rozdzielone na 5 sztuk - pacjent dorosły, pediatryczny)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

**Pytanie nr 18 (Pkt 124)**

Czy Zamawiający dopuści zdalny monitor dotykowy do sterowni o przekątnej 10,1''?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

### BYŁO:

#### Pytanie nr 19(Pkt 125)

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby monitor pacjenta można było stosować w środowisku  $MR \geq 1\ 000\ mT/10\ 000\ Gaussów$ ?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora pacjenta przystosowanego do pracy w środowisku  $MR \geq 1\ 000\ mT/10\ 000\ Gaussów$ . Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

### JEST:

#### Pytanie nr 19(Pkt 125)

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby monitor pacjenta można było stosować w środowisku  $MR \geq 1\ 000\ mT/10\ 000\ Gaussów$ ?

*Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał, aby monitor pacjenta można było stosować w środowisku  $MR \geq 1\ 000\ mT/10\ 000\ Gaussów$ . Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 5 w tym zakresie.*

#### Pytanie nr 20 (Pkt 127)

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby monitor pacjenta nie posiadał miernika i wskaźnika pola magnetycznego w związku z potrzebą stosowania go w środowisku  $MR \geq 1\ 000\ mT/10\ 000\ Gaussów$ ?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora pacjenta bez miernika i wskaźnika pola magnetycznego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(5)

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

