

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego (BZP.38.382-15.20)**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.06.2020r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 3, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 3 poz. 2 i utworzenie dla niej niezależnego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści komory inhalacyjne do podawania leków z maską dla dzieci od 0 do 2 lat, z maską dla dzieci od 3 do 4 lat oraz z ustnikiem dla dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków do fototerapii o następujących parametrach:

„OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.

W trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierają lateksu”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 4, poz. 3:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie



ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wymaga by: igły posiadały zdejmowany jałowy uchwyt, a ich grubość była oznaczona kolorami: 12G - dł.: 10,13,16,20 cm (Niebieska), 14G - 10,13,16,20 cm (zielona), 16G - dł.:10,13,16,20 cm (fioletowa), 18G - dł.: 10,13,16,20,25,30 (Różowa) 20G - dł.: 10,13,16,20 cm (żółta)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wymaga żeby była możliwość podania leku znieczulającego podczas zabiegu bez usuwania igły z pola zabiegowego i aby siła sprężyny wynosiła 0,925N//mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 30, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 30 pozycji nr 2 - „Płytko do stabilizacji przegrody, zbudowana z materiału fluoroplastycznego. Rozmiar cienki - 0,25mm. Opakowanie zawiera 5 par.” do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 35:

Czy Zamawiający w zadaniu: Pakiet 35 - Zestawy obłożeń „Zestaw do zabiegów angiograficznych o składzie” dopuści zestaw o poniższych parametrach:

1. CHUSTA ANGIO 243 X 350 cm z 3 otworami z włókniny SMS. Dwa otwory promieniowe o wym. 7,6x12cm podklejone przezroczystą folią klejącą wchodzącą w światło otworu (sam otwór 3,5x6cm) i jeden otwór udowy o wym. 12,7cm podklejone przezroczystą folią klejącą wchodzącą w światło otworu (sam otwór 7cm) . Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 122x154cm. Z 2 stron przezroczysta folia 63x350cm ,
2. Chusta dwuwarstwowa 150 x 180 cm na stolik i do spakowania zestawu,
3. Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90cm
4. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione: fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepyłącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, rozmiar L i fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepyłącym,

elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny rozmiar XL

5. Kompresy z gazy 12 warstwowe, 7,5 x 7,5 cm,
6. Miseczki plastikowe 500 ml, niebieska i przezroczysta,
7. 2 powłoki ochronne 120 x 120 cm typu czapeczka,
8. Strzykawka 10 ml, przezroczysta oznaczona czerwonym kolorem,
9. Strzykawka 20 ml, przezroczysta,
10. Strzykawka 20 ml LL przezroczysta,
11. 2 gąbki na patyku dł. 13 cm,
12. Skalpel jednorazowy 11 F, bezpieczny,
13. Kleszczyki proste, metalowe dł. 13cm ;
14. 2 szt ręczników papierowych 57 x 37 cm.
15. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 35:

Czy Zamawiający w zadaniu: Pakiet 35 - Zestawy obłożeń „Zestaw do wszczepienia rozrusznik” dopuści zestaw o poniższych parametrach:

1. Serweta zabiegowa o wymiarach 220 x 330 cm z przezroczystą foliową wstawką po prawej stronie pacjenta 70 x 330 cm. Serweta wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS, cztery otwory lepne o średnicy 12 cm umieszczone w okolicy podobojczykowej i tętnicy udowej, oddalone od siebie 25 cm i umiejscowione na wysokości 70 cm od siebie (od środka otworów). Wokół otworów warstwa chłonna o wymiarach 75x200 cm wykonana włókniny chłonnej 3 warstwowej, bardzo silnie absorbującej z warstwą foliową stanowiącą spodnią część włókniny chirurgicznych w tym zakresie dla powierzchni krytycznej
2. Serweta na stolik, do spakowania zestawu : 152x 190cm w całości wzmocniona
3. Podkład chłonny, rozmiar 60x90cm, 2 szt
4. Fartuchy chirurgiczne : fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS. Wzmocnienie na brzuchu oraz na całej długości rękawa. Rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, rozmiar L ; fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS. Wzmocnienie na brzuchu oraz na całej długości rękawa. Rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki połączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, rozmiar XL
5. Kompresy gazowe 16 warstwowe, 10 x 10 cm
6. Miseczka plastikowa 500 ml
7. Osłonki foliowe 120 x 120 cm typu czepek
8. Osłonka foliowa 75 x 100 cm typu czepek
9. Strzykawki 20 ml zwykłe

10. Igła iniekcyjna 0,8 1 i 1,2
11. Strzykawka 10 ml,
12. 3 patyczki z gąbką do dezynfekcji o dł. 13 cm
13. Skalpel bezpieczny F 21
14. Ręczniki papierowe 56 x 37 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 17, poz. 11:

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 17, poz. 12:

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji ma być gładki czy w kratkę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 17, poz. 22-23:

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 17 poz. 22 oraz 23 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar/J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:

22.	Elektroda z półpłynnym lub ciekłym lub płynnym lub stałym żelem, podkład z gąbki PCV, złącze standardowe optymalne do prac wysiłkowych oraz do długiego monitorowania 24h - Holter z bocznym nacięciem lub podłużnym wycięciem na kabel opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt.	55x35mm - 40mm/ szt	144000
-----	--	---------------------	--------

23.	Elektroda do EKG jednorazowego użytku, owalna lub okrągła z żęzyczkiem o średnicy 30mm lub w kształcie kwiatka o średnicy ok. 25mm ze stałym żelem z pianki z polietylenu , noworodkowa, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego. opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt.	30x24mm / szt	1200
-----	--	---------------	------

które otrzymują nowe brzmienie:

22.	Elektroda z półpłynnym lub ciekłym lub płynnym lub stałym żelem, podkład z gąbki PCV, złącze standardowe optymalne do prac wysiłkowych oraz do długiego monitorowania 24h - Holter z bocznym nacięciem lub podłużnym wycięciem na kabel opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt.	55x35mm - 40mm/ szt 55x35mm - 40mm/ op	144000 lub 2880 opakowań po 50szt.
-----	--	---	---

23.	Elektroda do EKG jednorazowego użytku, owalna lub okrągła z żęzyczkiem o średnicy 30mm lub w kształcie kwiatka o średnicy ok. 25mm ze stałym żelem z pianki z polietylenu , noworodkowa, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego. opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt.	30x24mm / szt lub 30x24mm / op	1200 lub 24 op. po 50 szt.
-----	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 17, poz. 24:

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. - 25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 17 poz. 24 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar/J.m.” oraz „Ilość” zmienia zapis z:



24.	Elektroda do podłączenia Aparatu Holtera z przesuniętym względem czujnika złącza, co ogranicza występowanie artefaktów ruchowych oraz ułatwia zamocowanie przewodu EKG po naklejeniu elektrody, podłoże mikroporowate	66x68,5mm x 55mm-60mm / szt	2000
-----	---	-----------------------------	------

który otrzymuje nowe brzmienie:

24.	Elektroda do podłączenia Aparatu Holtera z przesuniętym względem czujnika złącza, co ogranicza występowanie artefaktów ruchowych oraz ułatwia zamocowanie przewodu EKG po naklejeniu elektrody, podłoże mikroporowate	66x68,5mm x 55mm-60mm / szt lub 66x68,5mm x 55mm-60mm / op	2000 lub 80 op po 25 szt.
-----	---	---	------------------------------------

Pytanie nr 14 dot. Wzoru Umowy:

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 4 igły do aspiracji szpiku kostnego w rozmiarze 15Gx100mm i 16Gx70mm w zależności od potrzeb, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 3, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 poz. 5 półautomatyczne igły do biopsji tkanek miękkich z odłączalną kaniulą w rozmiarze 14Gx80mm i 14Gx100mm lub 16Gx80mm i 16Gx100mm w zależności od potrzeb, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 3, poz. 4-5:

Wnosimy do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu 3 poz. 4 i 5 i utworzenie nowego Pakietu np. 3A.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. SIWZ:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. Umowy:

Wnosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści okularki o następujących parametrach: Okularki ochronne stosowane podczas zabiegu fototerapii u noworodków z hiperbilirubinemią, zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła, doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom, odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii, wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka dostępne w 3 rozmiarach S (200 - 280 mm), M (240 - 340 mm), L (300 - 400 mm), bez lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie jednostkowe: papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 10 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1.	Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 - 38 cm, Wcześnieiki 24 - 33 cm, Mikro - 20-28 cm
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 - 38 cm, Wcześnieiki 24 - 33 cm, Mikro - 20-28 cm lub Okularki ochronne stosowane podczas zabiegu fototerapii u noworodków, zapewniające optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła, dopasowujące się do każdego kształtu główki dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom, odpowiedni kształt okularków (litera Y) uniemożliwiająca ich przesuwanie się podczas fototerapii. Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszające ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka, bez lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie jednostkowe papier/folia. Dostępne w 3 rozmiarach: S (200-280mm), M (240-340mm), L (300-400mm).
----	--

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości 16,5cm, długość części regulacyjnej 9,5cm, 12 zakresów regulacji w kolorze niebieskim i różowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 12 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1.	Opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt. dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim (cechująca się miękkimi i nieostrymi krawędziami, łatwością włożenia kartonika do kieszonki)
----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

1	<p>Opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt. dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim (cechująca się miękkimi i nieostrymi krawędziami, łatwością włożenia kartonika do kieszonki)</p> <p>lub opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 165mm, długość części regulacyjnej 95mm, 12 zakresów regulacji w kolorze niebieskim i różowym, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt.</p>
---	---

Pytanie nr 23 dot. Pakietu nr 17, poz. 15, 21, 24-26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15, 21, 24-26 z zadania 17 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24, dot. Pakietu nr 17, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 210x25m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 17 poz. 3 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar/J.m.” zmienia zapis z:

3.	Papier do EKG Ascard Gold, termoczuły, bezpyłowy z nadrukiem	210 x 40 / rolka
----	--	------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

3.	Papier do EKG Ascard Gold, termoczuły, bezpyłowy z nadrukiem	210 x 40 / rolka lub 210x25m
----	--	---

Pytanie nr 25 dot. Pakietu nr 17, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x70x315 skł. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 17 poz. 14 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar/J.m.” zmienia zapis z:

14.	Papier Sciller AT 101 (nadruk kratka zielona lub czerwona)	80 x 70x 300 skł
-----	--	------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

14.	Papier Sciller AT 101 (nadruk kratka zielona lub czerwona)	80 x 70x 300 skł lub 80x70x315 skł
-----	--	---

Pytanie nr 26 dot. Pakietu nr 17, poz. 20:

Czy Zamawiający dopuści żel EEG o pojemności 250g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. Pakietu nr 17, poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym w rozmiarze 55x41mm podkład z pianki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 17 poz. 22 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” oraz „Rozmiar/J.m.” zmienia zapis z:

22.	Elektroda z półpłynnym lub ciekłym lub płynnym lub stałym żelem, podkład z gąbki PCV, złącze standardowe optymalne do prac wysiłkowych oraz do długiego monitorowania 24h - Holter z bocznym nacięciem lub podłużnym wycięciem na kabel opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt.	55x35mm - 40mm/ szt lub 55x35mm - 40mm/ op
-----	---	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

22.	Elektroda z półpłynnym lub ciekłym lub płynnym lub stałym żelem, podkład z gąbki PCV, złącze standardowe optymalne do prac wysiłkowych oraz do długiego monitorowania 24h - Holter z bocznym nacięciem lub podłużnym wycięciem na kabel opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt. lub Elektroda z półpłynnym lub ciekłym lub płynnym lub stałym żelem, podkład z pianki, złącze standardowe optymalne do prac wysiłkowych oraz do długiego monitorowania 24h - Holter z bocznym nacięciem lub podłużnym wycięciem na kabel opakowanie zbiorcze min. 25 max. 50 szt.	55x35mm - 40mm/ szt lub 55x35mm - 40mm/ op lub 55x41mm /szt.
-----	---	--

Pytanie nr 28 dot. Pakietu nr 17, poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 30mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 dot. Pakietu nr 20, poz. 5-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-6 z zadania 20 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 dot. Pakietu nr 25, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści rozcinacze do zacisków jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dot. Pakietu nr 25, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 dot. Pakietu nr 28, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne regulowane za pomocą szpili?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z serwetą angiograficzną o wymiarach 230 x 400 cm, przylepne otwory pachwinowe o śr. 12,5 cm, 2 otwory promieniowe o wymiarach 7x5 cm, wzmocniona, po obu stronach przezroczyste osłony, gramatura 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 270cm H₂O, laminat bez lateksu, niepalny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z serwetą na stolik instrumentalny o szerokości warstwy chłonnej 65 cm (zamiast 66 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z podkładem chłonnym wykonanym z pięciowarstwowego materiału, łączna waga podkładu 77g, chłonność całego podkładu 1177 ml – 2 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z fartuchem ze wzmocnieniem



w części przedniej kończącym się ok 25 cm od dolnej krawędzi fartucha, w rękawach 34 cm (L/XL), rękawy z mankietem o długości 7,5 cm(+/- 1 cm), w części szyjnej zapięcie na rzep (lewy 3 x 13 cm, prawy 3 x 7 cm). Długość fartucha dla rozmiaru L - 128 cm (+/- 3 cm), dla rozmiaru XL - 138 cm (+/- 3 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H₂O i pyleniu 2,6 log₁₀?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z kompresami o wykroju 38 x 43 cm, waga kompresu 3,79 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z miską plastikową 500ml niebieską (w miejsce przezroczystej)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z osłoną na aparaturę typu beret z gumką, rozmiar w stanie rozciągniętym 120 x 120 cm (w miejsce osłony foliowej na aparaturę w rozmiarze 33 cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym) ,112 cm (połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym), 56 głębokość osłony) - 2 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z osłoną na aparaturę typu beret z gumką, rozmiar w stanie rozciągniętym 85 x 85 cm (w miejsce osłona foliowa na aparaturę w rozmiarze 30 cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym) ,72 cm (połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym), 36 głębokość osłony) - 1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z patyczkami z gąbką do

dezynfekcji długość 15 cm (zamiast 14 cm) - 2 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych zawierający skalpel bezpieczny z ostrzem nr 10 lub ostrzem nr 11P (w miejsce skalpela rozmiar 11)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów angiograficznych z ręcznikami celulozowymi 40 x 40 cm – 4 sztuki (zamiast 50 x 40 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z serwetą angiograficzną o wymiarach 230 x 400 cm, przyklepne otwory pachwinowe o śr. 12,5 cm, 2 otwory promieniowe o wymiarach 7x5 cm, wzmocniona, po obu stronach przezroczyste osłony, gramatura 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 270cm H₂O, laminat bez lateksu, niepalny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z serwetą na stolik instrumentalny o szerokości warstwy chłonnej 65 cm (zamiast 66 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z podkładem chłonnym wykonanym z pięciowarstwowego materiału, łączna waga podkładu 77g, chłonność całego podkładu 1177 ml – 2 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z fartuchem ze wzmocnieniem w części przedniej kończącym się ok 25 cm od dolnej krawędzi fartucha, w rękawach 34 cm (L/XL), rękawy z mankietem o długości 7,5 cm(+/- 1 cm), w części szyjnej zapięcie na rzep (lewy 3 x 13 cm, prawy 3 x 7 cm). Długość fartucha dla rozmiaru L – 128 cm (+/- 3 cm), dla rozmiaru XL – 138 cm (+/- 3 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H₂O i pyleniu 2,6 log₁₀?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z kompresami o wykroju 38 x 43 cm, waga kompresu 3,79 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z miską plastikową 500ml niebieską (w miejsce przezroczystej)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z osłoną na aparaturę typu beret z gumką, rozmiar w stanie rozciągniętym 120 x 120 cm (w miejsce osłony foliowej na aparaturę w rozmiarze 33 cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym) ,112 cm (połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym), 56 głębokość osłony) – 2 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z osłoną na aparaturę typu beret z gumką, rozmiar w stanie rozciągniętym 85 x 85 cm (w miejsce osłona foliowa na aparaturę w rozmiarze 30 cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym) ,72 cm (połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym), 36 głębokość osłony) – 1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z patyczkami z gąbką do dezynfekcji długość 15 cm (zamiast 14 cm) - 2 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wszczepienia rozrusznika z ręcznikami celulozowymi 40 x 40 cm – 4 sztuki (zamiast 50 x 40 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56 dot. Pakietu nr 35, poz. 1:

Czy Zamawiający w pakiecie 35 pozycja 1 dopuści do postępowania zestaw:

Zestaw do zabiegów angiograficznych o składzie:

Serweta angiograficzna, serweta na pacjenta o wymiarach 330x240 cm z 2 otworami pachwinowymi, przylepnymi o wymiarach 7x 9 cm i 2 otworami promieniowymi, przylepnymi 5x7 cm, w strefie krytycznej lata chłonna, z obu boków serwety panel foliowy na aparaturę. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa/folia polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy powyżej 100 cm H₂O, zgodne z normą PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności - 1 szt.

- serweta na stół instrumentalny 150x190 cm z warstwą chłonną o szerokości 75 cm - 1 szt.
- podkład chłonny wykonany z warstwy spodniej -izolacyjnej folii, wkładu chłonnego z rozdrobnionej celulozy oraz wierzchniej warstwy włókninowej. Rozmiar 60x90cm - 2szt.
- fartuch chirurgiczny Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy w miejscach krytycznych wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep, troki mocowane na klej i ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia widoczne przy złożonym fartuchu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 190 cmH₂O, mniej krytycznej min. 15 cmH₂O. Pylenie max 2,1 log₁₀ - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Rozmiary L - 1 szt

Rozmiar XL - 1 szt.

- kompresy gazowe wykonane z gazy 17n 16 w 10x10 cm , - 40 szt.
- miseczka plastikowa- 500ml- 1 szt. /przezroczysta
- miseczka plastikowa -250 ml-1 szt. /niebieska
- osłony foliowe na aparaturę w rozmiarze 140 cm - 2 szt.
- osłona foliowa na aparaturę w rozmiarze 90 cm - 1 szt.
- strzykawki 20 ml - 2 szt.
- strzykawka 20 ml. nakręcana -1 szt.
- strzykawka 10 ml z zielonym tłokiem - 1 szt.
- patyczki z gąbką do dezynfekcji długość 15 cm - 2 szt.
- skalpel bezpieczny -jedenorazowy /rozmiar 11
- pean prosty plastikowy 14 cm - 1 szt.
- ręczniki celulozowe min 45x35cm - 4 szt.

Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami do dokumentacji, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 dot. Pakietu nr 35, poz. 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 35 pozycja 2 dopuści do postępowania zestaw:

Zestaw do wszczepienia rozrusznika o składzie:

- Serweta angiograficzna, serweta na pacjenta o wymiarach 330x240 cm z 2 otworami pachwinowymi, przylepnymi o wymiarach 7x 9 cm i 2 otworami promieniowymi, przylepnymi 5x7 cm, w strefie krytycznej łąta chłonna, z obu boków serwety panel foliowy na aparaturę. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina wiskozowa/folia polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy powyżej 100 cm H₂O, zgodne z normą PN-EN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności - 1 szt.
- serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm z warstwą chłonną o szerokości 75 cm - 1 szt.
- podkład chłonny wykonany z warstwy spodniej -izolacyjnej folii, wkładu chłonnego z rozdrobionej celulozy oraz wierzchniej warstwy włókninowej. Rozmiar 60x90cm - 2szt.
- fartuch chirurgiczny Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy w miejscach krytycznych wykonane techniką ultradźwiękową, w części sztywnej zapięcie na rzep, troki mocowane na klej i ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia widoczne przy złożonym fartuchu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 190 cmH₂O, mniej krytycznej min. 15 cmH₂O. Pylenie max 2,1 log₁₀ - parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Rozmiary L - 1 szt

Rozmiar XL - 1 szt.

- kompresy gazowe wykonane z gazy 17n 16 w 10x10 cm - 50 szt.
- miseczka plastikowa- 500ml- 1 szt /przezroczysta
- osłony foliowe na aparaturę w rozmiarze 140 cm -1 szt.
- osłona foliowa na aparaturę w rozmiarze 90 cm - 1 szt.
- strzykawki 20 ml zwykłe - 2 szt.
- igła iniekcyjna 0,8 - 1 szt.
- igła iniekcyjna 1,2 - 1szt
- strzykawka 10 ml - 1 szt.
- patyczki z gąbką do dezynfekcji 15 cm - 3 szt.
- skalpel bezpieczny na trzonku -jednorazowy rozmiar 21 - 1 szt.
- ręczniki celulozowe min. 45x35 cm - 2 szt.

Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami do dokumentacji, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58 dot. Pakietu nr 16:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr bakteryjno-wirusowy z zintegrowanym ustnikiem do spirometru Mastercope PC Jager 755616 z 2017 roku, długość 5,5 cm, zakończenie od strony pacjenta owalne. Opór przy wdechu < 0,2 cm H₂O/L/S@ 30LPM , opór przy wydechu: < 0,2 cm H₂O/L/S@ 30LPM , efektywność filtra: BFE>=99,99% przy przepływie 30 L/Min, %VFE >=99,99% przy przepływie 30 L/Min, Objętość filtra 82ml. Bez zawartości lateksu. Filtr dodatkowo wyposażony w zacisk na nos tak jak widać na zdjęciu:



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59 dot. Wzoru Umowy oraz SIWZ:

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczanego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu



maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 dot. Wzoru Umowy oraz SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 4 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści: „Zamawiający oświadcza, że wartość niewykorzystania nie przekroczy 20% wartości umowy.”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61 dot. Wzoru Umowy oraz SIWZ:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 9 i 10 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 dot. Wzoru Umowy oraz SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 11 i 12.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 dot. Wzoru Umowy oraz SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) w wysokości 8 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia



przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 1% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości oraz towary nie posiadające deklarowanych właściwości
c) w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy realizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 dot. Pakietu nr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- jednoczęściowe
- dla jednego pacjenta
- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)
- wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy
- wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru
- dostępne w 3 rozmiarach: S- obwód max. – 31cm, M- obwód max. 35 cm, L- obwód max. 40 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 10 poz. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

<input type="checkbox"/>	Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału
--------------------------	---



1.

bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularów na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 - 38 cm, Wcześnieńki 24 - 33 cm, Mikro - 20-28 cm lub Okularki ochronne stosowane podczas zabiegu fototerapii u noworodków, zapewniające optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła, dopasowujące się do każdego kształtu główki dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom, odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwiająca ich przesuwanie się podczas fototerapii. Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszające ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka, bez lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie jednostkowe papier/folia. Dostępne w 3 rozmiarach: S (200-280mm), M (240-340mm), L (300-400mm).

który otrzymuje nowe brzmienie:

1.	<p>Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 - 38 cm, Wcześnieńki 24 - 33 cm, Mikro - 20-28 cm lub Okularki ochronne stosowane podczas zabiegu fototerapii u noworodków, zapewniające optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła, dopasowujące się do każdego kształtu główki dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom, odpowiedni kształt okularków (litera Y) uniemożliwiająca ich przesuwanie się podczas fototerapii. Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszające ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka, bez lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie jednostkowe papier/folia. Dostępne w 3 rozmiarach: S (200-280mm), M (240-340mm), L (300-400mm). lub Okularki do fototerapii, jednoczęściowe, dla jednego pacjenta, wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny. Wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału, co osłona na oczy, wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji. Dostępne w 3 rozmiarach: S (obwód max. 31 cm), M (obwód max. 35cm), L (obwód max. 40cm).</p>
----	--

Pytanie nr 65 dot. Pakietu nr 13, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla zmarłych, zapinaną na jednorazowy zatrzask (który uniemożliwia przypadkowe rozpięcie opaski), w zestawie z przezroczystym etui z folii PCV o wymiarach: 11,7 cm x 8,3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 dot. Pakietu nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z zintegrowanym ustnikiem do spirometru Mastercope PC Jager 755616 z 2017 r. o dł. (wysokości) – 7,5 cm, zakończenie od strony pacjenta owalne, oporność (cmH₂O/L/s): 8 L/s = 0,57 - @ 14 L/s = 0,75, efektywność filtra (%): przeciwko bakteriom – 99,999, przeciwko wirusom – 99,99, przestrzeń martwa 45 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 dot. Pakietu nr 16, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z zintegrowanym ustnikiem do spirometru Mastercope PC Jager 755616 z 2017 r. o dł. (wysokości) – 7,5 cm, zakończenie od strony pacjenta okrągłe, oporność (cmH₂O/L/s): 8 L/s = 0,57 - @ 14 L/s = 0,75, efektywność filtra (%): przeciwko bakteriom – 99,999, przeciwko wirusom – 99,99, przestrzeń martwa 45 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 dot. Pakietu nr 27, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu osobne dla dziewcząt i osobne dla chłopców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 dot. Pakietu nr 27, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści, aby instrukcja obsługi toreb na wymiociny była dołączana do opakowania zbiorczego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70 dot. Pakietu nr 27, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści tacę na kieliszki o wymiarach: 315 mm x 400 mm x 55mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 27 poz. 7 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

7.	Taca na 32 kieliszki do podawania leków, każdy zestaw zawiera wsuwki na szczegółowy opis co redukuje możliwość pomyłki przy rozdysponowaniu leków i ułatwia organizację pracy pielęgniarek. Wymiary: 430 x 325 x 60 mm
----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

7.	Taca na 32 kieliszki do podawania leków, każdy zestaw zawiera wsuwki na szczegółowy opis co redukuje możliwość pomyłki przy rozdysponowaniu leków i ułatwia organizację pracy pielęgniarek. Wymiary: 430 x 325 x 60 mm lub 315mm x
----	--



400mm x 55mm

Pytanie nr 71 dot. Pakietu nr 27, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do treningu bez zaworów do regulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 dot. Pakietu nr 27, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji)- zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach super chłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt.?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73 dot. Pakietu nr 27, poz 6-8:

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 27 pozycje 6,7 i 8 i utworzy z nich osobny pakiet lub umożliwi składanie ofert na pozycje?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 dot. Pakietu nr 27, poz. 10:

Czy Zamawiający ma na myśli igły półautomatyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 dot. Pakietu nr 27, poz. 10:

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu z echa odbijającej stop metalu typu Echonox?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76 dot. Pakietu nr 27, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści inne długości automatycznego pistoletu do biopsji między innymi zamiast 11 - 10?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77 dot. Pakietu nr 2, poz. 20:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o dopuszczenie systemu bezgłowego o poniższych parametrach:

Łącznik bezgłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0,04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 10) po zmianach z dnia 29.06.2020r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 12) po zmianach z dnia 29.06.2020r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 17) po zmianach z dnia 29.06.2020r.;
- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 27) po zmianach z dnia 29.06.2020r.;



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem