

Tarnów, dnia 29.04.2020r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. /20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1 dot.:** Pakiet 103

Poz.1 Czy Zamawiający dopuści ostrze do strzygarki z ruchomą w pełnym zakresie głowicą , uniwersalne, z dolnym ostrzem nieruchomym które ogranicza do minimum możliwość uszkodzenia skóry. Najważniejszym parametrem jest współczynnik zacięć który w przypadku tego ostrza jest potwierdzona badaniem i jest najniższa wśród dostępnych na rynku i wynosi 2%. Ostrze pakowane pojedynczo, biologicznie czyste, z numerem LOT na każdym opakowaniu. Kompatybilne ze strzygarką z poz. 3

**Odp.: Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 2, Poz.2.**

Czy Zamawiający dopuści ostrze do usuwania każdego rodzaju włosów, również grubych, gęstych, mokrych również w procedurach neurochirurgicznych, z dolnym ostrzem nieruchomym, o najniższym, potwierdzonym badaniami, współczynnikiem zacięć. Ostrze pakowane pojedynczo, biologicznie czyste, z numerem LOT na każdym opakowaniu. Kompatybilne ze strzygarką z poz. 3

**Odp.: Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 3, Poz.3**

Czy Zamawiający dopuści strzygarkę z ruchomą w pełnym zakresie głowicą, lekką, ergonomiczną do usuwania owłosienia z ciała przed zabiegami również w neurochirurgii i delikatnych okolicach ciała. Strzygarka wyposażona w diodę LED informującą o stanie naładowania baterii i jej rozładowywaniu. Klasa IPX7. Czas pracy ciągłej strzygarki 160 min. Kompatybilna ze wszystkimi środkami dezynfekującymi dostępnymi na rynku.

**Odp.: Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 4, Poz.4**

Czy Zamawiający dopuści ostrze do usuwania również delikatnego owłosienia, w tym w okolicach wrażliwych, o dolnym ostrzu nieruchomym, które ogranicza możliwość uszkodzenia skóry pacjenta. Ostrze kompatybilne ze strzygarką z poz.5.

**Odp.: Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 5, Poz.5**

Czy Zamawiający dopuści strzygarkę chirurgiczną wraz z ładowarką z nieruchomą głowicą, bezprzewodową, akumulatorową, z zakładanymi ostrzami jednorazowego użytku. Ergonomiczna, lekka, poręczna, z wbudowanym pięciostopniowym wskaźnikiem naładowania baterii, czas pracy 160 min. Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie. Kompatybilna ze wszystkimi środkami dezynfekcyjnymi dostępnymi na rynku.

**Odp.: Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie  
Anna Czech