



PCZ/II-ZP/13/2022

Żnin, dn. 09.08.2022 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
PCZ/II-ZP/13/2022

Dotyczy: zapytanie ofertowe o cenę na dostawę Sprzętu medycznego jednorazowego użytku Grupach 1-5 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.

Zamawiający - Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w postępowaniu na dostawę Sprzętu medycznego jednorazowego użytku Grupach 1-5:

1. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 5 .**
Czy Zamawiający wymaga cewnik do odsysania wyposażony otwory naprzemianległe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
2. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 5 .**
Czy Zamawiający wymaga cewnik do odsysania wyposażony otwory naprzeciwnie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
3. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 7 .**
Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 200 cm, pakowanie w opakowanie foliowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 8-9 .**
Czy Zamawiający dopuści worki bez dedykowanego pola do opisywania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 8 .**
Czy Zamawiający dopuści worek o długości 90 cm lub 150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek o długości 150 cm.
6. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 8 .**
Czy Zamawiający dopuści worek dobowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
7. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 9 .**
Czy Zamawiający dopuści worek o długości 90 cm lub 150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek o długości 150 cm.
8. **Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 1 .**
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², chłonność 3820,18 ml?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

9. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 2 .

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne w rozmiarze 80cm x 210cm i chłonności 140ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

10. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 2 .

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne bez laminowanych pasków bocznych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

11. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 2 .

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wzmocnione nitkami wykonanymi z 90% bawełny i 10% poliestrowym włóknem syntetycznym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

12. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 6 .

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o wymiarach poszwy 160x210cm, prześcieradła 150x210cm, pakowany po komplecie w folię, zbiorczo po 25 kompletów w karton?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 7 .

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160cm x 240cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 8 .

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z polipropylenu o gramaturze 40g/m², w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 8 .

Czy Zamawiający dopuści koszulę o szerokości 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 9 .

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne posiadające w bluzie 3 kieszenie, oraz spodnie wiązane na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Pytanie dotyczy: Grupa nr 5, pozycja nr 1 .

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000 ml z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek na wymiociny o pojemności 2000 ml z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczoną na worku.

18. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 1, 2 .

Prosimy o doprecyzowanie do jakiego modelu ssaka mają pasować wkłady?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wkłady mają pasować do ssaka próżniowego oraz AGA LABOR SSAK SU-1.

19. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 5 .

Czy zamawiający dopuści niesterylny łącznik?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

20. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 6.

Czy zamawiający dopuści końcówkę o długości 17,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 7.

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką o średnicy Ch21 i długości całkowitej 27cm oraz z drenem o średnicy 7mm i długości 210cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

22. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 5.

Czy zamawiający wymaga powierzchni zmrożonej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powierzchni zmrożonej.

23. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 7.

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 2m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 7.

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 8.

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by worek posiadał pole do opisywania?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

26. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 9.

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by worek posiadał pole do opisywania?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

27. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 9.

Czy zamawiający dopuści worek tylko z portem igłowym do pobierania próbek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

28. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 1 i 2.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie są oczekiwania Zamawiającego w związku z zawartym wymogiem żeby „każdy wkład był wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej” Jeśli miałyby to dotyczyć zastosowania jonów srebra, to zgodnie z nauką biologii, aktywność jonów srebra nie ma zastosowania do tworzyw sztucznych a jedynie do elementów metalowych. Wątpliwość nasza jest zasadna, ponieważ wkłady workowe wykonane są z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje systemu wkładów z ochroną bakteriologiczną przed szeregiem powszechnie występujących organizmów chorobotwórczych, takich jak np. MRSA, E. coli, Salmonella, Listeria itp. co minimalizuje ryzyko zakażeń krzyżowych..

29. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 1 i 2.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na każdym wkładzie był nadrukowany numer seryjny oraz data ważności, ponieważ jest to produkt niesterylny (masowy), zakwalifikowany do klasy pierwszej wyrobów medycznych i żadne przepisy dotyczące tej klasy wyrobów medycznych nie nakładają takiego obowiązku. Prosimy o zaakceptowanie nadrukowanego numeru seryjnego na każdym wkładzie, natomiast terminu ważności podanego na każdym podstawowym opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

30. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 1 i 2.



Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania wkładów workowych nowszej generacji wobec opisanego w SWZ, w których w pokrywie znajduje się tylko jeden króciec przyłączeniowy - w kierunku pacjenta, natomiast drugi króciec - w kierunku źródła ssania zainstalowany jest w kanistrze zewnętrznym. Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oferowany przez nas system wkładów workowych posiada wiele innych nowoczesnych rozwiązań - między innymi: - króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dreny według potrzeby w dowolnym kierunku bez załamywania ich. - króciec pacjenta można zdemonstrować, dzięki czemu uzyskuje się przyłącze ortopedyczne o średnicy wewnętrznej wynoszącej 12 mm. - zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wykonanie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, dzięki czemu są konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale. - wkłady workowe gotowe są do bezpośredniego użycia i nie wymagają dodatkowych czynności związanych z montażem łączników W przypadku akceptacji naszej propozycji, zobowiązujemy się do wyposażenia wszystkich dotychczasowych Państwa stanowisk w niezbędny, kompatybilny osprzęt t.zn. kanistry zewnętrzne oraz zawieszania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

31. Pytanie dotyczy: Grupa nr 1, pozycja nr 4.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie o jakie pierścienie na drenach Zamawiającemu chodzi, które to miałyby „ułatwiać mocny docisk do zakończeń ssaka”? Czy Zamawiającemu chodzi o doklejane łączniki żeńskie (lejki) posiadające wewnątrz elastyczne pierścienie, które dopasowują się do różnego typu króćców, szczególnie gładkich?

Odpowiedź: Tak, Zamawiającemu chodzi o łączniki żeńskie posiadające wewnątrz elastyczne pierścienie.

32. Pytanie dotyczy: Grupa nr 4.

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythryl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

33. Pytanie dotyczy: Grupa nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu konfekcjonowanego 250g/op., co odpowiada objętości 200ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu konfekcjonowanego 250g/op., co odpowiada objętości 200ml.

34. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 9.

Czy zamawiający wydzieli poz.8,15, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Pytanie dotyczy: Grupa nr 2, pozycja nr 8 .

Czy zamawiający dopuści dren o dł. Min. 90 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 5 .

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

37. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 5 .

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

38. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 5 .

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

39. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 5 .

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak.

40. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 6 .

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

41. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3 pozycja nr 7 .

Czy zamawiający dopuści wymiar 160 cm x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

42. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 9 .

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

43. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3, pozycja nr 9 .

Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

44. Pytanie dotyczy: Grupa nr 3 pozycja nr 5-7, 9 .

Czy zamawiający wydzieli poz.5-7,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

45. Pytanie dotyczy: Grupa nr 5 .




Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający wymaga aby wszystkie „dopuszczenia i zmiany”, na które Zamawiający wyraził zgodę (jeżeli dotyczą składanej przez Wykonawcę oferty), **były zaznaczone i opisane przez Wykonawcę** w Formularzu asortymentowo-cenowym **składanej oferty**.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Ewa Galas-Gastor