



Szp/ZP-014/ 315 /2023

Wrocław, dnia 20.04.2023 r.

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa stentgraftów**”

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 2 stentgraft stalowy do aorty piersiowej w rozmiarach: od 79 do 218mm średnicy oraz od 79 do 211mm długości oraz zamiennie stentgraftów piersiowych nitinolowych w rozmiarach: od 24 do 46mm średnicy i od 105 do 233mm długości. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 stentgraft stalowy o powyższej specyfikacji technicznej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 2 stentgraftów tzw. iliac branch o długości części tt biodrowej wspólnej 45 i 61mm oraz długości części tt biodrowej zewnętrznej 41 i 58mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 stentgraft stalowy o powyższej specyfikacji technicznej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zapótrzenia i Zamówień Publicznych
Romana Komora

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Monika Wojciechowska
inż. Monika Wojciechowska