

PAKIET 2

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
I.	Audiometr
1.	Przeprowadzanie badania przesiewowego słuchu
2.	Określanie progów słyszalności dla przewodnictwa: <ol style="list-style-type: none"> powietrznego w zakresie co najmniej od -10 do 110 dB HL kostnego w zakresie co najmniej od -10 do 80 dB HL
3.	Co najmniej 11 częstotliwości testowych w zakresie 125-8000 Hz
4.	Sygnały testowe: <ol style="list-style-type: none"> ton sinus <ol style="list-style-type: none"> pulsujący ciągły ton modulowany
5.	Odgłosy maskujące dźwięki z otoczenia: <ol style="list-style-type: none"> szum wąskopasmowy szum biały
6.	Przeprowadzanie zautomatyzowanego badania metodą Hughson-Westlake
7.	Kolorowy wyświetlacz LCD: <ol style="list-style-type: none"> przekątna ekranu co najmniej 4 cale prezentacja wyników przeprowadzonych testów
8.	Pamięć urządzenia na co najmniej 3000 testów
9.	Możliwość eksportu danych do komputera i ich analizy za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze
10.	Wypożyczenie: <ol style="list-style-type: none"> słuchawki przycisk odpowiedzi pacjenta
11.	Zasilanie 230 V / 50 Hz
12.	Okres gwarancji min. 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego
II.	Oprogramowanie
1.	Zainstalowane na komputerze zamawiającego
2.	Analiza wyników przeprowadzanych testów