



Zielona Góra 17.01.2023 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych do wykonywania badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej.**, nr referencyjny: NZ.280.33.2022

## I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANIE TREŚCI SWZ

### Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

**Dotyczy: Wymagania eksploatacyjno-techniczne tabela 4 poz. 8**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie odczynników do oznaczania łańcuchów kappa i lambda od innego producenta. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje że wszystkie pozostałe odczynniki w tym te do oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda są od tego samego producenta co analizator.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie odczynników do oznaczania łańcuchów kappa i lambda od innego producenta, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ tj. formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1.

## II. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

W miejsce dotychczasowych załączników wprowadza się:

- Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 **PO ZMIANACH II**

Prezes Zarządu  
dr Marek Działoszyński  
*podpis na oryginale*

### **ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1 **PO ZMIANACH II**

### **Publikacja:**

www.bip.szpital.zgora.pl  
a/a NZ.280.33.2022