



Szp-241/ZP –105/871/2023

Wrocław, dnia 20.12.2023 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *„Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych – postępowanie uzupełniające.”*,

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy §3 ust. 1

Modyfikację §3 ust. 1 poprzez wskazanie, iż termin 8 godzin jest naliczany od momentu otrzymania zamówienia przez Wykonawcę faxem lub drogą elektroniczną. Wykonawca nadmienia, iż naliczanie terminu od momentu, w którym Wykonawca nie otrzymał zamówienia nie jest zasadne, a ewentualne problemy techniczne powstałe pomiędzy wysłaniem a otrzymaniem zamówienia nie powinny obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – dotyczy projektu umowy §12 ust. 5 pkt 2

Czy poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający strony do złożenia wniosku o waloryzację ma zmienić się o 10 % w skali 3 miesięcy (zgodnie z §12 ust. 5 pkt 1) czy też o 10 % w skali roku (zgodnie z §12 ust. 5 pkt 2).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 - dotyczy projektu umowy zgodnie z §12

Czy waloryzacja wynagrodzeń w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów może nastąpić po 3 miesiącach od zawarcia umowy (zgodnie z §12 ust. 4) czy też po 6 miesiącach od zawarcia umowy (zgodnie z §12 ust. 2)..

Odpowiedź: Zamawiający w . §12 ust. 4 i §12 ust. 2 nie mówi o waloryzacji wynagrodzenia.

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 14, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy

Pytanie nr 5 – dotyczy formularza cenowego:

Czy w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w kolumnie ‘% VAT’ stawki 0% i odpowiednią adnotację pod formularzem cenowym, jaka stawka podatku będzie miała zastosowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.





Pytanie nr 6 - dotyczy §3 ust. 2 projektu umowy dla pakietu nr 15

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 2 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia przez Wykonawcę do godziny 11:00. Proponowane przez Zamawiającego warunki dostawy są możliwe do spełnienia wyłącznie przez lokalnych dostawców, posiadających magazyn na terenie kraju, w pobliżu siedziby Zamawiającego, co znacznie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 2 dni. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy §3 ust. 5 projektu umowy dla pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści faktury w formacie PDF przesyłane do Zamawiającego na adres e-mail?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza faktury w formacie PDF. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy §5 ust. 6 i 7 projektu umowy dla pakietu nr 15:

Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu w sytuacji, gdy rachunek nie znajduje się na tzw. Białej Liście. Powodem tego jest fakt, iż podmiotem dokonującym sprzedaży jest spółka zagraniczna, która nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce. W konsekwencji rachunek ten nie spełnia wymogów umożliwiających wpisania go na listę podatników VAT. Jednak zgodnie z przepisami, jeśli płatność jest udokumentowana fakturą dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub usług albo dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę, wówczas podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT oraz ujęcia w kosztach CIT takiej transakcji mimo braku rachunku kontrahenta na Białej Liście.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 9 - dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty równoważnymi szwami plecionymi, jednobarwnymi, syntetycznymi z poliglaktyny 910 (poliglatynowe) powlekane dwoma składnikami (poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia). Wchłaniające się między 56 - 70 dniem od zaimplantowania. Początek 56 dzień, zakończenie 70 dzień. Podtrzymywanie tkankowe do 5 tygodni, 50 % w 21 dniu, 24 % po 28 dniu od zaimplantowania, które mają takie same wskazania jak opisane w SWZ.

lub

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty równoważnymi szwami plecionymi, jednobarwnymi, syntetycznymi z poliglaktyny 910 (poliglatynowe) powlekane dwoma składnikami (poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia). Wchłaniające się między 60 - 70 dniem od zaimplantowania. Początek 60 dzień, zakończenie 70 dzień. Podtrzymywanie tkankowe do 5 tygodni, 50 % w 21 dniu, 27 % w 28 dniu od zaimplantowania, które mają takie same wskazania jak opisane w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 10 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:- **dotyczy pakietu nr 1**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 1 z igłą 37mm z zachowaniem pozostałych parametrów,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- w pozycji nr 2 z igłą okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów,

- w pozycji nr 4 szwem o długości 140 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów

- w pozycji nr 5 ze szwem o długości igłą 20mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty równoważnymi szwami monofilamentowymi z kopolimeru/polimeru glikolidu i kaprolaktonu (poliglekapron 25) o czasie wchłaniania do 90 od zaimplantowania, które mają takie same wskazania jak opisane w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 3 ze szwem z igłą 26mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 1 z igłą okrągłą lub wydzielenie z pakietu,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- w pozycji nr 2 z igłą 24mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną igłę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- w pozycji nr 3 z igłą 16mm odwrotnie-tnącą dwuwkłęśłą z zachowaniem pozostałych parametrów,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- w pozycji nr 3 z igłą 19mm odwrotnie-tnącą dwuwkłęśłą z zachowaniem pozostałych parametrów,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- w pozycji nr 4 z igłą 13mm z nitką o długości 45 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13- dotyczy pakietu nr 5 i dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami chirurgicznymi, **które posiadają opis rodzaju nici na opakowaniu zbiorczym w języku polskim**, natomiast opis na saszetkach wyrażony jest za pomocą zharmonizowanych znaków oraz rozpoznawalnych kodów **tak jak jest to dopuszczone w innych pakietach** zgodnie z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz.U. nr 107, poz. 679) zgodnie z którym:



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

„1. Wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nitki o podanym sposobie opisu i oznakowania.

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 8:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 2 z igła 19mm odwrotnie-tnącą dwuwkłęsła typu PRIME z zachowaniem pozostałych parametrów,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- w pozycji nr 2 z nitką o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 12:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie z jakiego kolagenu ma być wykonany wchłaniający kompres hemostatyczny i w jakiej postaci?

Odpowiedź: Kolagen – naturalne włókna . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy pakietu nr. 2-17

Czy tak jak w pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu i oryginalnej instrukcji użytkownika (z opakowania zbiorczego szwów) na potwierdzenie spełnienia wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia katalogu i instrukcji użytkownika. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

