



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 14.07.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

EZP 275/2023

dot. przetargu nieograniczonego nr M-31/2023 Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz dostaw systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający na podst. art.284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 19-24 (wymazówki) z zadanie 1 i utworzenie dla nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 19 zadanie nr 1, 1op.=50szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 20 zadanie nr 1, 1op.=100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 24 zadanie nr 1, 1op.=1000szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Zadania nr 2, pozycja 1-2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Z poważaniem
KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

Sporządziła: Izabela Stachowiak

