



ZPZ – 2375-2367/23

Olsztyn, dnia 17.05.2023 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**Dot.: Postępowanie w trybie podstawowym pn.: „Dostawa obłożeń operacyjnych, zestawów chirurgicznych, osłon na sondę, akcesoriów pielęgnacyjnych”, ZPZ-19/03/23.**

W związku z zapytaniami uczestnika postępowania „Dostawa obłożeń operacyjnych, zestawów chirurgicznych, osłon na sondę, akcesoriów pielęgnacyjnych”, znak sprawy: ZPZ-19/03/23, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia Specyfikację Warunków Zamówienia.

#### **PAKIET 1**

- ( pakiet nr 1, poz. 1)

##### **Pytanie nr 1:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?**

Zestaw uniwersalny podstawowy:

- 1 serweta o wym. min. 240x 150cm z przylepcem;
- 1 serweta o wym. min.175-180 x 180 cm. z przylepcem;
- 2 serwety o wym. min. 90 x 75cm +/- 5 cm - przylepne na całej długości dłuższego boku;
- 1 serweta na stolik narzędziowy o wym. min.190cm x 140-150 cm ze wzmocnieniem min. 190 x 65 cm (owinięcie zestawu);
- 1 obłożenie/worek na stolik MAYO o wymiarach min. 142 x 79 cm złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki z warstwą chłonną min. 85 x 55 cm ·1 taśma samoprzylepna o wym.9 -10cm x 50cm;
- min. 2 ręczniki/ściereczki chłonne

Serwety dedykowane do pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni, niepyłącego laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup> (gramatura wymagana),dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów 165 cm H<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho ( min. 145 kPa ). Taśmy lepne w serwetach o szerokości 4-5 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

##### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik narzędziowy bez wzmocnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zestawu.**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dwoma w zamian 1 taśmami samoprzylepnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki zestaw.**

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami o gramaturze min, 56-58g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak. Taka gramatura jest wskazana w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z następującymi różnicami:

- serweta dolna ma wymiar 180 x 175 cm
- serweta na stół narzędziowy instrumentariuszki posiada wzmocnienie 64 x 145 cm
- gramatura laminatu serwet na całej powierzchni powyżej 67 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zestaw.**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 180x180cm w miejsce serwety 175-180x170cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowany zestaw.**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo ze wzmocnieniem 60x145cm, składaną teleskopowo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. serwety.**

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O, Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. serwet.**

**Pytanie nr 9:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu serwet wykonanego z 2 – warstwowego laminatu PP i PE o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Serwety przylepne –z hypoalergicznym klejem umożliwiającym użytkowanie serwety zgodnie z opracowanymi standardami i instrukcjami obłożenia pola operacyjnego, według których serwet nie wolno przesuwać ani ponownie przyklejać w innym miejscu. Na opakowaniu etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta/importera.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o dopuszczenie zestawu o parametrach jak wymagane przez Zamawiającego z tą jedynie różnicą, że odporność na przenikanie płynów wynosi min. 125 cm H<sub>2</sub>O.

Serwety posiadają pasek samoprzylepny pokryty klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

- ( pakiet nr 1, poz. 2)

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny z obszarem wzmocnień w strefie krytycznej:

- 1 serweta o wym. min. 240 x 150cm (łata chłonna min. 15x50cm) z przylepcem i zintegrowanym organizerem przewodów;
- 1 serweta o wym. min. 170 x 190cm (łata chłonna min. 15x50cm) z przylepcem i zintegrowanym organizerem przewodów;
- 2 serwety o wym. 90 x 75cm +/- 5 cm (łata chłonna min. 15x50cm) z przylepcem i zintegrowanym organizerem przewodów;
- 1 serweta na stolik narzędziowy o wym. min.190cm x 150 cm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu);
- 1 obłożenie/worek na stolik MAYO o wymiarach min. 142 x 79 cm złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki z warstwą chłonną min. 85 x 55 cm ; - 1 taśma samoprzylepna o wym. 9 -10cm x 50cm; - min. 2 ręczniki/ściereczki chłonne.

Serwety dedykowane do pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni, niepyłącego laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup> (gramatura wymagana) dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów 165 cm H<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho ( min. 145 kPa). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup>. Taśmy lepne w serwetach o szerokości 4-5 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. zestawu.**

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści zastaw mający w składzie serwety nieposiadające zintegrowanych organizerów przewodów?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy; Gramatura serwet 65 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów 185 cm H<sub>2</sub>O


- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm – gramatura min. 56g/m<sup>2</sup>

Taśmy lepne w serwetach 5 cm

Odporność na rozerwanie zgodna z SWZ



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zestawu.**

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z następującymi różnicami:

- serweta górna 150 x 240 cm posiada wzmocnienie 20 x 50 cm
- serweta dolna 180 x 175 cm posiada wzmocnienie 20 x 50 cm
- serwety boczne 75 x 90 cm posiadają wzmocnienie 20 x 50 cm
- gramatura laminatu podstawowego serwet na całej powierzchni powyżej 67 g/m<sup>2</sup>, w polu krytycznym trzywarstwowe łąty chłonne (polietylen/ wiskoza/ wiskoza) o gramaturze powyżej 90 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. zestawu.**

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm, taśma przylepna 5cm x 86cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo, warstwa chłonna 60x145cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego zestawu.**

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych serwet.**

**Pytanie nr 17:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego – wzmocnionego o poniższym składzie i parametrach:

- 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm ( bez organizatorów przewodów)
- 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocnione na powierzchni min. 50x75cm ( bez organizatorów przewodów)
- 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm – owinięcie zestawu
- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, złożone teleskopowo do środka / rewersowo, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 70 g/m, odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200 cm H<sub>2</sub>O, odporności na rozerwanie na sucho / mokro w obszarze krytycznym min. 300/200 kPa.

Serwety przylepne –z hypoalergicznym klejem umożliwiającym użytkowanie serwety zgodnie z opracowanymi standardami i instrukcjami obłożenia pola operacyjnego, według których serwet nie wolno przesuwac ani ponownie przyklejac w innym miejscu

Na opakowaniu etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta/importera.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 18:**

Prosimy o dopuszczenie zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację)

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.

Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm).

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>), odporność na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym min 174 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 273/283 kPa (w obszarze wzmocnionym).

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5 cm.

Serwety posiadają pasek samoprzylepny pokryty klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

- ( pakiet nr 1, poz. 3)

### **Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej osłony?

Sterylna osłona stolika Mayo o wymiarze 79x145cm, w kształcie worka, wykonane z folii oraz wzmocnienia 65 x 85cm wykonanego z laminatu PE+PP. Osłona złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. osłony.**

### **Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o standardowy kształcie sterylnej serwety na stolik Mayo. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22:**

Pytanie nr 1 – dotyczy wymogu dot. kleju repositionowalnego w serwetach (**Pakiet nr 1**, 6, 13).

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu, aby taśmy przylepne w serwetach były repositionowalne. Zgodnie z zasadami aseptyki nie wolno przeklejać wcześniej przyklejonej serwety, gdyż może doprowadzić to do niebezpiecznego przenoszenia mikroorganizmów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu.**

**Pytanie nr 23:**

Pytanie nr 2 – dotyczy **Pakietu nr 1**, 5, 6, 12, 13.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z 4 etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

**Pytanie nr 24:**

Pakiet 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści asortyment sterylizowany radiacyjnie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu.**

**PAKIET 2**

- ( pakiet nr 2, poz. 1)

**Pytanie nr 25:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm (składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację)

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów min 172 cm H<sub>2</sub>O, serwety spełniają pozostałe wymagania Zamawiające zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Serwety posiadają pasek samoprzylepny pokryty klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

- ( pakiet nr 2, poz. 2)

**Pytanie nr 26:**

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych typu spunlace gdzie mankiet ma długość 8cm (+2cm), wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 161/153 kPa, w strefie krytycznej, rzep o długości min. 14 cm, dostępny w rozmiarach: S/M 120cm, L 130cm, XL 150cm, XLL 170cm oraz XXL 150cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

### PAKIET 3

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy o następującym składzie i parametrach:

- 1x serweta obłożenia pacjenta o wymiarze 300 x 220 cm z laminatu dwuwarstwowego powyżej 67 g/m<sup>2</sup> z decentralnie położonym samoprzylepnym otworem w kształcie rombu 13 x 13 cm, w polu krytycznym obszerna dwuwarstwowa łąta chłonna 50 x 75 cm bez wiskozy i celulozy o gramaturze powyżej 67 g/ m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w polu krytycznym min. 134 g/m<sup>2</sup>. Serweta posiada 3 potrójne organizatory do mocowania przewodów i drenów.

Odporność na wypychanie laminatu dwuwarstwowego min. 160 kPa, odporność na wypychanie łąty chłonnej min. 160 kPa. Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H<sub>2</sub>O

- 1x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym o wymiarze min. 64 x 190 cm

- 1x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2x celulozowy ręcznik chłonny

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zestaw.**

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania taśmy, której opakowanie jednostkowe nie posiada etykiet samoprzylepnych.

**Odpowiedź: Pakiet nr 3 nie ma poz. nr 2.**

### PAKIET 4

**Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający dopuści podkładkę na instrumenty bez magnesów wykonaną z pianki, w kolorze różowym, w rozmiarze 30,5 x 40,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej podkładki.**

### PAKIET 5

- ( pakiet nr 5, poz. 1)

**Pytanie nr 30:**

Czy Zamawiający dopuści sterylą kieszeń w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni o wymiarach 30x40cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przezroczysta torba na narzędzia 41x33 cm z przylepcem 41x5 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

- ( pakiet nr 5, poz. 3)

**Pytanie nr 33:**

Czy Zamawiający dopuści zarekawkę o długości 54 cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zarekawkę o długości 62cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zarekawkę z elastycznym mankietem o długości min. 6cm, posiadającego na opakowaniu 2 etykiety TAK z nr REF, LOT, datą ważności, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zarekawkę opisanego powyżej.**

**Pytanie nr 36:**

Pytanie nr 2 – dotyczy **Pakietu nr 1, 5, 6, 12, 13.**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z 4 etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

**PAKIET 6**

- ( pakiet nr 6, poz. 1)

**Pytanie nr 37:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm



1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm  
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm  
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm  
1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep.  
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).  
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.  
Serwety posiadają pasek samoprzylepny pokryty klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 38:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozzerwanie na sucho/mokro 188/185kPa, współczynnik absorpcji: min. 458%

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

- ( pakiet nr 6, poz. 2)

**Pytanie nr 39:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.

Serwety posiadają pasek samoprzylepny pokryty klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestetycznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu zgodnego z normą ISO 9001 (nadrzędną nad 14001)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41:**

Pytanie nr 1 – dotyczy wymogu dot. kleju repozycjonowalnego w serwetach (**Pakiet nr 1, 6, 13**).

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu, aby taśmy przylepne w serwetach były repozycjonowalne. Zgodnie z zasadami aseptyki nie wolno przeklejać wcześniej przyklejonej serwety, gdyż może doprowadzić to do niebezpiecznego przenoszenia mikroorganizmów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu.**

**Pytanie nr 42:**

Pytanie nr 2 – dotyczy **Pakietu nr 1, 5, 6, 12, 13**.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z 4 etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

## PAKIET 7

**Pytanie nr 43:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu z tą różnicą, że:

- serweta w rozm. 150x190 cm wykonaną z lamiantu 2-warstwowego składającego się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej z wzmocnieniem o wym. 75x190 cm i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>,
- fartuch wykonany z włókniny SMMS,
- uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 20/24 cm,
- serweta o wymiarach 225/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec wykonana z dwuwarstwowego chłonnego, niepylącego laminatu (PP+PE) o gram. 57,4 g/m<sup>2</sup>,  
Zestaw pakowany do transportu w dwa kartony.

**Odpowiedź: Powyższy opis dotyczy pakietu nr 8. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 44:**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał dostarczenia próbek.**

**Pytanie nr 45:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy z folii PE ze wzmocnieniem z włókny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. serwety.**

**Pytanie nr 46:**

Czy Zamawiający dopuści ściereczki chłonne 30cm x 30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 47:**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na przewody typu rzep 2cm x 22cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 48:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę 14cm x 250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 49:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę TUR 220/270 x 210cm z przylepnym otworem krocowym o śr. 5cm z osłoną na palec oraz z dwoma organizatorami przewodów po obu stronach, dodatkowy otwór brzuszny o śr. 8cm, Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE +PP) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> zintegrowana z nogawicami i torbą z filtrem i portem wyjściowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. serwety.**

**Pytanie nr 50:**


Czy Zamawiający dopuści zestaw;

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 83g/m<sup>2</sup> (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania perirectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8cm. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Parametry wynikające z normy zgodne z wymaganiami SWZ



**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

## PAKIET 8

### **Pytanie nr 51:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji TUR o następującym składzie i parametrach:

- 1x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 1x ręcznik chłonny 25 x 19 cm
- 1x uchwyt velcro typu rzep 2 x 25 cm
- 1x serweta do procedur TUR 250/ 150 x 190 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem kroczywym 5 cm oraz z bezlateksową osłoną na palec do badania per rectum, ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów z sitem i zaworem do podłączenia drenu.

Gramatura laminatu dwuwarstwowego powyżej 67 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy powyżej 230 cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 160/180 kPa.

Sterylizacja tlenkiem etylenu, I klasa palności.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 52:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H<sub>2</sub>O

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznyim o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 53:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu urologicznego o poniższym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, ze wzmocnieniem 80x190cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, 1 torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3,5cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm

- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Na opakowaniu etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta/importera. Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu urologicznego TUR o następującym składzie:

**Zestaw do operacji urologicznych II**

**Skład zestawu:**

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum	185 x 200/280
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego włókniną PP/folia PE o gramaturze laminatu min.55 g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy zgodnej z wymaganiami SWZ, odporności na wypychanie na sucho/mokro 145/134kPa. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

#### Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający dopuści zestaw;


- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 83g/m<sup>2</sup> (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania per rectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szytywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8cm. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Parametry wynikające z normy zgodne z wymaganiami SWZ



**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56:**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby torba na płyny była o wymiarach min.50x90cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby torba była o takich ( wskazanych) wymiarach.**

**Pytanie nr 57:**


Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 83g/m<sup>2</sup> (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania per rectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8cm. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Parametry wynikacie z normy zgodne z wymaganiami SWZ



**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

## Pakiet 8 i 9

### **Pytanie nr 58:**

Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje zestawu z 4 etykietami ale dopuszcza taki zestaw.**

## **PAKIET 9**

### **Pytanie nr 59:**

Prosimy o dopuszczenie osłony ortopedycznej na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm

**Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

### **Pytanie nr 60:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego włóknina PP/ folia PE. Pozostałe parametry osłony bez zmian.

**Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

## **PAKIET 10**

- ( pakiet nr 10, poz. 1)

### **Pytanie nr 61:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm złożona rewersowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe nie posiada etykiet samoprzylepnych.

**Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza ww. osłonę.**

- ( pakiet nr 10, poz. 2)

### **Pytanie nr 62:**

Sterylny zestaw do osłony przetwornika obrazu, 3- częściowy: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30 x 195 cm. Pokrowce wykonane z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, osłony na przetwornik obrazu ściągnięte elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. zestaw pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

### **Pytanie nr 63:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. osłony.**

## PAKIET 11

### Pytanie nr 64:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony sondy. Skład zestawu:

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30cm,
- 1 osłona sondy 15x61 cm wykonana z przezroczystego, elastycznego poliuretanu o delikatnie matowej powierzchni zapobiegającej odbłaskom
- 1 sterylny żel 20g w saszetce
- 2 elastyczne gumki

Zestaw zapakowany jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo –foliową, posiada 4 naklejki zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności i nazwę producenta, w tym 2 naklejki dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo po 20 szt. w worek foliowy następnie w karton transportowy.

**Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza ww. zestaw.**

## PAKIET 12

- ( pakiet nr 12, poz. 1)

### Pytanie nr 65:

Prosimy o dopuszczenie zaferowania fartucha chirurgicznego typu SMMS, dostępnego w rozmiarach: S/M 120cm, L 130 cm, XL 150cm, XLL 170cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. fartuch.**

### Pytanie nr 66:

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 67:

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocniony laminatem na rękawach i z przodu fartucha?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

### Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie z przodu kończące się na wysokości 25-32cm od dolnej krawędzi fartucha, w zależności od rozmiaru?

**Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza ww. fartucha.**

### Pytanie nr 69:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha, którego rozmiar L i XL nieznacznie różnią się od wymaganych. To jest dla rozmiaru L – 135cm, XL – 148cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza ww. fartuch.**



**Pytanie nr 70:**

**(Pakiet 12 poz. 1-2)**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o kroju reglan – umożliwiającym większą swobodę ruchów. Szwy w rękawach wykonane 4 ścieżkowym zgrzewem ultradźwiękowym. Rozmiar M(120cm +/-1 cm ), L (130cm +/-1 cm), XL (140cm +/- 1cm), XXL(150cm +/- 1cm), XXXL (160 cm +/- 1cm). Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 71:**

**(Pakiet 12, pozycja 1, 2)**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

**Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza ww. fartuchy w poz. 1. W odniesieniu do poz. 2 – Zamawiający nie dopuszcza ww. fartuchów**

- ( pakiet nr 12, poz. 2)

**Pytanie nr 72:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha chirurgicznego typu SMMS, dostępnego w rozmiarach: S/M 120cm, L 130 cm, XL 150cm, XLL 170cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza ww. fartucha.**

**Pytanie nr 73:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha wzmocnionego laminatem na rękawach ( długość wzmocnienia 40 cm) i z przodu fartucha ( długość wzmocnienia 100 cm). Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 74:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m<sup>2</sup> w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811  $\geq 100$ cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1  $\geq 40$ kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3  $\geq 20$ N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10  $\leq 4,0$  log<sub>10</sub>, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1  $\leq 300$ . Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 75:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o wymiarach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

- długości: M – 126cm, L – 137cm, XL – 147cm, XXL – 155cm

- wzmocnienie: M – 40x70cm, L – 50x80cm, XL – 50x90cm, XXL – 50x95cm

**Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

## PAKIET 13

- ( pakiet nr 13, poz. 1)

### Pytanie nr 76:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm z taśmą przylepną na dłuższym boku?

**Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza ww. serwety.**

- ( pakiet nr 13, poz. 2)

### Pytanie nr 77:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z taśmą przylepną na dłuższym boku?

**Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza ww. serwety.**

- ( pakiet nr 13, poz. 1-5)

### Pytanie nr 78:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu repozycjonowania kleju w serwetach z taśmą samoprzylepną.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

### Pytanie nr 79:

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1, 5, 6, 12, 13.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu z 4 etykietami zgodnymi z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG, zawierającymi nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że pozostałe parametry pozostaną bez zmian.**

### Pytanie nr 80:

Pytanie nr 1 – **dotyczy** wymogu dot. kleju repozycjonowalnego w serwetach (**Pakiet nr 1, 6, 13**).

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu, aby taśmy przylepne w serwetach były repozycjonowalne. Zgodnie z zasadami aseptyki nie wolno przeklejać wcześniej przyklejonej serwety, gdyż może doprowadzić to do niebezpiecznego przenoszenia mikroorganizmów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu.**

## PAKIET 14

### Pytanie nr 81:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony do detektora promieniowania o wymiarze 9 x 37 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## PAKIET 15

### Pytanie nr 82:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na sondę usg zgodną z SWZ o wymiarze 13 x 244 cm?

**Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę na ww. osłonę.**

### Pytanie nr 83:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na sondę USG w rozmiarze 15x244cm, żel 20g. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę na ww. osłonę.**

## PAKIET 17

- ( pakiet nr 17, poz. 1)

### Pytanie nr 84:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego samoprzylepnego uchwyt do przewodów i drenów. Sterylny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm.

Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. uchwyt.**

### Pytanie nr 85:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, jednorazowy, bezlateksowy przylepny uchwyt na przewody typu rzep wykonany z poliamidu, o długości 23cm i szerokości 2,5cm. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 100 szt. w 4 dyspenserach, następnie w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. uchwyt.**

- ( pakiet nr 17, poz. 2)

### Pytanie nr 86:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnej torba do zbiórki płynów i tkanek wykonana z folii o grubości 50µm. Torba posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację, która umożliwi zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych. Wymiar całkowity torby 60 cm x 90 cm, wymiar górnej części z wycięciem "U" 36 cm x 60 cm, wymiar dolnej części w kształcie trójkąta 56x56x60 cm. Dolna część posiada taśmę samoprzylepną 5 cm sztywnik oraz drobne sito i zawór , górna część samoprzylepne wycięcie w kształcie litery "U".

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 87:**

Sterylna torba na płyny wykonana z mocnej, matowej, przezroczystej folii polietylenowej, w kształcie trójkąta 91/63.5x74cm, z przylepcem, z filtrem i portem. Pakowana w rozrywaną torebkę papierowo foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Opakowanie zbiorcze 40 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

- ( pakiet nr 17, poz. 3)

**Pytanie nr 88:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kieszeni na narzędzia chirurgiczna 2- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm. Sterylna kieszeń na narzędzia 2- komorowa wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, bez sztywnika. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny wyposażony w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. kieszeń.**

**Pytanie nr 89:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej torby na narzędzia 46x25 cm (długość x szerokość) z podwójnymi przylepcami (w dolnej i górnej części), 3-komorowa. Torba wykonana z mocnej, przezroczystej, matowej folii polietylenowej o grubości 120μ. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo w karton po 40 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

## PAKIET 18

**Pytanie nr 90:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną 75cm x 50cm z otworem o śr. 7cm i przylepcem wokół otworu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. serwetę.**

**Pytanie nr 91:**

Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe 15cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. imadło.**

**Pytanie nr 92:**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę metalową chirurgiczną 14,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pęsetę.**

**Pytanie nr 93:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu.**

**Pytanie nr 94:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. zestawu.**

**PAKIET 19**

**Pytanie nr 95:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę brzuszno-kroczoową 180/270cm x 220cm otwór brzuszny samoprzylepny o wymiarach 30 x 20 x 20cm, otwór kroczoowy 10cm x 15cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, uchwyty typu velcro dołożone do serwety osobno celem przyklejenia w dogodnym miejscu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. serwety.**

**Pytanie nr 96:**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną 2 sekcje 30cm x 40cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. kieszeń.**

**Pytanie nr 97:**

Czy Zamawiający dopuści tufery gazowe z nitką RTG 30cm x 30cm, 17 nitek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. tufery.**

**Pytanie nr 98:**

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny 11P?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 99:**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kable video 14cm x 250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. osłonę.**

**Pytanie nr 100:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 250ml niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pojemnik.**

**Pytanie nr 101:**

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy 30cm x 30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. ręcznik.**

**Pytanie nr 102:**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane w całości z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów 188cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/98 kPa?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. obłożenia.**

**Pytanie nr 103:**

**(Pakiet 18, 19)**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał próbek w ww. pakietach.**

**PAKIET 20**

**Pytanie nr 104:**

Czy Zamawiający dopuści piankę czyszczącą o pojemności 400 ml, z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 813 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem iż pozostałe wymagania będą bez zmian.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY:**

**Pytanie nr 105:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 wzoru umowy został dodany podpunkt ust. 2 o następującej (lub podobnej) treści: „*Strony dopuszczają jednak podwyższenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.*”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do wzoru umowy.**

**Pytanie nr 106:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt 1:

1.Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca pozostanie w zwłoce z dostawą zamówionych wyrobów w terminie określonym w § 4 ust. 2 lub pozostanie w zwłoce z dostarczeniem produktu wolnego od wad w terminie określonym w § 9 ust. 5, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy (w danym pakiecie) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej lub wadliwej części dostawy (w danym pakiecie).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie nr 107:**

(Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ – wzór umowy § 6 ust. 5)

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie następującego brzmienia § 6 ust. 5: „Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy na podstawie art. 552 k.c. w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczane wyroby/produkty, o ile zwłoka nie przekroczyła 21 dni od terminu wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.**

**Pytanie nr 108:**

(WZÓR UMOWY § 7)

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wprowadzenie zapisu:

W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.**

**Dyrektor  
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie  
mgr Krystyna Futyma  
/podpis na oryginale/  
17.05.2023 r.**