



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Zielona Góra 17.05.2023 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ), którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup wyposażenia specjalistycznego – aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.”** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura społeczna", Działanie 9.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych", Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT", na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20, nr sprawy: LI.262.2.2023, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 082-246864.

#### ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zamawiający niniejszym informuje, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, że dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zadanie nr 9: Fotele do terapii jednodniowej – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej o długości całkowitej 200 cm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od dopuszczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej z siedziskiem o szerokości 56 cm? Oferowany parametr różni się od wymaganego jedynie o 1 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej o szerokości fotela wraz z podłokietnikami 93 cm oraz całkowitej szerokości fotela wraz z uchwytemi na pilota znajdującymi się bezpośrednio przy podłokietnikach po obu stronach fotela 96 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie: +76° do -10°?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej z elektryczną regulacją segmentu podudzia w zakresie: -45° do +10°?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do terapii jednodniowej z przechyłem Trendelenburga w zakresie  $-10^{\circ}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

7. Prosimy o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga zaferowania fotel do terapii jednodniowej z elektryczną regulacją kąta nachylenia segmentu siedziska realizowaną z pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel do terapii jednodniowej z segmentem podudzia wyposażonym w podnózek o regulowanym wysuwie wykonanym z płyty HPL?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

9. Czy w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 31 sierpnia 2023 r.?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 10. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata należności, o której mowa w par. 2 ust. 1 nastąpiła w terminie 45 dni od daty otrzymania poprawnie (..) faktury VAT?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 11. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:

- a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
  - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
  - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 12. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

W przypadku określonych awarii zachodzi konieczność sprowadzenia części / podzespołów wymiennych z zagranicy, co może wydłużyć czas trwania naprawy do 14 dni (czas importu, odprawy celnej itp.). Czy wobec powyższego, Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ust. 3 o następujące zastrzeżenie: „a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni kalendarzowych”?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

#### 13. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 ppkt 1) , 2), 3), 4), 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w ust. 1 do: 0,2% wysokości za każdy dzień zwłoki / przedłużającej się naprawy/ przestoju aparatury?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**14. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 10% wynagrodzenia umownego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**15. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosiła 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. 2 ust. 1?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**16. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 ppkt 2), 3) 4) 5)**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane w postępowaniu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi.**

**17. Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy poprzez zastrzeżenie dotyczące wystąpienia siły wyższej o treści jak poniżej?

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**18.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.**

Zapytania do zadania 11 – Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt

**19.** Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 626x845x600?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**20.** Czy zamawiający dopuści chłodziarkę której wewnątrz wykonane jest ze stali lakierowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**21.** Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o grubości izolacji 50mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**22.** Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez styku bezpotencjałowego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

23. Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o poziomie hałasu 42,2dB?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

24. Czy Zamawiający może doprecyzować ilość foteli do terapii jednodniowej – zadanie 9, ponieważ w załączniku nr 10 do SWZ jest ilość 10 sztuk, natomiast w treści SWZ jest 1 sztuka

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 10 sztuk foteli w zadaniu nr 9.**

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, którego całkowita szerokość wynosi 950 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który posiada elektrycznie regulowany segment podudzia w zakresie  $-30^{\circ}$  do  $+18^{\circ}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który posiada zakres elektrycznej regulacji wysokości leża od 530 do 970 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, którego waga własna wynosi 125 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do terapii jednodniowej, który nie posiada materaca (tapicerki) z możliwością demontażu bez konieczności użycia narzędzi? Zamiast tego fotel, który chcielibyśmy zaoferować posiada atestowaną tapicerkę przeznaczoną do stosowania w placówkach służby zdrowia, która posiada estetyczne osłony z tworzywa ABS w segmencie oparcia pleców, siedziska, podłokietnikach oraz podnóżku zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń oraz ułatwiające dezynfekcję i utrzymanie w czystości.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Zadanie nr 11 Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt.

29. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z wnętrzem ze stali malowanej proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

30. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z izolacją o grubości 50 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

31. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 600x805x650 mm (SzxWxG)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

32. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 600x835x650 mm (SzxWxG)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Zadanie nr 4 – Wózek do transportu pacjentów – 5 szt.

33. Prosimy (w pkt. 2) wyrażenie zgody na posiadanie Certyfikatu CE **lub** Deklaracji Zgodności CE.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

34. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymiarów zewnętrznych wózka: długości 2143 mm (+/- 10 mm) i szerokości 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

35. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymiarów materaca (powierzchni leża pacjenta) o długości 1900 mm i szerokości 650 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

36. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wagi wózka max 160 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od parametrów opisanych w pkt. 9?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

38. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego 4 koła jezdne o śr. 200 mm z precyzyjnymi łożyskami kulowymi oraz dodatkowo piąte koło kierunkowe, 1 koło antystatyczne?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

39. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka posiadającego nożne dźwignie uruchamiania centralnej blokady kół na wszystkich 4 narożnikach wózka oraz uruchamiania blokady kierunkowej osobną dźwignią od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

40. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie regulacji wysokości leża w zakresie 600 – 920 mm ( $\pm$  10 mm) wspomaganą hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

41. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie powierzchni leża składającej się z 2 elementów, sekcja pleców (dł. 700 mm) unoszona ze wspomaganie gazowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

42. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opuszczanych bocznych barier, składanych poniżej poziomu materaca, nie powiększających zewnętrznych wymiarów wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

43. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materaca grubości 100 mm, bez właściwości antystatycznych, wykonanego z dwóch rodzajów pianek, w górnej części pianki z pamięcią kształtu, przeziernego dla promieni rtg, mocowanego do wózka przy pomocy rzepów?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

44. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w wieszak na kroplówki ze stali nierdzewnej mocowany z lewej po stronie głowy, z teleskopową regulacją wysokości oraz 2 haczykami i z możliwością złożenia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

45. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka wyposażonego w haczyki do zawieszania np. worków na mocz (4 haczyki z prawej strony leża i 4 haczyki z lewej strony leża)?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

FORMULARZ CENOWO- TECHNICZNY- zadanie nr 4

46. Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek o szerokości wraz z poręczami bocznymi 810mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

47. Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek z obciążeniem dynamicznym 220 kg i statycznym 250 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

48. Punkt 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek z regulacją wysokości w zakresie 560-890mm? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

49. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek, w którym regulacja wysokości, pozycji T i AT realizowane są za pomocą pedałów, znajdujących się od strony nóg pacjenta?

50. Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek w którym powierzchnia leża składa się z 2 elementów, sekcja pleców (dł.630 mm) unoszona ze wspomaganie gazowym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

51. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek z regulacją sekcji pleców od 0-70 stopni?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

52. Dotyczy pakietu 4. Wózek do transportu pacjentów – 5szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, o wymiarach zewnętrznych:

- długość całkowita: 2170mm,
- szerokość całkowita: 840mm,

?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

53. Dotyczy pakietu 4. Wózek do transportu pacjentów – 5szt. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego wysokość leża regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 560 do 870mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

54. Dotyczy pakietu 4. Wózek do transportu pacjentów – 5szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-62°?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**55.** Dotyczy pakietu 4. Wózek do transportu pacjentów – 5szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-75°?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**56.** Dotyczy pakietu 4. Wózek do transportu pacjentów – 5szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-85°?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**57.** Dotyczy pakietu 4. Wózek do transportu pacjentów – 5szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów, wyposażony w materac antystatyczny o grubości 100mm, mocowany do leża za pomocą rzepów?

**Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:**



**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**58.** Dotyczy pakietu 9. Fotele do terapii jednodniowej – 10szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do terapii jednodniowej o długości całkowitej: 2010mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

59. Dotyczy pakietu 9. Fotele do terapii jednodniowej – 10szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do terapii jednodniowej, którego szerokość całkowita wraz z podłokietnikami wynosi: 1043mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

60. Dotyczy pakietu 9. Fotele do terapii jednodniowej – 10szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do terapii jednodniowej, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: od -13 do + 70°?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

61. Dotyczy pakietu 9. Fotele do terapii jednodniowej – 10szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do terapii jednodniowej, którego segment podudzia regulowany jest w zakresie: od -35° do +13°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

62. Dotyczy pakietu 9. Fotele do terapii jednodniowej – 10szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do terapii jednodniowej, którego funkcja przechyłu Trendelenburga regulowana jest w zakresie: 0-13°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

63. Dotyczy pakietu 9. Fotele do terapii jednodniowej – 10szt. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do terapii jednodniowej o wadze 115kg? Solidna, wzmocniona konstrukcja zapewnia lepszą wytrzymałość i stabilność fotela.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**


64. Dotyczy pakietu 9. Fotele do terapii jednodniowej – 10szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do terapii jednodniowej bez możliwości demontażu materacy bez użycia narzędzi?

**Poniżej zdjęcia poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:**







**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**65.** Dotyczy: Zał. nr 13 FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 12

Czy, z uwagi na zróżnicowane stawki VAT dla aparatury medycznej (8%) i wyspecyfikowanych elementów nie będących wyrobem medycznym (23%), Zamawiający zezwoli na modyfikację tabeli kalkulacyjnej polegającej np. na wyodrębnieniu stawki VAT 8% i 23%?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia - zadanie nr 12 – Monitor funkcji życiowych

**66.** Dotyczy tabela parametrów pkt.1

Czy Zamawiający dopuści urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2022? Przed połową roku kalendarzowego producenci posiadają w magazynach urządzenia wyprodukowane w ostatnich miesiącach poprzedniego roku. Wymaganie urządzenia o roku produkcji 2023 może zatem skutkować koniecznością wyprodukowania urządzenia na potrzeby postępowania, co znacznie wydłuży termin realizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**67.** Dotyczy tabela parametrów pkt. 44, 45, 46, 47, 48

W punkcie nr 44 Zamawiający wymaga dostawy „Na wyposażeniu minimum 3 rozmiary mankietów dla dorosłych i pediatryczne”. Równocześnie w punktach 45, 46, 47, 48 specyfikuje jedynie rozmiary mankietów dla dorosłych i neonatalne. Prosimy o doprecyzowanie, czy mankiety pediatryczne wymagane są w dostawie, w jakich rozmiarach i ilościach. Standardowo oferowane są mankiety pediatryczne o rozmiarach 15-21cm i 12-16cm.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w pkt 44 i wykreśla wymóg z pkt 48 formularza cenowo-technicznego zadania 12.**

**68.** Dotyczy tabela parametrów pkt. 86

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Prosimy poprawienie omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu liczby 100 zamiast 10 lub korektę punktu. W

przypadku implementacji 3 urządzeń wymóg szkolenia w zakresie 100 godzin szkoleniowych jest wymogiem nadmiarowym.

**Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę. Wymagana liczba godzin szkoleniowych min. 10.**

Dotyczy Zadanie nr 4: Wózek do transportu pacjentów – 5 szt.

69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości 2130 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości 800 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości leża 1920 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniem wynoszącym 250 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wadze własnej 126 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

74. Czy Zamawiający dopuści, aby elementy metalowe wózka (uchwyty do prowadzenia wózka, dźwignia sprężyny gazowej sekcji pleców, barierki boczne i przycisk blokady barierki) malowane były proszkowo farbą bez właściwości antybakteryjnych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

75. Czy Zamawiający dopuści, aby elementy metalowe wózka (uchwyty do prowadzenia wózka, dźwignia sprężyny gazowej sekcji pleców, barierki boczne i przycisk blokady barierki) wykonane były ze stali nierdzewnej, która nie jest malowana?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który posiada dźwignie blokady kół z przodu i z tyłu wózka tj. od strony nóg i głowy pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

77. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości w zakresie 565-895 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości w zakresie 585-915 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z sekcją pleców o długości 700 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający barierki boczne składane obok ramy leża?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac o grubości 80 mm, antystatyczny, bez pamięci kształtu, przezierny dla promieni RTG, mocowany do wózka przy pomocy samoprzylepnych pasków rzepowych

z możliwością mycia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**82.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający stojak na kroplówki ze stali nierdzewnej mocowany z lewej, po stronie głowy, z 2 – stopniową teleskopową regulacją z czterema haczykami (min.650 mm), z możliwością złożenia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**83.** Prosimy o potwierdzenie, że do każdego wózka Zamawiający wymaga wyposażenia jakim jest: jeden stojak kroplówki oraz jedna para haków do zawieszania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**84.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska. Widnieją dwa różne numery postępowania tj. LI.262.2.2022 oraz LI.262.2.2023. Bardzo prosimy o usunięcie omyłki z pierwszej strony SWZ, ponieważ może ona wprowadzać Wykonawców w błąd.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej. Prawidłowy numer referencyjny postępowania to LI.262.2.2023.**

Dotyczy zadanie 4 wózek do transportu pacjentów 5szt.

**85.** dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2110mm? Proponowany wymiar niezna-czenie różni się od opisanego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**86.** dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1930x660 mm? Proponowane wymiary nieznacznie różnią się od opisanych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**87.** dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści wózek którego elementy metalowe są malowane proszkowo tech-nologią nie opierającą się na wykorzystaniu jonów srebra? Wózek wykonany jest w sposób przystosowany do dezynfekcji, któremu to procesowi podlegają wszystkie tego typu sprzęty użytkowane w Szpitalu, a dezynfek-cja jest przeprowadzana obowiązkowo bez względu na to jaka technologia została wykorzystana w procesie produkcji.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**88.** Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wózek z 1 kołem antystatycznym ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**89.** dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści wózek z nożnym dźwigniami zlokalizowanymi od strony nóg i głowy centralnie, zatem brak jest dźwigni w 4 narożnikach wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**90.** Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja wysokości w zakresie 565 - 890 mm? Propono-wany zakres górny niezna-czenie różni się od oczekiwanego, natomiast dolna granica regulacji jest korzyst-niejsza z punktu widzenia pacjenta i użytkownika.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**91.** Dot.pkt.15 Czy Zamawiający dopuści sekcję pleców o długości 700mm? Proponowany wymiar niezna-czenie różni się od opisanego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



92. Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści barierki boczne składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca niepowiększające zewnętrznych wymiarów wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

93. Dot. pkt. 21 Czy zamawiający dopuści materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową? Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem trwałym i ułatwiającym użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

94. Dot. pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści teleskopowy wysięgnik kroplówki mocowany z prawej i lewej strony, po stronie głowy, wykonany ze stali nierdzewnej z 2 haczykami, każdy haczyk o udźwigu 5kg, maksymalna ładowność 10 kg, min. 3 stopniowa regulacja wysokości w zakresie 635-1070mm, wysięgnik z możliwością złożenia?



**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w niniejszym zakresie:**

**Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:**

**1. Strona tytułowa**

**BYŁO:** Nr referencyjny: LI.262.2.2022

**JEST:** Nr referencyjny: LI.262.2.2023

**2. ROZDZIAŁ II. OPIS PPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1**

**BYŁO:** (...) Zadanie nr 9 – Fotele do terapii jednodniowej – 1 szt. (...)

**JEST:** (...) Zadanie nr 9 – Fotele do terapii jednodniowej – 10 szt. (...)

**3. ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

**BYŁO:** 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 20.08.2023 r.**

**JEST:** 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 27.08.2023 r.**

#### 4. ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

**BYŁO:** 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **23.05.2023 r. do godziny 8:00.**

**JEST:** 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **30.05.2023 r. do godziny 8:00.**

#### 5. ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

**BYŁO:** 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.05.2023 r. o godzinie 8:05** w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

**JEST:** 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2023 r. o godzinie 8:05** w siedzibie Zamawiającego za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

**Dyrektor ds. Lecznictwa**

**Antoni Ciach**

*podpis na oryginale*

#### UWAGA

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

#### Załączniki:

- Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych
- Załącznik nr 13 - Formularz cenowo-techniczny zad. 12 po zmianach z dnia 17.05.2023 r.

#### Publikacja:

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgora/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings)

a/a LI.262.2.2023