

Wykonawcy postępowania  
ZP/71/2024

Sygnatura: ZP/71/2024

Sprawa: **Dostawa systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego w ramach realizacji projektu: Drugi etap budowy CKD UM w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym**

Działając w oparciu art. 284 pkt 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 1**

SWZ pkt. 5.3.4- Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej 2 dostawy systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego o wartości co najmniej 100.000,00 brutto łącznie**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o uznanie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej 2 dostawy sprzętu medycznego wykorzystywanego w pracowniach patomorfologii oraz histopatologii o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.**

Urządzenie, które jest przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest ściśle powiązane z diagnostyką histopatologiczną a wykazanie realizacji dostaw do tego sektora diagnostyki powinno być wystarczające i spełniające warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej postawiony przez Zamawiającego. Każdy materiał tkankowy jest utrwalany w formalinie zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów o czym mowa w punkcie II.2 załącznika nr 2 do SWZ – OPZ.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu warunku udziału i nadał mu brzmienie:**

„Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej 1 dostawę 2—dostawy systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego o wartości co najmniej 60.000,00 100.000,00 brutto łącznie”**

#### **Pytanie 2**

załącznik nr 4- wzór umowy-§ 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 wzór umowy – zał. 4 do SWZ w następujący sposób:

6. Czas skutecznej naprawy Towaru tj. naprawy przywracającej prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie Towaru z użyciem wszystkich funkcji wymaganych zgodnie z SWZ wynosi:

a) maksimum 7 dni roboczych liczone od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa nie wymaga importu części;

b) maksimum 10 dni roboczych liczonych od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części spoza terytorium Polski.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w zał. 4 do SWZ w powyższym zakresie**

### **Pytanie 3**

#### **załącznik nr 4 - wzór umowy-§ 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7- załącznik nr 4 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w zał. 4 do SWZ - § 9 w powyższym zakresie.**

### **Pytanie 4**

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1-4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w zał. 4 do SWZ - § 9 w powyższym zakresie.**

### **Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę zapisu

z: „wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 2 dostawy systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego o wartości co najmniej 100.000,00 brutto łącznie. W przypadku, gdy wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.”

na: „wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co **najmniej 1 dostawy** systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego o wartości co najmniej 100.000,00 brutto łącznie W przypadku, gdy wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.”

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu warunku udziału i nadał mu brzmienie:**

„Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej 1 dostawę 2—dostawy systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego o wartości co najmniej 60.000,00 100.000,00 brutto łącznie”**

**Pytanie 6 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II. Pozycja 11/ Pytanie dot. Pkt II pozycja .24**

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie wymogu możliwości adaptacji urządzenia do komercyjnej formaliny używanej przez Użytkownika.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym ze względów bezpieczeństwa (brak narażenia użytkownika na kontakt z formaliną) brak kontaktu z oparami formaliny zapewniony jest przez dedykowany przez producenta całościowy zamknięty system wliczając w to dostarczane przez producenta pojemniki z formaliną.

Stosowanie ogólnodostępnych kanistrów z formaliną może powodować brak szczelności układu a co za tym idzie narażenie użytkownika na opary formaliny mimo stosowania dedykowanego systemu dozowania, co podważa ogólną zasadę zakupu systemu dozowania formaliny.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**

**Pytanie 7 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II Pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemnościach: 600, 900, 2400, 5700 ml. W zdecydowanej większości są ta wielkości równoważne do wymaganych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu poz. 4 i nadał mu brzmienie:**

4	Obsługuje pojemniki dedykowane o pojemnościach: 250-500 ml; 1000 ml; 3000 ml; 5000 ml; 10 000 - 11 000 ml
---	---

**Pytanie 8 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II. 22a**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wysokości 1510mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**

**Pytanie 9 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II. 22b**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o szerokości 650mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**

**Pytanie 10 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II. 22c**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o głębokości 1140mm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**  
**Konieczność częstych zmian ustawienia urządzenia w różnych lokalizacjach Bloku Operacyjnego oraz kubatura pomieszczeń stawia ograniczenia gabarytów.**

**Pytanie 11 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II. 22d**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o masie 250kg.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu poz. 22d i nadał mu brzmienie:**

22d	maksymalna waga urządzenia do <del>100 kg</del> do 180 kg wraz z załadunkiem (pojemnik, formalina), urządzenie będzie obsługiwać 16 sal operacyjnych w dwóch segmentach bloku - częsty transport urządzenia wymusza ograniczenia wagowe
-----	---

**Pytanie 12 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II. 24**

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości wykorzystania pojemników z formaliną w workach.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**

**Pytanie 13 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II.13**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia nie posiadającego portu USB.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**

**Pytanie 14 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II.17**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia bez automatycznego uruchamiania wentylatora w momencie otwarcia drzwi dedykowanych do przechowywania formaliny oraz komory roboczej napełniania pojemników z materiałem tkankowym, gdyż posiadane urządzenie posiada system oczyszczania eliminujący możliwość wdychania niebezpiecznych oparów po jego otwarciu.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**

**Pytanie 15 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II.18**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia które ma dopasowany czas pracy wentylatora do wymiarów komory i parametrów technicznych, ustawianie czasu 1 minuty w takiej sytuacji nie jest wymagane. Praca wentylatora powinna być dostosowana do urządzenia tak aby skutecznie eliminować opary formaliny.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu poz. 18 i nadał mu brzmienie:**

18	Praca wentylatora odprowadzającego opary przez 1 minutę po zakończeniu wykonanych czynności dla pełnego zabezpieczenia Użytkownika przed
----	--

	kancerogennymi oparami formaliny – <del>możliwość wydłużenia czasu pracy wentylatora według preferencji Użytkownika</del>
--	---

**Pytanie 16 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II.19**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia ze zintegrowaną drukarką.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu poz. 19 i nadał mu brzmienie:**

19	Drukarka etykiet chemoodpornych podłączana bezpośrednio do urządzenia – zasilanie drukarki oraz złącze RS232 - <b>lub drukarka etykiet chemoodpornych zintegrowana z urządzeniem</b>
----	--

**Pytanie 17 (dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – OPZ)**

**Pytanie dot. pkt. II.19**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia w którym proces napełniania formaliną nie zostanie rozpoczęty bez uprzedniej weryfikacji czy system posiada odpowiednią ilość formaliny. Jest to rozwiązanie znacząco bezpieczniejsze dla użytkownika.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów w powyższym zakresie**

**Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji w poniższych pozycjach OPZ:**

15	Awaryjny przycisk bezpieczeństwa <b>lub wyłącznik w celu zatrzymania dopływu prądu do urządzenia</b>
8	Pełna kontrola nad badanym i utrwalanym materiałem tkankowych <b>poprzez - naklejenie etykiety na pojemnik zawierającej w szczególności: dane pacjenta, rodzaj utrwalacza, data i godzina zalania próbki, data i godzina pobrania próbki</b>

**W związku powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonał odpowiednich modyfikacji w zał. 2 do SWZ (OPZ), w zał. 4 do SWZ (wzór umowy) oraz SWZ**

Za-ca Dyrektora  
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi