

Łódź, dnia 03.04.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: **Dostawa Mikroskopu odwróconego z modułem semi-konfokalnym 3D – nr postępowania 18/ZP/2024.**

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

##### **Pytanie nr 1.**

*Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie równoważnego rozwiązania ze motoryzowanym układem ogniskowania o minimalnym kroku 10 nm, z kondensorem o odległości roboczej 26mm i zakresie ruchu 30mm, z lepszym tubusem o stałym kącie poczylenia 25 stopni oraz regulacja wysokości w zakresie 50mm, o polu widzenia 23mm, z lepszą kamerą o większej przekątnej obrazu oraz adapterem 1x?*

##### **Ad 1.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach.

2. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej PZP) Zamawiający informuje o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe terminy Zamawiający ustala:

Termin składania ofert do 12.04.2024 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert 12.04.2024 r. godzina 10:30

Termin związania ofertą 11.05.2024 r.

3. W celu ujednoczenia dokumentu zamówienia Zamawiający publikuje zmodyfikowaną treść SWZ wraz załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Kierownik Działu Zakupów UŁ  
Sebastian Rudziński