



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Kielcach**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (041) 349 35 00 Fax. (041) 349 35 05  
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)



[www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)



Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji [s.zak@zozmswiakielce.pl](mailto:s.zak@zozmswiakielce.pl) tel. 41 3493521

**Znak sprawy: 35/PN/2019**

Kielce, 08.11.2019 r.

Dotyczy : Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników biochemicznych, kontroli, kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach ogłoszonego w BZP 618937-N-2019.

**Zapytania do przedmiotu postępowania:**

1. Pyt. do pkt 1

Czy Zamawiający dopuści analizator z czerwca 2016 roku, po aktualnym bezpłatnym przeglądzie wykonanym na koszt Oferenta, który pracuje u zamawiającego ?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

2 . Pyt. do pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora ze źródłem światła halogenowym z koniecznością wymiany lamp, które będą wymieniane nieodpłatnie przez serwis Oferenta?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

3. Pyt. do pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykorzystującego kuwety jednorazowe, które zapobiegają kontaminacji próbek i gwarantują mniejsze zużycie wody aparatu?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

4 . Pyt. do pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od sprawdzania czystości kuwet w czasie rzeczywistym, jeżeli analizator pracuje na kuwetach jednorazowych i taki wymóg nie ma zastosowania w zaoferowanym analizatorze?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

5 . Pyt. Do pkt 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora który nie wymaga bezpośredniego podłączenia do stacji uzdatniania wody, przy jednoczesnym nieodpłatnym zagwarantowaniu destylarki do uzyskania wody?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

6 . Pyt. Do pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z układem opartym o pompy ceramiczne i strzykawkę, które są elementami wymienianymi przez serwis podczas rutynowych przeglądów technicznych? Części te nie są wymieniane przez Użytkownika.

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

7. Pyt do pkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego oddzielną jedną igłę do odczytników ( niezależnie czy są to parametry jedno dwu, trzy czy czteroodczytnikowe), jedną do próbek i jedną do modułu jonoselektywnego?

**Tak ,Zamawiający dopuszcza.**

8 . Pyt do pkt 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym jednorazowo możliwe jest wstawienie 84 próbek rutynowych , barkodowanych przy jednoczesnym zaoferowaniu analizatora o przepustowości znacznie większej niż wymagana 600 badań/h pracy plus 6 próbek cito?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

9 . Pyt do pkt 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym kalibratory, kontrole i próbki cito wstawiane są w dedykowanych miejscach na rotorze? Zamawiający nie musi uczyć się na pamięć poszczególnych miejsc w celu zaprogramowania kontroli , kalibracji, próbek cito.

**Tak ,Zamawiający dopuszcza.**

10. Pyt. do pkt 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora na 45 pozycji odczytnikowych co całkowicie zabezpieczy zapotrzebowanie Zamawiającego na wykonanie 28 parametrów ?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

11. Pyt do pkt 18

Czy zamawiający dopuści aparat, w którym automatycznie powtarza próbki po przekroczeniu liniowości i zaprogramowanego zakresu?

**Tak. Zamawiający dopuszcza.**

12. Pyt do pkt 23

Czy Zamawiający dopuści odczytnik, kontrolę i kalibrator do UIBC obcego producenta z aplikacją na oferowany aparat?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

13. Pyt do pkt 26

Czy Zamawiający dopuści nieautoryzowaną przez producenta aplikację do UIBC, która jest wprowadzona i aktualnie wykonywana na oferowanym analizatorze?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

14. Czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku gdy Oferent zaoferuje analizator o przepustowości znacznie wyższej niż wymagana - 600 ozn/ h z możliwością załadowania 84 próbek rutynowych i 6 próbek cito co znacznie przekracza zapotrzebowanie Zamawiającego?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując częstotliwość kalibracji i ilość kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne granice , a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania ? Takie rozwiązanie pozwoli na



zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością ? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty.

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistością, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora ? Takie założenie zakłada , że testy będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosownie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty.

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

17. Czy Zamawiający wymaga analizatora, który umożliwi wstawianie odczynników bez przerywania pracy aparatu?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do wzoru umowy:**

1. (§6 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości netto niezrealizowanej dostawy?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

2. (§ 6 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

**Odp.Nie ,Nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Zasady dokonywania zamiany w przedmiotowym zakresie zostały przewidziane w §8 ust.6 umowy**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

5. Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

7. Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

8. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

### **Pytania do SIWZ**

Czy ze względu na przypadające w dniu 11.11.2019 święto państwowe (dzień wolny od pracy) Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert?

### **Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy par 1 pkt.1.2

1. Prosimy o modyfikację zapisu na : Dzierżawa aparatu do biochemii rok produkcji...zwanego w dalszej części aparatem.

dotyczy par.2 pkt 2

**Ad1. Tak, zamawiający modyfikuje "Dzierżawa aparatu do biochemii rok produkcji... zwanego w dalszej części aparatem"**

2. Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca przekazał, podłączył do sieci, przeszkolił personel Zamawiającego oraz uruchomił aparat w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy?

Dotyczy par 3 pkt 2

**Ad2. Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

3. Czy Zamawiający dopuści aby termin przydatności do użycia nie był krótszy niż 6 mies od daty dostarczenia?

**Ad3. Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

Dotyczy pkt. 1 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompaktowego analizatora z wbudowanym modułem ISE, do postawienia na stole wraz z wymaganym stołem? Powierzchnia jaką zajmie analizator nastołowy nie jest większa niż powierzchnia zajmowana przez analizator wolnostojący z niezależnym modułem ISE. Stół daje również możliwość dodatkowej powierzchni przechowywania np. części zużywalnych lub płynów systemowych nie wymagających niskich temperatur.

**Ad4. Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

Dotyczy pkt. 2 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

5. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o całkowitej wydajności 400 testów / godz (razem z ISE)? Zaoferowana wydajność pozwoli na wykonanie wyspecyfikowanej przez Zamawiającego ilości badań w niecałe 1,5 godz. dziennie.

Dotyczy pkt. 3 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:



**Ad5. Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w systemie częściowo otwartym? Analizator posiada możliwość uruchomienia tzw. "wolnych kanałów" dla aplikacji odczynników firm trzecich.

Dotyczy pkt. 4 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

**Ad 6.TAK, zamawiający dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wykorzystującego jako źródło światła lampy halogenowe, ze wskazaniem ich wymiany co pół roku?

Dotyczy pkt. 6, 7 i 8 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

**Ad7.Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wykorzystującego do pomiarów jednorazowe, plastikowe kuwety bez użycia stacji mycia kuwet, spełniający warunek 7, z oszczędniejszym zużyciem wody na poziomie do 2 L/godz pracy analizatora?

**Ad8. Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

Dotyczy pkt. 9 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

9. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w którym układ dozujący wykorzystuje strzykawki wymieniane w razie potrzeby przez serwis podczas co półrocznego przeglądu?

**Ad 9.Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

Dotyczy pkt. 10 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

10. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w dwie igły pipetujące odczynnik, próbkę lub rozcieńczalnik?

**Ad10.Tak, zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy pkt. 12 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

11. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek możliwość zaoferowania analizatora z powierzchnią dla statywów do umieszczenia 90 próbek na raz?

**Ad11. Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

Dotyczy pkt. 17 parametry analizatora, Załącznik nr 4a:

12. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora z chłodzoną powierzchnią odczynnikową (10-15°C) dla 32 parametrów/oznaczeń? )

**AD12.Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

13. Prosimy o potwierdzenie czy wskazane w tabeli ilości badań na 24 m-ce zawierają już doliczenia na kontrolę i kalibrację? Jeśli nie, czy oznaczenia te należy doliczyć?

**Ad13. Wskazana ilość badań zawiera już doliczenia na kontrolę i kalibrację.**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w Tabeli "Zapotrzebowanie na kalibratory+ części zużywalne+dzierżawa analizatora" wymienić również materiały kontrolne niezbędne do wykonywania badań?

**Ad14.Tak zamawiający wyraża zgodę.**

Jednocześnie , ponieważ w dniu dzisiejszym do końca dnia mija termin zadawania pytań, a otwarcie ofert następuje 12.11 , czyli następnego dnia roboczego prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 15.11.2019

**Nie, zamawiający nie dopuszcza ,zgodnie z SIWZ**

**Dot. Załącznik nr 3 - Projekt umowy**

Par. 2 ust. 1 lit. d oraz par. 3 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?

**ODO. Zamawiający wyraża zgodę.**

Par. 2 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Nie, zgodnie z SIWZ**

Par. 2 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnych” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Par. 2 ust. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa „godzin” na „godzin w dni robocze”?

**ODp. Zgodnie z SIWZ**

Par. 3 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

*Uzasadnienie:*

*Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości, dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.*

**Odp. zamawiający wyraża zgodę.**

Par. 3 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Odp. Osiemosób.**

Par. 4 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

*Uzasadnienie:*

*Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności. Dodatkowo, w dalszej części par. 4 ust. 6 nałożono na Wykonawcę obowiązek wpisania terminu płatności na fakturze VAT – utrzymanie postanowienia o liczeniu terminu płatności od dnia dostarczenia faktury VAT uniemożliwia wypełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Par. 6 ust. 1 lit. a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słów „nie przystąpienia”?

Uzasadnienie: Istotą kary umownej jest zdyscyplinowanie stron zawartej umowy. W przypadku nie przystąpienia do umowy nie ma podstaw do naliczania kar umownych, skoro umowa nie została zawarta.

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

Par. 6 ust. 1 lit. a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy” na „z przyczyny zawinionej przez Wykonawcę”?



**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

Par. 6 ust. 1 lit. b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

Par. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

Par. 7 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze”

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

Par. 8 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tego postanowienia słów „możliwa jest zmiana umowy”?

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w dotychczasowym brzmieniu.**

Jednocześnie , ponieważ w dniu dzisiejszym do końca dnia mija termin zadawania pytań, a otwarcie ofert następuje 12.11 , czyli następnego dnia roboczego prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 15.11.2019

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Zatwierdzam:**

Z-CA DYREKTORA  
ds. Inwestycji Technicznych  
SP ZOZ MŚWIA w Kiełczcu  
Jolanta Cygan

