



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia *11*.-02-2019 r.

W.Sz.Z.: TZ – 280-132/18

dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów ortopedycznych, chirurgicznych i anestezjologicznych z podziałem na 23 zadania.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu Nr 3 poz. **II pkt. 3**, gdyż nie zostały ujęte prawidłowe ilości przedmiotu zamówienia.

W załączeniu aktualny Załącznik Nr 2/3 do SIWZ, który zostaje również zamieszczony na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonana zmiana treści SIWZ nie wpływa na zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

mgr Marcin Robaszewski



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Załącznik Nr 2/3
do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-132/18

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa producenta oferowanego produktu i nr katalogowy (podać)	Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy	Jednostka miary	Cena jedn. netto za j.m.	Stawka VAT	Wartość netto pozycji	Wartość podatku VAT	Wartość brutto pozycji
I endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym									
1	Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcemenntowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach: standardowej i lateralizowanej, oraz min. 12 rozmiarach dla każdej z opcji, w celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej, koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain, stożek 12/14		60	szt.					
2	Panewka bezcemenntowa typu monoblok bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkami witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu, powierzchnia panewki musi być pokryta porowatym tytanem, średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm, możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki		60	szt.					
3	Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min. 3 długościach szyjki		60	szt.					

4	Śruba gąbczasta (1 szt) o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm	60	szt.						
II endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem bezcementowym, prostym									
1	Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwięzający się dystalnie, bezkońcowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w min. 12 rozmiarach, trzpień posiadający opcje standardową i lateralizowaną oraz wersje bezcementową i cementową, uniwersalne instrumentarium pozwalające na śródoperacyjny wybór trzpienia, w opcji trzpień rewizyjny o tej samej geometrii co trzpień pierwotny, w min. 4 długościach, dodatkowo posiadające nacięcia w zwięzającej się części dystalnej, stożek trzpienia 12/14	40	szt.						
2	Panewka bezcementowa typu monoblok bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z polietylenu, powierzchnia panewki musi być pokryta porowatym tytanem, średnica zewnętrzna w rozmiarach od 46mm do 64mm możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki, panewka posiadająca otwory na śruby umożliwiające dodatkową stabilizację..	40	szt.						
3	Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min. 3 długościach szyjki	40	szt.						
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy