

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MONTOWANEGO NA STAŁE

Przepust/śluza podawcza – 2 szt.

Wymagania:

1. Wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301, panel ościeżnicy grubości minimum 38 mm
2. Przyłącze do nawiewu powietrza wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301
3. Przyłącze do wywiewu powietrza wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301
4. Oprawa LED za szkłem bezpiecznym
5. Wyposażone w filtr H14 i czujnik ciśnienia
6. 2 szt. drzwi gazoszczelnych ze stali nierdzewnej EN 1.4301, ościeżnica gr. minimum 2 mm.
7. Grubość skrzydła drzwiowego minimum 42 mm
8. Przepust wyposażony w blokadę elektryczną drzwi z sygnałem blokady (światło LED czerwone) i otwarcia (światło LED zielone)
9. Minimalne wymiary zewnętrzne przepustu: wysokość 1510mm x szerokość 740mm x głębokość 630mm
10. Minimalne wymiary wewnętrzne okna 920mm x 560mm x 550mm