

E.ZP.261.14.2021

## **Do Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia **na dzierżawę strzykawki automatycznej do tomografu komputerowego wraz z akcesoriami do jej obsługi.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

### **Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aktualnie dzierżawionego wstrzykiwacza wyprodukowanego w 2015r. Gwarantujemy aktualizację do najwyższej wersji oprogramowania na dzień protokolarnego odbioru strzykawki.

Jeśli Zamawiający wyrazi na powyższe zgodę, prosimy o zmianę zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych granicznych przedmiotu zamówienia w tym zakresie (rok produkcji nad tabelą, rok produkcji w wierszu 21 tabeli, wykreślenie zapisu „urządzenie jest fabrycznie nowe” pod tabelą) lub o wyrażenie zgody na modyfikację własną Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby dzierżawiona strzykawka była z 2015 roku oraz dopuszcza urządzenie które nie jest fabrycznie nowe.

W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, który jest z 2015 r. i nie jest fabrycznie nowy, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych poprawek w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.

### **Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy, § 5 Gwarancja**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do § 5 następującego zapisu: „Wykonawca udziela pełnej gwarancji na sprzęt w okresie dzierżawy, z wyjątkiem awarii powstałych na skutek nie stosowania się do dostarczonej instrukcji obsługi.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Modyfikacji ulega § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„1. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny strzykawki automatycznej do podawania kontrastu przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na sprzęt w okresie dzierżawy, z wyjątkiem awarii powstałych na skutek nie stosowania się do dostarczonej instrukcji obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów i konserwacji dzierżawionej strzykawki w okresie trwania umowy. Całkowity koszt dokonywania przeglądów i serwisów technicznych dzierżawionej strzykawki ujęty jest w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 2 niniejszej umowy.”*

### **Pytanie nr 3**

#### **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy, § 6 Osoby uprawnione do kontaktu**

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie § 6 ust. 1 w taki sposób, że Wykonawca będzie mógł podać dwie osoby uprawnione do kontaktu – jedną w zakresie dzierżawy i jedną w zakresie dostaw akcesoriów.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o możliwość wskazania działu, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w zakresie dostaw akcesoriów. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie brzmienia postanowienia zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Zamawiający uzgodni na etapie zawierania umowy treść postanowienia wskazującego osoby (Zamawiający dopuszcza także w razie konieczności upoważnienie ogólnie pracowników danego działu).

### **Pytanie nr 4**

#### **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy, § 12 ust. 2 pkt 1)**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie cena brutto od dnia obowiązywania nowych przepisów.

#### **Odpowiedź:**

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, nastąpi stosownie do wpływu tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 5**

#### **Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy, § 5 ust. 3**

Prosimy o dopisanie do projektu umowy zwrotu „w dni robocze” w § 5 ust. 3, tak, żeby całość otrzymała następujące brzmienie: „W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku awarii określonej w ust. 2 niniejszej umowy zostanie pozbawiony możliwości wykonywania badań przez dłuższy czas niż 48 godzin w **dni robocze** i będzie zmuszony zlecić ich przeprowadzenie innej jednostce diagnostycznej, Wykonawca jest zobowiązany pokryć pełne koszty wykonanych w takiej sytuacji badań, które zostały zlecone od chwili zgłoszenia awarii strzykawki do momentu dostarczenia strzykawki zastępczej.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Modyfikacji ulega § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„3. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku awarii określonej w ust. 2 niniejszej umowy zostanie pozbawiony możliwości wykonywania badań przez dłuższy czas niż 48 godzin w dni robocze i będzie zmuszony zlecić ich przeprowadzenie innej jednostce diagnostycznej, Wykonawca jest zobowiązany pokryć pełne koszty wykonanych w takiej sytuacji badań, które zostały zlecone od chwili zgłoszenia awarii strzykawki do momentu dostarczenia strzykawki zastępczej.”*

**Pytanie nr 6****Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ – Projekt umowy, § 9 ust. 1, 2**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.