

Konin, 18.07.2024 r.

WSZ-EP-24/855/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, nr sprawy WSZ-EP-24/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Załącznik nr 2 Formularz cenowy oraz SWZ rozdz XII pkt 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z ilością opakowań i ceną jednostkową netto i wyrazi zgodę na wyliczenie wartości oferty poprzez pomnożenie ilości opakowań x cena jednostkowa netto za opakowanie? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie realnych kosztów wynikających z oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy SWZ rozdz XIX pkt 1. ppkt b 3 – Czy Zamawiający odstąpi od dołączenia do oferty deklaracji zgodności i certyfikatów CE i wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenie iż zaoferowany przedmiot posiada te dokumenty i udostępnienie strony na której Zamawiający ma stały, całodobowy i bezpłatny dostęp?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy parametrów technicznych aparatu : Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu, w którym : Pipetowanie próbek/kalibratorów/standardów następuje przy użyciu jednorazowych końcówek ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa sposobu pipetowania próbek, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy parametrów technicznych aparatu- Czy zamawiający wymaga, aby Analizator posiadał funkcję automatycznego rozcieńczania próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania do umowy (Zał. nr 5):

5. §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: W przypadku niewymienienia towaru na wolny od wad w ww. terminie Zamawiający może zakupić taki towar wolny od wad od bioMérieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, www.biomerieux.pl innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę zakupu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z wynagrodzenia Wykonawcy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

6. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany aparatu na inny o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej istotnej awarii tego samego elementu, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 3. Wydzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii tego samego elementu lub upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

7. § 9 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu dostawy, o której mowa w 6.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

8. §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, na nowy, wolny od wad, w wysokości 1% wartości brutto danego asortymentu, którego zwłoka dotyczy – za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

9. § 9 ust. 1 pkt 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w realizacji dostawy, instalacji lub uruchomienia aparatu, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, lub przeszkolenia personelu z jego obsługi, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto – za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

10. § 9 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 6 ust. 3, 4, 7 lub 8, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

11. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość oznaczania Przeciwciał w klasie IgG w kierunku Borrelia Burgdorferi bezpośrednio z płynu mózgowo rdzeniowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Osoba do kontaktu:
Żaneta Borowska
Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 240-41-33