



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-47/24

Tarnów, 2024-05-28

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego, bezklejowego dla wcześniaków i noworodków o wadze do 3 kg, mocowanie - opaska na stopę/rękę do kardiomonitora FX3000 (producent Nellcor) ?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 wapna sodowanego o poziomie pylenia ($< 0,5\text{mm}$) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg, w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg ?
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na źródło światła w postaci żarówki ledowej z kompletem łyżek typ Macintosh, wymiary łyżek: łyżka Nr.2 – dł. 113 mm, śr 21 mm, łyżka Nr. 3 – dł. 131 mm, szer. 22 mm, łyżka Nr. 4 – dł. 154 mm, szer. 24 mm
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżki Macintosh Nr. 1,2,3,4, wymiary łyżek – łyżka Nr. 1 – dł. 91 mm, szer.20 mm, łyżka Nr.2 – dł. 113 mm, sr 21 mm, łyżka Nr. 3 – dł. 131 mm, szer. 22 mm, łyżka Nr. 4 – dł. 154 mm, szer. 24 mm
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na laryngoskop z kompletem łyżek typ Miller, wymiary łyżek: łyżka 00 -dł. 64 mm, szer 11, łyżka 0 – dł. 74 mm, szer. 11 mm, łyżka 1 – dł. 101 mm, szer 11 mm.. Wymiary uchwytu pediatrycznego: dł 16 mm, średnica 19 mm
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na rękojeść laryngoskopu ledową, dł. rękojeści 158 mm, średnica uchwytu 28 mm
- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na rękojeść laryngoskopu ledową, dł. rękojeści 158 mm, średnica uchwytu 28 mm.
- Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze poniżej 3kg lub powyżej 30kg.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 i 8.

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 1.**

Ad 2.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** wapna sodowanego o poziomie pylenia ($< 0,5\text{mm}$) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4% , absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg, w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%,z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** laryngoskopu z kompletem łyżek opisanych w pytaniu, pod warunkiem że oferowane łyżki można wielokrotnie sterylizować w autoklawie w temperaturze 134°C przez 10 minut, a ponadto cały przedmiot zamówienia spełnia wymagania normy ISO 7376-3 Green System lub równoważnej.



Ad 4.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** łyżek do laryngoskopu opisanych w pytaniu, pod warunkiem że oferowane łyżki można wielokrotnie sterylizować w autoklawie w temperaturze 134⁰C przez 10 minut, oraz spełniają wymagania normy ISO 7376-3 Green System lub równoważnej.

Ad 5.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 3** laryngoskopu z kompletem łyżek opisanych w pytaniu, pod warunkiem że oferowane łyżki można wielokrotnie sterylizować w autoklawie w temperaturze 134⁰C przez 10 minut, laryngoskop ma rękojeść bateryjną ledową, a ponadto cały przedmiot zamówienia spełnia wymagania normy ISO 7376-3 Green System lub równoważnej.

Ad 6.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 4** rękojeści laryngoskopu ledowej, dł. rękojeści 158 mm, średnica uchwytu 28 mm, pod warunkiem, że spełnia wymagania normy ISO 7376-3 Green System lub równoważnej.

Ad 7.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** rękojeści laryngoskopu ledowej, dł. rękojeści 158 mm, średnica uchwytu 28 mm, pod warunkiem, że spełnia wymagania normy ISO 7376-3 Green System lub równoważnej.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

Nocni

