



DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „„**Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatury do Laboratorium Analitycznego**”

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaprośzenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zadanie nr 3, Wymagane warunki i parametry głównego analizatora hematologicznego pkt. 12

Czy Zamawiający zezwala, aby w analizatorze głównym zakres liniowości w trybie z automatycznym rozcieńczeniem wynosił dla WBC od 0 – 360 tys/ul, dla PLT od 0 do 3 800 tys/ul, w przypadku osocza bogatopłytkowego od 0 do 5 600 tys/ul ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby oba oferowane analizatory hematologiczne miały oprogramowanie w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby analizator główny posiadał system mieszania rotacyjnego próbki o 360 stopni, zgodny ze standardami ISLH?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby analizator pomocniczy pracował z użyciem tylko trzech odczynników?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

Zadanie nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry oznaczane przez analizatory hematologiczne były raportowane na wyniku pacjenta?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga.

Pytanie 6

Zadanie nr 3, par. 1 pkt. 9 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 4 do SWZ)

Czy Zamawiający dopuści by termin ważności odczynników w pakiecie nr 3 wynosił 6 miesięcy, za wyjątkiem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest 2 miesiące od daty dostawy?



Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie nr 3, par. 2 pkt. 2 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy analizatorów wynosił 21 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Zapytania do pakietu nr 11

Jeżeli odczynniki nie klasyfikują się jako niebezpieczne substancje w rozumieniu ustawy z dnia 25.02.2011 r. (t.j. Dz.U.2022.1816) o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ze zm. czy należy do oferty załączyć stosowne oświadczenie?

Brak wymagania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników ,które takimi nie są.

Odpowiedź:

Tak należy dołączyć stosowne ogłoszenie.

Pytanie 9

Zapytania do pakietu nr 11

Czy w załączniku nr 2 (pakiet 11) do swz w rubryce „ilość oznaczeń na 36 miesięcy” nastąpił błąd pisarski i powinno być „ilość opakowań jednostkowych na 36 m-cy”?

Powyższe wynika z jednostki miary.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską oraz poprawia błąd.

Pytanie 10

Zapytania do pakietu nr 11

Czy w załączniku nr 2 (pakiet 11) do swz w rubryce „ilość oznaczeń w 1 opak.” Można wpisać opakowania handlowe np. dla pozycji nr 1 3x4 ml.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11

Zapytania do pakietu nr 11

Czy można w rubrykę 5 „ilość oznaczeń w 1 opak.” można wpisać zaoferowane opakowania handlowe producenta? Wykonawca ma obowiązek sprzedaży zaoferowanych odczynników w pełnych opakowaniach handlowych, jeśli producent takie stosuje zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07-04-2022r . Opakowanie handlowe produktu posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny, w związku z tym Wykonawca nie ma możliwości oferowania pojedynczych ampulek wyrobu jeśli producent zbywa je w opakowaniach handlowych.

Odpowiedź:

Nie. Należy wpisać ilość opakowań handlowych producenta uwzględniając ilości zawarte w SWZ (opakowania handlowe każdego producenta są inne).

Pytanie 12

Zapytania do pakietu nr 11

Czy po dostawie, zgodnie z Rozporządzeniem 2017/746 oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07-04-2022r Zamawiający pobierze instrukcje i świadectwa kontroli jakości ze strony www skazanej przez wykonawcę?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w Załączniku nr 1, Rozdział III, 20.1 lit f) wskazuje na taką czynność.

Odpowiedź:

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć razem z ofertą.



Pytanie 13

Zapytania do pakietu nr 11

Czy Zamawiający potwierdza, że Dolichotest (poz. 9) jako odczynnik pomocniczy musi posiadać deklarację zgodności CE producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Zapytania do pakietu nr 11

Czy Zamawiający potwierdza, że zamówienia mogą być realizowane zgodnie z harmonogramem producenta tj około 1 raz w miesiącu ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15

Zapytania do pakietu nr 11

Czy w pozycji nr 7 można zaoferować inny klon niż RUM-1 odczynnika monoklonalnego anti-D IgM, pod warunkiem wysokiej czułości i swoistości oraz zgodny z wymaganiami SWZ .

Odpowiedź:

Tak, o ile wymienione warunki wysokiej czułości i swoistości są poparte oświadczeniem producenta.

Pytanie 16

Zapytania do pakietu nr 11

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie odczynników monoklonalnych z terminem ważności minimum 9 -12 miesięcy od daty dostawy bowiem taki termin gwarantuje producent od dnia dostawy do klienta? Informujemy, że odczynniki monoklonalne nie są produkowane w Polsce i związane są z tym pewne ograniczenia dostępności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Zapytania do pakietu nr 11

Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności pozycji nr 1 oraz 10 (krwinki) do 4 tygodnie tj. 28 dni od dnia dostawy, bowiem RCKiK tylko taki może zagwarantować?

Czy można zaoferować w załączniku nr 7 do swz termin 4 tygodnie od dania dostawy aby spełnić wymagania swz?

W formularzu cenowym (załącznik nr 2 swz) wymaga się do 28 dni .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Zapytania do pakietu nr 11

Wniosek o modyfikację treści umowy, §11 ust. 2

Wykonawca wnosi o modyfikację §11 ust. 2 Umowy poprzez dodanie postanowienia dotyczącego polubownego rozstrzygnięcia sporów: „Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

„Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą **w drodze wzajemnych rozmów i negocjacji**. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego”.

Pytanie 19

Zapytania do pakietu nr 11



Wniosek o modyfikację treści umowy, § 7 kary umowne

Zamawiający wskazał:

„1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w każdym z poniższych przypadków:

3) za zwłokę Wykonawcy w dostawie – 0,01 % maksymalnej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna).

4) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków gwarancyjnych bądź rękojmiowych – 0,01 % maksymalnej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna)”

Wykonawca wskazuje, że zastosowana przez Zamawiającego kara powinna pełnić funkcję kompensacyjną. Z związku z tym Zamawiający powinien ją naliczać od wartości niedostarczonej dostawy

Propozycja Wykonawcy:

„1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w każdym z poniższych przypadków:

3) za zwłokę Wykonawcy w dostawie – 0,01 % maksymalnej wartości netto dostawy wykonanej z opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna).

4) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków gwarancyjnych bądź rękojmiowych – 0,01 % maksymalnej wartości netto reklamowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna).

Uzasadnienie: W przypadku naliczania kary od wartości netto całej umowy, może dojść do sytuacji gdzie kara umowna przewyższy wartość danego zamówienia. KIO stoi na stanowisku: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Zapytania do pakietu nr 11

Wniosek o modyfikację treści umowy, §7 kary umowne

Zamawiający wskazał:

„6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 35% maksymalnej wartości brutto umowy (dla każdej z części z osobna)”.

Wskazana przez Zamawiającego łączna wysokość kar umownych, jest zbyt wygórowana, nieproporcjonalna i nie spełniająca swej kompensacyjnej funkcji.

Wykonawca proponuje: „Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20% maksymalnej wartości brutto umowy (dla każdej z części z osobna)”.

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniająca swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Zapytania do pakietu nr 11

Wniosek o modyfikację treści umowy, §8

Zamawiający wskazał: „Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części – stosownie do wyboru Zamawiającego w każdym z poniższych przypadków:

1)Gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie dopuścił się zwłoki w dostawie;”

Propozycja Wykonawcy:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części – stosownie do wyboru Zamawiającego w każdym z poniższych przypadków:

1)Gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie dopuścił się zwłoki w dostawie w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym”.

Uzasadnienie: Wykonawca wskazuje, że w trakcie trwania umowy mogą pojawić się opóźnienia w dostawie z przyczyn od niego niezależnych. W związku z tym wnosi o rozliczenia wskazanych opóźnień w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym, z uwagi na długość trwania umowy – 3 lata, tak aby krótkie opóźnienie w dostawie nie spowodowało rozwiązania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Zapytania do pakietu nr 11

Czy Wykonawca musi przedłożyć do oferty wszystkie dokumenty: certyfikat CE, deklaracja zgodności, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, czy wystarczy przedłożenie jednego z tych dokumentów dla poszczególnych poz. formularza cenowego.

Odpowiedź:

Wykonawca musi przedłożyć do oferty wszystkie dokumenty.

Pytanie 23

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet 3, Analizator główny pkt 12 i Analizator back-up pkt 4:

Czy Zamawiający podając górne zakresy liniowości ma na myśli ich minimalne wartości jakie powinien spełniać analizator oraz czy wymaga, aby określone zakresy liniowości były otrzymywane dla pierwszego oznaczenia z próbki pierwotnej?

Uzasadnienie: Wydanie wyniku z pierwszego oznaczenia jest korzystniejsze ze względów ekonomicznych (mniejszy koszt badania), natomiast rozcieńczenie próbki nie tylko zwiększa koszt wykonania morfologii, ale przede wszystkim ma wpływ na zmniejszenie wiarygodności wyniku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet 3, Analizator główny pkt 31 i Analizator back-up pkt 19:

Czy Zamawiający wymaga, aby zewnętrzny program kontroli jakości badań oparty był na materiale do kontroli codziennej i wyniki kontroli były wysyłane w czasie rzeczywistym, on-line, automatycznie i bezpośrednio po



wykonaniu kontroli na analizatorze oraz aby program ten umożliwiał otrzymywanie miesięcznych raportów oceny jakości i posiadał akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zewnętrzny program kontroli jakości badań był oparty na materiale do kontroli codziennej. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby wyniki kontroli były wysyłane w czasie rzeczywistym, online, automatycznie i bezpośrednio po wykonaniu kontroli (dopuszcza w formie raportu miesięcznego).

Pytanie 26

Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet 3, Analizator główny pkt 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który dokonuje rozcieńczenia próbki poprzez automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości odczynnika natomiast użytkownik musi sam dodać odpowiednią ilość krwi? (analizator podaje automatycznie wartości parametrów przeliczając rozcieńczenie).

Uzasadnienie: Jeśli analizator posiada bardzo wysokie liniowości parametrów (np. WBC do 440 tys./ μ , PLT do 5000 tys./ μ l), to wykonywanie rozcieńczenia jest procesem (z doświadczenia Użytkowników) bardzo sporadycznym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27

Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 3, Warunki graniczne dla odczynników pkt 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby oba oferowane analizatory pracowały na tych samych odczynnikach, które można stosować wymiennie między analizatorami?

Uzasadnienie: Kompatybilność odczynników pomiędzy analizatorami pozwala na optymalizację zarządzania odczynnikami, np. poprzez uniknięcie przeterminowania odczynników w przypadku, jeżeli analizator back-up wykonuje mniejszą ilość badań.

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 28

Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 3, Tabela I, pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania krwi kontrolnej o innej nazwie i innej zawartości opakowań, niż podane w poz. 2 oraz o wyrażenie zgody na skalkulowanie (innej niż w tabeli ilości opakowań) materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29

Dotyczy Załącznika nr 2, Pakiet 3, Tabela I:

Prosimy o podanie z jaką częstotliwością i na ilu poziomach Zamawiający będzie wykonywał kontrole jakości badań?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykonywał kontrolę codziennie na dwóch poziomach.

Pytanie 30

Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet 3, Parametry oceny jakości odnoszące się do głównego analizatora hematologicznego, punkty 1,2,3,4:

Czy podane zakresy liniowości dla WBC, RBC, HG oraz PLT dotyczą oznaczeń hematologicznych w krwi pełnej?

Uzasadnienie: Głównym materiałem badanym w laboratorium, w przypadku oznaczeń hematologicznych, jest krew pełna.

Odpowiedź:



Tak, z wyjątkiem PLT, które dopuszcza oznaczenia w osoczu bogatopłytkowym.

Pytanie 31

Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet 3, Parametry oceny jakości odnoszące się do głównego analizatora hematologicznego, pkt 4:

Prosimy o doprecyzowanie: Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wyznaczając punktowany zakres liniowości PLT > 5 000 tys./ μ l, zamiast PLT \geq 5 000 tys./ μ l?

Uzasadnienie: Z ogólnodostępnej wiedzy diagnostycznej i rynkowej wynika, że żaden Wykonawca nie ma możliwości uzyskania 1 pkt., ponieważ nie ma dostępnych na rynku analizatorów hematologicznych z liniowością dla PLT powyżej 5000 tys./ μ l krwi pełnej.

Odpowiedź:

Nie, podany zakres liniowości może dotyczyć oznaczeń w osoczu wysokopłytkowym.

Pytanie 32

Dotyczy Część nr 8 (koagulologia):

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator o wydajności 110 ozn. PT/h i 110 ozn. APTT/h?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Dotyczy Część nr 8 (koagulologia):

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym odczyt próbek w metodach wykrzepialnych odbywa się na zasadzie turbidymetrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34

Dotyczy Część nr 8 (koagulologia):

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym zamiast karuzeli próbek , badane próbki wkładane są w statywach po 10 próbek? Można jednocześnie załadować 40 próbek badanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ,

Pakiet 9 (Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora)

Warunki graniczne analizatora parametrów krytycznych Zamawiający w pozycji 8 wpisał:

„Graficzny wykres trendów u pacjenta”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które daje możliwość zbiorczego prezentowania wyników poszczególnych parametrów (dla danego pacjenta w określonym przedziale czasowym) w formie tabeli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ,

Pakiet 9 (Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora)

Warunki graniczne analizatora parametrów krytycznych Zamawiający w pozycji 9 wpisał:

„Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia.”

Zamawiający w pozycji 15 wpisał:

„Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, zgrupowanych w zbiorcze opakowania.”



Zamawiający w pozycji 17 wpisał:

„Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o 2 materiały zużywalne tj. oddzielny pakiet odczynnikowy (zestaw odczynnikowy zawierający wszystkie odczynniki, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, płyn płuczający oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki) oraz oddzielną kasetę zawierającą sensory?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ,

Pakiet 9 (Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora)

Warunki graniczne analizatora parametrów krytycznych Zamawiający w pozycji 13 wpisał:

„3 tory pomiarowe, umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzanie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego.”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator z jednym torem pomiarowym umożliwiającym wykonanie pełnego panelu wymaganych przez Zamawiającego parametrów (pH, pCO₂, pO₂, Na, K, CL, Ca zjonizowany, BIL, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO₂) z próbki o objętości 45 ul? Jednocześnie Zamawiający każdorazowo podczas podania próbki ma możliwość wyboru oznaczanych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ,

Pakiet 9 (Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora)

Warunki graniczne analizatora parametrów krytycznych Zamawiający w pozycji 14 wpisał:

„Bezobsługowe elektrody, nie wymagające wymiany membran czy dodawania płynów.”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o kasetę sensorową, a nie w oparciu o pojedynczo wymieniane elektrody (tzn. wszystkie elektrody występują wspólnie w postaci małej płytki sensorów. Płytkę tę podlega jednocześnie wymianie co 30 dni)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ,

Pakiet 9 (Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora)

Zamawiający w pozycji 2 wpisał:

„Automatyczne odbiałczanie”

Prosimy o informację czy Zamawiający oceni równoważnie a tym samym przyzna maksymalną ilość punktów rozwiązaniu, w którym procedura odbiałczania wykonywana jest okresowo przez inżyniera serwisu i w żaden sposób nie obciąża użytkowników dodatkowymi czynnościami?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ,

Pakiet 9 (Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora)

Zamawiający w pozycji 4 wpisał:

„Aparat posiada wykresy trendów pacjenta”

Czy Zamawiający oceni równoważnie a tym samym przyzna maksymalną ilość punktów rozwiązaniu, które daje możliwość zbiorczego prezentowania wyników poszczególnych parametrów (dla danego pacjenta w określonym przedziale czasowym) w formie tabeli?



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - § 1. PRZEDMIOT UMOWY pkt. 9 oraz § 6. GWARANCJA pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone Towary posiadały termin przydatności wynoszący 3 miesiące?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - § 7. KARY UMOWNE pkt. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów z:

„za zwłokę Wykonawcy w dostawie – 0,01 % maksymalnej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna).”

Na:

„za zwłokę Wykonawcy w dostawie – 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - § 7. KARY UMOWNE pkt. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów z:

„za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków gwarancyjnych bądź rękojmiowych – 0,01 % maksymalnej wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna).”

Na:

„za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków gwarancyjnych bądź rękojmiowych – 1 % wartości towaru niespełniającego wymagań”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Dotyczy Formularza ofertowego – Zał. nr 1 do SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45

Dotyczy Wzór – umowa dostawy – Zał. nr 4 do SWZ.: §1 ust. 8 pkt 4):

Uprzejmie prosimy o zmianę wskazanej podstawy prawnej na ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia wskazaną podstawę prawną.

Pytanie 46

Dotyczy Wzór – umowa dostawy – Zał. nr 4 do SWZ.: §1 ust. 9 w związku z §6 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy dla pakietu nr 3 o treść:



„Termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosi co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www.....pl”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 1 do SWZ –Formularz oferty pkt 9 ppkt 2) oraz w Rozdziale 4 SWZ –Opis i wymagania przedmiotu zamówienia pkt 6.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował wyżej wymienione załączniki.

Pytanie 48

Dotyczy Wzór – umowa dostawy – Zał. nr 4 do SWZ.:

§2 ust. 2:

Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie przez tą osobę mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcia sytuacji braku realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

Odpowiedź:

Osoba wskazana do kontaktów w sprawie przedmiotu umowy nie jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Zamówienia będą składane przez Kierownika Laboratorium Analitycznego oraz osoby wskazane w umowie.

Pytanie 49

Dotyczy Wzór – umowa dostawy – Zał. nr 4 do SWZ.: §2 ust. 8:

Czy Zamawiający dopuści, aby dokument dostawy nie zawierał ceny ale potwierdzał ilość oraz rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy Wzór –umowa dostawy – Zał. nr 4 do SWZ.: §2 ust. 12:

Czy Zamawiający dopuści przesłanie deklaracji zgodności CE w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy z biura Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy Wzór – umowa dostawy – Zał. nr 4 do SWZ.: §2 ust. 13:

Prosimy o usunięcie ww. postanowienia. Jeżeli Wykonawca nie jest producentem to ceny producenta stanowią tajemnicę handlową oraz cenę zakupu przez Wykonawcę. Ewentualnie prosimy o zmianę z „producentów” na „wykonawców” tak aby dopuścić do udziału w postępowaniu również inne podmioty niż producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia.

Pytanie 52

Dotyczy Wzór – umowa dostawy – Zał. nr 4 do SWZ.: §8 ust. 2 pkt 2):

Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania:



„z wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający modyfikuje zapis na następujący: „2) Gdy Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zaprzestał realizacji Umowy”

Pytanie 53

Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy – Zał. nr 5 do SWZ: §2 ust. 6:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy – Zał. nr 5 do SWZ: §3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydierżawiającego (Wykonawcy)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55

Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy – Zał. nr 5 do SWZ: §6 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia awarii dzierżawionych urządzeń na 72 godziny, licząc od chwili zgłoszenia?

Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu usunięcia awarii do 72 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy – Zał. nr 5 do SWZ: §6 ust. 9:

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57

Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy – Zał. nr 5 do SWZ: §8 ust. 4 pkt 1) i 4):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 58

Dotyczy Wzór – umowa dzierżawy – Zał. nr 5 do SWZ: §9 ust. 5:

Uprzejmie prosimy o zmianę wskazanej podstawy prawnej z „art. 144 ust 1 Pzp” na „art. 455 ust 1 Pzp”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59

Dotyczy Wzór - umowa dzierżawy – Zał. nr 5 do SWZ:

Celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć (dokonać zaokrąglenia) ilość testów zaoferowanych w Pakiecie 7 na odpowiednią liczbę opakowań w sytuacji, w której wynik dzielenia liczby testów przez liczbę opakowań nie jest liczbą całkowitą?

Odpowiedź:

Należy zaokrąglić w górę.

Pytanie 61

Czy w Pakiecie 7 poz. 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu panelowego 12-parametrowego wykrywającego wszystkie narkotyki wymienione w specyfikacji plus jeszcze dodatkowy narkotyk, tj. Amfetamina, Kokaina, Barbiturany, Benzodiazepiny, Morfina, Opiaty, Marihuana, Ecstasy, Metadon, Trójcykliczne Antydepresanty, Metamfetamina i Buprenorfina?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Czy w pakiecie 7 poz. 4 Zamawiający dopuści test 5-parametrowy wykrywający LSD, MEP, MDPV, CAT, K2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Czy w pakiecie 7 poz. 4 Zamawiający dopuści test 5-parametrowy wykrywający OXY, MEP, MDPV, CAT, K2?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64

Prosimy o wydzielenie testu immunoenzymatycznego z Pakietu 7 poz. 3 w celu utworzenia zeń odrębnego pakietu. Test z poz. 3 opiera się na innej zasadzie oznaczenia i posiada inne zastosowanie oraz inną technikę i czas wykonania niż pozostałe testy (immunochromatograficzne) z pakietu 7. Pozostawienie Pakietu 7 w obecnym kształcie drastycznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, zawężając krąg wykonawców do jednego wykonawcy, co skutkuje wzrostem ceny oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 65

Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 16 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu 12-parametrowego wykrywającego następujące narkotyki: AMP-300, BUP-10, BZD-200, FYL-20, MDMA-500, MET-300, MTD-300, OPI-300, YHC?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie zbiorczym poz. 17 i 18 opakowania kontroli do narkotyków zawierającego jednocześnie fiolkę kontroli dodatniej i ujemnej (po 5 ml każda)? Takie rozwiązanie umożliwi Państwu otrzymanie kontrolni jednoseryjnych, dostarczonych w tym samym czasie, co pozwoli na wykonanie badań z większą precyzją.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 67

Prosimy o informację czy testy z Pakietu 7 są przez zamawiającego zamawiane jako testy służące do samokontroli, i będą wręczane pacjentom w celu samodzielnego wykonywania testów przez tychże, czy też jako do użytku profesjonalnego? Jeśli są to testy do zastosowania przez profesjonalny personel medyczny na jakiej podstawie Zamawiający wymaga certyfikatu CE dla tych testów (takie testy są wyrobem klasy "Inne", nie wymagającym przeprowadzania takiej certyfikacji)? Prosimy o usunięcie nadmiarowych i nie mających prawnych podstaw wymogów SIWZ.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z ustawą wszystkie testy do diagnostyki In-Vitro stosowane w laboratorium muszą posiadać certyfikat CE i objęte są 8% stawką VAT. Testy klasy innej nie wymagające certyfikatu mogą służyć tylko do badań naukowych i objęte są 23% stawką VAT.

Pytanie 68

Pytanie do pakietu 1 i 9, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, Rozdział 6 swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych dokumentów, pkt. 1.1), 1.2) i 3, Wykonawca mógł załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się metodyki i karty charakterystyk, z której Zamawiający może stale korzystać.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69

Pytanie do pakietu 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę czasu trwania umowy w pakiecie 1 do 24 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70

Pytanie do pakietu 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę czasu trwania umowy w pakiecie 9 do 24 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par.1 ust. 9 oraz par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?



Uzasadnienie: Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności wynosił 6 miesięcy dla Pakietu 1, 2, 9.

Pytanie 72

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par. 7 ust. 1 pkt 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 73

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par. 7 ust. 1 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie: Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par. 7 ust. 1 pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była naliczana od wartości przedmiotu umowy podanego reklamacji?

Uzasadnienie: Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par. 8 ust. 2 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet



częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par. 10 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 7% na 30%? Obecne sformułowanie niniejszego postanowienia powoduje, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78

Pytania do Zał. nr 4 Umowa dostawy par. 11 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79

Pytania do Zał. nr 5 Umowa dzierżawy par. 6 ust. 1i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 80

Pytania do Zał. nr 5 Umowa dzierżawy par. 6 ust. 4 i 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 81

Pytania do Zał. nr 5 Umowa dzierżawy par. 6 ust. 6 i 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82

Pytania do Zał. nr 5 Umowa dzierżawy par. 7 ust. 1 pkt 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zavinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:



Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 83

Pytania do Zał. nr 5 Umowa dzierżawy par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84

Pytania do Zał. nr 5 Umowa dzierżawy par. 8 ust. 2 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85

Pytania do Zał. nr 5 Umowa dzierżawy par. 11

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu, w pomiędzy:

..... z siedzibą w Warszawie, przy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „.....”

a

..... z siedzibą w, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez, pod numerem KRS, NIP:,

reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

łącznie zwanych „Stronami”

Mając na uwadze, że:

1. usługi świadczone przez w ramach Umowy głównej są związane z wykonywaniem przez operacji na danych osobowych w imieniu Zamawiającego,

2. Zamawiający jako administrator danych osobowych jest obowiązany zapewnić, iż przetwarzanie przez danych osobowych w jego imieniu będzie odbywało się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

Definicje



Użyte w umowie określenia będą miały następujące znaczenie:

- 1) **Rozporządzenie (UE) 2016/679** – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 2) **Umowa główna** – oznacza zawartą przez Strony umowę, do której niniejsza Umowa stanowi załącznik;
- 3) **Usługi** – oznaczają usługi, o których mowa w Umowie głównej;
- 4) **administrator** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 5) **dane osobowe** – oznacza dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 6) **naruszenie ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 7) **organ nadzorczy** – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
- 8) **przetwarzanie** – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- 9) **podmiot przetwarzający** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 10) **państwo trzecie** – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, które przetwarza w imieniu Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy (dalej jako „Dane Osobowe”).
2. Strony są zobowiązane być w stanie wykazać zgodność z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 3

Dane osobowe przetwarzane przez ... w imieniu Zamawiającego

1. Zamawiający jako administrator, działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/679, powierza ... przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby świadczenia Usług, do których realizacji ... zobowiązał się w Umowie głównej. Kategorie osób, których dotyczą Dane Osobowe oraz rodzaje powierzanych ... Danych Osobowych wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. ... jako podmiot przetwarzający przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać w imieniu Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. ... jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszelkich zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla realizacji Usług, które obejmują w szczególności: przechowywanie, pobieranie, kopiowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
4. ... jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług świadczonych Zamawiającemu na podstawie Umowy głównej.
5. Zamawiający oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności przetwarzania Danych Osobowych.
6. Zamawiający powierza ... przetwarzanie Danych Osobowych w jego imieniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony poniżej wyznaczają osoby właściwe do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy, po jednej osobie z każdej ze Stron oraz ich zastępców w przypadku nieobecności:
 - a. Osoby kontaktowe po stronie Zamawiającego
 1. – jako główna osoba kontaktowa
 2., e-mail – jako osoba zastępująca
 - b. Osoby kontaktowe po stronie ...



1., e-mail – jako główna osoba kontaktowa
2., e-mail – jako osoba zastępująca

§ 4

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

1. ... jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego w trakcie realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy (tzw. podmiotu podprzetwarzającego), pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania Danych Osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących podmiotów podprzetwarzających, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę lub o rezygnacji z usług podmiotu podprzetwarzającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych usługodawcy wskazanemu przez ... w terminie 7 dni od otrzymania od ... informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi podprzetwarzającemu lub o zastąpieniu dotychczasowego podmiotu podprzetwarzającego przez innego usługodawcę. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych przez ... podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
3. ... jest zobowiązany zapewnić, iż podmiot podprzetwarzający, z którego usług zamierza korzystać przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Dalsze powierzenie czynności przetwarzania podmiotowi podprzetwarzającemu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest możliwe jedynie pod warunkiem nałożenia przez ... na ten podmiot podprzetwarzający na mocy umowy tych samych obowiązków ochrony danych jakie spoczywają na ... w ramach niniejszej umowy, w szczególności obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
5. W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych podmiotowi podprzetwarzającemu wiąże się z transferem tych danych do państwa trzeciego, taki transfer danych odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679. Jeżeli państwo trzecie, w którym zlokalizowany jest podmiot podprzetwarzający nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium i jednocześnie brak jest innych podstaw umożliwiających transfer Danych Osobowych do tego państwa trzeciego, ... podpisze z takim podmiotem podprzetwarzającym umowę opartą o standardowe klauzule umowne (moduł trzeci klauzul: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi) przyjęte decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Niniejsza umowa sama w sobie nie zapewnia wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia (UE) 2016/679.
6. Umowa, wskazana w ust. 4 i ust. 5 powyżej zawierana jest w formie przewidzianej w art. 28 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
7. ... ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków ochrony danych spoczywających na podmiocie podprzetwarzającym, któremu powierzył przetwarzanie Danych Osobowych. W przypadku niewywiązania się przez taki podmiot podprzetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania korzystania przez ... z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.
8. Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług ... jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 3. Zmiana w zakresie podmiotów podprzetwarzających następuje w sposób przewidziany w ust. 1 i 2 powyżej i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 5

Obowiązki ...

1. ... jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym za udokumentowane polecenie Zamawiającego uważa się polecenia



- przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji gdy wymóg przetwarzania Danych Osobowych nakłada na ... prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania ... poinformuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
2. ... jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych. ... podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych. ... wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych Osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należą do uwzględniania stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Mając na uwadze, że środki techniczne i organizacyjne są uzależnione od postępu technicznego i dalszego rozwoju, bez wpływu na jakiegokolwiek przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679, ... może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki do tych wskazanych w Załączniku nr 2. Czyniąc to, ... zapewnia, że poziom bezpieczeństwa określonych środków nie może zostać zmniejszony. ... będzie okresowo monitorował procesy wewnętrzne oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie Danych Osobowych w jego zakresie odpowiedzialności jest zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz ochrony praw osób, których dane dotyczą.
 3. ... zapewnia, że w dostęp do Danych Osobowych jest udzielany członkom jego personelu jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. ... zapewnia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy Danych Osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
 4. ... przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
 5. Na żądanie Zamawiającego, ... poinformuje Zamawiającego o lokalizacji przetwarzania Danych Osobowych przez ... oraz inne podmioty przetwarzające, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.
 6. ..., biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, jest obowiązany w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (UE) 2016/679, w szczególności ... jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich otrzymanych pytaniach lub żądaniach osób, których dotyczą Dane Osobowe (podmiotów danych). Przekazanie przez ... wyżej wskazanych informacji następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania pytania lub żądania od podmiotu danych. ... nie jest uprawniony do samodzielnego – w szczególności bez konsultacji z Zamawiającym – udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania działań w związku z żądaniami podmiotów danych.
 7. ..., uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia (UE) 2016/679.
 8. ... jest obowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania, iż spełnia obowiązki określone w niniejszym paragrafie umowy oraz umożliwia Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy i przyczynia się do nich.
 9. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 8 powyżej ... niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia (UE) 2016/679 lub innych przepisów Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. ... niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych przez ..., o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do ..., a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto Dane Osobowe powierzone ... na podstawie niniejszej umowy.



11. ... po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłosić je Zamawiającemu wskazując w zgłoszeniu:
 - a. charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
 - c. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez ... w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym opis działań podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.

Jeżeli przekazanie wszystkich wyżej wymienionych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie ... zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji ... przekazuje je bez zbędnej zwłoki.

§ 6

Prawo audytu

1. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w celu zweryfikowania, czy ... spełnia obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy.
2. Strony ustalają następujące zasady prowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
 - a. Audyt może polegać zarówno na żądaniu przedstawienia dokumentów oraz informacji dotyczących przetwarzania danych, jak i na czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinformowaniu ... drogą elektroniczną na adres e-mail: ...o terminie audytu i jego zakresie, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem audytu.
 - a. Zamawiający prowadzi audyt osobiście lub za pośrednictwem niezależnych audytorów zewnętrznych, którzy zostali upoważnieni przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
3. Czynności kontrolne prowadzone w toku audytu, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a, mogą polegać w szczególności na sporządzaniu:
 - a. notatek z przeprowadzonych czynności (w szczególności notatek z odebranych wyjaśnień i przeprowadzonych oględzin),
 - b. kopii dokumentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych,
 - c. wydruków Danych Osobowych z systemów informatycznych,
 - d. wydruków kopii obrazów wyświetlanych na ekranach urządzeń wchodzących w skład systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,
 - e. kopii zapisów rejestrów systemów informatycznych,
 - f. zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń systemów informatycznych, w których odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych,

z zastrzeżeniem, że nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów ..., lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez ... środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.
4. Audyt obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie Danych Osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
5. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez
6. Czynności audytowe nie mogą nadmiernie utrudniać działalności ..., w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników
7. Zamawiający dostarcza ... kopię raportu z przeprowadzonego audytu. W przypadku stwierdzenia w toku audytu niezgodności działań ... z niniejszą umową lub przepisami o ochronie danych osobowych, do których stosowania ... jest obowiązany, ... niezwłocznie zapewni zgodność przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisami, których naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

§ 7



Odpowiedzialność Stron

1. ... odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez ... Danych Osobowych.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez ... niniejszej umowy, ... zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.
2. Wypowiedzenie Umowy głównej skutkuje równoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.
3. W przypadku gdy wyniki audytu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy lub kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru u ... lub innego podmiotu przetwarzającego, któremu ... powierzył przetwarzanie Danych Osobowych wykażą, iż ... w sposób zawiniony naruszył postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzględnienia przez ... żądania, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, ... zależnie od decyzji Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu powierzone Dane Osobowe, w tym (jeżeli dotyczy) wszelkie nośniki zawierające Dane Osobowe oraz niezwłocznie i nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających Dane Osobowe – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby ... nakazują ... dalsze przechowywanie Danych Osobowych. W takim przypadku za przetwarzanie ww. danych po rozwiązaniu niniejszej umowy ... odpowiada jak administrator.
5. ... jest obowiązany niezwłocznie wykonać obowiązek, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania niniejszej umowy, jak również na żądanie Zamawiającego potwierdzić na piśmie jego wykonanie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. ... zapewnia przestrzeganie niniejszej umowy do czasu usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych do Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia (UE) 2016/679.
8. Postanowień niniejszej umowy nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.
9. Jeśli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej umowy stanie się lub zostanie uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do wykonania przez jakiegokolwiek właściwy sąd, pozostałe części umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne.
10. Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy pkt 6 Rozdział 4 SWZ oraz pkt 9 par. 1 projektu umowy (zał. 4 do SWZ) oraz pkt. 1 par. 6 projektu umowy (zał. 4 do SWZ)

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie oferowanego asortymentu z terminem ważności min. 4 mce, zamiast 12 mcy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wyraża. Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności min. 6 miesięcy.

Pytanie 87

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy pkt 18 i 19 Rozdział 4 SWZ oraz pkt 9 ppkt 2 Formularza ofertowego, zał. nr 1 oraz pkt. 3 i 4 par. 1 projektu umowy (zał. 4 do SWZ), oraz pkt. 12 par. 2 projektu umowy



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców również wyrobów niesklasyfikowanych jako medyczne. Uzasadnienie: niektóre materiały zużywalne czy akcesoria do analizatorów nie są wyrobami medycznymi, a nie da się bez nich wykonać analiz na zaoferowanych systemach diagnostycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy pkt. 4 Rozdział 12 SWZ

Prosimy o informację co Zamawiający miał na myśli pisząc iż dokumentem składanym wraz z ofertą ma być parafowany wzór umowy? Oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązanie do zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem zawarte jest w Formularzu Ofertowym, zał. nr 1 do SWZ.

Odpowiedź:

Należy załączyć parafowany wzór umowy to znaczy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ofertą – jako załącznik do oferty.

Pytanie 89

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy formularza ofertowego, zał. nr 1 do SWZ

Czy Wykonawca może w formularzu usunąć pozycję z pakietami w których nie bierze udziału?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 90

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy pkt 4 par. 2 projektu umowy dostawy, zał. nr 4 do SWZ

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostaw z 5 dni na 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy pkt 5 par. 2 projektu umowy, zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie niniejszego zapisu. Uzasadnienie: Wykonawca korzysta z usług firm transportowych lub kurierów, którzy nie posiadają wiedzy o osobach upoważnionych przez Zamawiającego do odbioru towaru.

Uzasadnienie. Zgodnie z art. 97 KC *„Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytują się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy par. 7 projektu umowy dostawy, zał. 4 do SWZ

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na:

„Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w każdym z poniższych przypadków:

- 1) za odstąpienie od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% maksymalnej wartości netto umowy (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna);*
- 2) za odstąpienie od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% niezrealizowanej części Umowy (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna);*



3) za zwłokę Wykonawcy w dostawie – 0,04 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna).

4) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków gwarancyjnych bądź wynikających z rękojmi – 0,04 % wartości netto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna). Dostawca pokryje różnice między kosztem odczynnika podanym w formularzu ofertowym a kosztem badania wykonanego w laboratorium zewnętrznym tak, że Zamawiający nie będzie z tego powodu obciążony finansowo”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy pkt. 6 par. 6 projektu umowy dzierżawy, zał. 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W razie konieczności naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny, Wyzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć Dzierżawcy i zainstalować bezpłatnie aparat zastępczy o takich samych lub nie gorszych parametrach oraz pokryć różnicę w cenie pomiędzy kosztami związanymi z przeprowadzeniem badań na zewnątrz a ceną odczynników wynikającą z niniejszej umowy – do czasu otrzymania przez Dzierżawcę aparatu zastępczego”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94

Dotyczy Pakiet nr 2

Dotyczy pkt. 1 par. 7 projektu umowy dzierżawy, zał. 5 do SWZ

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na:

„Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w każdym z poniższych przypadków:

1) za odstąpienie od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% maksymalnej wartości netto umowy (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna);

2) za odstąpienie od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% niezrealizowanej części Umowy (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna);

3) za zwłokę Wykonawcy w dostawie przedmiotu dzierżawy – 0,04 % wartości brutto miesięcznej raty dzierżawy za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna),

4) za zwłokę w naprawie przedmiotu dzierżawy bądź wymiany przedmiotu dzierżawy na nowy wolny od wad – w wysokości 0,04 % wartości brutto miesięcznej raty dzierżawy za każdy dzień zwłoki (w odniesieniu do każdej z realizowanych części z osobna)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95

Dotyczy Pakiet nr 2

W związku z wymogiem doliczenia do oferty testów przeznaczonych na kontrolę, prosimy o podanie harmonogramu wewnętrznej kontroli laboratoryjnej.

Odpowiedź:

Kontrola laboratoryjna odbywa jeden raz dziennie na jednym poziomie – immunochemia. Jeden raz dziennie na dwóch poziomach – biochemia.

Pytanie 96

Dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy o wyrażenie zgodny, aby jeden z oferowanych odczynników – NTproBNP pochodził od innego producenta, ale jest zwalidowany i dedykowany na oferowany analizator.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie 97

Dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy o potwierdzenie czy analizator o maksymalnej teoretycznej wydajności 200 ozn./h spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98

Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszych ilościach tj. poniżej 2 oznaczeń dziennie kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistością, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Takie założenie zakłada, że testy te będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosowanie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 99

Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku kwasu foliowego czas oznaczania wynosił 43 min.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 100

Dotyczy Pakiet nr 2

Prosimy o zgodę na modyfikację zapisu „*Czas reakcji serwisu rozumiany jako „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” wynosi do 24 godzin w dni robocze oraz do 48 godzin w dni świąteczne od zgłoszenia awarii faksem, telefonicznie lub mailowo i stawienie się serwisanta w siedzibie Dzierżawcy celem przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek. Usunięcie usterek powinno nastąpić nie zwłocznie – nie później niż w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.*” na „*Czas reakcji serwisu rozumiany jako „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” wynosi do 48 godzin w dni robocze oraz do 72 godzin w dni świąteczne od zgłoszenia awarii telefonicznie lub mailowo i stawienie się serwisanta w siedzibie Dzierżawcy celem przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek. Usunięcie usterek powinno nastąpić nie zwłocznie – nie później niż w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.*”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując ilość oferowanych modułów ISE wziąć pod uwagę ich praktyczne zużycie potwierdzone przez użytkowników, które jest znacznie dłuższe niż deklarowane w ulotce?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 102

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do HbA1c, gdzie jeden z odczynników nie jest fabrycznie opatrzony kodem kreskowym, jednakże nie jest to problemem dla użytkownika, ponieważ kod kreskowy można wygenerować samodzielnie z pozycji analizatora lub umieścić odczynnik bez kodu kreskowego na pokładzie analizatora i przypisać mu stałe miejsce na karuzeli odczynnikowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 103

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zestawu do lipazy, gdzie jeden z odczynników należy przygotować wcześniej poprzez połączenie ze sobą 2-ch składników w celu otrzymania roztworu roboczego gotowego do bezpośredniego użycia na analizatorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszych ilościach tj. poniżej 2 oznaczeń dziennie kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaferować ich ilość zgodnie z rzeczywistością, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora, pod warunkiem, że będą one przechowywane zgodnie z zaleceniem producenta odczynników?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 105

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatorów biochemicznych, które zużywają wodę w ilości do 15 l/godz. na analizator przy pełnym wykorzystaniu maksymalnej wydajności oferowanego analizatora czyli do 800 testów/godz.? Oznacza to, że w przypadku analizatora podstawowego, który mając wydajność do 800 testów/godz. pokryje dzienne zapotrzebowanie Zamawiającego (poniżej 600 oznaczeń dziennie) i w tym przypadku również zmniejszy się średnie zużycie wody, gdyż rozłoży się w ciągu dnia i zmaleje do około 2 l/godz.? Natomiast w przypadku analizatora back-up, gdzie obciążenie będzie co najmniej 7-krotnie mniejsze w stosunku do analizatora głównego, a także maksymalnej wydajności oferowanego analizatora 800 testów/godz., średnie zużycie wody będzie proporcjonalnie mniejsze i spełni wymóg Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 106

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatorów biochemicznych, w których nie ma możliwości zaprogramowania automatycznego Start-UP uruchamiającego się bez ingerencji operatora, ponieważ w oferowanych analizatorach nie ma potrzeby programowania automatycznego Start-UP. Uruchomienie analizatora odbywa się na żądanie operatora, w dowolnym momencie i jest bardzo krótkie, przejście analizatora z trybu bezczynnego do trybu pracy zajmuje tylko 2 minuty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 107

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie odczynnika do oznaczania żelaza metodą pomiarową z triazyną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie odczynnika do oznaczania mocznika metodą pomiarową z ureazą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 109

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 3 zaoferowane odczynniki miały stabilność na pokładzie krótszą niż 14 dni, przy tym najkrótsza stabilność na pokładzie wynosi 10 dni.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110

dot. pakiet 4 Odczynniki do pracowni serologii grup krwi - Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych do Pracowni serologii mikrometodą żelową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych do posiadanych urządzeń ID System (ID Wirówka, ID Pipeta, ID Inkubator)

1. Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg, o którym mowa w załączniku nr 2 do SWZ (pakiet 4), Wymagania graniczne – pkt 12: „Odczynniki zgodne z instrukcjami obsługi posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed ID System (w myśl art. 90 ust.1 ustawy o wyrobach medycznych)” dotyczy art. 63 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974): „Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania wyrobu”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 111

dot. pakiet 4

Czy w poz. 1 formularza cenowego (załącznik nr 2 do SWZ – pakiet 4), Zamawiający dopuści zaoferowanie karty do oznaczenia grup krwi z podwójnym oznaczeniem antygeny DVI+/DVI- o profilu karty anty-A, B, AB, DVI+, DVI-, cłl bez izoaglutynin, z uwagi na brak wymogu krwinek A1,B?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

dot. pakiet 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie pakietu nr 4 produkty, tj. końcówki do pipet (wyrób ogólnolaboratoryjny) oraz kontrola zewnętrzna certyfikowana międzynarodowa (materiał kontrolny służący do zewnętrznych procedur zapewnienia jakości) nie będące wyrobami medycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym nie posiadające oznaczenia znakiem CE?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113

dot. pakiet 4

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem pkt 2 i pkt 14 Wymagań granicznych (załącznik nr 2 do SWZ – pakiet 4), Zamawiający wymaga „Termin ważności krwinek firmowych - minimum 4 tygodnie, po otwarciu, mikrokarty PTA/BTA - minimum 9 miesięcy”, „Trwałość odczynnika-bufor LISS do zawieszania krwinek czerwonych po otwarciu butelki - minimum 6 miesięcy”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.



SZPITAL OGÓLNY
im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Pytanie 114

dot. pakiet 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie pakietu 4, Zamawiający dopuści potwierdzenie wymaganych terminów ważności oferowanych wyrobów stosownym oświadczeniem Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Marta Romanowska