



INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa materacy przeciwoleżynowych*”.

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1

Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac, która posiada regulowany czas trwania cyklu w zakresie od 10 do 25 minut ze zmianami nastawu co 5 minut, np. 10, 15, 20, 25?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z informacjami dla użytkownika odnośnie temperatury prania, suszenia oraz maksymalnego stężenia chloru nadrukowane na wszytej metce

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt. 5 Czy zamawiający dopuści materac o długości czasu cyklu zmiennociśnieniowego 10 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści materac składający się z nylonu i nylonowej tkaniny pokrytej poliuretanem, pokrowiec składający się z rozciągliwego w dwóch kierunkach materiału poliuretanowego u góry i warstwy Jersey u dołu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści przewód powietrzny posiadający 3-drożne złącze pneumatyczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt 13. Czy Zamawiający dopuści materac o szerokości 86cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt. 16 Czy zamawiający dopuści materac w którym dopasowanie ciśnienia do masy ciała pacjenta realizowane jest za pomocą przycisków membranowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt 26 Czy Zamawiający dopuści materac który w trybie transportowym utrzymuje ciśnienie w komorach przez 6 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt. 28 Czy zamawiający dopuści pokrowiec materaca z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej z możliwością prania w maksymalnej temperaturze 60 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt 29 czy Zamawiający dopuści pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 1

Dot. pkt 30 Czy Zamawiający dopuści materac w którym informacje dotyczące prania i suszenia umieszczone są na „metce”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 1

Pkt.12-Prosimy o dopuszczenie materaca z 3 drożnym złączem pneumatycznym które obejmuje elastyczną rurkę z zabezpieczeniem przed złamaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 1

Pkt.14-Prosimy o dopuszczenie materaca z zaworem umieszczonym na przewodzie pneumatycznym od strony nóg w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych części materaca.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 1

Pkt.16-Prosimy o dopuszczenie materaca z pełni autonomiczną pompą dobierającą ciśnienie do wagi pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 1

Pkt.21-Prosimy o dopuszczenie pompy o masie 3 kg .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 1

Pkt.29-Prosimy o dopuszczenie pokrowca , o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 3

Pkt.3- Prosimy o dopuszczenie materaca zmiennociśnieniowego, w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 3

Pkt.4-Prosimy o odstąpienie od wymogu 10 sekund. Jest to parametr nie możliwy do zweryfikowania. Deflacja materaca pod różnymi obciążeniami odbywa się w różnych odstępach czasu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 3

Pkt.5-Prosimy o dopuszczenie materaca o minimum 20 komorach zapewniających lepszą rydystrybucję ucisku powierzchniowego i odstąpienie od budowy monobloku. W przypadku uszkodzenia komory w opisanym przez zamawiającego rozwiązaniu konieczna jest wymiana całej sekcji pneumatycznej co będzie generować wyższe koszty eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 3

Pkt.14-Prosimy o dopuszczenie autonomicznej pompy bez wyświetlacza. Pompa samoistnie dostosowująca optymalne ciśnienie w komorach, do wagi pacjenta. Pozostałe parametry zgodne z SiWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.


REFERENT
ds. zamówień Publicznych

Magdalena Benda


KIEROWNIK DZIAŁU
Zaproszenia i Zamówień Publicznych

Romana Komora