




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



sygn. postępowania: TP 13/21

Poznań, dnia 5 października 2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **dostawę łóżek szpitalnych 25 szt.**

Szanowni Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści w części wezwłowania krążki tworzywowe obrotowe wokół własnej osi ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szczyty metalowe malowane farbą proszkową z płytą HPL grubości 6 mm bez dodatkowych metalowych listew zabezpieczających przed ich wypchnięciem ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Oferowany przedmiot musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szczyty ze stali nierdzewnej z płytą HPL grubości 6 mm bez dodatkowych metalowych listew zabezpieczających przed ich wypchnięciem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści leże łóżka 4-segmentowe z czego 3 segmenty Są ruchome co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści leże wykonane z metalowych lameli, po kilka lameli w każdym segmencie co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Dział Zamówień Publicznych
Tel. 61 849 13 75 , 61 849 15 62
przetargi@skp.ump.edu.pl

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
www.skp.ump.edu.pl

PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści blat główny wykonany z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV w kolorze białym z kolorowym motywem dekoracyjnym do wyboru ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pkt. 27 dopuści drzwiczki po obu stronach zamiast kontenera ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Oferowany przedmiot musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pkt. 32 dopuści wyciąganą tworzywową półkę z HPL ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pkt. 32 dopuści rozwiązanie w postaci metalowej przegrody montowanej na stałe oraz dodatkowo metalowej półki dzielącej dodatkowo połowę miejsca na pół, półka wyciągana ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w pkt. 34 dopuści szerokość 445 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w pkt. 35 dopuści miejsce wewnątrz szafki na butelki zamiast opisanego rozwiązania na zewnątrz ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka nie wywołuje zmian nowotworowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Oferowany przedmiot musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści barierki składane, mocowane w specjalnych tulejach do ramy leża, składane przez zwolnienie blokady, zabezpieczające pacjenta na ok 70% długości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Oferowany przedmiot musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści barierki opuszczane, mocowane w specjalnych tulejach do ramy leża. Opuszczenie odbywa się poprzez zwolnienie blokady. Barierka zabezpieczająca pacjenta na całej długości leża, bez możliwości wydłużenia wraz z wydłużeniem leża?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Oferowany przedmiot musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji kąta leża?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Oferowany przedmiot musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 405-805mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości całkowitej 540mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości całkowitej 800mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone z boku w jedną półkę na butelki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 20

Dzień dobry. Zwracamy się z do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy w związku z pkt. 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (25 szt.) ze szczytami wykonanymi z rur stalowych chromowanych, słupki szczytu wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, górna część szczytu łatwo odemowana. Szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Pionowe słupki szczytu zintegrowane z ramą w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa umożliwiające montaż barierki na całej długości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wykonawca może zaoferować przedmiot o którym mowa w zapytaniu.

Opracował:

Piotr Szymański

Zatwierdził:

Paweł Daszkiewicz