



Szczecin, dnia 22.08.2023 r.

WZZ-2375-31-938-07/2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „Dostawa materiałów jednorazowych do operacji okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.

Nr postępowania: 31/2023.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1, dotyczy załącznika nr 2 do SWZ poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do witrektomi 23G o poniższym składzie:

- kasetę jednorazową
- zestaw samouszczelniających trokarów 23G z linią infuzyjną
- witrektom pneumatyczny CF 10000cpm
- światłowód panoramiczny 23 G
- zestaw do kroplówki
- linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym z trójnikiem
- osłona na ekran

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy załącznika nr 2 do SWZ poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do witrektomii 25G o poniższym składzie:

- kasetę jednorazową
- zestaw samouszczelniających trokarów 25G z linią infuzyjną
- witrektom pneumatyczny CF 10000cpm
- światłowód panoramiczny 25G
- zestaw do kroplówki
- linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym z trójnikiem
- osłona na ekran

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, załącznika nr 2 do SWZ poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny o poniższym składzie:

- obłożenie stolika (140x140cm)
- obłożenie na pacjenta (130x140), 500ml torba, folia do rozcięcia
- osłonka plastikowa na oko
- kieliszek 60ml
- gaza (5x5cm) 8ply (5szt)
- gaza 7,5x7,5cm 8ply (5szt)
- strzykawka LL 3ml- 2szt



- strzykawka LL 5ml- 2szt
- strzykawka LL 1ml
- igła microlance 25Gx1.1/4in
- igła mikrolance 18Gx1.1/2in, 2 szt
- kaniula viscoflow zagięta 27 G (0.4mm)
- strzałki celulozowe (5szt)
- obłożenie Mayo 80x145cm
- fartuch + 2 ręczniki (rozmiar XL) 2szt
- fartuch +2 ręczniki (rozmiar M)
- opatrunek na oko

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy załącznika nr 2 do SWZ poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu flex tip?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, dotyczy załącznika nr 2 do SWZ poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu flex tip?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści zakres pracy noża 0-10000 cięć/min?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści podwójne oświetlenie LED o płynnej regulacji intensywności oświetlenia i zmiennej barwie światła, żółtej lub niebieskiej?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 14.

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy głowicy 25 kHz?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 17.

Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy w trybie pulsacyjnym 40 pulsów/sek?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 28.

Czy Zamawiający dopuści zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza w zakresie 0-120 mmHg?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11, dotyczy załącznika nr 2 do SWZ poz. 10

Czy Zamawiający w punkcie 10 wymaga dostarczenia endodiatermii wielorazowej z przewodem zasilającym ?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ.

Czy zamawiający dopuści aparat wyprodukowany w roku 2020 lub nowszy?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza aparat z 2020 roku lub nowszy.

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji załącznika nr 11 do SWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 1

Czy Zamawiający w punkcie 1 wymaga pneumatyczny napęd noża z regulacją cyklu pracy noża realizowaną za pomocą linii pneumatycznej i sprężyny powrotnej o specjalnych właściwościach i jest zależna od liczby cięć witrektomu z możliwością zastosowania noża podwójnie tnącego.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 14: dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 2

Czy Zamawiający w punkcie 2 oczekuje przełącznika nożnego z trybem pracy podwójnie liniowym gdzie w trakcie ruchu pionowego sterownika aktywowana jest irygacja oraz liniowa aspiracja a w trakcie ruchu poziomego sterownika aktywowana jest liniowa ilość cięć witrektomu?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 15, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 8.

Czy zamawiający w punkcie 8 wymaga pompy z możliwością kontroli i regulacji przepływu aspiracyjnego w zakresie 0-90 ml/min we wszystkich trybach fako i witrektomii?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 16, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 11.

Czy zamawiający w punkcie 11 wymaga oświetlacza z możliwością wyboru koloru światła oświetlającego z wyborem co najmniej 10 różnych temperatur barwnych?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 17, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 13.

Czy w punkcie 13 zamawiający wymaga niezależnej regulacji intensywności i koloru oświetlenia na każdym porcie niezależnie?

Odpowiedź nr 17:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 18, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 15.

Czy zamawiający w punkcie 15 oczekuje dostarczenia wraz z aparatem uniwersalnych mikro głowic do fako i fakfragmentacji o masie nie większej 40g?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 19, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 18.

Czy Zamawiający w punkcie 18 wymaga precyzyjnej regulacji przepływu regulowanego w zakresie 0-10ml/min z krokiem co 0,1ml/min, oraz w zakresie 10-90 ml/min z krokiem co 1ml/min?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 20, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 31.

Czy zamawiający w punkcie 31 oczekuje aparatu z jednym uniwersalnym sterownikiem nożnym do sterowania wszystkimi funkcjami aparatu łącznie z obsługą endolaseru?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający oczekuje przełącznika nożnego z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków.

Pytanie nr 21, dotyczy załącznika nr 11 do SWZ poz. 33

Czy w punkcie 33 zamawiający wymaga sygnalizacji akustycznej aparatu z głosowymi potwierdzeniem w języku polskim?

Odpowiedź nr 21:

Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków.

**Z UPOWAŻNIENIA
Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Luiza Reddig**