

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

### Postępowanie nr 03/TP/2024

**Uwaga!!! Przed przygotowaniem oferty oraz zadaniem zapytań do postępowania należy dokładnie zapoznać się ze SWZ**

z dnia: **04-03-2024r.**

I. Nazwa i adres Zamawiającego, oraz dane kontaktowe jednostki

**SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA**  
 UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  
 TEL./FAX 58.777.66.73  
 Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl  
 Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl  
 KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689, BDO000038394

II. Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz wszystkie inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa>

(także: Strona internetową Zamawiającego – [www.szpitaletczewskiesa.pl](http://www.szpitaletczewskiesa.pl), zakładka “Przetargi” – “Link do Platformy Zakupowej Zamawiającego”)

III. Tryb udzielenia zamówienia

**Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie PODSTAWOWYM,**

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”, wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy i niniejszą SWZ

III.A. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

**W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI**

III.B. Inne

IV. Opis przedmiotu zamówienia

**DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO (DOSTAWA)**

**Kod główny CPV: 33.00.00.00-0**

(Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała)

IV.A. Jeśli dotyczy – powody nie podzielenia zamówienia na części (art. 91, ust. 2 pzp)

1. Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.
2. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (jeden lub więcej pakietów).
3. Każda część zamówienia (pakiet) stanowi całość i jest niepodzielny.  
– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w **załączniku nr 3 do SWZ**.
4. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział **9** pakietów, wyszczególnione poniżej:

**CPV 331500006 - Pakiet 1.** Wanny do masażu wirowego.

**CPV 331580002 - Pakiet 2.** Aparaty do laseroterapii i elektroterapii.

**CPV 331922303 - Pakiet 3.** Stół operacyjny, ogólnochirurgiczny.

**CPV 331923005 - Pakiet 4.** Wózki i stoliki przyłóżkowe.

**CPV 331621004 - Pakiet 5.** Napęd ortopedyczny z nasadkami.

**CPV 331621004 - Pakiet 6.** Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych.

**CPV 331621004 - Pakiet 7.** Urządzenia mobilne i stacjonarne do ogrzewania płynów.

	<p><b>CPV 331681006 - Pakiet 8.</b> Wideoendoskopy.</p> <hr/> <p><b>CPV 331950003 - Pakiet 9.</b> Platforma monitorowania hemodynamicznego.</p> <hr/> <p>Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane w <b>załączniku nr 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ</b> – dla każdego pakietu, jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) stanowiącym <b>załącznik nr 4 do SWZ</b></p>
V. Termin wykonania zamówienia	<b>Do 60 dni od daty obowiązywania umowy.</b>
VI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: <b>Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.</b></li> <li>b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: <b>Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.</b></li> <li>c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: <b>Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.</b></li> <li>d) zdolności technicznej lub zawodowej: <b>Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.</b></li> </ol> </li> <li>2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z <b>cz. IX SWZ</b>.</li> </ol>
<p>VII. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 pzp.</p> <p>VII.A. Inne przesłanki wykluczenia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w <b>art. 108, ust. 1 pzp</b> tj.: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w <b>art. 258</b> Kodeksu karnego,</li> <li>b) handlu ludźmi, o którym mowa w <b>art. 189a</b> Kodeksu karnego,</li> <li>c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (<b>Dz.U. z 2023r., poz. 2048 z późn. zm.</b>) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (<b>Dz.U. z 2023r. poz. 826 z późn. zm.</b>),</li> <li>d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w <b>art. 165a</b> Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w <b>art. 299</b> Kodeksu karnego,</li> <li>e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w <b>art. 115 § 20</b> Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,</li> <li>f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w <b>art. 9 ust. 2</b> ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (<b>Dz. U. 2021 poz. 1745 z późn. zm.</b>),</li> <li>g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w <b>art. 296–307</b> Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w <b>art. 286</b> Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w <b>art. 270–277d</b> Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,</li> <li>h) o którym mowa w <b>art. 9 ust. 1 i 3</b> lub <b>art. 10</b> ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</li> </ol> </li> <li>– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;</li> <li>2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w <b>pkt 1)</b>;</li> <li>3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;</li> <li>4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;</li> <li>5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;</li> <li>6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w <b>art. 85 ust. 1 pzp</b>, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</li> </ol> </li> <li>1.1. Zgodnie z treścią <b>art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego</b></li> </ol>

	<p>(tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), dalej „ustawa sankcyjna”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;</li> <li>2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;</li> <li>3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm., i Dz. U. z 2022r. poz. 2105 i 2106 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.</li> <li>3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w <b>art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp.</b> jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniędzy;</li> <li>b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanym przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;</li> <li>c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,</li> <li>- zreorganizował personel,</li> <li>- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,</li> <li>- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,</li> <li>- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebrzeżenie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>4. Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w <b>pkt. 3</b>, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.</li> <li>5. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w <b>pkt. 3</b>, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.</li> </ol>
VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pzp, jeśli Zamawiający je przewiduje	<b>ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE</b>
IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. <b>125 ust. 1 pzp</b>, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie <b>Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</b>, którego wzór stanowi <b>Załącznik nr 2</b> do SWZ, a także (jeśli dotyczy) dołącza <b>Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby</b>, którego wzór stanowi <b>Załącznik nr 2A</b> do SWZ</li> <li>1.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, składane przez Wykonawców <u>wraz z ofertą</u>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wypełniony i odpowiednio podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi <b>załącznik nr 1 do SWZ</b>,</li> <li>b) <b>Pełnomocnictwo</b> (pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza) do reprezentowania Wykonawcy - w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. <b>Jeśli pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty (np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru)</b>, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2023 poz. 57 z późn. zm.), o ile Wykonawca w złożonej ofercie wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.</li> <li>c) Wypełniony i odpowiednio podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący <b>załącznik nr 3 do SWZ</b> (<b>UWAGA: Wykonawca wypełnia, podpisuje i załącza do oferty tylko te tabele w zakresie których składa swoją ofertę. Wykonawca może także wypełnić tabele na które składa swoją ofertę, a następnie podpisać i załączyć cały plik udostępniony przez Zamawiającego, bez konieczności usuwania niewypełnionych tabel. Zamawiający weźmie</b></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

pod uwagę tylko wypełnione tabele, porównując zakres zaoferowanego przedmiotu zamówienia w **zał. 3 do SWZ** z tym, co Wykonawca zawarł w **załączniku nr 1 do SWZ, w pkt. 1** – tabele cenowe.

1.3. Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

a) Oświadczenie Wykonawcy ws. zaoferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiące **załącznik nr 7 do SWZ**.

b) Odpowiednie katalogi producenta lub inne materiały informacyjne producenta, zawierające numery katalogowe oferowanych produktów lub nazwy własne w przypadku braku numerów katalogowych – odpowiednio do wymagań Zamawiającego zawartych w **załączniku nr 3 do SWZ (OPZ)** dla danego przedmiotu zamówienia, w celu zidentyfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzające **główne** parametry przedmiotu zamówienia. Wykonawca może załączyć do oferty dotatkowo dowolne foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie tych parametrów, w zależności, na który pakiet zostanie złożona oferta. Jeżeli z opisów katalogowych, folderów, ulotek itp. nie wynika potwierdzenie powyższych parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca może załączyć do oferty karty techniczne producenta oferowanego asortymentu.

UWAGA: Każdy dokument powinien być opisany tak, aby Zamawiający nie miał wątpliwości jakiego pakietu i pozycji dotyczy (zał. 3 do SWZ) – konsekwencje nie opisania materiałów w ten sposób działają na niekorzyść Wykonawcy. Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim lub z odpowiednim tłumaczeniem jeśli oryginalne materiały sporządzone zostały w języku obcym. Zamawiający dopuszcza brak tłumaczenia jedynie w sytuacji, w której istotne parametry techniczne jakich wymaga Zamawiający i inne informacje są prezentowane w sposób umożliwiających ich identyfikację bez względu na język, w którym dokumenty zostały sporządzone (można je prawidłowo odczytać).

Powyższe dokumenty, w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne, na potwierdzenie równoważności załącza on wraz z ofertą i nie podlegają one uzupełnieniu.

1.4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwnie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym czasie, **nie krótszym niż 5 dni**, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających **brak podstaw do wykluczenia**:

a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie **art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (**t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.**), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (należy podać także listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – informacje potwierdzające, że powiązania z innym podmiotem zaangażowanym w przygotowanie postępowania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.**

b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w **sek.I, pkt 1.1 niniejszej części SWZ** (art. 125 ust. 1 ustawy pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w **art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy pzp**, oraz o których mowa w **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.**

## **II. (jeśli dotyczy)**

2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w **§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2415 z późn. zm.) dalej Rozporządzenie** – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w **§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia**. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w **art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp**, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

## **III.**

3.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do ich złożenia lub uzupełnienia (dotyczy wszystkich wymaganych przez Zamawiającego przedmiotowych środków dowodowych, za wyjątkiem przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą na potwierdzenie równoważności oraz jeśli są to przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający ponadto może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści **złożonych** wszystkich przedmiotowych środków dowodowych.

3.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń o których mowa w **sek. I, pkt 1.1 niniejszej części SWZ**, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
- b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3.3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, o którym mowa w **pkt. 3.2** powyżej, na wezwanie, aktualne na dzień ich złożenia.

3.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (**t.j. Dz.U. z 2023 poz. 57 z późn. zm.**), o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
- b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczeń, o których mowa w **sek. I, pkt 1.1 niniejszej części SWZ** (art. 125 ust. 1 ustawy pzp).

3.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W tym celu Wykonawca może złożyć stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym **załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy ws. podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada.**

3.6. Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa **sek. I niniejszej części SWZ, składane na wezwanie Zamawiającego**, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wносить o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

#### **IV. WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na **zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej** podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w **załączniku nr 8 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp**, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w **pkt. 3**, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
  - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  - 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w **art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 pzp**, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w **cz. IX, sek. 1, pkt 1.1. SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2**

	<p><b>do SWZ), także oświadczenie, o którym mowa w cz. IX, sek. I, pkt 1.1. SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (zał. nr 2A do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.</b></p> <p><b>10.</b> Zasady w zakresie pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w <b>art. 118 pzp</b> zostały opisane w <b>cz. IX, sek. I, pkt 1.2. ppkt b) niniejszej SWZ</b> – należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do oferty, jeśli dotyczy.</p>
<p>X. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.</p> <p>X.A. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:</b> Robert Dombrowski – Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych i Jakości, e-mail: <a href="mailto:dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl">dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl</a></li> <li>2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> pod adresem: <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa</a></li> <li>3) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;</li> <li>- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;</li> <li>- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w <b>art. 125 ust. 1 pzp</b>, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;</li> <li>- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w <b>art. 125 ust. 1 pzp</b> lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;</li> <li>- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;</li> <li>- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy pzp;</li> <li>- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;</li> <li>- przesyłania odwołania/inne</li> </ul> <p>odbywa się za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” – dla odpowiedniego postępowania.</p> <p>Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.</p> <p><b>UWAGA!</b>  <b>Z uwagi na godziny pracy Zamawiającego, korespondencja przesłana do Zamawiającego w danym dniu roboczym po godzinie 15.00 zostanie przez niego zarejestrowana w następnym dniu roboczym. Korespondencja wysłana do Zamawiającego w sobotę, niedzielę, święta i inne dni ustawowo wolne, zostanie przez Zamawiającego zarejestrowana w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych, o których mowa.</b></p> </li> <li>4) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a>. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> do konkretnego wykonawcy.</li> <li>5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.</li> <li>6) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (<b>Dz.U. z 2020r. poz. 2452 z późn. zm.</b>), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a>, tj.: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,</li> <li>b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,</li> <li>c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. UWAGA! Od dnia 17 sierpnia 2021r. ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,</li> <li>d) włączona obsługa JavaScript,</li> <li>e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,</li> <li>f) Szyfrowanie na <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.</li> <li>g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.</li> </ol> </li> <li>7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) akceptuje warunki korzystania z <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,</li> <li>b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a></li> </ol> </li> </ol>

	<p>8) <b>Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a></b>, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w <b>art. 221 ustawy pzp</b>.</p> <p>9) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <a href="https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje">https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje</a></p> <p><b>Zalecenia</b></p> <p>a) <b>Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.</b></p> <p>b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) <b>ze szczególnym wskazaniem na .pdf</b></p> <p>c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>.zip</li> <li>.7Z</li> </ol> <p>d) Wśród formatów powszechnych a <b>NIE występujących</b> w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. <b>Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.</b></p> <p>e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.</p> <p>f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.</p> <p>g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.</p> <p>h) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.</p> <p>i) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.</p> <p>j) <b>Komunikacja z wykonawcami</b> odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, <b>nie</b> za pośrednictwem adresu email.</p> <p>k) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.</p> <p>l) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.</p> <p>m) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.</p> <p>n) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.</p> <p>o) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.</p> <p>p) Zamawiający zaleca aby <b>nie</b> wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.</p>
<p>XI. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 pzp.</p>	<p><b>NIE MA ZASTOSOWANIA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU</b></p>
<p>XII. Wymagania dotyczące wadium, jeśli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.</p>	<p><b>NIE PRZEWIDUJE SIĘ</b></p>
<p>XIII. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia.</p>	<p><b>NIE PRZEWIDUJE SIĘ</b></p>
<p>XIV. Termin związania ofertą</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany <b>do dnia 12-04-2024r., co stanowi okres nie dłuższy niż 30 dni</b>. Jest to okres w którym Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.</li> <li>Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.</li> <li>W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w <b>pkt. 1</b>, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do</li> </ol>

	<p>Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.</p> <p>4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w <b>pkt. 1</b>, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.</p> <p>5. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.</p> <p>6. W przypadku braku zgody, o której mowa w <b>pkt. 5</b>, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.</p>
<p>XV. Opis sposobu przygotowywania oferty.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane <b>elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym</b>. W procesie składania oferty, wniosku, w tym przedmiotowych środków dowodowych na <a href="https://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a>, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego <b>elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym</b>, przez każdego z nich, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści <b>art. 57 pzp</b>. Szczegółowe zasady j.w. zawarte są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkurencie (<b>Dz. U. z 2020, poz. 2452 z późn. zm.</b>)</li> <li>2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany <b>elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym</b> przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane <b>kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym</b> przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Szczegółowe zasady j.w. zawarte są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkurencie (<b>Dz. U. z 2020, poz. 2452 z późn. zm.</b>)</li> <li>3) Oferta powinna być: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ i zgodnie z wymogami SWZ, w języku polskim. Treść oferty stanowią: załącznik nr 1 i 3 do SWZ, oświadczenia podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące oświadczenia woli. Treści oferty nie stanowią np. przedmiotowe środki dowodowe ani oświadczenie, o którym mowa w <b>art. 125, ust. 1</b> ustawy pzp oraz oświadczenie, o którym mowa w <b>załączniku 2A</b> do SWZ,</li> <li>b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem <a href="https://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a>,</li> <li>c) podpisana <b>kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym</b> przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione</li> </ol> </li> <li>4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".</li> <li>5) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.</li> <li>6) Zgodnie z <b>art. 18 ust. 3 pzp</b>, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, ponadto w formularzu ofertowym stanowiącym <b>załącznik nr 1 do SWZ</b> należy także zaznaczyć taką okoliczność, w miejscu do tego wyznaczonym przez Zamawiającego.</li> </ol> <p><b>SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIE:</b> Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (<b>Dz. U. 2020 poz. 2452 z późn. zm.</b>) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (<b>Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.</b>), <b>Wykonawca, w celu</b></p>



**utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.**

Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opatrzone napisem – **TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA** i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie **art. 18 pzp** wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z **art. 11 ust. 4** ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (**t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.**) tj.:

- czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- 7) Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 8) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, o czym także mowa w **cz. XVI, pkt 9** niniejszej SWZ. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
- 9) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty – szczegółowo kwestia ceny oferty została opisana w **cz. XVII SWZ – „Sposób obliczenia ceny”**. W cenę oferty należy bezwzględnie wliczyć **ryzyko gospodarcze, które Wykonawca jako podmiot profesjonalny jest zobligowany przewidywać.**
- 10) Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski, pod rygorem uznania takiego dokumentu za niezłożony. Oferta musi zostać sporządzona w sposób czytelny i zrozumiały.
- 11) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) **WSKAZANE JEST TAKŻE ZAŁĄCZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ DODATKOWO ZAPYTAŃ W FORMACIE UMOŻLIWIĄCYM EDYTOWANIE TEKSTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca powinien sformułować pytanie do SWZ, bez załączania dodatkowych plików w formie katalogów producenta itd., bowiem w takim przypadku Zamawiający nie załączy tych dokumentów przy udzielaniu odpowiedzi.**  
**Uwaga 1: Zamawiający nie przewiduje zwolnienia zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.**  
**Uwaga 2: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy zadane pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ.**
- 12) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 13) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w **pkt. 12**, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
- 14) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w **pkt. 12**.
- 15) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w **pkt. 12**, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 16) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w **art. 280 ust. 2 i 3 pzp**, przekazuje Wykonawcom, którym udostępnił SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
- 17) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
- 18) Dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 19) W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w **art. 267 ust. 2 pkt 6 pzp**.
- 20) W przypadku, o którym mowa w **pkt 19**, Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.
- 21) W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zapis **pkt. 19 i 20** stosuje się.
- 22) W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie **art. 256 pzp**.
- 23) Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

	<p>24) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z <b>art. 3 ust. 2</b> Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.</p> <p>25) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.</p> <p>26) Zamawiający informuje, iż zgodnie z <b>art. 74 ust. 2, pkt 1 pzp</b>, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają niezwłocznie udostępnieniu wraz z załącznikami po ich otwarciu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem przypadków określonych w pzp.</p> <p>27) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (<b>Dz. U. z 2020 poz. 2452 z późn. zm.</b>) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (<b>Dz. U. 2020 poz. 2415 z późn. zm.</b>) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.</p> <p>28) Koszty opracowania i złożenia oferty oraz ewentualnego uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej SWZ, w tym zakresie.</p> <p>29) <b>UWAGA:</b> Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w SWZ jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o <b>osoby</b> uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.</p> <p>30) Jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, może opisać go przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co w takim wypadku oznacza, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. Ilekroć w SWZ wystąpią powyższe okoliczności oznacza to, że Zamawiający dopisuje pojęcie „lub równoważne”. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności Zamawiający określa następująco:</p> <p>a) oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie wytycznych opisanych we wskazanych normach, parametrów i standardów.</p> <p>b) jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach,</p> <p>c) w przypadku nie wskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ,</p> <p>d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pozwolenia / dopuszczenia do obrotu itp. (jeśli dotyczy danego przedmiotu zamówienia) i spełnia wymogi/parametry Zamawiającego,</p> <p><b>e) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobligowany w sposób nie budzący wątpliwości dołączyć do oferty pisemne informacje o tym fakcie i zakresie równoważności.</b></p> <p>31) Ilekroć na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w jakimkolwiek dokumencie pojawi się nazwa „SWZ” lub jej rozszerzenie tj.: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” należy przyjąć, że chodzi także o wszystkie załączniki wskazane w SWZ, niezbędne do sporządzenia oferty przez Wykonawcę.</p> <p>32) Załączniki do SWZ, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów należy sporządzić wg załączonych do SWZ wzorów z podaniem co najmniej wszystkich wymienionych w nich danych.</p>
<p>XVI. Składanie i otwarcie ofert – sposób oraz termin składania ofert i termin otwarcia ofert.</p>	<p><b>SKŁADANIE OFERT:</b></p> <p>1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na <a href="https://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> pod adresem: <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa">https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa</a> w myśl pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania <b>do dnia 14-03-2024r., do godz. 11:00</b></p> <p>2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.</p>

	<p>3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.</p> <p>4) <b>Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, zaś składana w postaci elektronicznej musi zostać opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.</b> W procesie składania oferty za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a>. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a>. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w <b>art. 63 ust. 2 pzp</b>, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w <b>art. 125 ust. 1 pzp (dotyczy także załącznika nr 2A do SWZ)</b> sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.</p> <p>5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Nie dopuszcza się składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.</p> <p>6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do tego czasu Wykonawca może także wycofać swoją ofertę.</p> <p>7) Zgodnie z <b>art. 226 ust. 1 pkt 1 pzp</b> oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.</p> <p>8) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <a href="https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje">https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje</a></p> <p>9) <b>Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z pakietów występujących w postępowaniu, lub w przypadku zamówienia, które nie zostało podzielone na części (pakiety) – jedną ofertę.</b></p> <p>UWAGA: W sytuacjach awaryjnych, określonych przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku braku działania <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a>, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej części SWZ – <b>pkt. 1</b>). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres e-mail <a href="mailto:dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl">dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl</a></p> <p><b>OTWARCIE OFERT:</b></p> <p>1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. <b>dnia 14-03-2024r., o godz. 11:15</b></p> <p>2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.</p> <p>3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.</p> <p>4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:</p> <p>1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;</p> <p>2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.</p> <p>Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na <a href="http://platformazakupowa.pl">platformazakupowa.pl</a> w sekcji „Komunikaty”/”Wiadomości” .</p> <p>6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w <b>art. 222 ust. 5 pkt 2 pzp</b>, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.</p> <p>7. <b>Sesja otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawną.</b> Zgodnie z pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.</p>
XVII. Sposob obliczenia ceny.	<p>1. Cena oferty (za całość zamówienia) musi zostać określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca w związku z należyta oraz zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, który określa SWZ i dokumenty postępowania. Cena musi być jednoznaczna i ostateczna skalkulowana bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia i musi zawierać wszystkie marże, upusty, rabaty, koszty załadunku, transportu, rozładunku, wniesienia, koszty opakowań, ubezpieczenia itd. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ. Wykonawca jako podmiot profesjonalny jest zobligowany określić i wliczyć w cenę swojej oferty ryzyko gospodarcze własnej działalności.</p> <p>2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie zaokrąglenia należy wykonywać do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych, a zatem jeśli pierwszą cyfrą odrzuconą jest ta mieszcząca się w przedziale od 5 do 9 zaokrągla się z nadmiarem, zaś cyfry od 0 do 4 z niedomiarem, co oznacza pozostawienie wartości dziesiętnych bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego stanowiącego <b>załącznik nr 1 do SWZ</b> i określenia w nim ceny brutto w zaofiarowanym zakresie zamówienia, a następnie do zsumowania cen ofert za wszystkie części zamówienia na które składa swoją ofertę. Podstawą do obliczenia ceny brutto oferty jest <b>załącznik nr 3 do SWZ</b> – Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele, w których opisano przedmiot zamówienia i przewidziano miejsce na oświadczenia Wykonawcy w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia.</p>

	<p>3. Cenę oferty wyliczyć należy w następujący sposób:</p> <p>a) ilość asortymentu należy przemnożyć przez cenę jednostkową netto, ustalając w konsekwencji wartość netto. Następnie przy użyciu właściwej stawki podatku VAT (Wykonawca jest zobowiązany zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) wskazać wartość brutto dla danej pozycji, dodając wartość podatku vat do wartości netto pozycji,</p> <p>b) należy następnie zsumować wszystkie wiersze tabeli zawierające wartości netto oraz wartości brutto – jeśli dotyczy,</p> <p>c) uzyskaną w ten sposób cenę oferty w zaproponowanych pakietach należy zsumować i podać łączną cenę wraz z wyszczególnieniem numerów pakietów na które Wykonawca składa swoją ofertę (<b>zał. nr 1 do SWZ – pkt. 1</b>)</p> <p><u>UWAGA: Zamawiający biorąc pod uwagę poprawę czyzywistych omyłek, o których mowa w art. 223, ust. 2 pzp w złożonych ofertach, będzie uwzględniał jedynie powyższy sposób wyliczenia ceny oferty.</u></p> <p>4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji cenowej obciążają wyłącznie tego Wykonawcę.</p> <p>5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając swoją ofertę, informuje Zamawiającego (<b>w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ</b>), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT, a także stawkę podatku VAT, jaka ma zastosowanie.</p> <p>6. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w aktualnie obowiązujących ustawie pzp i opisanych w niniejszej SWZ.</p> <p><b>UWAGA:</b> Cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 168 z późn. zm.).</p>
<p>XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kryterium: Cena oferty</b> <b>Waga - 100 %</b></p> <p>przy czym każdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego wzoru:</p> $P_{of} = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 100$ <p>gdzie:</p> <p><math>P_{of}</math> - liczba punktów przyznanych ofercie,  <math>C_{min}</math> - najniższa z oferowanych cen,  <math>C_{of}</math> - cena rozpatrywanej oferty.</p> <p>1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  - nie podlega odrzuceniu i spełnia opisane w SWZ warunki udziału w postępowaniu,  - odpowiada wymaganiom określonym w aktualnie obowiązującej ustawie pzp,  - odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ,  - spośród wszystkich ofert nieodrzuconych zawiera najniższą cenę – uzyskała największą liczbę punktów</p> <p>2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniższej ceny, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.</p> <p>3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.</p> <p>4. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w <b>art. 226 pzp</b>.</p>
<p>XIX. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p>	<p>1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza.</p> <p>2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz udostępni niezwłocznie na stronie prowadzonego postępowania stosowane informacje - o czym mowa w <b>art. 253 pzp</b>.</p> <p>3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem <b>art. 577 pzp</b>, w terminie nie krótszym <b>niż 5 dni</b> od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.</p>

	<p>4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w <b>pkt. 3</b>, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.</p> <p>5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o <b>czym mowa w cz. XXXIV, pkt 9 SWZ</b>.</p> <p>6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeśli było wymagane, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.</p> <p>7. Zamawiający poinformuje Wykonawców, z którymi zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego o sposobie, terminie i miejscu podpisania umowy. Termin wyznaczony przez Zamawiającego jest terminem obligatoryjnym dla Wykonawcy, którego nie dochowanie może skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że nastąpiło uchylenie się od zawarcia umowy przez Wykonawcę. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy kolejny – ostateczny - termin. Wykonawca w ciągu 3 dni kalendarzowych od pierwszego wyznaczonego terminu podpisania umowy, na który się nie stawił, informuje Zamawiającego o przyczynach nieobecności. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy w powyższym terminie Zamawiający może zawiadomić tego Wykonawcę, iż w związku z uchyleniem się jego od zawarcia umowy, dokona dalszych czynności przewidzianych w pzp dla tego typu sytuacji.</p> <p>8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.</p> <p><b>Uwaga: Realizacja umowy (jej zawarcie lub kontynuacja) nie będzie możliwa w przypadku, gdy na jakimkolwiek jej etapie będzie zaangażowany podmiot/podmioty naruszający zakazy, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.</b></p>
<p>XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p>	<p>1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym <b>załącznik nr 4 do SWZ</b>.</p> <p>2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.</p> <p>3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem <b>art. 454 i art. 455 pzp</b>.</p> <p>4. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym z Projekcie Umowy stanowiącym <b>załącznik nr 4 do SWZ</b>.</p> <p>5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.</p>
<p>XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia</p>	<p>1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.</p> <p>2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w <b>art. 469 pkt 15 pzp</b> oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.</p> <p>3. Środki ochrony prawnej, zostały szczegółowo określone w <b>DZIALE IX – „Środki ochrony prawnej”</b>, aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych</p>
<p>XXII. Informacja dotycząca ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.</p>	<p><b>NIE PRZEWDUJE SIĘ</b></p>
<p>XXIII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeśli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.</p>	<p><b>NIE PRZEWDUJE SIĘ</b></p>

XXIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.	<b>NIE PRZEWDUJE SIĘ UDZIELENIA TAKICH ZAMÓWIEŃ</b>
XXV. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp, jeśli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.	<b>NIE DOTYCZY</b>
XXVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeśli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.	<b>ZAMAWIAJACY NIE PRZEWDUJE ŻADNYCH ROZLICZEŃ W WALUTACH OBCYCH.</b> Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej (PLN)
XXVII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacją, o której mowa w art. 230 pzp, jeśli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.	<b>NIE DOTYCZY</b>
XXVIII. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeśli Zamawiający przewiduje ich zwrot.	<b>NIE PRZEWDUJE SIĘ</b> , za wyjątkiem przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia ( <b>art. 261 pzp</b> ) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
XXIX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.  <i>(dotyczy usług /robót budowlanych) (nie dotyczy samozatrudnionych)</i>	<b>ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE</b>
XXX. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp, jeśli Zamawiający przewiduje takie wymagania.	<b>ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE</b>
XXXI. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp, jeśli Zamawiający przewiduje takie wymagania.	<b>ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE</b>
XXXII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeśli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 pzp.	<b>ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU</b>  1. Na podstawie <b>art. 60 pzp</b> Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących: a) zamówień na roboty budowlane lub usługi; b) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W niniejszym postępowaniu nie zachodzą przesłanki do takiego zastrzeżenia, zatem warunek ten nie dotyczy Wykonawców składających w nim swoje oferty.  2. Na podstawie <b>art. 121 pzp</b> Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawców kluczowych zadań dotyczących: a) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub; b) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W niniejszym postępowaniu nie zachodzą przesłanki do takiego zastrzeżenia, zatem warunek ten nie dotyczy Wykonawców składających w nim swoje oferty.
XXXIII. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 pzp	<b>ZAMAWIAJACY NIE PRZEWDUJE</b>
XXXIV. Przystąpienie do przetargu podmiotów występujących wspólnie	1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( <b>art. 58, ust. 1 pzp</b> ). 2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

	<p>zamówienia publicznego. Z pełnomocnictwa / upoważnienia musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. <b>Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie w formie elektronicznej należy załączyć do oferty.</b></p> <p>2.1. Zasady w zakresie pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostały opisane w <b>cz. IX, sek. I, pkt 1.2. ppkt b) niniejszej SWZ</b> – należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do oferty, jeśli dotyczy.</p> <p>3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w <b>pkt. 2</b>, powyżej, pełnomocnika/ lidera.</p> <p>4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy / usługi / roboty budowlane (jeśli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym <b>załącznik nr 6 do SWZ</b> (Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).</p> <p>5. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.</p> <p>6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - <b>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</b>, o którym mowa w <b>cz. IX, sek. I, pkt 1.1. SWZ</b>, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.</p> <p>7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym <b>Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej</b> według wzoru stanowiącego <b>załącznik nr 5 do niniejszej SWZ</b>, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.</p> <p>8. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.</p> <p><b>9. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie pzp są traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.</b></p>
<p>XXXV. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom</p>	<p>1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, na zasadach opisanych w <b>art. 462 - 465 pzp</b>.</p> <p>2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia (zakres prac), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podał nazwy (firmy) Podwykonawców (o ile są już znani) - w <b>załączniku nr 1 do SWZ</b>.</p> <p>3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu, składa także wraz z ofertą <b>Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu</b>, o którym mowa w <b>cz. IX, sek. I, pkt 1.1. SWZ</b> dla każdego z tych Podwykonawców. W przypadku, gdy dane tych podwykonawców znane będą dopiero na etapie realizacji umowy, Wykonawca przed przystąpieniem takiego podwykonawcy do wykonywania części zamówienia przedstawi powyższe dokumenty Zamawiającemu. Zamawiający zbada, czy wobec wskazanych podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, wskazane w niniejszej SWZ. Zamawiający może żądać także podmiotowych środków dowodowych danego podwykonawcy, w sytuacji, o której mowa w <b>art. 462, ust. 5 pzp</b>, a następnie jeśli zachodzą wobec danego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.</p> <p>4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (<b>art. 462, ust. 8 pzp</b>).</p> <p>5. Zasady w zakresie pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zostały opisane w <b>cz. IX, sek. I, pkt 1.2. ppkt b) niniejszej SWZ</b> – należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do oferty, jeśli dotyczy.</p>
<p>XXXVI. Ochrona Danych Osobowych</p>	<p><b>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:</b></p> <p>1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITALA TCZEWSKIE S.A. (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew;</p> <p>2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Adriana Głuchowska, tel. 696 011 969, e-mail: iod@szpitaletczewskies.a.pl;</p> <p>3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie <b>art. 6 ust. 1 lit. c RODO</b> w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;</p> <p>4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o <b>art. 18</b> oraz <b>art. 74 pzp</b>;</p> <p>5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z <b>art. 78 ust. 1 pzp</b>, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;</p>

	<p>6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach npzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy npzp;</p> <p>7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do <b>art. 22 RODO</b>;</p> <p>8. Posiada Pan/Pani:  – na podstawie <b>art. 15 RODO</b> prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  – na podstawie <b>art. 16 RODO</b> prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z npzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,  – na podstawie <b>art. 18 RODO</b> prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w <b>art. 18 ust. 2 RODO</b>, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;</p> <p>9. Nie przysługuje Pani/Panu:  – w związku z <b>art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO</b> prawo do usunięcia danych osobowych,  – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w <b>art. 20 RODO</b>,  – na podstawie <b>art. 21 RODO</b> prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest <b>art. 6 ust. 1 lit. c RODO</b>.</p> <p>10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z <b>art. 14 RODO</b> względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w <b>art. 14 ust. 5 RODO</b>.</p> <p>11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa</p>
<p>XXXVII. Budżet – kwota(y) przeznaczona na realizację zamówienia (Art. 222 ust. 4 pzp)</p>	<p>Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie prowadzonego postępowania informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.</p>
<p>XXXVIII. Ogłoszenie o zamówieniu.</p>	<p>Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 04-03-2024r., nr 2024/BZP 00228807/01</p>
<p>XXXIX. Załączniki do SWZ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)</li> <li>2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)</li> <li>3. Załącznik nr 2A – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór)</li> <li>4. Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)</li> <li>5. Załącznik nr 4 – Projekt umowy</li> <li>6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (wzór)</li> <li>7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór)</li> <li>8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zaofiarowanego przedmiotu zamówienia (wzór)</li> <li>9. Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp (wzór)</li> <li>10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór)</li> <li>11. Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy ws. podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada (wzór)</li> </ol>

Zatwierdził SWZ – Kierownik Zamawiającego – Prezes Zarządu Maciej Bieliński



# FORMULARZ OFERTOWY

Dla

SZPITAL TczeWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW

W związku z przetargiem nieograniczonym prowadzonym przez Szpital Tczewskie S.A. nr **03/TP/2024**, na:

## DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO

### MY NIŻEJ PODPISANI:

(Wykonawca)

PEŁNA NAZWA/FIRMA: \_\_\_\_\_

REPREZENTANT WYKONAWCY: \_\_\_\_\_

ADRES SIEDZIBY: \_\_\_\_\_

ADRES KORESPONDENCYJNY: \_\_\_\_\_

OSOBA(Y) DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_, E-MAIL: \_\_\_\_\_

NIP/PESEL: \_\_\_\_\_ (w zależności od podmiotu)

KRS/CEiDG: \_\_\_\_\_ (w zależności od podmiotu)

REGON: \_\_\_\_\_

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY MA PRZESYŁAĆ KORESPONDENCJE: \_\_\_\_\_

STRONA INTERNETOWA: \_\_\_\_\_

NUMER TELEFONU: \_\_\_\_\_

ADRES SKRZYNKI ePUAP: \_\_\_\_\_

RODZAJ WYKONAWCY (obligatoryjnie zaznaczyć odpowiedź w sekcji A, poniżej):

A.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

B.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

OSOBA FIZYCZNA NIE PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INNY RODZAJ (podać jaki) \_\_\_\_\_ (opcjonalnie)

OFERTA WSPÓLNA (zaznaczyć właściwą odpowiedź):

TAK

NIE

W przypadku złożenia oferty wspólnej należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera / pełnomocnika i określić zakres czynności lidera / pełnomocnika – np. do reprezentowania podmiotów w postępowaniu; do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy (można dołączyć odrębny dokument regulujący kwestię reprezentacji w postępowaniu i innych funkcji):

składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, projektem umowy i wszystkimi innymi dokumentami zamówienia oraz warunkami spełnienia świadczenia (realizacji niniejszego zamówienia publicznego), uzyskując tym samym wszystkie niezbędne informacje do przygotowania naszej oferty. Do dokumentów powyższych i warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający.

**1. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i pozostałych dokumentach postępowania, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego,

w części dotyczącej pakietu/ów nr: \_\_\_\_\_  
(podać numery wszystkich pakietów, na które Wykonawca składa swoją ofertę)

za cenę łącznie BRUTTO: \_\_\_\_\_ PLN

(słownie: \_\_\_\_\_)

zgodnie ze opisem i wymogami dotyczącymi każdego pakietu na który składamy ofertę, w załączniku nr 3 do SWZ, zgodnie z poniższymi tabelami cenowymi, zawierającymi wycenę każdego z pakietów w niniejszym postępowaniu, na który składamy swoją ofertę, i potwierdzamy, że załącznik 3 do SWZ, o którym mowa, stanowi integralną część oferty razem z niniejszym załącznikiem nr 1 do SWZ – Formularzem Ofertowym i jest podstawą do skalkulowania ceny oferty.

Tabele Cenowe – **SZCZEGÓŁOWA WYCENA PAKIETÓW, NA KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA SWOJĄ OFERTĘ** - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z pakietów, w załączniku nr 3 do SWZ:

CPV 331500006 - Pakiet 1. Wanny do masażu wirowego.\*

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych	szt	1						
2	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych	szt	1						
3	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych lub górnych	szt	1						
4	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa	szt	1						
5	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych	szt	1						
Ogólna wartość pakietu :									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331580002 - Pakiet 2. Aparaty do laseroterapii i elektroterapii.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej z sondą IR	szt	1						
2	Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej z sondą R	szt	1						
3	Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej z aplikatorem prysznicowym	szt	1						
4	Aparat do elektroterapii z wyposażeniem	szt	5						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331922303 - Pakiet 3. Stół operacyjny, ogólnochirurgiczny.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Stół do operacji ogólnochirurgicznych	szt.	1						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331923005 - Pakiet 4. Wózki i stoliki przyłóżkowe.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Wózek reanimacyjny	szt.	3						
2	Wózek reanimacyjny	szt.	2						
3	Stolik instrumentalny typ Mayo	szt.	1						
4	Szafka przyłóżkowa	szt.	50						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331621004 - Pakiet 5. Napęd ortopedyczny z nasadkami.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Napęd ortopedyczny z nasadkami	zestaw	1						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331621004 - Pakiet 6. Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych	zestaw	1						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331621004 - Pakiet 7. Urządzenia mobilne i stacjonarne do ogrzewania płynów.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Urządzenie mobilne do ogrzewania płynów	szt.	2						
2	Urządzenie stacjonarne do ogrzewania płynów	szt.	2						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331681006 - Pakiet 8. Wideoendoskopy.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Wideogastroskop	szt.	2						
2	Wideoduodenoskop	szt.	1						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

**CPV 331950003 - Pakiet 9. Platforma monitorowania hemodynamicznego.\***

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto PLN	Wartość netto PLN	Wys. podatku VAT %	Wartość brutto PLN	Producent	Nr. Kat.
1	Platforma monitorowania hemodynamicznego	zestaw	1						
<b>Ogólna wartość pakietu :</b>									

\*wypełnić jeśli dotyczy

UWAGA: Wykonawca może przedstawić tylko tabele w zakresie pakietów na które składa swoją ofertę, usuwając samodzielnie z niniejszego załącznika tabele niewypełnione.

**2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i pozostałych dokumentach postępowania.

**3. AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i pozostałych dokumentach postępowania (projekt umowy – zał. nr 4 do SWZ).

**4. UWAZAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakkolwiek zmiany sytuacji w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę w przedstawionych przez nas dokumentach wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie.

**5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY\*** sami / z udziałem następujących podwykonawców:

Nazwa (Firma) Podwykonawcy**	Adres Podwykonawcy**	Zakres prac (części zamówienia), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy**
1	2	3

\* niepotrzebne skreślić

\*\* tabelę należy uzupełnić w każdej kolumnie, zgodnie z ich nazwami jeśli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców, z tym, że w przypadku kolumn 1 i 2 Wykonawca uzupełnia dane jeśli w chwili składania ofert zna nazwę i adres podwykonawcy, a kolumnę nr 3 Wykonawca wypełnia obligatoryjnie w każdym przypadku, w którym zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy w określonym zakresie.

Nie wypełnienie tabeli przynajmniej w kolumnie nr 3 jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału jakiegokolwiek podwykonawcy.

**6. OŚWIADCZAMY**, iż niniejsza oferta oraz wszelkie złożone do niej załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem (wpisać jakie dokumenty nie mogą być ogólnie udostępniane): \_\_\_\_\_

**UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż oferta i wszystkie do niej załączniki są jawne.**

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku złożenia Zamawiającemu dokumentów zawierających informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w niniejszym punkcie - po terminie składania ofert - poinformujemy pisemnie Zamawiającego o takim zastrzeżeniu równocześnie z chwilą dostarczenia zastrzeżonych informacji. Nie złożenie stosownej informacji skutkowało będzie uznaniem przez Zamawiającego, że otrzymane od Wykonawcy dokumenty są jawne, do czego nie wnosimy zastrzeżeń.

**7. OŚWIADCZAMY\*\*\***, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

\*\*\*w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa powyższego oświadczenia, wobec czego Wykonawca może usunąć treść tego oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**8. OFERUJEMY** gwarancję na przedmiot zamówienia zgodnie z opisem i terminem określonym w załączniku nr 3 do SWZ dla każdego z pakietów na który składamy swoją ofertę . Jednocześnie OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w jednostkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

**9. INFORMUJEMY** na podstawie przepisu art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, że:

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, pod rygiorem uznania braku oświadczenia (informacji))

Wybór naszej oferty **NIE BĘDZIE** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług

Wybór naszej oferty **BĘDZIE** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT, a także wskazujemy stawkę podatku VAT, która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie - w tabeli poniżej:

Nazwa (rodzaj) towaru / usługi	Wartość towaru / usługi bez kwoty podatku VAT [PLN]	Stawka VAT mająca zastosowanie [%]

Uwaga: W przypadku braku miejsca w tabeli, Wykonawca dołącza do oferty pozostałą część wykazu sporządzonego samodzielnie według zakresu danych z tabeli powyżej.

**10. POD GROŻBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień złożenia ofert (art. 233 k.k.).**

**11. INFORMUJEMY**, że wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.\*\*  
(miejscowość i data)

***Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  
ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
(UWGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE  
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, dalej „USTAWA  
SANKCYJNA”), SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125, UST. 1  
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, „dalej pzp”**

**UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST WRAZ Z OFERTĄ**

**Zamawiający:** Szpitale Tczewskie S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

**Wykonawca:**

PEŁNA NAZWA/FIRMA: \_\_\_\_\_

REPREZENTANT WYKONAWCY: \_\_\_\_\_

ADRES: \_\_\_\_\_

NIP/PESEL: \_\_\_\_\_ (w zależności od podmiotu)

KRS/CEIDG: \_\_\_\_\_ (w zależności od podmiotu)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **03/TP/2024**, prowadzonego przez Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie, na **DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO** oświadczam, co następuje:

**A. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108, ust. 1 ustawy pzp

2. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. \* \_\_\_\_\_ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze\*: \_\_\_\_\_

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**A1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:\***

Oświadczam, że w stosunku do następującego(ych) podmiotu(ów), będącego(ych) podwykonawcą(ami) , tj.:

\_\_\_\_\_

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG – dla wszystkich podmiotów)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**B. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeśli zostały ustanowione):**

**1. [UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w części VI (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeśli Zamawiający je przewiduje) SWZ do niniejszego postępowania.

**2. [UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części VI (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeśli Zamawiający je przewiduje) SWZ do niniejszego postępowania, w następującym zakresie\*:

**C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

**D. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:\***

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) \_\_\_\_\_  
*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) \_\_\_\_\_  
*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

\* wypełnić jeśli dotyczy

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.**



**Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby**  
**UWGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, dalej „USTAWA SANKCYJNA”,**  
**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**  
**zwane „OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY”.**

**UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST WRAZ Z OFERTĄ**

**Zamawiający:** Szpitale Tczewskie S.A., ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

**Podmiot udostępniający zasoby:**

PEŁNA NAZWA/FIRMA: \_\_\_\_\_

REPREZENTANT WYKONAWCY: \_\_\_\_\_

ADRES: \_\_\_\_\_

NIP/PESEL: \_\_\_\_\_ (w zależności od podmiotu)

KRS/CEiDG: \_\_\_\_\_ (w zależności od podmiotu)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **03/TP/2024**, prowadzonego przez Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie, na: **DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (*Dz. U. poz. 835*)<sup>2</sup>.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:\***

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części VI (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeśli Zamawiający je przewiduje) SWZ do niniejszego postępowania

w następującym zakresie: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:\***

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) \_\_\_\_\_  
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) \_\_\_\_\_  
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. r.  
(miejscowość i data)

\*Wypełnić jeśli dotyczy

***Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

**Pakiet nr 1 poz. 1**

**Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż wanny do masażu wirowego kończyn górnych - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych	Tak	
2	Przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych	Tak	
3	Konstrukcja wanny zapewniająca łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich	Tak	
4	Wyposażenie: - min. 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody - system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu - prysznic ręczny - półautomatyczny spust wody - krzesło z regulacją wysokości	Tak, podać	
5	Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 3.5" umożliwiający: - włączenie-wyłączenie urządzenia - napełnianie wody do żądanego poziomu - ustawienie czasu zabiegu - zabezpieczenie przed pracą na sucho - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu	Tak, podać	
6	Bezwywlewkowy system napełniania ciepła-zimna woda	Tak	
7	Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
8	Zasysanie sitkiem filtrującym	Tak	
9	Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy	Tak	
10	Pojemność wirówki 36 litrów (+/- 5%)	Tak, podać	
11	Wymiary: - długość: 950 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 1100mm (+/- 20 mm) - wysokość: 1070 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
12	Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym	Tak	
13	Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, min. 8 kolorów	Tak, podać	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
14	Wanna fabrycznie nowa, nie będąca uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
15	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
16	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
17	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	

18	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
19	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
20	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
21	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
22	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
23	Przy wysyłce wanny do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
24	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia , bezpłatne	Tak	
25	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
26	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
27	Przy dostawie wanny dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
28	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 1 poz. 2

**Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż wanny do masażu wirowego kończyn górnych - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych	Tak	
2	Przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych	Tak	
3	Konstrukcja wanny zapewniająca łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich	Tak	
4	Wyposażenie: - min. 4 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody - system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu - prysznic ręczny - krzesło z regulacją wysokości	Tak, podać	
5	Półautomatyczny spust wody	Tak	
6	Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 3.5" umożliwiający: - włączenie-wyłączenie urządzenia - napełnianie wody do żądanego poziomu - ustawienie czasu zabiegu - zabezpieczenie przed pracą na sucho - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu	Tak, podać	
7	Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
8	Zasysanie sitkiem filtrującym	Tak	
9	Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy	Tak	
10	Pojemność wirówki 20 litrów (+/- 5%)	Tak, podać	
11	Wymiary: - długość: 770 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 790 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 930 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
12	Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym	Tak	
13	Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, min. 8 kolorów	Tak, podać	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
14	Wanna fabrycznie nowa, nie będąca uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
15	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
16	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
17	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
18	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
19	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
20	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
21	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	

22	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
23	Przy wysyłce wanny do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
24	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia , bezpłatne	Tak	
25	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
26	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
27	Przy dostawie wanny dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
28	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 1 poz. 3

**Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż wanny do masażu wirowego kończyn dolnych lub górnych - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych lub dolnych	Tak	
2	Pojemność wanny 135 litrów (+/- 5%)	Tak, podać	
3	Wymiary: - długość: 1080 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 780 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
4	Dwa poziomy napelnienia wody 75/135 litrów (+/- 5%)	Tak	
5	Wanna ze sterowaniem elektronicznym	Tak	
6	Dotykowy panel sterowania min. 3,5" - włączenie-wyłączenie urządzenia - automatyczny system napelniania z elektronicznym termometrem - ustawienie poziomu napelniania - timer z automatycznym wyłączaniem zabiegów - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho bez wody	Tak, podać	
7	Półautomatyczny spust wody z misy	Tak	
8	Masaż podwodny min. 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia	Tak	
9	Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności	Tak	
10	Wybór sekcji dysz z panelu	Tak	
10	Prysznic ręczny	Tak	
11	Krzesło do wanny - 1 szt.	Tak	
12	System zabezpieczający przed przelaniem wanny	Tak	
13	Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy	Tak	
14	Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym., konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego	Tak	
15	Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, min. 8 kolorów	Tak, podać	
16	Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
	<b>Warunki gwarancji i inne</b>		
17	Wanna fabrycznie nowa, nie będąca uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
18	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
19	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
20	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
21	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
22	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
23	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	

24	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
25	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
26	Przy wysyłce wanny do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
27	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia , bezpłatne	Tak	
28	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
29	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
30	Przy dostawie wanny dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
31	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.



# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 1 poz. 4

**Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż wanny do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego	Tak	
2	Pojemność wanny litrów 210(+/- 5%)	Tak, podać	
3	Dwa poziomy napełnienia wody 80 litrów (+/- 5%), 210 litrów (+/- 5%)	Tak, podać	
4	Wymiary: - długość: 1440 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 720 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 980 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
5	Wanna ze sterowaniem elektronicznym	Tak	
6	Dotykowy panel sterowania min. 3,5" - włączenie-wyłączenie urządzenia - napełnianie wody do żądanego poziomu - zabezpieczenie przed pracą na sucho - ustawienie czasu zabiegu - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu - elektrozawory regulujące poziom napełniania	Tak, podać	
7	Odptyw półautomatyczny	Tak	
8	Masaż podwodny min. 12 dysz w trzech niezależnych sekcjach z regulacją kierunku wypływu strumienia	Tak	
9	Możliwość kombinowanej pracy sekcji, min. 7 kombinacji	Tak	
10	Automatyczny system napełniania ciepła-zimna woda	Tak	
11	Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności	Tak	
12	Wybór sekcji dysz z panelu	Tak	
13	Prysznic ręczny	Tak	
14	Stopień ułatwiający wychodzenie do wanny	Tak	
15	Regulowana wysokość nóg	Tak	
16	System zabezpieczający przed przelaniem wanny	Tak	
17	Zasysanie sitkiem filtrującym	Tak	
18	Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy	Tak	
19	Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym	Tak	
20	Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, min. 8 kolorów	Tak, podać	
21	Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
22	Wanna fabrycznie nowa, nie będąca uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
23	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
24	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
25	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	

26	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
27	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
28	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
29	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
30	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
31	Przy wysyłce wanny do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
32	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
33	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
34	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
35	Przy dostawie wanny dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
36	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 1 poz. 5

**Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż wanny do masażu wirowego kończyn dolnych - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych	Tak	
2	Przeznaczona do masażu stóp i podudzia	Tak	
3	Pojemność wirówki litrów 57(+/- 5%)	Tak, podać	
4	Wymiary: - długość: 890 mm (+/- 20 mm) - szerokość: 880 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 750 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
5	Wanna ze sterowaniem elektronicznym	Tak	
6	Dotykowy panel sterowania min. 3,5" - włączenie urządzenia - napełnianie wody do żadanego poziomu - ustawienie czasu zabiegu - zabezpieczenie przed pracą na sucho - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu	Tak, podać	
7	Półautomatyczny spust wody z misy	Tak	
8	Masaż podwodny min. 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia	Tak	
9	Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności	Tak	
10	Prysznic ręczny	Tak	
11	Krzesło z regulacją wysokości - 1 szt.	Tak	
12	System zabezpieczający przed przelaniem wanny	Tak	
13	Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym	Tak	
14	Możliwość wyboru kolorystyki wanny do wyboru przez Zamawiającego, min. 8 kolorów	Tak, podać	
15	Zasysanie sitkiem filtrującym	Tak	
16	Wlew i odpływ wody – dwa oddzielne systemy	Tak	
17	Pompa z tworzywa, zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
18	Wanna fabrycznie nowa, nie będąca uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
19	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
20	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
21	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
22	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
23	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
24	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
25	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	

26	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
27	Przy wysyłce wanna do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
28	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
30	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
31	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
32	Przy dostawie wanny dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
33	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 2 poz. 1

**Przedmiot zamówienia: dostawa aparatu do laseroterapii biostymulacyjnej z sondą IR - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej z sondą IR	Tak	
2	Kolorowy ekran dotykowy min. 5"	Tak, podać	
3	Baza wbudowanych programów zabiegowych - encyklopedia z opisem metodyki zabiegów	Tak	
4	Możliwość tworzenia programów użytkownika	Tak	
5	Możliwość tworzenia listy programów ulubionych	Tak	
6	Statystyki przeprowadzanych zabiegów	Tak	
7	Możliwość podłączenia akumulatora - opcja	Tak	
8	Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi	Tak	
9	Tryby emisji: ciągły i impulsowy	Tak	
10	Regulacja mocy promieniowania laserowego	Tak	
11	Regulacja wypełnienia	Tak	
12	Automatyczny test mocy promieniowania laserowego	Tak	
13	Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych	Tak	
14	Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących	Tak	
15	Częstotliwość trybu impulsowego dla aplikatorów punktowych co najmniej 1 – 5000 Hz	Tak, podać	
16	Wypełnienie w trybie impulsowym 10 – 90 %, impuls 50 us	Tak	
17	Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
18	W zestawie: - punktowy aplikator laserowy IR 400 mW, 808 nm – 1 szt. - okulary ochronne dla pacjenta min. - 1 szt. - okulary ochronne terapeuty min. - 1 szt. - etykiety ostrzegawcze - rysik do ekranu – 1 szt. - zasilacz impulsowy z kablem zasilający – 1 szt. - torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem – 1 szt. - wtyk blokady drzwi DOOR – 1 szt. - uchwyt do sondy punktowej – 1 szt.	Tak, podać	
	<b>Warunki gwarancji i inne</b>		
19	Aparat fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
20	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
21	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
22	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
23	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
24	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	

25	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
26	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
27	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	
28	Przy wysyłce aparatu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
29	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia , bezpłatne	Tak	
30	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
31	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
32	Przy dostawie aparatu dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
33	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tezewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 2 poz. 2

**Przedmiot zamówienia: dostawa aparatu do laseroterapii biostymulacyjnej z sondą R - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej z sondą R	Tak	
2	Kolorowy ekran dotykowy min. 5"	Tak, podać	
3	Baza wbudowanych programów zabiegowych - encyklopedia z opisem metodyki zabiegów	Tak	
4	Możliwość tworzenia programów użytkownika	Tak	
5	Możliwość tworzenia listy programów ulubionych	Tak	
6	Statystyki przeprowadzanych zabiegów	Tak	
7	Możliwość podłączenia akumulatora - opcja	Tak	
8	Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi	Tak	
9	Tryby emisji: ciągły i impulsowy	Tak	
10	Regulacja mocy promieniowania laserowego	Tak	
11	Regulacja wypełnienia	Tak	
12	Automatyczny test mocy promieniowania laserowego	Tak	
13	Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych	Tak	
14	Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących	Tak	
15	Częstotliwość trybu impulsowego dla aplikatorów punktowych co najmniej 1 – 5000 Hz	Tak, podać	
16	Wypełnienie w trybie impulsowym 10 – 90 %, impuls 50 us	Tak	
17	Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
18	W zestawie: - punktowy aplikator laserowy R 660 nm, 80 mW – 1 szt. - okulary ochronne dla pacjenta min. - 1 szt. - okulary ochronne terapeuty min. - 1 szt. - etykiety ostrzegawcze - rysik do ekranu – 1 szt. - zasilacz impulsowy z kablem zasilający – 1 szt. - torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem – 1 szt. - wtyk blokady drzwi DOOR – 1 szt. - uchwyt do sondy punktowej – 1 szt.	Tak, podać	
	<b>Warunki gwarancji i inne</b>		
19	Aparat fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
20	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
21	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
22	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
23	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
24	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	

25	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
26	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
27	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	
28	Przy wysyłce aparatu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
29	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia , bezpłatne	Tak	
30	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
31	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
32	Przy dostawie aparatu dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
33	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
- Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tezewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.



# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 2 poz. 3

**Przedmiot zamówienia: dostawa aparatu do laseroterapii biostymulacyjnej z aplikatorem prysznicowym - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej z aplikatorem prysznicowym	Tak	
2	Kolorowy ekran dotykowy min. 5"	Tak, podać	
3	Baza wbudowanych programów zabiegowych - encyklopedia z opisem metodyki zabiegów	Tak	
4	Możliwość tworzenia programów użytkownika	Tak	
5	Możliwość tworzenia listy programów ulubionych	Tak	
6	Statystyki przeprowadzanych zabiegów	Tak	
7	Możliwość podłączenia akumulatora - opcja	Tak	
8	Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi	Tak	
9	Tryby emisji: ciągły i impulsowy	Tak	
10	Regulacja mocy promieniowania laserowego	Tak	
11	Regulacja wypełnienia	Tak	
12	Automatyczny test mocy promieniowania laserowego	Tak	
13	Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych	Tak	
14	Trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących	Tak	
15	Częstotliwość trybu impulsowego dla aplikatorów punktowych co najmniej 1 – 5000 Hz	Tak, podać	
16	Wypełnienie w trybie impulsowym 10 – 90 %, impuls 50 us	Tak	
17	Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
18	W zestawie: - aplikator prysznicowy IR+R o mocy 1800mW, 4x808 nm i 5x660 nm długość fali – 1 szt. - okulary ochronne dla pacjenta min. - 1 szt. - okulary ochronne terapeuty min. - 1 szt. - etykiety ostrzegawcze - rysik do ekranu – 1 szt. - zasilacz impulsowy z kablem zasilający – 1 szt. - torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem – 1 szt. - wtyk blokady drzwi DOOR – 1 szt. - uchwyt do aplikatora prysznicowego – 1 szt. - statyw do aplikatora prysznicowego – 1 szt.	Tak, podać	
	<b>Warunki gwarancji i inne</b>		
19	Aparat fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
20	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
21	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
22	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	

23	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
24	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
25	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
26	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
27	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	
28	Przy wysyłce aparatu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
29	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
30	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
31	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
32	Przy dostawie aparatu dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
33	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 2 poz. 4

Przedmiot zamówienia: dostawa aparatu do elektroterapii z wyposażeniem - 5 szt.

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Aparat do elektroterapii	Tak	
2	Kolorowy ekran dotykowy min. 5"	Tak, podać	
3	Tryb programowy i manualny	Tak	
4	Baza wbudowanych programów zabiegowych - encyklopedia z opisem metodyki zabiegów, min. 60	Tak, podać	
5	Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych	Tak	
6	Programy wybierane po nazwie lub dziedzinie	Tak	
7	Możliwość tworzenia programów użytkownika	Tak	
8	Możliwość tworzenia sekwencji użytkowych	Tak	
9	Możliwość tworzenia listy programów ulubionych	Tak	
10	Dwa niezależne kanały zabiegowe	Tak	
11	Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno	Tak	
12	Statystyki przeprowadzanych zabiegów	Tak	
13	Możliwość podłączenia akumulatora - opcja	Tak	
14	Zasilanie sieciowe 230 V/50Hz	Tak	
15	Wymagane prądy: – interferencyjne izoplanarne – interferencyjne dynamiczne – interferencyjne jednokanałowe AMF – TENS symetryczny – TENS asymetryczny – TENS naprzemienny – TENS burst – TENS do terapii porażen spastycznych – Kotz'a (rosyjska stymulacja) – tonoliza – stymulacja Hufschmidta – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM) – impulsowe prostokątne – impulsowe trójkątne – impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) – impulsowe Leduca (1 - 9) – impulsowe neofaradyczne – unipolarne falujące – bipolarne falujące – galwaniczne – mikroprądy – prądy średniej częstotliwości MF – impulsy IG – prądy EMS – fale H	Tak, podać	

16	W zestawie: - kable pacjenta - 2 szt. - elektrody do elektroterapii 6x6 cm - 4 szt. - elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm - 2 szt. - pokrowce wiskozowe do elektroterapii o rozmiarze 8x8 cm min. - 8 szt. - pokrowce wiskozowe do elektroterapii o rozmiarze 10x10 cm min. - 4 szt. - pas rzepowy min. 40x9 cm - 2 szt. - pas rzepowy min.100x9 cm - 2 szt. - woreczek z piaskiem rozmiar min. 21x14 cm - 2 szt. - elektrody punktowe z adapterem: 6 mm, 10mm, 15 mm, 20 mm – po 1 szt. - rysik do ekranu – 1 szt. - zasilacz impulsowy z kablem zasilający - 1 szt. - torba do aparatu wraz z wyposażeniem - 1 szt.	Tak, podać	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
17	Aparat fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
18	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
19	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak, podać	
20	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
21	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
22	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
23	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
24	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
25	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	
26	Przy wysyłce aparatu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
27	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
28	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
29	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
30	Przy dostawie aparatu dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
31	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERT**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 3

**Przedmiot zamówienia: dostawa stołu operacyjnego, ogólnochirurgicznego - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Stół do operacji ogólnochirurgicznych	Tak	
2	Napęd stołu elektrohydrauliczny	Tak	
3	Konfiguracja blatu stołu: - podglówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podglówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem	Tak	
4	Długość stołu z blatem: 2050 mm (+/- 30 mm )	Tak, podać	
5	Całkowita szerokość blatu: 580 mm (+/- 30 mm )	Tak, podać	
6	Regulacja wysokości blatu: 720 do 1140 mm ( ± 30 mm ), wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca	Tak, podać	
7	Regulacja oparcia pleców: - 40 <sup>0</sup> do +85 <sup>0</sup> (+/- 5 <sup>0</sup> )	Tak, podać	
8	Regulacja podglówka: - 55 <sup>0</sup> do +55 <sup>0</sup> (+/- 5 <sup>0</sup> )	Tak, podać	
9	Przechyły boczne w obie strony, min. po 30 <sup>0</sup>	Tak, podać	
10	Przechył Trendelenburga, min. 40 <sup>0</sup>	Tak, podać	
11	Przechył anty –Trendelenburga, min. 40 <sup>0</sup>	Tak, podać	
12	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90 <sup>0</sup> do +30 <sup>0</sup> (+/- 5 <sup>0</sup> )	Tak, podać	
13	Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 0 <sup>0</sup> do 180 <sup>0</sup> (+/-5 <sup>0</sup> )	Tak, podać	
14	Ręczny przesuw wzdłużny blatu: min. 330 mm, przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu na całym zakresie przesuwu	Tak, podać	
15	Układ sterowania z funkcją „stand by” z możliwością ustawienia długości zwłoki czasowej od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego do dezaktywacji pilota. Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych	Tak	
16	Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: - zmiana wysokości - przechyły wzdłużne - przechyły boczne - poziomowanie blatu jednym przyciskiem	Tak	
17	Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD o szerokich kątach widzenia. Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji.	Tak	

	<p>Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu.</p> <p>Po włączeniu pilota na wyświetlaczu informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetlanie piktogramu przedstawiającego wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru.</p> <p>Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa - zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelburga oraz „0”.</p> <p>Klawisz pozycji Trendelburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów</p>		
18	Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta	Tak	
19	Zasilanie bateryjne 24 V, ładowarka wbudowana w podstawę stołu	Tak	
20	Regulacja segmentu oparcia pleców, podglówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą, uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami	Tak	
21	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców	Tak	
22	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych	Tak	
23	Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Wysokość podstawy nie więcej niż 140 mm od podłogi	Tak, podać	
24	Stół przejezdny z systemem blokowania, w pozycji zablokowanej stół opierający się na 4 stopkach	Tak	
25	Stół z zaciskiem wyrównywania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych	Tak	
26	Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wykonania wypiętrzenia klatki piersiowej od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby, wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm	Tak, podać	
27	Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C, prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podglówka, oparcia pleców i siedziska	Tak	
28	Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego, grubość materaca min. 50 mm	Tak	
29	Dopuszczalne obciążenie robocze - dynamiczne, min. 200 kg	Tak, podać	
30	Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg	Tak, podać	
31	<p>Wyposażenie stołu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podpórka ręki z uchwytem mocującym – 1 kpl.</li> <li>- poręcz kompletne zabezpieczające bezwładnego pacjenta przed zsunieniem się ze stołu operacyjnego, składające się z czterech elementów montowanych na listwach bocznych stołu operacyjnego z możliwością przesuwu wzdłużnego i odwodzenia na boki, wykonane są ze stali nierdzewnej – 1 kpl.</li> <li>- pas nadgarstkowy służący do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka. Mocowany do listwy bocznej stołu, posiadający regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa, szerokość pasa min. 100 mm – 1 szt.</li> <li>- pas udowy służący do unieruchamiania uda pacjenta na stole operacyjnym, składający się z nierdzewnego zaczepu montowanego na listwie bocznej stołu operacyjnego oraz pasa o szerokości min. 100 mm – 1 szt.</li> </ul>	Tak	
32	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
33	Stół fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
34	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
35	Gwarancja min. 48 miesięcy	Tak, podać	

36	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
37	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
38	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
39	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
40	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
41	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy, wymagane jest wstawienie na czas naprawy, stołu zastępczego	Tak	
42	Przy wysyłce stołu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
43	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy stołu, bezpłatne	Tak	
44	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
45	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy stołu (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
46	Przy dostawie stołu dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
47	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.

3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 4 poz. 1

**Przedmiot zamówienia: dostawa wózków reanimacyjnych – 3 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wózek reanimacyjny wyposażony w 4 szuflady	Tak	
2	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 650 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 550 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
3	Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
4	Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm (+/- 5 mm) - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm)	Tak, podać	
5	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 1x234 mm: 525x440x209 mm (+/- 5 mm) (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontu 3x156 mm: 525x440x140 mm (+/- 5 mm) (szerokość x głębokość x wysokość)	Tak, podać	
6	Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociąganiem	Tak, podać	
7	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, min. 19 kolorów do wyboru	Tak, podać	
8	Blat szafki z stalowy, lakierowany proszkowo z pogłębieniem, obudowany z 3 stron bandami zabezpieczającymi przed zsunięciem się przedmiotów, wysokość band: 50 mm (+/- 5 mm)	Tak, podać	
9	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, min. 19 kolorów do wyboru	Tak, podać	
10	Podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą	Tak, podać	
11	Wyposażenie dodatkowe wózka: - 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1 szt. wysuwany blat boczny, stalowy, lakierowany proszkowo - 1 szt. wieszak kroplówki z regulacją wysokości z dwoma haczykami - 1 szt. wyprofilowana deska do przeprowadzania RKO, wykonana z odpornego tworzywa sztucznego - 1 szt. koszyk na akcesoria 360x160x150mm (+/- 5mm) - 1 szt. kosz na odpady z tworzywa z pokrywą uchyloną - 1 szt. uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, min. 19 kolorów do wyboru	Tak, podać	
12	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm (wysokość x szerokość), z pokręteł stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas	Tak, podać	



	użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm		
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
13	Wózek fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
14	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
15	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak, podać	
16	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
17	Adres i numer zgłoszeniowy	Tak	
18	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tezewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 4 poz. 2

**Przedmiot zamówienia: dostawa wózków reanimacyjnych - 2 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wózek reanimacyjny wyposażony szafkę z 2 szufladami i półkę pod szafką	Tak	
2	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 700 mm (+/- 20 mm) - głębokość 560 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
3	Wymiary szafki: - szerokość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 390 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
4	Wózek wyposażony w szafkę z 2 szufladami: - 2 x szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 10 mm)	Tak, podać	
5	Wymiary półki: 600x500mm (+/- 10mm)	Tak, podać	
6	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: - szerokość: 525 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 465 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 145 mm (+/- 10 mm)	Tak, podać	
7	Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu, min. 8 kolorów do wyboru przez Zamawiającego	Tak, podać	
8	Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm	Tak, podać	
9	Blat z ABS z możliwością demontażu - dostępność wymiennych blatów przez min. 10 lat	Tak	
10	Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm) Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm)	Tak, podać	
11	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą	Tak, podać	
12	Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany naabrany kolor z palety RAL, min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego	Tak, podać	
13	Prowadnice szuflad z samodociąganiem	Tak	
14	Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, min. 19 kolorów do wyboru	Tak	
15	Wyposażenie dodatkowe wózka: - 4 szt. odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1 szt. pojemnik na narzędzia 325x175x40mm (+/- 5 mm) - 1 szt. wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica na 4 haczyki - 1 szt. uchwyt do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiarów pojemnika Zamawiającego	Tak, podać	

	- 1 szt. pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, wymiary pojemnika: 124x75x230 mm (+/- 5 mm) - 1 szt. kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą uchylną - 1 szt. koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm (+/- 5 mm) - 1 szt. uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami, stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, min. 19 kolorów do wyboru		
16	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek 54x40 mm z wyjątkiem kosza na odpady (wysokość x szerokość), z pokręteł stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm	Tak, podać	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
17	Wózek fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
18	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
19	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak, podać	
20	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
21	Adres i numer zgłoszeniowy	Tak	
22	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 4 poz. 3

**Przedmiot zamówienia: dostawa stolika instrumentalnego typ Mayo - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Stolik instrumentalny typ MAYO	Tak	
2	Wymiary stolika: - wysokość 950-1320 mm (+/- 20 mm) - szerokość 500 mm (+/- 20 mm) - długość 750 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
3	Konstrukcja ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9	Tak	
4	Podstawa w kształcie litery T, wyposażona w 3 koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą	Tak, podać	
5	Błat wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 z przegłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu	Tak	
6	Regulacja wysokości blatu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego	Tak	
7	Wymiar blatu: 750x500 mm (+/- 20 mm)	Tak, podać	
8	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpiecznie	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
9	Wózek fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
10	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
11	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak, podać	
12	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
13	Adres i numer zgłoszeniowy	Tak	
14	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)	Tak	

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawi one w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
- Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 4 poz. 4

**Przedmiot zamówienia: dostawa szafek przyłózkowy - 50 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Szafka przyłózkowa	Tak	
2	Szafka przyłózkowa jednostronna - szuflada, drzwiczki, z korpusem i drzwiami wykonanym z płyty obustronnie laminowanej z obrzeżami z okleiny PCV	Tak	
3	Blat z laminatu HPL w kolorze białym o grubości co najmniej 10 mm	Tak, podać	
4	Fronty z płyty meblowej laminowanej, min. 5 kolorów do wyboru przez Zamawiającego	Tak, podać	
5	Wymiary części szafki z drzwiczkami - 390mm (+/- 5mm) szerokość - 360mm (+/- 5mm) głębokość - 410mm (+/-5mm) wysokość	Tak, podać	
6	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - 340mm (+/- 5mm) szerokość - 330mm (+/- 5mm) głębokość - 120mm (+/-5mm) wysokość	Tak, podać	
7	Wymiary całkowite - 430mm (+/- 5mm) szerokość - 460mm (+/- 5mm) głębokość - 880mm (+/-5mm) wysokość	Tak, podać	
8	Wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 50mm	Tak, podać	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
9	Stoliki fabrycznie nowe, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
10	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
11	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
12	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
13	Adres i numer zgłoszeniowy	Tak	
14	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	

- Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
- Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
- Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**  
**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 5

**Przedmiot zamówienia: dostawa napędu ortopedycznego wraz z nasadkami - 1 zestaw**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Napęd ortopedyczny dużej mocy do nasadek i ostrzy	Tak	
2	Lekka, modułarna rękojeść wykonana z materiału PEEK	Tak	
3	Waga max. 980g	Tak, podać	
4	Zatrząskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi	Tak	
5	Silnik nie wymagający konserwacji i smarowania	Tak	
6	Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu	Tak	
7	Napęd kaniulowany 4mm	Tak	
8	Prędkość maksymalna 13000 osc./min./950/250/200 obr./min. - uzależniona od zastosowanej nasadki	Tak, podać	
9	Metody sterylizacji, autoklaw 134°, minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut	Tak, podać	
10	Możliwość rozbudowy napędu z nasadkami typu: piła oscylacyjna, piła oscylacyjna MIS, piła posuwisto-zwrotna, mikropiła do małych procedur ortopedycznych, sternotom	Tak, podać	
11	Brak możliwości otwarcia obudowy akumulatora po podłączeniu do napędu - mechanizm zapobiegający wypadnięciu akumulatora podczas pracy napędu	Tak	
12	Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania	Tak	
13	Współpraca napędu z nasadkami typu: AO, AO/Trinkle, Trinkle, Harris, Zimmer/Hudson	Tak, podać	
14	Nasadka wiertarki typ Jacobs - 1 szt.	Tak	
14a	Zakres min. 0 -7,4 mm z kluczykiem	Tak, podać	
14b	Kaniulacja 4,1mm	Tak, podać	
14c	Obroty co min. 0-950 obr./min.	Tak, podać	
15	Nasadka do drutów Kirschnera - 1 szt.	Tak	
15a	Obroty co najmniej 0-950 obr./min.	Tak, podać	
15b	Zakres min. 0,8 - 4,0 mm	Tak, podać	
16	Nasadka piły sagitalnej - minimalne cięcia inwazyjne - 1 szt.	Tak	
17	Ładowarka do akumulatorów LI-ION na min. cztery stanowiska - 1 szt.	Tak	
17a	Możliwość szybkiego ładowania akumulatora, z rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce	Tak	
17b	Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii	Tak	
17c	Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów m średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów	Tak	
17d	Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora	Tak	
17e	Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu	Tak	
17f	Na obudowie włącznik ładowarki	Tak	
17g	Moc ładowarki min. 250W	Tak	
18	Uniwersalna przejściówka do ładowarki dedykowana do zaproponowanych akumulatorów	Tak	
19	Akumulator niesterylizowany LI-ION - 2 szt.	Tak, podać	

19a	Napięcie co najmniej 10,8V	Tak, podać	
19b	Pojemność co najmniej 2,2Ah	Tak, podać	
19c	Max. waga 250g	Tak, podać	
20	Obudowa akumulatora - 1 szt.	Tak	
21	Aseptyczny zestaw do montażu akumulatora w obudowie - 1 szt.	Tak	
22	Kontener sterylizacyjny z pokrywą dedykowany do napędu z miejscami do przechowywania poszczególnych elementów zestawu - 1 szt.	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
23	Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
24	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
25	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak, podać	
26	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
27	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
28	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
29	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
30	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
31	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
32	Przy wysyłce urządzenia do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
33	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia , bezpłatne	Tak	
34	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany urządzenia na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
35	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
36	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
37	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**  
**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 6

**Przedmiot zamówienia: dostawa zestawu do ogrzewania płynów infuzyjnych - 1 zestaw**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych wykorzystuje suche ciepło, bez wykorzystywania zbiorników płynów grzejących	Tak	
2	Urządzenie jedno-elementowe	Tak	
3	Zadana temperatura grzania 41°C+/- 1°C	Tak, podać	
4	Podgrzanie do zadanej temperatury 41°C max. 2 minuty	Tak, podać	
5	Gwarancja ogrzania płynów do temperatury w zakresie 33-41°C	Tak, podać	
6	Efektywność ogrzewania określona na podstawie ogrzewania płynów o temperaturze wejściowej 10°C	Tak	
7	Zabezpieczenia i alarmy	Tak	
7a	Alarm ostrzegawczy przegrzania 43°C +3/-2°C	Tak, podać	
7b	Alarm ostrzegawczy niedogrzenia 33°C +/-2°C+3/-2°C	Tak, podać	
7c	Wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem 44°C +/-2°C	Tak, podać	
7d	Alarm niezależnego awaryjnego systemu bezpieczeństwa 44°C	Tak	
8	Możliwość montażu na stojaku	Tak	
9	Maksymalny ciężar netto 3,5 kg	Tak, podać	
10	Przepływ krwi od KVO do 500 ml/min	Tak, podać	
11	Wyświetlacz informujący:	Tak	
11a	Aktualnej temperaturze grzania	Tak	
11b	Zbyt wysokiej temperaturze grzania	Tak	
11c	Zbyt niskiej temperaturze grzania	Tak	
11d	Kontrolka alarmu	Tak	
12	Maksymalna moc grzewcza 950 W	Tak, podać	
13	Urządzenie ogrzewające krew i płyny infuzyjne przy użyciu kaset jednorazowych	Tak	
14	Kasety jednorazowe do ogrzewania płynów, min. 20 szt.	Tak, podać	
14a	z wkomponowanym min. jednym portem do iniekcji	Tak	
14b	z automatycznym bezobsługowym odpowietrzaczem w przypadku kaset do wysokich przepływów	Tak	
14c	z wymienną komorą kropłową z filtrem krwi w przypadku kaset do wysokich przepływów	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
15	Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw rok produkcji 2024	Tak	
16	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
17	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak, podać	
18	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
19	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
20	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
21	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	



22	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
23	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
24	Przy wysyłce zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
25	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
26	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
27	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
28	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
29	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tezewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**  
**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 7 poz. 1

**Przedmiot zamówienia: dostawa urządzenia mobilnego do ogrzewania płynów - 2 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Urządzenie mobilne do ogrzewania płynów, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport, wyposażone w cztery kółka - dwa z opcją blokady	Tak	
2	Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym	Tak	
3	Dwie szuflady z systemem automatycznego domykania, mechanizm uniemożliwiający wysunięcie obu szuflad jednocześnie	Tak	
4	Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem min. 3" z wskaźnikiem stand-by	Tak, podać	
5	Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną	Tak	
6	Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym	Tak	
7	Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze	Tak	
8	Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza	Tak	
9	Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze	Tak	
10	Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem	Tak	
11	Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane	Tak	
12	Min. dwa czujniki temperatury do kontroli systemu ogrzewania	Tak, podać	
13	Zabezpieczenia przed przegrzaniem	Tak	
14	Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatur	Tak	
15	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej	Tak	
16	Mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - termostat bimetaliczny	Tak	
17	Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej szufladzie	Tak	
18	Alarm optyczny i akustyczny włączający się po min. 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie	Tak, podać	
19	Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze	Tak, podać	
20	Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania	Tak	
21	Tryb czuwania (stand by)	Tak	
22	Pojemność komory: min. 60 L netto	Tak, podać	
23	Maksymalne obciążenie szuflady min. 25 kg	Tak, podać	
24	Przybliżona pojemność do ogrzewania co najmniej czterdzieści butelek 0.5L; dwadzieścia cztery butelki 1L; cztery worki 5L; sześć worków 3L	Tak, podać	
25	Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C +/-2°C (zmiana o 1°C)	Tak, podać	
26	Zewnętrzne wymiary urządzenia max. 350 x 830 x 620 mm (szerokość x wysokość x głębokość)	Tak	
27	Zasilanie sieciowe 230 V/ 50Hz	Tak	
28	Moc grzałki max. 400 Wat	Tak, podać	
29	Uchwyt do transportu	Tak	
30	Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania	Tak	

31	Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia	Tak	
32	System dezynfekcji UV-C	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
33	Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw rok produkcji 2024	Tak	
34	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
35	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak, podać	
36	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
37	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
38	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
39	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
40	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
41	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
42	Przy wysyłce urządzenia do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
43	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
44	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
45	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
46	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
47	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 7 poz. 2

**Przedmiot zamówienia: dostawa urządzenia stacjonarnego do ogrzewania płynów - 2 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Urządzenie stacjonarne do ogrzewania płynów, łatwe i bezpieczne do przenoszenia, wyposażone w 4 gumowe nóżki	Tak	
2	Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym	Tak	
3	Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej	Tak	
4	Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem min. 3" z wskaźnikiem stand-by	Tak	
5	Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną	Tak	
6	Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym, komora zamykana od góry	Tak	
7	Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze	Tak	
8	Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza	Tak	
9	Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze	Tak	
10	Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem	Tak	
11	Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane	Tak	
12	Min. dwa czujniki temperatury do kontroli systemu ogrzewania	Tak, podać	
13	Zabezpieczenia przed przegrzaniem	Tak	
14	Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury	Tak	
15	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej	Tak	
16	Mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem - termostat bimetaliczny	Tak	
17	Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej pokrywie	Tak	
18	Alarm optyczny i akustyczny włączający się po min. 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie	Tak, podać	
19	Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze	Tak, podać	
20	Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania	Tak	
21	Tryb czuwania (stand by)	Tak	
22	Pojemność komory min. 30 L netto	Tak, podać	
23	Maksymalne obciążenie komory 25 kg	Tak, podać	
24	Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L	Tak, podać	
25	Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C +/-2°C (zmiana o 1°C)	Tak, podać	
26	Zewnętrzne wymiary urządzenia max. 350 x 400 x 620 mm (szerokość x wysokość x głębokość)	Tak, podać	
27	Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz	Tak	
28	Moc grzałki max 400 Wat	Tak	
29	Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania	Tak	

30	Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia	Tak	
31	System dezynfekcji UV-C	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
32	Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw rok produkcji 2023	Tak	
33	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
34	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak, podać	
35	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
36	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
37	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
38	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
39	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
40	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania urządzenia do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, urządzenia zastępczego	Tak	
41	Przy wysyłce urządzenia do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
42	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
43	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
44	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
45	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
46	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 8 poz. 1

Przedmiot zamówienia: dostawa wideogastroskopu diagnostyczno-zabiegowego HDTV - 2 szt.

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy HDTV	Tak	
2	Obrazowanie w standardzie HDTV	Tak	
3	Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi serii EPK-i oraz EPK-i5000	Tak	
4	Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu	Tak	
5	Średnica kanału roboczego min. 3,2 mm	Tak, podać	
6	Średnica zewnętrzna tuby wzornikowej min. 9,8 mm	Tak, podać	
7	Długość robocza sondy wzornikowej min. 1050 mm	Tak, podać	
8	Kąt widzenia min. 140°	Tak, podać	
9	Głębokość ostrości min. 2-100 mm	Tak, podać	
10	Zagięcie końcówki sondy wzornikowej: - góra/dół: min. 210°/120° - prawo/lewo: min. 120°/120°	Tak, podać	
11	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora, min. 4 przyciski	Tak, podać	
12	Obsługa trybu obrazowania w filtracji optycznej - cyfrowej	Tak	
13	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła - pełna kompatybilność w wszystkich funkcjach procesora wizyjnego wyposażonego w tę funkcję	Tak	
14	Dodatkowy kanał do splukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System	Tak	
5	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora	Tak	
16	Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	Tak	
17	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak	
18	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	Tak	
19	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych	Tak	
20	Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniemi dezynfektorami serii Innova E3 oraz Innova E3s bez konieczności adaptacji przyłączy	Tak	
21	Elektroniczny tester szczelności kompatybilny z oferowanymi i posiadanymi endoskopami – 1 szt.	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
22	Wideogastroskop fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
23	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
24	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
25	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
26	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	

27	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
28	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
29	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
30	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	
31	Przy wysyłce wideogastroskopu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
32	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
33	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
34	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
35	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
36	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 8 poz. 2

**Przedmiot zamówienia: dostawa wideoduodenoskopy HDTV - 1 szt.**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Wideoduodenoskop HDTV	Tak	
2	Obrazowanie w standardzie HDTV	Tak	
3	Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi serii EPK-i oraz EPK-i5000	Tak	
4	Średnica kanału roboczego min. 4,2 mm	Tak, podać	
5	Średnica zewnętrzna wziernika max. 11,6 mm	Tak, podać	
6	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 13,2 mm	Tak, podać	
7	Chip CCD w końcówce endoskopu kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła	Tak	
8	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	Tak	
9	Kąt obserwacji min. 100°	Tak, podać	
10	Kąt obserwacji wstecznej min. 10°	Tak, podać	
11	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	Tak	
12	Zawór testera szczelności w konektorze	Tak	
13	Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	Tak	
14	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: góra/dół 120°/90° oraz prawo/lewo 105°/90°	Tak, podać	
15	System głębi ostrości min. 4-60mm	Tak, podać	
16	Długość robocza min. 1250mm	Tak, podać	
17	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła - pełna kompatybilność w wszystkich funkcjach procesora wizyjnego wyposażonego w tą funkcję	Tak	
18	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak	
19	Obrotowy konektor w zakresie min.180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	Tak	
20	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń	Tak	
21	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym lub RFID do systemu rejestracji procesów mycia	Tak	
22	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak	
23	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	Tak	
24	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych	Tak	
25	Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniemi dezynfektorami serii Innova E3 oraz Innova E3s bez konieczności adaptacji przyłączy	Tak	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
26	Wideoduodenoskop fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
27	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	



28	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
29	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
30	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
31	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
32	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
33	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
34	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	
35	Przy wysyłce wideoduodenoskopu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
36	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
37	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
38	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
39	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
40	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Teczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

## Pakiet nr 9

**Przedmiot zamówienia: dostawa platformy monitorowania hemodynamicznego - 1 zestaw**

Typ Producent/Firma: \_\_\_\_\_

Typ asortymentu i numery katalogowe (jeśli dotyczy): \_\_\_\_\_

Lp.	Parametry graniczne	Wartość wymagana	Oferowana wartość
1	Platforma monitorowania hemodynamicznego	Tak	
2	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: - bez użycia cewnika Swan-Ganza, - pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego lub drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, - pomiar u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych	Tak, podać	
3	Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: COCal/Trend (CICal/Trend) – rzutu serca w oparciu o kształt fali pulsu, SV (SVI) - objętość wyrzutowa, SVR (SVRI) - obwodowy opór naczyniowy, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, dPmx - Wskaźnik kurczliwości lewej komory, CPO (CPI) - moc pojemności minutowej, HR - częstość akcji serca, APsys - skurczowe ciśnienie tętnicze, APdia - rozkurczowe ciśnienie tętnicze, MAP - średnie ciśnienie tętnicze, CVP - ośrodkowe ciśnienie żyłne	Tak, podać	
4	Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, - ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego	Tak	
5	Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające opcję wyboru miejsca wkłucia cewnika centralnego	Tak	
6	Moduł ciągłego w czasie rzeczywistym pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowanego metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: COPC (CIPC) - rzut serca w oparciu o kształt fali pulsu, SV (SVI) - objętość wyrzutowa, SVR (SVRI) - obwodowy opór naczyniowy, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, dPmx - Wskaźnik kurczliwości lewej komory, tdCO (tdCI) - rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej, CFI - wskaźnik funkcji serca, GEDV (GEDI) - całkowita objętość końcowo-rozkurczowa, EVLW (ELWI) - objętość pozanaczyniowej wody płucnej, PVPI - wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych, GEF - całkowita frakcja wyrzutowa, CPO (CPI) - moc użyteczna serca, HR - częstość skurczów serca, APsys - skurczowe ciśnienie tętnicze, APdia - rozkurczowe ciśnienie tętnicze, MAP - średnie ciśnienie tętnicze, CVP - ośrodkowe ciśnienie żyłne	Tak, podać	
7	Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły w czasie rzeczywistym pomiar saturacji krwi żyłnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry: ScvO <sub>2</sub> - saturacja krwi żyłnej z żyły głównej górnej, DO <sub>2</sub> (DO <sub>2</sub> I) – dostarczenie tlenu, VO <sub>2</sub> (VO <sub>2</sub> I) – konsumpcja tlenu, O <sub>2</sub> ER - współczynnik ekstrakcji tlenu	Tak	
8	Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły w czasie rzeczywistym pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO <sub>2</sub> ),	Tak	

	a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej Mierzone parametry: PDR - Wskaźnik eliminacji z osocza, R15 - Wskaźnik utrzymywania ICG po 15 minutach		
9	Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8" ekranie o wysokiej rozdzielczości – 800 x 480 pixel	Tak, podać	
10	Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP)	Tak	
11	Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne, oprogramowanie w języku polskim	Tak	
12	Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby	Tak, podać	
13	Prezentacja danych w postaci trendów graficznych z możliwością wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie. Zakres czasowy trendu 15 min., 30 min., 1 godz. 3 godz. 6 godz. 12 godz. 24 godz. 2 dni, 3 dni, 6dni, 12 dni	Tak, podać	
14	Drukowania danych poprzez: - wirtualne drukowanie z portu USB do pliku PDF lub Excel (do dalszej obróbki) - drukowanie poprzez sieć	Tak	
15	Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych	Tak	
16	Możliwość transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania drukarek sieciowych lub systemów PDMS	Tak	
17	Okablowanie umożliwiające podłączenie i przesył danych dotyczących wartości ciśnienia krwawego do monitora przyłóżkowego posiadanego przez Zamawiającego typ FX 3000MD	Tak	
18	Min. 20 zestawów do pomiarów składających się z cewnika tętniczego oraz przetwornika do pomiaru ciśnienia IBP i CVP zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego	Tak, podać	
<b>Warunki gwarancji i inne</b>			
19	Zestaw fabrycznie nowy, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, rok produkcji 2024	Tak	
20	Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą	Tak	
21	Gwarancja min. 36 miesięcy	Tak, podać	
22	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak, opis	
23	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy	Tak	
24	Adres i numer zgłoszeniowy	Podać	
25	Maksymalny czas reakcji serwisu liczony do momentu podjęcia czynności naprawczych od zgłoszenia usterki 48 godzin	Tak	
26	Maksymalny czas usunięcia usterki w siedzibie zamawiającego liczony od daty zgłoszenia 5 dni	Tak	
27	Przy naprawie dłuższej niż 5 dni i wymagającej zabrania aparatu do serwisu wykonawcy wymagane jest wstawienie na czas naprawy, aparatu zastępczego	Tak	
28	Przy wysyłce aparatu do serwisu całkowity koszt wysyłki oraz logistyka pozostaje po stronie dostawcy	Tak	
29	Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia, bezpłatne	Tak	
30	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika	Tak	
31	Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku)	Tak, podać	
32	Przy dostawie dołączyć, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB	Tak	
33	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu	Tak	

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

2. Wykonawca zaferuje w swojej ofercie **wyrób medyczny** już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku

pozostawienia pustego miejsca **Zamawiający uzna, że Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”**, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.

3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu oraz numeru katalogowego jeśli są znane.

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie należącym do Zamawiającego w Tczewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

*Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania*

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

### **UZUPEŁNIENIE POWYŻSZYCH OPISÓW PAKIETÓW OD 1 DO 9**

**CALY ZAOFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W TABELACH DLA PAKIETÓW OD 1 DO 9 MUSI BYĆ DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W OBSZARZE MEDYCZNYM.**

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC SWOJĄ OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU OŚWIADCZA RÓWNOCZEŚNIE, IŻ JEST UPRAWNIONY DO SWOBODNEGO ROZPORZĄDZANIA ZAOFEROWANYMI PRODUKTAMI, KTÓRE SĄ WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ, ŻE POSIADA WSZELKIE NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA ORAZ ZGODY, ZEZWOLENIA ODPOWIEDNICH ORGANÓW, URZĘDÓW, WYNIKI BADAŃ, CERTYFIKATY, OŚWIADCZENIA, DEKLARACJE (W TYM WSKAZANE W TABELACH POWYŻEJ) ITP. DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ŻE WYKONANIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NIE BĘDZIE NARUSZAĆ JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZEDŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE PRZEZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAOFEROWANY OD WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ZDANIU POPRZEDZAJĄCYM, NA KAŻDE ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O CZYM MOWA W PROJEKCIE UMOWY (ZAŁ. NR 4 DO SWZ), Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ ZAWARTYCH W POWYŻSZYCH TABELACH.**

UMOWA Nr

Zawarta w dniu roku w Tczewie pomiędzy:

Szpital Tczewski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, Kap. Zakładowy – 25.222.350,00 zł. wpłacony w całości, BDO 000038394, z siedzibą: UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW, zwana w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

1) Pana Macieja Bielińskiego – Prezesa Zarządu

a

.....

.....

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

1) .....

na podstawie wyboru oferty w **postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie PODSTAWOWYM**, zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”, złożonej zgodnie z ogłoszeniem, z dnia r.

### § 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu , określone w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy, w okresie **do dnia** , z zastrzeżeniem **ust. 4** niniejszego paragrafu.

, objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy zwane będą w dalszej części niniejszej umowy „Produktami”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Produktów w zakresie i ilościach zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w złożonej przez Wykonawcę ofercie, do postępowania **00/TP/2024**, w zakresie pakietu nr: . Załączony do złożonej przez Wykonawcę oferty formularz ofertowy stanowiący **załącznik nr 1 do SWZ** oraz **załącznik nr 3 do SWZ** będący podstawą skalkulowania ceny oferty, stanowią **załącznik nr 1** do niniejszej umowy. Również Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) ze wszystkimi załącznikami, do postępowania **00/TP/2024**, jak i oferta Wykonawcy ze wszystkimi załącznikami złożona w tym postępowaniu, stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Produktami, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, zgody, zezwolenia odpowiednich organów, urzędów, wyniki badań, certyfikaty, oświadczenia, deklaracje, atesty itp. do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w zdaniu poprzedzającym dla przedmiotu zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, pod rygorem rozwiązania umowy z wyłącznej winy Wykonawcy i zastosowania zapisów umownych dotyczących nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę, o czym mowa w **§ 4, ust. 1, pkt b)** umowy. Wszelkie przedkładane Zamawiającemu dokumenty muszą być w języku polskim lub zawierać stosowne tłumaczenie. Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymogi prawne, określone na terenie RP dla oferowanych Produktów, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Produktów:

- a) w terminie do **dnia** ,  
 b) w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania niniejszej umowy w całości.

6. Wykonawca zobowiązuje się po dostarczeniu Produktów do ich rozładunku oraz wniesienia i zainstalowania (jeśli dotyczy) na własny koszt i ryzyko na wskazany oddział przez Zamawiającego na terenie miasta Tczewa lub do **Magazynu Medycznego Zamawiającego w Tczewie (83-110), przy ulicy 30-go Stycznia 57/58**.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowej dostawy Produktów, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dostarczane przez Wykonawcę Produkty będą posiadały oznaczenia wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (dotyczy to także opakowań).

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Produktów w wymaganym terminie, wskazanym w **ust. 4** niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu zamówionych Produktów u innego dostawcy po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. Zamawiający może dokonać takiego zakupu jeśli Wykonawca po upływie 3 dni od dnia wezwania nie dostarczy produktów, zgodnie z zapisami umowy. We wskazanym wyżej przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i nie dostarczonych w terminie przez Wykonawcę Produktów, a ceną zapłaconą za zakup dokonany przez Zamawiającego u innego dostawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty ww. kwoty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.

9. Wykonawca oświadcza, że parametry jakościowe dostarczonych Produktów nie będą gorsze niż te określone w SWZ oraz ofercie złożonej przez Wykonawcę do postępowania nr: **00/TP/2024**,

10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy Produkty o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem gwarancji wynoszącym min. **12 miesięcy** od dnia zrealizowania dostawy (podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego).
11. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczone Produkty w okresie równym terminowi gwarancji, o której mowa w **ust. 10** niniejszego paragrafu.
12. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Produktów. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych / ej przez Zamawiającego reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w czasie 10 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną.
13. W razie stwierdzenia, że dostarczone Produkty mają wady, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie **5 dni roboczych** od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w **ust. 15** niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
14. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w **ust. 12** niniejszego paragrafu może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i skutkować po stronie Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w **§ 4 ust. 1 pkt b)** niniejszej umowy. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
15. W przypadku odrzucenia reklamacji, o której mowa w **ust. 12 i ust. 13** niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji, w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Produktów dostarczonych przez Wykonawcę oraz ich zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Zamawiającego w SWZ. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonych Produktów w przypadku dostarczenia Produktów niezgodnych z niniejszą umową.
17. Zamawiający może także odmówić przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Produktów, w przypadku ich dostarczenia przez Wykonawcę z opóźnieniem, w szczególności, w przypadku wcześniejszego dokonania Zakupu Interwencyjnego, zgodnie z **ust. 8** niniejszego paragrafu.
18. Po dostarczeniu Produktów, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego. Z czynności tej Strony sporządzają Protokół Zdawczo – Odbiorczy. Przyjęcie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Produktów.
19. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy musi być obecny podczas czynności odbioru Produktów przez Zamawiającego. Czynność ta nie pozbawia Zamawiającego prawa do złożenia ewentualnej reklamacji w terminie późniejszym.
20. Dostarczane przez Wykonawcę Produkty winny mieć na opakowaniu odpowiednie oznaczenia, a w szczególności: rodzaj, nazwę Produktu, ilość, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania wymagane przez obowiązujące normy i przepisy prawne.
21. Wykonawca wraz z dostarczonymi Produktami zobowiązuje się – tam gdzie jest to niezbędne - dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika oraz inne dokumenty wskazane w SWZ do postępowania **00/TP/2024**.
22. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.
23. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólną Klauzulą Informacyjną stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
24. Wykonawca oświadcza, że będzie (w przypadku dostaw, do których niezbędne jest wykonanie określonych usług, usług, robót budowlanych):
- a) przestrzegać przepisów oraz zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy, a także obowiązujących u Zamawiającego regulaminów i zarządzeń wewnętrznych przedstawionych Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić, aby jego pracownicy posiadali ukończone szkolenie w zakresie BHP, przed przystąpieniem do pracy, pracownicy muszą przejść instruktaż stanowiskowy z zakresu BHP, przeprowadzony przez kierownictwo firmy Wykonawcy,
  - b) rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie Zamawiającego,
  - c) wyposażać swoich pracowników w środki bezpieczeństwa, w szczególności w odpowiednią odzież roboczą, dostosowaną do rodzaju wykonywanych czynności,
  - d) organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojazdy, maszyny i inne urządzenia używane przez firmę zewnętrzną nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników. Pracownicy Wykonawcy obsługujący urządzenia elektro-energetyczne, dźwigowe, pojazdy mechaniczne muszą posiadać stosowane uprawnienia w tym zakresie,
  - e) powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez nich prac,
  - f) powiadamiać Specjalistę ds. BHP u Zamawiającego o zaistniałych wypadkach przy pracy, a w sytuacjach awaryjnych, zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, stosować się do poleceń wydawanych przez Koordynatora BHP lub Specjalistę ds. BHP Zamawiającego,
  - g) przeprowadzać szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - h) umożliwiać Specjalistę ds. BHP Zamawiającego kontrolę postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP,
  - i) dbać, aby pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Zamawiającego posiadali aktualnie badania zdrowotne i szkolenia BHP,
  - j) dbać, aby wszystkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy były tak ułożone i zabezpieczone, żeby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi,

- k) zmniejszać dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Zamawiającego, a w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych pisemnie powiadomić służbę BHP Zamawiającego,
- l) zabierać z terenów Zamawiającego wszelkie odpady powstałe w czasie realizacji umowy,
- m) przestrzegać zakazu wwożenia na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów,
- n) przestrzegać zakazu składowania jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczególnie ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Technicznego u Zamawiającego,
- o) przestrzegać zakazu mycia pojazdów na terenie Zamawiającego,
- p) przestrzegać zakazu spalania odpadów na terenie Zamawiającego,
- r) przestrzegać zakazu wylewania jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji na terenie Zamawiającego.

### § 1a. (jeśli dotyczy)

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Realizacja zamówienia przy pomocy podwykonawców musi odbyć się zgodnie z zapisami i wytycznymi pzp, w szczególności na zasadach zawartych w art. 462 – 465 pzp. oraz w SWZ do postępowania nr **00/TP/2024**.
3. Za wszelkie działania podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne
4. Wszelkie sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy, w tym zapłata wynagrodzenia podwykonawcy, leżą wyłącznie po stronie Wykonawcy.

### § 2.

1. Całkowita wartość Produktów (wynagrodzenie dla Wykonawcy), których sprzedaż i dostawa oraz wniesienie i zainstalowanie jest przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę, do postępowania nr: **00/TP/2024**, wynosi:

Netto PLN:	(słownie: _____)
Brutto PLN:	(słownie: _____)
podatek VAT _____ %	

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny Produktów przez okres od dnia obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień **ust. 3 pkt a), pkt b), pkt c)** niniejszego paragrafu.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Produktów wobec wartości ustalonej w **ust. 1** niniejszego paragrafu wyłącznie:
  - a) w sytuacjach o których mowa w **§ 8 ust. 2 pkt. a) i b)** niniejszej umowy,
  - b) w sytuacji obniżenia ceny przez Wykonawcę tj. dokonania zmiany na korzyść Zamawiającego,
  - c) w sytuacji, gdzie zmiana cen spowodowana jest zawarciem aneksu, sporządzonego na podstawie przepisów ustawy pzp jak i innych ustaw oraz przepisów prawa, zezwalających na zmiany w umowach zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem ustawy pzp.
4. Wszelkie płatności będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

### § 3.

1. Zapłata za zamówione i dostarczone Produkty nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po spełnieniu warunków, o których mowa w **§ 1** niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury (prawidłowo wystawionej) przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zaakceptowany i podpisany przez Strony Protokół Zdawczo – Odbiorczy, dotyczący Produktów objętych niniejszą umową. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
  - 1.1. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formacie pliku elektronicznego pdf na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail, pod warunkiem wystąpienia z pisemnym wnioskiem o taką możliwość przez Wykonawcę do Zamawiającego. Nie dopuszcza się przysyłania ww. dokumentu bez zaakceptowanego wniosku przez Zamawiającego.
  2. Wykonawcy przysługują prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego jakiegokolwiek faktury wynikającej z realizacji niniejszej umowy.
  3. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzycelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
  4. Zasady dotyczące wystawiania faktur, korekt i innych dokumentów finansowych określone zostały w stosownych aktach prawnych, aktualnie obowiązujących, w tym, w szczególności w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

### § 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:
  - a) **zwłoki w dostawie kompletu Produktów objętych niniejszą umową** - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% netto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w **§ 1 ust. 4 pkt a)** niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż zwłoka ta nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych. W przypadku zwłoki przekraczającej 14 dni kalendarzowych, najwcześniej w 15-tym dniu zwłoki, Zamawiający może uznać, iż nastąpiło nieuzasadnione rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i na tej podstawie Zamawiającemu przysługują prawo odstąpienia od umowy w całości lub części oraz prawo do zastosowania zapisów **ust. 1, pkt b)** niniejszego paragrafu;
  - b) **nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności: nie odstarczenie Produktów, objętych niniejszą umową po upływie terminu, o którym mowa w sut. 1, pkt a), powyżej, lub zaniechanie wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem punktu a) niniejszego ust., skutkującego na tej podstawie odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części, w tym odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z zapisów umownych z podwykonawcą, w przypadku i zakresie, o którym mowa w ustawie pzp, w części dotyczącej podwykonawstwa (jeśli dotyczy) oraz okoliczność, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt l), cz. V niniejszej umowy** - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto dla Wykonawcy;

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego jej wykonania, w terminie przez siebie wyznaczonym.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kary nie pokryją wartości poniesionych szkód.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych i kwot o których mowa w **§1 ust. 8** niniejszej umowy, z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy.
4. Kary umowne i inne kwoty wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia na podstawie noty obciążeniowej.
5. Kary umowne, o których mowa w **ust. 1 pkt a)** niniejszego paragrafu będą naliczane do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej wskazanej powyżej, nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i nie dostarczonych w terminie przez Wykonawcę Produktów u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę, o której mowa w **§ 1 ust. 8** niniejszej umowy.
6. Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto przysługującego wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.
7. Kary umowne z tytułu nieterminowości (**ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu**) oraz kary umowne związane z odstąpieniem od umowy (**ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu**) spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji.

#### § 5.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

ze strony Wykonawcy –

tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

oraz

ze strony Zamawiającego –

tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
3. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym **§5** Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

#### § 6.

1. Wszelkie oświadczenia i informacje składane przez Strony wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w związku z Umową:

1) dla Wykonawcy –

2) dla Zamawiającego – 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

3. Strony wskazują następujące osoby do dokonywania uzgodnień w związku z wykonaniem Umowy

1) dla Wykonawcy –

2) dla Zamawiającego –

4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

5. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym **§6** Umowy nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

#### § 7.

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiegokolwiek osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o ile powstanie szkody zostało zawinione przez Wykonawcę.

2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu **ust. 1** niniejszego paragrafu, strony rozumieją okres obejmujący czas od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego do chwili odebrania przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę Produktów, w tym, w szczególności logistyczny proces dostarczenia Produktów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

#### § 8.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (**tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm**), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym odstąpienie od niej, mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (**tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm**), lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń (art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp):

a) ustawowej zmiany podatku VAT (zmianie ulegnie tylko cena brutto);

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym cen urzędowych przedmiotu umowy;

c) konieczności skrócenia terminu realizacji umowy gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, lub zmiany terminu realizacji niniejszej umowy będące skutkiem przypadków w niej przewidzianych w zakresie możliwości dokonania zmian – o ile zajdzie taka konieczność;

d) w sytuacjach, o których mowa w **§1 ust. 5**, **§1 ust. 14** oraz **§2 ust. 3 pkt b)**, **§10, ust. 2** niniejszej umowy;

e) w przypadku zmiany nieistotnej, na korzyść Zamawiającego;

f) w przypadku wystąpienia siły wyższej (poprzez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przewyższyć poprzez działalność z należytą starannością – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie) lub innej okoliczności wykluczającej winę wykonawcy. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy powstałe na skutek działania siły wyższej, o czym mowa w zadaniu poprzedzającym.

g) w przypadku uznania niewykonalności jednego lub większej liczby postanowień niniejszej umowy – niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień niniejszej umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym



postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze, z zastrzeżeniem zapisu **ust. 2, pkt f)** niniejszego paragrafu;

h) gdy zmiany są następstwem działania władz publicznych;

i) gdy zmiany są konieczne ze względu na zmianę warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana kontraktu realizacji świadczenia z NFZ lub następcą prawnym płatnika świadczeń) lub zmiany warunków programów w ramach których realizowany jest przedmiot umowy.

j) gdy zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

k) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana elementów składowych przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

l) odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego na poniższych zasadach:

I. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu

II. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem **art. 454 i art. 455 pzp**;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie **art. 108 pzp**;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE oraz dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

4) w sytuacji, o której mowa w **pkt. I, cz. II, ppkt. 1** – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

III. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nienależytego wykonania niniejszej umowy lub nie wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacjach opisanych w **§4 ust. 1 pkt a) i pkt b)** niniejszej umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

IV. W przypadkach, w których mowa w niniejszym punkcie, w **cz. I, II, III**, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy;

m) zaistnieje uzasadniona konieczność wyposażenia Zamawiającego w ramach umowy w element spełniający wymagania SWZ, lecz o parametrach lepszych niż zadeklarowane w ofercie Wykonawcy, o ile zaproponowany element spełniać będzie wymogi funkcjonalne, użytkowe, wymagania merytoryczno-formalne wynikające z uzgodnień z Zamawiającym oraz cena tego elementu nie zostanie zmieniona w stosunku do ceny ofertowej z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszej umowie.

*V. Zamawiający w trybie natychmiastowym, z winy Wykonawcy, odstępuje od umowy w całości, w przypadku, gdy poweźmie i potwierdzi informację, bez względu na etap realizacji niniejszej umowy, że w jej realizację jest zaangażowany podmiot/podmioty naruszający zakazy, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno Wykonawcy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienia jak i podwykonawców i dalszych podwykonawców.*

Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia (także w formie pisemnego aneksu do umowy), z tym, że:

- w przypadku zmiany wartości (cen) Produktów wynikających z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w **§2 ust. 3 pkt a)** niniejszej umowy następują one z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w **§2 ust. 3 pkt a)** niniejszej umowy w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w **§2 ust. 3 pkt a)** niniejszej umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości,

- w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w **§1 ust. 5** zmiana następuje automatycznie, bez konieczności składania oświadczenia ww. zakresie, chyba, że strony postanowią inaczej,

- w przypadku, o którym mowa w **pkt f)** niniejszego ustępu wymagane jest pisemne wykazanie faktycznego wpływu tych okoliczności na realizację umowy wraz z załączeniem stosownych dowodów. Decyzję co do zmian umowy będących następstwem powyższych okoliczności podejmuje Zamawiający, po przeanalizowaniu uzasadnienia Wykonawcy, biorąc pod uwagę obiektywne przesłanki i aktualną sytuację rynkową zarówno krajową jak i zagraniczną. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”;

## § 9.

1. Wykonawca winien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania prac montażowych i instalacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami i dokumentacją techniczną, w przypadku wykonywania takich prac.
2. Wszelkie działania i czynności Wykonawcy w zakresie wymienionym w **ust. 1** odbywają się na koszt Wykonawcy, uwzględniony wynagrodzeniu Wykonawcy.
3. Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę, w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją niniejszej umowy, mogą być wykorzystane tylko do celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile nie będzie to uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (**Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.**) lub innymi regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązujących u Zamawiającego, o ile Zamawiający uprzednio udostępnił je Wykonawcy.
5. Strony zobowiązują się do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119). Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za stosowanie we własnej działalności wskazanego rozporządzenia.

6. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
7. Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.
8. Jeśli w ramach umowy i w trakcie jej wykonywania Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, strony podpiszą umowę według wzoru zaakceptowanego przez Strony

#### § 10.

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wypełnianiu swoich obowiązków określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca, który nie może wykonać swoich obowiązków umownych z powodu zawinionego braku działania Zamawiającego, może pisemnie wyznaczyć Zamawiającemu termin na wykonanie działań w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań, a po bezskutecznym jego upływie, może samodzielnie przystąpić do wykonywania umowy, chyba, że bez działania Zamawiającego, świadczenie okaże się niemożliwe do wykonania. W takim przypadku strony ustalą nowy termin wykonania świadczenie wynikającego z przedmiotu umowy.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego i wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Spółka Szpitala Tczewskie S.A., z siedzibą w Tczewie – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (**t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z późn. zm.**) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Umowa niniejsza została sporządzona w **dwóch** jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
9. Załącznikami do niniejszej umowy są:
  - a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem w **załączniku nr 1 do SWZ** oraz **załącznik nr 3 do SWZ**, złożone przez Wykonawcę w jego ofercie, do postępowania nr: **00/TP/2024**,
  - b) Załącznik nr 2 - Ogólna Klauzula Informacyjna
  - c) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, złożona w postępowaniu nr: **00/TP/2024**, SWZ do postępowania nr: **00/TP/2024**, stanowią integralną część niniejszej umowy.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

**Prezes Zarządu**

**Maciej Bieliń**

## Załącznik nr 2 do projektu umowy

### OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

#### **1. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITAL TCZEWSKIE S.A. (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.

#### **2. Inspektor Ochrony Danych:**

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Adriana Głuchowska, tel. 696 011 969, e-mail: iod@szpitaletczewskiesa.pl,

#### **3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:**

Szpital może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

- 1) w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
  - ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
  - diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
  - zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
  - podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
  - zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
- 2) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO
- 3) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
- 4) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 5) w celu dokonania zakupu dostaw, usług, robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (pzp), a następnie prawidłowej realizacji zawartych umów w tym zakresie;
- 6) w celu dokonania zakupu dostaw, usług, robót budowlanych na podstawie innej niż ustawa pzp, w tym do dokonywania oceny dostawców, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie, w szczególności funkcjonującymi w związku z wprowadzonym systemem zarządzania jakością w Szpitalu;
- 7) w celach związanych z pozostałą współpracą ze Szpitalem.

#### **4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:**

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- 1) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym ze Szpitalem,
- 2) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Szpital,
- 3) podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
- 4) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
- 5) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
- 6) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- 7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

#### **5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:**

SZPITAL TCZEWSKIE S.A. może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

#### **6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

**7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:**

Ma Pani / Pan prawo do dostępu do treści swoich danych / danych małoletniego, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych / danych osobowych małoletniego narusza przepisy RODO

**8. Obowiązek podania danych:**

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

**9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:**

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

**OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ  
SKŁADANE W ZAKRESIE ART. 108, UST. 1, PKT 5  
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr **03/TP/2024**, na:

**DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

w imieniu:

\_\_\_\_\_ /  
(nazwa Wykonawcy)

niniejszym oświadczam(y), iż:

- 1) nie przynależę(ymy) \***
- 2) przynależę(ymy)\***

(\*niepotrzebne skreślić)

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę / ofertę częściową w niniejszym postępowaniu.

W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę podaję(emy) jej uczestników:

*(Wykonawca nie należący do tej samej grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla lub pozostawia niewypełnione).*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę / ofertę częściową, przedkładam dowody\*\* (dokumenty lub informacje) potwierdzające przygotowanie oferty / oferty częściowej niezależnie od tego Wykonawcy.

Jednocześnie oświadczami, że nie zawarliśmy jakiegokolwiek innego porozumienia z innymi wykonawcami mającego na celu zakłócenie konkurencji.

*(\*\*Dowody o których mowa, należy przedłożyć jako odrębne załączniki do niniejszego oświadczenia, z czytelnym wskazaniem czego dotyczą. Dowodami tymi mogą być w szczególności: umowy, wewnętrzne procedury, standardy, które gwarantują zarówno niezależność, jak i poufność przy opracowywaniu ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.)*

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. r.  
(miejscowość i data)

*Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.*

**DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117, UST. 4 , USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019r. PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY**

W związku z przetargiem nieograniczonym, prowadzonym przez Szpital Tczewskie S.A. nr **03/TP/2024**, na:

**DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

oświadczam(y), że

1. Wykonawca: \_\_\_\_\_,  
(podać pełną nazwę i adres Wykonawcy, a także w zależności od podmiotu jego NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zrealizuje następujące dostawy, usługi, roboty budowlane: \_\_\_\_\_

2. Wykonawca: \_\_\_\_\_,  
(podać pełną nazwę i adres Wykonawcy, a także w zależności od podmiotu jego NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zrealizuje następujące dostawy, usługi, roboty budowlane: \_\_\_\_\_

3. Wykonawca: \_\_\_\_\_,  
(podać pełną nazwę i adres Wykonawcy, a także w zależności od podmiotu jego NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zrealizuje następujące dostawy, usługi, roboty budowlane: \_\_\_\_\_

**Uwaga: Oświadczenie należy złożyć jeśli:**

1. Co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeśli Zamawiający określił taki warunek udziału w postępowaniu) i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117, ust. 2 pzp).

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te usługi są wymagane (art. 117, ust. 3 pzp), o ile Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

**Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTA (JEŚLI DOTYCZY)**

OŚWIADCZENIE WS. ZAOFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr **03/TP/2024**, na:

**DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

w imieniu:

\_\_\_\_\_  
(nazwa Wykonawcy)

niniejszym oświadczam(y), iż:

Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w przypadku wyrobów medycznych spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (**t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.**). W pozostałym zakresie ofertowany przedmiot zamówienia posiada niezbędne certyfikaty CE lub deklaracje zgodności. Jednocześnie zobowiązujemy się do ich okazania na każde wezwanie Zamawiającego zarówno na etapie prowadzonego postępowania jak i w trakcie realizacji umowy dotyczącej niniejszego zakresu.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

***Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.***

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW WYKONAWCY  
SKŁADANE ZGODNIE Z ART. 118 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**Uwaga:**

1. Niniejszego załącznika nie składają Wykonawcy, którzy nie korzystają z zasobów innych podmiotów.
2. W przypadku korzystania z zasobów więcej niż jednego podmiotu zobowiązanie to wypełnić dla każdego podmiotu oddzielnie.

W związku z przetargiem nieograniczonym prowadzonym przez Szpitala Tczewskie S.A. nr **03/TP/2024**, na:

**DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

Ja / My:

Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby	Adres podmiotu	Numer telefonu i adres e-mail oraz osoba odpowiedzialna
		Tel.: _____ E-mail: _____ Osoba odpowiedzialna: _____

Zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do oddania na rzecz \_\_\_\_\_  
*(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)*

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby (podać zakres udostępnianych zasobów): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Wskazujemy następujący sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Wskazujemy następujący charakter stosunku prawnego, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.  
 (miejscowość i data).

***Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.***

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (JEŚLI DOTYCZY)**



Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr **03/TP/2024**, na:

**DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

w imieniu:

\_\_\_\_\_  
(nazwa Wykonawcy)

niniejszym oświadczam(y), iż:

informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w **sek.I, pkt 1.1 SWZ** (art. 125 ust. 1 ustawy pzp), które złożyliśmy wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- o których mowa art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy pzp, oraz

- o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

są nadal aktualne,

jednocześnie oświadczamy, iż w realizację zamówienia nie będzie zaangażowany jakikolwiek podmiot lub podmioty, naruszający powyższe rygory i jesteśmy świadomi konsekwencji prawnych i finansowych naruszenia powyższych zastrzeżeń.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_. \_\_\_\_ r.  
(miejscowość i data)

*Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.*

**DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości i aktualności podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr **03/TP/2024**, na:

**DOSTAWĘ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO**

w imieniu:

\_\_\_\_\_  
(nazwa Wykonawcy)

Niniejszym na podstawie art. 127 ust. 2 pzp oświadczam(y), iż w posiadaniu Zamawiającego znajdują się następujące podmiotowe środki dowodowe:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;

które są prawidłowe i nadal aktualne

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. r.  
(miejscowość i data)

***Dokument ten należy podpisać elektronicznie, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ do niniejszego postępowania.***