

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stożecznej Policji
Zatwierdzam
podpis. Andrzej KORYCKI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Alkomat stacjonarny – 15 szt.

- Urządzenie ma dokonywać pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na zasadzie osłabienia promieniowania podczerwonego.
- Zakres pomiarowy wartości stężenia masowego etanolu w wydychanym powietrzu – od 0,00 mg/l do min 2,00 mg/l - i w takich jednostkach powinien być podawany wynik pomiaru.
- Konstrukcja analizatora powinna umożliwiać badanie za pomocą wymiennego ustnika.
- Dokładność pomiaru i odczytu – do dwóch miejsc po przecinku.
- Wyświetlanie wyniku pomiaru w postaci cyfrowej na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Wyświetlacz powinien umożliwiać odczyt w warunkach złego oświetlenia bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń oświetlających.
- Na wyświetlaczu powinny pojawiać się komendy (w języku polskim, lub w postaci zrozumiałych piktogramów) informujące o sposobie i czynnościach jakie należy wykonać przeprowadzając pomiar.
- Praca w zakresie temperatur od 0° C do 40° C.
- Analizator powinien być zaopatrzony w system kontroli ciągłości wydechu (zalecane sygnalizowanie dźwiękiem braku ciągłości).
- Zasilanie – 230V prąd przemienny (z gniazda sieciowego) oraz 12V prąd stały (z gniazda zapalniczki samochodowej).
- Zamocowany do obudowy uchwyt do przenoszenia urządzenia.
- Analizator winien posiadać wbudowane urządzenie do drukowania wyniku badania.
- Wydruk - na papierze z rolki.
- Wydruk powinien być w języku polskim i zawierać co najmniej następujące dane:
- Nazwę, typ i numer fabryczny analizatora,
- Datę (rok, miesiąc, dzień) i czas (godzina, minuta) dokonania pomiaru,
- Wynik pomiaru z jednostką miary,
- Miejsce na wpisanie danych personalnych osoby badanej oraz miejsce na pieczęć i podpis przeprowadzającego badanie,
- Wskazany jest aby wydruk zawierał datę ostatniej kalibracji lub datę następnej, objętość wydychanego powietrza i czas dmuchania.

Oferowane urządzenie powinno posiadać:

- świadectwo wzorcowania w min. 2 pkt pomiarowych np: 0,10mg/l i 0,25 mg/l, (przekazywane Zamawiającemu przy dostawie),
- instrukcję obsługi i gwarancję w języku polskim.

Ukompletowanie analizatora

- Analizator z wbudowanym urządzeniem drukującym
- Kabel zasilający dla prądu przemiennego
- Kabel zasilający dla prądu stałego z wtyczką do gniazda zapalniczki samochodowej.
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna w języku polskim
- Świadectwo wzorcowania z terminem ważności.
- 100 szt. ustników jednorazowych dedykowanych do urządzenia.

Dostarczane w komplecie z analizatorem ustniki muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dotyczące jakości zdrowotnej ustników, lub równoważnie zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że oferowany produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Okres gwarancji : minimum 24 miesiące.

KIEROWNIK
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stożecznej Policji
ml. asp. Marek LEWIŃSKI