



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM  
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 26.09.2023 r.

DZP – 33/2023

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Zakup sprzętu i aparatury" w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 3**

Respirator z uwagi na brak możliwości określenia daty zakończenia postępowania / zawarcia umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na zdefiniowanie terminu dostawy na 6 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z Roz. VI SWZ - Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30.11.2023r.

### **Pytanie nr 2 – dot. SWZ - przedmiotowe środki dowodowe**

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 3 – dot. SWZ - przedmiotowe środki dowodowe**

Dotyczy SWZ/ przedmiotowe środki dowodowe wymóg wskazania w katalogach „pakietu i pozycji, której dotyczą”

Czy Zamawiający ma na myśli wskazanie tylko nr pakietu oraz nazwy sprzętu, którego katalog dotyczy, czy wskazania w materiałach / katalogach każdego jednego parametru z opisu przedmiotu zamówienia? Jeśli Zamawiający wymaga wskazania każdego parametru, czy odstąpi od w/w wymogu z uwagi na krótki termin składania ofert?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ. Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do SWZ.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 4 – dot. Załącznika nr 1b do SWZ dla pakietu nr 3, pkt 97**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 5 – dot. § 3 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy**

Wykonawca zwraca się o zmianę w postanowieniu słowa „gwarantuje” na frazę „zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości”. Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego tj. art. 471 k.c. - za skutki zdarzeń, wynikające z działania lub zaniechania Wykonawcy na zasadzie winy, nie odpowiada za przypadek.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 6 – dot. § 3 ust. 9 Projektowanych postanowień umowy**

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i SN (por. wyroki SN II CKN 28/97, II CSK 476/12), podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy (wady istotne). Wszelkie inne usterki powinny być usuwane przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę postanowienia poprzez uzupełnienie postanowienia: „lub ujawnieniem innych istotnych wad w przedmiocie umowy”.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 7 – dot. § 6 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy**

Zgodnie z motywami dot. zmiany §3 ust. 9 Wykonawca zwraca się o usunięcie z postanowienia frazy „bez uwag”.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8 – dot. § 6 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy**

W związku z tym, że zgodnie z zasadami ogólnymi odsetki przysługują za opóźnienie w płatności (art. 481 §1 k.c.; podobnie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) a nie zwłokę. Ponadto, rodzaj odsetek oraz ich wysokość w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą regulowane są ww. ustawą. Wysokość należnych odsetek wynika zatem z właściwych przepisów.

Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na modyfikację ww. postanowienia poprzez wskazanie, iż chodzi w nim o „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9 – dot. § 8 ust. 1 lit. c) Projektowanych postanowień umowy**

Czy biorąc pod uwagę, że ryzyko finansowe związane z obciążeniem odszkodowaniem umownym wykonawcy są zmuszeni uwzględnić w cenie ofertowej Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary, o której mowa w tym postanowieniu na „250,00 zł”?

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż w zakresie § 8 ust. 1 lit. c) zostają wprowadzone do projektowanych postanowień umowy poniższe zapisy, które otrzymują brzmienie:

c) „za naruszenie względem ustalonego w Umowie i załącznikach do niej obowiązku Wykonawcy lub terminu realizacji z wyłączeniem ust. 1 lit. a) i b), w tym również obowiązku lub terminu wynikającego z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek”

**Pytanie nr 10 – dot. § 8 ust. 1 lit. e) Projektowanych postanowień umowy**

Zgodnie z art. 433 pkt 2) ustawy Pzp (zakazane postanowienia umowne) umowa nie może przewidywać naliczania kar umownych za naruszenia niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem umowy. W związku z powyższym w umowie na dostawę sprzętu wraz z serwisem gwarancyjny nie ma podstaw do ustalania kary za naruszenia dot. dostarczenia polisy, stąd zwracamy się o wykreślenie postanowienia.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 11 – dot. § 8 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy**

Wykonawca zwraca się o obniżenie limitu kar umownych do „20%”.

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż w zakresie § 8 ust. 4) zostają wprowadzone do projektowanych postanowień umowy poniższe zapisy, które otrzymują brzmienie:

4) „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może być większa niż 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy wartość, o której mowa w zdaniu pierwszym Stronom przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy za zasadach określonych w § 10 ust. 6 niniejszej Umowy z zachowaniem uprawnienia do naliczenia stosownej kary umownej na podstawie § 8 ust. 1 lit. d)”.

**Pytanie nr 12 – dot. § 9 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy**

Zgodnie z motywami dot. zmiany §3 ust. 9 Wykonawca zwraca się o usunięcie z postanowienia frazy „bez zastrzeżeń”.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 13 – dot. § 9 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy**

Dostawcy urządzeń medycznych nie świadczą, co do zasady, usług wypożyczenia sprzętu medycznego (utrzymywania go na stanie w celu oddania do korzystania w razie potrzeby Zamawiającemu). W związku z powyższym tego rodzaju zobowiązanie, jak wynikające z umowy może być trudne do wykonania bądź wiązać się z nadmiernymi (nieproporcjonalnymi do wartości świadczonych usług) kosztami, które będą musiały zostać w kalkulowane do ceny oferty Wykonawców. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z obowiązku wynikającego ze zdania 2.?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 14 – dot. § 9 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w postanowieniu słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Zgodnie z regulacjami art. 433 pkt 1) ustawy Pzp oraz art. 471 k.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści umowy.

Ponadto, prosimy o wykreślenie z postanowienia ust. 3 zd. 1. frazy „i ryzyko”. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie tego rodzaju zapisu stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne). Nadto, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za rzetelność i profesjonalizm usług świadczonych przez podmiot trzeci, wybrany przez Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 15 – dot. § 9 ust. 15 Projektowanych postanowień umowy**

Czy biorąc pod uwagę możliwość sprowadzania części zamiennych z zagranicy (do 10 dni roboczych) a także czas niezbędny na reakcję (48h w dni robocze) Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do „12 dni roboczych” od dnia złożenia reklamacji?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 16 – dot. § 9 ust. 16 Projektowanych postanowień umowy**

Stosownie do zmiany wnioskowanej w ust. 15 – zwracamy się o zmianę postanowienia poprzez ustalenie terminu na „10 dni roboczych”.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 17 – dot. § 9 ust. 19 Projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w postanowieniu słowa gwarantuje na „zobowiązuje się zapewnić” stosownie do wcześniejszych uwag Wykonawcy?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

**Pytanie nr 18 – dot. § 10 ust. 6 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy**

Jak zostało podkreślone wcześniej, Wykonawca co do zasady ponosi odpowiedzialność za zwłokę w realizacji zobowiązania. W celu zapobiegania potrzebie zerwania umowy, na zasadzie jak dla ust. 6 pkt 2) prosimy, aby Zamawiający zmodyfikował postanowienia zgodnie z propozycją: „(...) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał jej wykonywanie, a przerwa ta trwała łącznie dłużej niż 10 dni, pomimo dodatkowego wezwania, wyznaczającego 5 dniowy termin do usunięcia zastrzeżeń wymienionych przez Zamawiającego w wezwaniu nie nastąpiła zmiana sposobu wykonania umowy.”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w zakresie § 9 ust. 19) zostaje wprowadzony do projektowanych postanowień umowy poniższy zapis, który otrzymuje brzmienie:

*19) „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do Urzędnienia przez okres 7 (siedmiu) lat licząc od daty dostawy oraz zapewni serwis pogwarancyjny w tym okresie” .*

**Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:**

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4\\_bytom](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom) **do dnia 29.09.2023 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.09.2023 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia do dnia 28.10.2023 r.**

DYREKTOR  
Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie