



Szp/FZ – 63/489/2021

Wrocław, dnia 24.09.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń układu oddechowego metodą real-time pcr.*

INFORMACJA NR 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie odczynników pozwalających na 15 cykli zamrażania i rozmrażania co pozwoli na przedstawieni konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: *Zamawiający wyjaśnia, że zarówno odczynnik do izolacji kwasów nukleinowych jak i zestaw odczynników do reakcji real-time PCR muszą mieć możliwość przechowywania bez konieczności zamrażania przez co najmniej 7 dni po otwarciu. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie odczynników pozwalających na 15 cykli zamrażania i rozmrażania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

