

Numer sprawy: DZ.22.16.2023

Warszawa, 17.08.2023 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Aparatura pomiarowa w projekcie PL-5G: dostawa generatora sygnałów

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych¹ udzielam następujących wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia².

Pytanie 1:

Proszę o dopuszczenie generatora sygnałowego, którego Nie-harmoniczne (wartość gwarantowana) wynoszą -68dBc w zakresie 12-24GHz wobec wymagania -70dBc dla 20GHz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr proponowany przez wykonawcę, a także dokonuje modyfikacji parametrów zawartych w OPZ w następujący sposób:

Gwarantowany poziom nie-harmonicznych:

- @1 GHz na poziomie -70 dBc lub lepszym,
- @10 GHz na poziomie -60 dBc lub lepszym (względem wcześniejszego wymagania -70 dBc),
- @20 GHz na poziomie -55 dBc lub lepszym (względem wcześniejszego wymagania -70 dBc),
- @40 GHz na poziomie -55 dBc lub lepszym (względem wcześniejszego wymagania -60 dBc),

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że parametry typu moc wyjściowa, harmoniczne, nie-harmoniczne i szумы fazowe mają być parametrami gwarantowanymi, a nie typowymi czy mierzonymi?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że parametry typu moc wyjściowa, harmoniczne, nie-harmoniczne i szумы fazowe zgodnie z OPZ są parametrami gwarantowanymi

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora o harmonicznych:

- @1 GHz na poziomie niższym niż -33dBc,
- @10 GHz na poziomie niższym niż -55dBc,
- @20 GHz na poziomie niższym niż -55dBc?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora o harmonicznych

- @1 GHz na poziomie niższym niż -33dBc,
- @10 GHz na poziomie niższym niż -55dBc,

¹ Dalej: „ustawa Pzp”

² Dalej: „SWZ”

- @20 GHz na poziomie niższym niż -55dBc,

A także modyfikuje OPZ w następujący sposób:

Gwarantowany poziom harmonicznych:

- @1 GHz na poziomie -30 dBc lub lepszym (względem wcześniejszego wymagania -50 dBc)
- @10 GHz na poziomie -55 dBc lub lepszym,
- @20 GHz na poziomie -55 dBc lub lepszym,
- @40 GHz na poziomie -30 dBc lub lepszym,

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora o nie-harmonicznych:

- @1GHz na poziomie niższym niż -72dBc,
- @10GHz na poziomie niższym niż -69dBc,
- @20GHz na poziomie niższym niż -63dBc?
- @40GHz na poziomie niższym niż -57dBc?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora o nie- harmonicznych

- @1GHz na poziomie niższym niż -72dBc,
- @10GHz na poziomie niższym niż -69dBc,
- @20GHz na poziomie niższym niż -63dBc,
- @40GHz na poziomie niższym niż -57dBc,

a także modyfikuje OPZ w następujący sposób:

Gwarantowany poziom nie-harmonicznych:

- @1 GHz na poziomie -70 dBc lub lepszym,
- @10 GHz na poziomie -60 dBc lub lepszym (względem wcześniejszego wymagania -70 dBc),
- @20 GHz na poziomie -55 dBc lub lepszym (względem wcześniejszego wymagania -70 dBc),
- @40 GHz na poziomie -55 dBc lub lepszym (względem wcześniejszego wymagania -60 dBc),

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora o szumach fazowych SSB @1GHz na poziomie:

- nie większych niż -90dBc na offsecie 100Hz,
- nie większych niż -130dBc na offsecie 20kHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza generator, którego poziom szumów fazowych SSB @1GHz wynosi

- nie więcej niż -90dBc na offsecie 100Hz,

Zamawiający nie dopuszcza generatora, dla którego nie są wyspecyfikowane parametry szumów fazowych dla @1GHz na offsecie 10 kHz i 10 MHz.

I modyfikuje OPZ w następujący sposób:

Szumy fazowe SSB @1 GHz na poziomie:

- -90 dBc/Hz lub mniej (offset 100 Hz) (względem wcześniejszego wymagania -110 dBc/Hz),
- -130 dBc/Hz lub mniej (offset 10 kHz) (względem wcześniejszego wymagania -140 dBc/Hz),
- -150 dBc/Hz lub mniej (offset 10 MHz) (względem wcześniejszego wymagania -155 dBc/

Mając na uwadze udzielone wyjaśnienia treści SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści dokumentów zamówienia w zakresie:

- 1) załącznika nr 1 do SWZ – OPZ - aktualna wersja to plik pn. załącznik nr 1 do SWZ – OPZ (po zmianach z dnia 17.08.2023 r.)
- 2) załącznika nr 2 do SWZ – Formularz oferty - aktualna wersja to plik pn. załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty (po zmianach z dnia 17.08.2023 r.)

- 3) załącznika nr 6 do SWZ – PPU- aktualna wersja to plik pn. załącznik nr 6 do SWZ – PPU (po zmianach z dnia 17.08.2023 r.)
- 4) **terminu składania i otwarcia ofert:** z dnia 23.08.2023 r. (odpowiednio godziny 10.00 i 10.30) na dzień 28.08.2023 r. (godziny pozostają bez zmian).
- 5) **postanowień pkt. 13, 14.1 i 14.3 SWZ, które otrzymują nowe brzmienie:**
 - a) pkt 13: „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **25.11.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
 - b) pkt.14.1: „Oferty winny być złożone w sposób określony w rozdziale 9 SWZ, do dnia **28.08.2023r. do godz. 10:00 czasu lokalnego.**”
 - c) pkt 14.3: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.08.2023r.o godz. 10:30 czasu lokalnego**”.

Podpis kierownika Zamawiającego