

EZP/.....1636...../19

Wrocław, 29.11.2019

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na sukcesywne dostawy oprzyrządowania do aparatury z podziałem na 6 pakietów, postępowanie znak: ZP/PN/61/19/LOBO/JHP**

#### Pytanie nr 1

Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, raspator dł. 235 mm, pozostałe parametry bez zmian.

#### Odpowiedz zamawiającego

**Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

-----

#### Pytanie nr 2

1. Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, raspator dł. 235 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego: Nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.**

2. Pytanie 1 Pakiet 5 pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu.

**Odpowiedź zamawiającego: nr REF: 3375834. Wyrób ma być kompatybilny z przyrządowaniem do monitora Delta Infinity.**

3. Pytanie 2 Pakiet 5 pozycja 6 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu.

**Odpowiedź zamawiającego: nr REF: 3368433. Wyrób ma być kompatybilny z przyrządowaniem do monitora Delta Infinity.**

4. Pytanie 3 Pakiet 5 pozycja 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu SpO2 o długości 2,4 metra ?

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

5. Pytanie 4 Pakiet 5 pozycja 6 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu SpO2 o długości 2,4 metra ?

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

6. Pytanie 5 Pakiet 5 pozycja 12 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 10 – 15 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

7. Pytanie 6 Pakiet 5 pozycja 14 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 14 – 26 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

8. Pytanie 7 Pakiet 5 pozycja 15 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 21 – 28 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

9. Pytanie 8 Pakiet 5 pozycja 16 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 25 – 35 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

10. Pytanie 9 Pakiet 5 pozycja 17 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu rozmiar 33 – 47 cm ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

11. Pytanie 10 Pakiet 5 pozycja 13 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy

Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF drenu. Prosimy o podanie rodzaju konektora w drenie.


**Odpowiedź zamawiającego: Wyrób ma być kompatybilny z oprzyrządowaniem do monitora Delta Infinity.**

12. Pytanie 11 Pakiet 5 Pozycja 2,8,9,10 Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 5, wydzieli pozycje: 2,8,9,10 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź zamawiającego: Nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.**

13. Pytanie 12 Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław  
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;  
faks: 71 36-89-219  
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



**Odpowiedź zamawiającego: Nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i pozostawia zapis jak w SIWZ.**

-----  
Pytanie nr 3

Pakiet 5 pozycja 13:

Prosimy o dopuszczenie dren łączący NIPC o długości 3,7m zamiast 3m.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź zamawiającego: Wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów w SIWZ**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

*mgr Krzysztof Staśkiewicz*

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
*Jolanta Harfacz-Przestalska*  
mgr Jolanta Harfacz-Przestalska

Przygotowała:  
Jolanta Harfacz-Przestalska