

Tarnów, dnia 06.07.2020r.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.MJ.46. 2490 /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający w Zakresie 33 (cewnik do usuwania skrzeplin) dopuści cewnik z tipem taperowanym, ułatwiającym dostarczalność cewnika w rejon pracy, wzmocniony metalowym rdzeniem, z przepływem 107,4 cm sześciennych/min, zamiast 54 cm sześciennych/min, z markerami na 95cm i 105 cm, spełniający pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w Zakresie 35 (balon do kontrapulsacji) dopuści balon do kontrapulsacji z pojemnością 50cc o średnicy 9F, dla pacjentów dorosłych, z balonami o konstrukcji co-axial, ze szwowym mocowaniem cewnika i zbrojeniem ułatwiającymi implantację dla pojemności 30cc i 40cc?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający w Zakresie 46 dopuści mikrocewnik o korzystniejszych średnicach szafu : proksymalnie 2,5F, dystalnie 1,8F, o długościach 130cm i 150cm, kanałem wewnętrznym dystalnie 0,017" i proksymalnie 0,021", pokrytym PTFE, pokryty hydrofilnie 40cm dystalnie, ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech