



ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 45001
ISO 22000

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

www.biziel.umk.pl e-mail: kancelaria@biziel.pl tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/54/P/23

Bydgoszcz, dnia 20.09.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – *Dostawa implantów laryngologicznych.*

Działając na podstawie art. 135 ustawy ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. – w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1, załącznik 1, punkt 5:

Dotyczy: „*W ramach oferowanej ceny dostarczenie dodatkowego przewodu łączącego procesor z transmittersem lub dodatkowego przewodu zintegrowanego z transmittersem*”.

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie powyższego punktu?

Uzasadnienie: Zamawiający jest w posiadaniu pełnego wymaganego oprzyrządowania do ustawień procesorów dźwięku, w tym transmittersa i przewodów, dostarczonych w ramach poprzedniej umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie będzie wymagał zaoferowania przewodów, o których mowa w pkt. 5 przedmiotu zamówienia – tabela.

Pytanie 2, załącznik 1, punkt 1:

Dotyczy: „*Możliwość współpracy z implantami ślimakowymi: CI24M, CI24R, CI24RE, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632*”

Czy Zamawiający zgodzi się na: „*Możliwość współpracy z implantami ślimakowymi: Nucleus 22, CI24M, CI24R, CI24RE, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632*”.

Uzasadnienie: Dodanie wymagania, aby dostarczone procesory dźwięku współpracowały dodatkowo z serią implantów ślimakowych Nucleus 22, zapewni pełną kompatybilność między zamawianymi procesorami dźwięku a odpowiednimi generacjami implantów ślimakowych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza, aby procesory dźwięku współpracowały również z implantami ślimakowymi *Nucleus 22, CI24M, CI24R, CI24RE, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632.*

Zamawiający