



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 5/ZP/2020
DZP/ 144 /2020

Zgorzelec, dnia 02.04.2020r

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy drobnego sprzętu i artykułów jednorazowych do badań i zabiegów endoskopowych.

ZAPYTANIE NR 1

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 6

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych do dróg żółciowych 2,5 cm na cewnik 6.6 i 8 Fr, długość 185 dla cewnika 6.6Fr i 200 cm dla cewnika 8Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 7 Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 3, 4, 9, 14, 17, 19 i dopuści:

Poz. 3 Sfinkterotom obrotowy 360 stopni trójkanałowy jednorazowy z cięciwa monofilament do nacięcia brodawki i dostępu do dróg żółciowych, długość 200cm, nasek 5mm, długość cięciwy tnącej 25mm, średnica końcówki dystalnej taperowana do 5Fr.

Poz. 19 Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, dostępne w długościach 195cm i 230cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 8 Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 3, 5, 6 i dopuści:

Poz. 3 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.3mm i 3.0mm, długość robocza 180 i 230cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Poz. 5 Igła jednorazowego użytku 22, 25 G do biopsji cienkoigłowej pod kontrolą EUS (FNB), osłonka o średnicy 1.8 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Poz. 6 Igła jednorazowego użytku 22, 25, 19 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNA), osłonka o średnicy 1,8mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu oraz zaoferowanie powyższych przedmiotów.

Pakiet nr 9 Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 3.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora
Aneta Mrygoń
Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych**

Otrzymują:

- 1) www.spzoz.zgorzelec.pl
- 3) a/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl