

Dreżdenko, dnia 12 lipca 2024 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/14/2024

WYJAŚNIENIA

Pytanie 1

Pakiet 1, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawicy o zawartości protein max.100µg/g, rękawica oznakowana jako wyrób medycznych kl.I i środek ochrony indywidualnej w kat.III typ C, pozostałe zgodne?

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawicy, wewnątrz chlorowanej, pozostałe zgodne?

Odp. do pytania 2

W dodatku nr 2 do zapytania ofertowego zawarty jest zapis, że dopuszcza się złożenie oferty na rękawice o chlorowanej powierzchni wewnętrznej.

Pytanie 3

Pakiet 1, poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza rękawice wewnątrz chlorowane bez obustronnej polimeryzacji?

Odp. do pytania 3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 3 na rękawice wewnątrz chlorowane bez obustronnej polimeryzacji.

Pytanie 4

Pakiet nr 1, poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawicy diagnostycznej winylowej oznakowanej jako wyrób medycznych kl.I i środek ochrony indywidualnej w kat.III typ B, pozostałe zgodne.

Odp. do pytania 4

Nie stawia się dodatkowych wymagań dotyczących typu rękawic, w zakresie wymaganej kategorii rękawicy, klasyfikowanej jako środek ochrony indywidualnej.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 12.07.2024 r.