

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**

ul. Wojska Polskiego 57  
05- 430 Celestynów



Celestynów, dn. 27 lipca 2020 r.

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**Dotyczy:** odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania na: „Dostawę zestawu polowej placówki medycznej Poziomu 1” – sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN.

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Zamawiający – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej z siedzibą w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego 57 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę zestawu polowej placówki medycznej Poziomu 1” – sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 04.03.2020 r. pod nr 2020/S 045-106130, do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

**Oferta nr 1:**

Firma (nazwa): Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o.

Adres (siedziba): ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

**I. WYKLUCZENIA**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie wykluczył Wykonawcy.

**II. ODRZUCENIA**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę Wykonawcy Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z niespełnieniem przez zaoferowany asortyment dot. specyfikacji technicznej dla namiotów pkt. 22 ppkt 4 warunków określonych w Wymaganiach Eksploatacyjno – Technicznych stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2– jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W ww. punkcie Zamawiający określił wymagania, co do możliwości eksploatacji w temperaturze otoczenia od -40 st. C do +49 st. C, natomiast Wykonawca w złożonym do oferty oświadczeniu zaoferował zakres temperatury „-30 st. C do +70 st. C” – parametr niezgodny z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **III. UNIEWAŻNIENIA**

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**KOMENDANT**

**/-/ wz. ppłk Marek CZERWIŃSKI**