



Puck, dn. 17.05.2024 r.

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansu drogowego typu B oraz ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, znak ZP/11/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
	Dotyczy części 1 i 2	
1.	Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania ambulansu z rokiem produkcji 2024, zabudowanym na pojeździe kompletnym (pojazd bazowy) z 2023.	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ
2.	Czy Zamawiający wymaga, aby ambulans jako pojazd wykorzystywany do działań ratowniczych był wyposażony w fabryczny system dedykowany dla „służb państwowych” umożliwiający dalszą jazdę (nawet do 50 km) bez obniżenia mocy lub zatrzymania pojazdu w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymaganego poziomu.	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby ambulans jako pojazd wykorzystywany do działań ratowniczych był wyposażony w fabryczny system dedykowany dla „służb państwowych” umożliwiający dalszą jazdę (nawet do 50 km) bez obniżenia mocy lub zatrzymania pojazdu w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymaganego poziomu.
3.	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse bez czujnika martwego pola?	Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ
4.	Czy zamawiający poprzez wymóg opona zimowa – komplet – 4 szt. rozumie oponę zimową wraz z felgą oraz czujnikami ciśnienia czy tylko samą oponę zimową?	Zamawiający poprzez wymóg opona zimowa rozumie oponę zimową wraz z felgą oraz czujnikami ciśnienia.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 16.05.2024 r.