

Wykonawcy postępowania

ZP/18/2024

Łódź, dn. 23.02.2024 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na *Dostawę stołów formalinowych.*

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

dotyczy: SWZ ust. 5.3 warunki udziału w postępowaniu

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wymogu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej do łącznej wartości 230 000,00 zł brutto, a tym samym wprowadzenie następującej zmiany z zapisie:

z istniejącego: „...Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 dostawy stołów formalinowych lub dygestoriów o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (łącznie)...”

na: „Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 dostawy stołów formalinowych lub dygestoriów o wartości, co najmniej 230 000,00 zł brutto (łącznie).” Zmiana powyższa stanowi obniżenie progu zaledwie o 23,3 %, a pozwala ni na udział w postępowaniu większej ilości oferentów i tym samym zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę. W załączeniu modyfikacja SWZ.

Pytanie 2:

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §10 ust. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację następującego zapisu

z: „...1 W sytuacji, gdy przez okres gwarancyjny Towaru ulegał będzie 3-krotnej istotnej awarii lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad Zamawiający może wedle swojego wyboru...”,

na: „ ...1 W sytuacji, gdy przez okres gwarancyjny Towaru ulegał będzie 3-krotnej awarii tego samego podzespołu lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad Zamawiający może wedle swojego wyboru...”. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, co dokładnie ma na myśli Zamawiający stosując w sformułowaniu słowo „istotnej”, jest to bowiem określenie podlegające bardzo szerokiej interpretacji.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie 3:

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §9 ust. 1-4,6

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1-4, 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy.

Pytanie 4:

dotyczy: Załącznik nr 4 (Wzór umowy) §9

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 5:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 1 (lp.1)

W związku z faktem, iż stoły formalinowe z zasady nie są klasyfikowane jako wyroby medyczne, prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania deklaracji zgodności IVD dla wyrobu. Zgodnie z definicją wyrób medyczny do diagnostyki in vitro to:

„wyrób medyczny będący odczynnikiem, produktem odczynnikowym, kalibratorem, materiałem kontrolnym, zestawem, przyrządem, aparatem, sprzętem lub systemem, stosowanym samodzielnie lub w połączeniu, **przeznaczony przez wytwórcę do stosowania in vitro do badania próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym krwi i tkanek**, wyłącznie lub głównie w celu dostarczenia informacji:

- stanie fizjologicznym lub patologicznym,
- wadach wrodzonych,
- do ustalenia bezpieczeństwa dla potencjalnego biorcy i zgodności z potencjalnym biorcą,
- do monitorowania działań terapeutycznych (...)

Ponieważ sam stół formalinowy nie ma bezpośredniego kontaktu z tkanką, nie powinien być klasyfikowany jako wyrób medyczny. Stanowisko formalinowe wspomaga proces pracy z materiałem histopatologicznym poprzez systemy zbierania oparów, pozwala na stosowanie dodatkowych elementów związanych z makro obrazowaniem.

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 2017/746 (IVDR) zastępuje Dyrektywę 98/79/WE. W nowym rozporządzeniu IVDR, podobnie jak w przypadku Rozporządzenia 2017/745 (MDR) dostosowuje się przepisy UE do postępu technologicznego, zmian zachodzących w medycynie oraz postępów w stanowieniu prawa.

Stoły są urządzeniami elektrycznymi i w związku z czym posiadają oznakowanie CE i związaną z tym dokumentację.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 9 (lp.9)

Prosimy o potwierdzenie, że detektor stężenia formaldehydu wraz z wyświetlaczem, w ramach zapewnienia najlepszego bezpieczeństwa użytkownika ma znajdować się wewnątrz przestrzeni roboczej urządzenia.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 9 (lp.9)

Prosimy o potwierdzenie, że detektor stężenia formaldehydu musi posiadać własny wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 4" i znajdować się w polu widzenia użytkownika a nie na wyświetlaczu pracy urządzenia.

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 10 (lp.10)

Prosimy o informację, czy Zamawiający w układzie wentylacyjnym stołów przewidział filtry węglowe, HEPA na końcówce układu wentylacyjnego. Stosowanie podwójnego układu filtracji (filtry zlokalizowane w urządzeniu oraz filtry zlokalizowane na końcu układu – przeważnie na dachu budynku) będą znacząco zmniejszać wydajność układu filtracji stołu, z tego względu optymalne jest stosowanie filtrów na dachu, lub zastosowanie wyłącznie jednego sposobu filtracji. Zwracamy też uwagę że filtry HEPA same w sobie stanowią obciążenie układu wentylacji – prosimy o weryfikację czy ich użycie jest niezbędne, gdyż rutynowo nie się stosowane w stołach formalinowych, zwłaszcza że zamawiający wymaga czujników stężenia formaliny, które jasno będą wskazywać na jakość powietrza.

Odpowiedź:

Nawiew i wywiew w tych pomieszczeniach realizowany jest przez centralę NW15, która posiada filtry na wywiewie i nawiewie B.FLR.M5. Nie są to filtry HEPA. Zamawiający nie wymaga filtrów Hepa, ale wymaga dostarczenia filtrów formalinowych w układzie stołu.

Pytanie 9:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 12 (lp.12)

Prosimy o potwierdzenie że gniazdka mają znajdować się w górnej części stołu – np. nad 2gą półką.

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 13 (lp.13)

Prosimy o potwierdzenie że wyświetlacze mają być zlokalizowane wewnątrz przestrzeni roboczej stołu a nie na obudowie zewnętrznej urządzenia.

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 13 (lp.13)

Prosimy o potwierdzenie, że elektroniczny system dozowania i odbioru zużytej formaliny ma współpracować z dowolnymi kanistrami dostępnymi na rynku w przedziale od minimum 5-20L.

Odpowiedź:

Tak ma współpracować. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 17 (lp.17)

Prosimy o informację czy woda bieżąca ma być sterowana za pomocą pedału nożnego?

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 19 (lp.19)

Prosimy o potwierdzenie czy lampa musi posiadać minimalne parametry?

- żywotność 8 000 godzin pracy
- zakres UVC 253 nm
- **90% skuteczność dla (*E. Coli, Neisseria, Proteus vulgaris, Pseudomonas seruginosa, Pseudomonas fluorescens, Bacilli dysenteriae, Styphylococcus epideermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Aspergillus Niger*)**

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 20 (lp.20)

Prosimy o potwierdzenie że wskazana stacja znajduje się w posiadaniu zamawiającego i nie jest elementem niniejszej wyceny. Prosimy Zamawiającego o wskazanie przekątnej monitora znajdującego się w posiadanej stacji Millestone.

Odpowiedź:

Tak. Przekątna monitora: 23,8. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 15:

dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia Pozycja 23 (lp.23)

Prosimy o wskazanie wysokości pomieszczenia w celu możliwości zaprojektowania dodatkowego elementu maskującego.

Odpowiedź:

Wysokość pomieszczenia wynosi 251,5 cm.

Termin składania ofert i złożenia wadium został przesunięty w dniu dzisiejszym z dnia 26.02.2024 r. do godz. 12.00 na dzień 01.03.2024 r. do godz. 12.00.

Z-ca Dyrektora

Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi