



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4  
W BYTOMIU**

**ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM**

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567  
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 18.05.2022 r.

**DZP – 10/2022**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów do diagnostyki wraz z dzierżawą analizatorów i wyposażenia dodatkowego**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

**Pytanie nr 1 – dot. Załącznika Nr 1A do SWZ - Pakiet nr 2 i 3**

Czy Zamawiający w kolumnie „cena jedn. Netto” ma na myśli cenę jednostkową netto za 1 opakowanie?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 2 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 1 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt nr 13) oraz Pakiet nr 4 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt nr 22)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Czas oczekiwania na reakcję serwisu do 48 godz. w dni robocze”?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany załącznik 1B w zakresie pakietu nr 1 oraz pakietu nr 4.

**Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 1 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów z pakietów 1 i 4 do 8 tygodni?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w

zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany załącznik Nr 5 do SWZ – Pakiet nr 1, 3-8.

**Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 1 poz. 16**

Czy w pozycji 16 Zamawiający ma na myśli selektywne podłoże chromogenne do badań przesiewowych opornych na kolistynę bakterii Gram-ujemnych takich jak E.coli, K.pneumoniae, Salmonella spp. , Enterobacter spp. z próbek klinicznych oraz jednocześnie do potwierdzenia oporności na kolistynę z izolowanych kolonii dla E.coli, K.pneumoniae, Salmonella spp z użyciem tego samego podłoża?

**Odp.:** Tak, Zamawiający ma na myśli selektywne podłoże chromogenne do badań przesiewowych opornych na kolistynę bakterii Gram-ujemnych takich jak E.coli, K.pneumoniae, Salmonella spp. , Enterobacter spp. z próbek klinicznych oraz jednocześnie do potwierdzenia oporności na kolistynę z izolowanych kolonii dla E.coli, K.pneumoniae, Salmonella spp z użyciem tego samego podłoża.

**Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający wymaga, aby w pozycji 1 były ujęte podstawowe paski np. benzylopenicylina, kolistyna, meropenem?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 2**

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści paski z gradientem stężeń konfekcjonowanych w formie blistra, lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych w odniesieniu do pakietu nr 1, 4 – 8?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 9 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 16 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu, w formie papierowej i elektronicznej, karty charakterystyki odczynników (komplet). W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych dokumentów na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ....”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 10 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 17 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcje techniczne w języku polskim wraz z kolorowymi ulotkami w formie papierowej i elektronicznej – dotyczy Pakietu nr 1. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia ulotek w formie papierowej i elektronicznej oraz instrukcji w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ....”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 11 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 18 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca z każdą dostawą dostarczy Zamawiającemu, w formie papierowej i elektronicznej, świadectwa kontroli jakości. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia świadectw kontroli jakości wraz z każdorazową dostawą w formie papierowej i elektronicznej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ....”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 12 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu dzierżawy do 56 dni a tym samym modyfikacji postanowienia umownego na: „Transport przedmiotu dzierżawy, ubezpieczenie, montaż i uruchomienie, a także szkolenie personelu (udokumentowanego certyfikatami) będą wykonane na koszt Wykonawcy w terminie do 56 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 13 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonych na dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu dzierżawy do 21 dni a tym samym modyfikacji postanowienia umownego na: „Transport przedmiotu dzierżawy, ubezpieczenie, montaż i uruchomienie, a także szkolenie personelu (udokumentowanego certyfikatami) będą wykonane na koszt Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 14 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 9 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W razie awarii przedmiotu dzierżawy Wykonawca przystąpi do naprawy (czas oczekiwania na reakcję serwisu) przedmiotu dzierżawy w ciągu 48 godzin w dni robocze licząc od momentu zgłoszenia, niezależnie od dnia tygodnia, chyba, że zapisy Załącznika Nr 2 stanowią inaczej. Naprawa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. Zgłoszenie awarii możliwe będzie faxem lub poprzez e-mail (przy czym fax i e-mail będzie traktowany, jako forma pisemna). Dokonywanie zgłoszeń awarii przez Zamawiającego jest możliwe niezależnie od dnia tygodnia”?

**Odp.:** Nie. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zgłoszeń awarii przez Zamawiającego niezależnie od dnia tygodnia.

**Pytanie nr 15 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 11 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku niesprawności przedmiotu dzierżawy powyżej 4 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia, chyba, że zapisy Załącznika Nr 2 do umowy stanowią inaczej, Wykonawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu maksymalnie 72 godzin w dni robocze, skonfigurowany z systemem informatycznym Zamawiającego”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 16 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 12 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapewni zabezpieczenie i pokrycie kosztów wykonywania badań w innym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym wskazanym przez Zamawiającego wraz z kosztami transportu w czasie przeglądów konserwacyjnych oraz w czasie awarii analizatora trwającej powyżej 8 godzin dla całego panelu badań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, zleconych w trybie cito, jeżeli Zamawiający nie dysponuje innym sprawnym analizatorem umożliwiającym wykonanie zleconych badań, chyba, że zapisy Załącznika Nr 2 stanowią inaczej”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 17 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.3 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za każde stwierdzone naruszenie postanowień §3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto danego pakietu należnego Wykonawcy”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej.

**Pytanie nr 18 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.4 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 – 18 karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto danego pakietu licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku o którym mowa w §3 ust. 16 –18.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 19 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §10 ust. 1 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji do 7 dni roboczych liczonych od daty jej zgłoszenia?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 20 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §10 ust. 2 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca w czasie 3 dni roboczych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 21 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 3 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy Wykonawca dostarczy w postaci elektronicznej instrukcje obsługi i metodyki badań w języku polskim i paszporty dla przedmiotu dzierżawy. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia dokumentów w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ....”?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5 do SWZ.

**Pytanie nr 22 – dot. Załącznika Nr 5.1 do SWZ – dot. Pakietu nr 2 - §3 ust. 8 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości każdorazowego zamówienia w jednorazowej dostawie. Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w realizacji dostawy częściowej, z zastrzeżeniem ust. 9”?



**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 23 – dot. Załącznika Nr 5.1 do SWZ – dot. Pakietu nr 2 - §3 ust. 16 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu, w formie papierowej i elektronicznej, karty charakterystyki odczynników (komplet). W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia kart charakterystyk w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie kart charakterystyk w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: [www.....](http://www.....)”?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5.1 do SWZ.

**Pytanie nr 24 – dot. Załącznika Nr 5.1 do SWZ – dot. Pakietu nr 2 - §3 ust. 17 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca z każdą dostawą dostarczy Zamawiającemu, w formie papierowej i elektronicznej, świadectwa kontroli jakości. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia świadectw kontroli jakości wraz z każdorazową dostawą w formie papierowej i elektronicznej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: [www.....](http://www.....)”?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5.1 do SWZ.

**Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klimatyzatora i lodówki nie starszych niż 2019?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 26 – dot. Załącznika Nr 1A do SWZ – Pakiet Nr 6**

Prosimy o wskazanie, które z wyspecyfikowanych w tabeli nr 1 testów będą wykonywane na obu analizatorach i dotyczy ich wymóg “- dla 25% całego asortymentu testowego uwzględnił dodatkową ilość odczynników niezbędną do wykonania kalibracji równoległe na obydwu analizatorach,” - powyższe jest niezbędne do prawidłowego oszacowania oferty i uniknięcia zawyżenia kosztów oferty.

**Odp.:** Troponina\* hs/ ultraczuła/ wysokoczuła\*, CK-MB mass.

**Pytanie nr 27 – dot. Załącznika Nr 1A do SWZ – Pakiet Nr 6**

W związku z faktem, iż cena jednostkowa netto badania może być jedynie przybliżoną ceną informacyjną, zapisaną z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przyjęcie zaokrąglonej wartości wskazanej jako cena jedn. netto badania spowoduje błędne wyliczenie wartości netto i brutto badań. Tym samym poszczególne wartości netto i brutto badań również będą ceną informacyjną zapisaną z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W związku z powyższym oraz zapisem, iż całkowita wartość tabeli nr 1 ma być równa

całkowitej wartości tabeli nr 2 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby poszczególne wartości były jedynie zapisane w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku, jednak łączna wartość netto i brutto badań stanowić ma sumę wszystkich badań wyliczoną z pełnych wartości bez zaokrągleń do dwóch miejsc.

**Odp.:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 28 – dot. Załącznika Nr 3 (umowa powierzenia) - §2 ust. 1 pkt 1**

Czy Zamawiający w myśl zasady minimalizacji danych wyraża zgodę na ograniczenie kategorii osób oraz kategorii danych wymienionych w X umowy powierzenia z uwagi na brak konieczności przetwarzania tak szerokiego zakresu danych w związku z charakterem wykonywania umowy zasadniczej i może wprowadzić stosowne zmiany we wzorze umowy? Czy Zamawiający potwierdza, że do wszystkich tych danych Wykonawca w ramach umowy zasadniczej będzie miał dostęp?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 29 – dot. Załącznika Nr 3 (umowa powierzenia) - §4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 2 dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Załącznika Nr 3 do Umowy.

**Pytanie nr 30 – dot. Załącznika Nr 3 (umowa powierzenia) - §5**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy?

Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: "Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 3 do Umowy.

**Pytanie nr 31 – dot. Załącznika Nr 3 (umowa powierzenia) - §5 ust. 1 lit b-c**

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązywania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Załącznika Nr 3 do Umowy.

**Pytanie nr 32 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do Umowy.

**Pytanie nr 33 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 34 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 35 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 16-18 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 36 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 37 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 12 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający może udzielić informacji, w jakiej placówce będą wykonywane badania



– na koszt Wykonawcy - w okolicznościach, o których mowa w umowie?

**Odp.:** Nie.

**Pytanie nr 38 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 12 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 39 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 14-16 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na, (w ramach wynagrodzenia”?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 40 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 15 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że „Wykonawca pokrywa w ramach wynagrodzenia, koszty napraw wynikających z normalnego zgodnego z instrukcją użytkowania aparatu”?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 41 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.3 oraz 1.4 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 42 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.6 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 43 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 3 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie " wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 44 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §10 ust. 1 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do Umowy.

**Pytanie nr 45 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §11 ust. 6 lit a) projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 46 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §11 ust. 6 lit a) projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 47 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §11 ust. 4 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne;

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

**Odp.:** Zgodnie z zapisami §11 ust. 4 lit d) oraz lit. e).

**Pytanie nr 48 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §11 ust. 4 lit h) (powinno być §12 ust. 4 lit h) projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5 do SWZ.

**Pytanie nr 49 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §12 ust. 19) projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 50 – dot. Załącznika Nr 3 (umowa powierzenia)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania analizatorów i ich oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorów?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 5**

Proszę o potwierdzenie, że analizatory podstawowy i rezerwowy każdy o wydajności do 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz 400 oznaczeń ISE na godzinę spełniają wymagania Zamawiającego w odniesieniu wydajności analizatorów.

**Odp.:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym elektrod referencyjnych i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tych elektrod. Płyny i elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

**Odp.:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „Wszystkie odczynniki gotowe do użycia” jeżeli jedynie 3 odczynniki wymagają zmieszania ze sobą części składników?

**Odp.:** Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

**Pytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 5**

W związku z zapisem w Załączniku nr 1A do SWZ – Pakiet nr 2 „Płyny systemowe i materiały zużywalne kalkulowane w sposób zapewniający ciągłą gotowość do pracy obydwu analizatorów, całodobową pracę analizatora podstawowego przez 7 dni w tygodniu, a także umożliwić równoczesne wykonanie minimum 10% poszczególnych, wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w tabeli nr 1 na analizatorze rezerwowym oraz podjęcie pracy przez analizator rezerwowy w przypadku awarii lub przeglądów lub zaawansowanych czynności konserwacyjnych analizatora podstawowego” prosimy o wymienienie poszczególnych pozycji odczynnikowych, które Zamawiający planuje wykonywać jednocześnie na obu analizatorach.

**Odp.:** Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1A do SWZ dla Pakietu nr 5 na: „Płyny systemowe i materiały zużywalne kalkulowane w sposób zapewniający ciągłą gotowość do pracy obydwu analizatorów, całodobową pracę analizatora podstawowego przez 7 dni w tygodniu, a także umożliwić równoczesne wykonanie minimum 10% poszczególnych, wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w tabeli nr 1 na analizatorze rezerwowym oraz podjęcie pracy przez analizator rezerwowy w przypadku awarii lub przeglądów lub zaawansowanych czynności konserwacyjnych analizatora podstawowego”. Pozycje odczynnikowe, które Zamawiający planuje wykonywać na analizatorze rezerwowym w przypadku awarii lub przeglądów lub zaawansowanych czynności konserwacyjnych analizatora podstawowego to wszystkie testy wyszczególnione w tabeli nr 1 w Załączniku nr 1A do SWZ dla Pakietu nr 5.

**Pytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 5**

W związku z tym, iż Zamawiający przewiduje rutynowe jednoczesne wykonywanie niektórych oznaczeń na obu analizatorach prosimy o podanie harmonogramu wewnątrzlaboratoryjnej dla tych parametrów na analizatorze rezerwowym?

**Odp.:** Zamawiający nie przewiduje rutynowego jednoczesnego wykonywania niektórych oznaczeń na obu analizatorach.

**Pytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek: „minimum 70 miejsc na pojedyncze odczynniki” jeżeli w każdym z oferowanych analizatorów znajduje się po 76 chłodzonych miejsc odczynnikowych?

**Odp.:** Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

**Pytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o podanie jaką ilość oznaczeń IgG Zamawiający będzie wykonywał w surowicy a jaką w PMR?

**Odp.:** Zamawiający planuje wykonanie 450 oznaczeń IgG w PMR.

**Pytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający planuje wykonywanie oznaczeń Na, K i Cl w moczu?

**Odp.:** Tak, Zamawiający planuje wykonywanie oznaczeń Na, K i Cl w moczu.

**Pytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wirówki rok produkcji 2011, a w przypadku problemów z jej eksploatacji wymiany wirówki na sprawną o takich samych parametrach?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje szafę chłodniczą o pojemności w zakresie 300 do 400 litrów?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie jednego opakowania odczynnika, kalibratora i

kontroli, które umożliwią wykonanie minimum 200 oznaczeń spełni wymagania Zamawiającego w odniesieniu do oznaczenia Lipaza.

**Odp.:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 63 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy - Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub e-mailem.”

**Odp.:** Nie, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5 do SWZ.

**Pytanie nr 64 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 8 projektowanych postanowień umowy - Pakiet nr 5**

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości każdorazowego zamówienia w jednorazowej dostawie. Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w realizacji dostawy częściowej.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

**Odp.:** Nie, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5 do SWZ.

**Pytanie nr 65 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.1 projektowanych postanowień umowy - Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto nie dostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 2 niniejszej umowy.”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 66 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.2 projektowanych postanowień umowy - Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 10 ust. 2 karę w wysokości 0,2 % wartości netto nie dostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy”?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 67 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.3 projektowanych postanowień umowy - Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej 1%?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 68 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1 pkt 1.6 projektowanych postanowień umowy - Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „odstąpienia od umowy przez



Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 69 – dot. - Pakiet nr 7**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatora gdzie oznaczenie fibrynogenu odbywają się metodą Claussa i nie możliwości wyliczanego fibrynogenu z PT ?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 70 – dot. - Pakiet nr 7**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników zawierających tromboplastynę izolowaną z mózgow króliczych, o ISI ok. 1,0?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 71 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 4)**

Prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia wyposażenia dodatkowego oraz zainstalowania analizatorów i przeszkolenie personelu do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 72 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 5)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby materiały przeznaczone na "pakiet startowy" zostały odliczone w ofercie od ilości asortymentu przeznaczonego na realizację zamówienia? Oferent wskaże w ofercie ilości opakowań dla poszczególnych pozycji asortymentu przeznaczone na "pakiet startowy".

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 73 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 6)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym w dwóch testach (Witamina B12 i Kwas foliowy) wykorzystywane są odczynniki wstępne, które wymagają przygotowania polegającego na zmieszaniu dwóch płynnych składników?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 74 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 16)**

Prosimy o wskazanie preferowanego systemu zewnętrznej kontroli jakości.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 75 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 19)**

Prosimy o podanie kubatury pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany analizator w celu zaoferowania klimatyzatora o mocy zapewniającej prawidłowe warunki pracy aparatu.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 76 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 20)**

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeglądu witryny chłodniczej w przypadku, gdy producent oferowanego sprzętu nie przewiduje takich przeglądów.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 77 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 21)**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatora w razie awarii do 5 dni.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 78 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 28)**

Prosimy o podanie:

- a) jaka ilość próbek dotychczas wymagała wykonania testów potwierdzających?
- b) w których ośrodkach Zamawiający planuje wykonywać takie testy?

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż:

- a) dotychczasowa ilość próbek wymagała wykonania – 15 próbek testów potwierdzających,
- b) zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 79 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów ocenianych – pkt 1)**

Czy Zamawiający przyzna punkty dla rozwiązania, w którym czas wykonania przez analizator pojedynczego oznaczenia Troponiny i pojedynczego oznaczenia CKMB wynosi 18 minut, od momentu zaaspirowania próbki przez aparat, do momentu podania wyniku?

Oferowany analizator pozwala na priorytetowe podanie próbki przez bramkę dla próbek cito, dzięki czemu próbka pilna nie oczekuje na aspirację dłużej niż 15 sekund.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 80 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów ocenianych – pkt 4)**

Czy Zamawiający dopuści i przyzna punkty za rozwiązanie, w którym próbki wymagające wykonania oznaczenia  $\beta$ -HCG w celu diagnostyki i monitorowania nowotworów będą wysyłane do laboratorium zewnętrznego?

Oferent bierze odpowiedzialność za cały proces prowadzący do przekazania wyniku Zamawiającemu; w ofercie zostanie uwzględniona pełna cena usługi. W przypadku zgody prosimy o wskazanie ilości takich próbek.

**Odp.:** Nie.

**Pytanie nr 81 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ - Pakiet nr 6 (Wykaz parametrów ocenianych – pkt 5)**

Czy Zamawiający przyzna punkty za test do oznaczania PTH, wykrywający cząsteczki o

długości 7-84?

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 82 – dot. Załącznika Nr 1A do SWZ (zapisy pod Tabelą 1) oraz pkt 3 (Wykaz parametrów ocenianych) – Pakiet nr 6**

Prosimy o uściślenie, czy możliwość stratyfikacji ryzyka chorób serca u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w oferowanym teście do oznaczania Troponiny jest wymaganiem granicznym czy ocenianym?

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia innych materiałów niż ulotka metodyczna testu na potwierdzenie spełnienia ww. parametru (np. opracowania naukowe).

**Odp.:** Wymaganie oceniane. Wymagana dokumentacja zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 83 – dot. Załącznika Nr 1A do SWZ (zapisy pod Tabelą 1) – Pakiet nr 6**

Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie kalibracji i kontroli równoległe na obydwu oferowanych aparatach, dotyczy wszystkich testów wymienionych w tabeli asortymentowo-cenowej?

**Odp.:** Troponina\* hs/ ultraczuła/ wysokoczuła\*, CK-MB mass.

**Pytanie nr 84 – dot. Załącznika Nr 1A do SWZ (zapisy pod Tabelą 1) – Pakiet nr 6**

Czy podany harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej będzie realizowany jednakowo na obydwu aparatach?

**Odp.:** Harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dotyczy jednego analizatora z założeniem, że analizatory pracują wymiennie, ale uwzględnieniem uwagi o możliwości wykonania testów Troponina\* hs/ ultraczuła/ wysokoczuła\*, CK-MB mass na obydwu analizatorach dla wskazanego ilości, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 85 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - projektowanych postanowień umowy**

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: „Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.”

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umownych.

**Pytanie nr 86 – dot. przedmiotowych środków dowodowych - Pakiet nr 6**

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego

rok produkcji oferowanych analizatorów. Katalogi/foldery/opisy producenta nie zawierają takich informacji.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 87 – dot. Pakietu nr 6 (Postanowienia SWZ - Rozdział III pkt 4)**

Prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia kart charakterystyki wraz z ofertą. Zgodnie z pkt. 29 parametrów wymaganych karty charakterystyki zostaną dostarczone wraz z instalacją analizatorów oraz za każdym razem w przypadku opublikowania ich aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 88 – dot. Załącznik Nr 1A do SWZ (Część A) – Pakiet 8 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej?

Zamawiający oczekuje „Probówka o poj. 2-3 ml do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia” – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania próbki o pojemności 2 ml oraz 3 ml do swobodnego wyboru?

**Odp.:** Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje - „Probówka z antykoagulantem EDTA-2K, (hematologia). Wymiary: maks. śr. 13 mm; poj. 2-3 ml. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ.

**Pytanie nr 89 – dot. Załącznik Nr 1A do SWZ (Część A) – Pakiet 8 poz. 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy „Igła systemowa bezpieczna 0,8 z wizualizacją wklucia, zintegrowana trwale (bez możliwości rozkręcenia) z uchwytem na etapie produkcji powinna być nierozkręcalna zarówno przed jak i po użyciu?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 90 – dot. Załącznik Nr 1A do SWZ (Część A) – Pakiet 8 poz. 12 i 16**

Czy w przypadku zaoferowania wielkości opakowań niepodzielnych przez oczekiwaną ilość sztuk wyrobów Zamawiającego wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości w górę do pełnych opakowań (kolumna 5)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 91– dot. Załącznik Nr 1A do SWZ (Część A) – Pakiet 8 poz. 18 i 19 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt nr 2)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy zapis „Probówki posiadają naklejone etykiety umożliwiające wpisanie danych identyfikujących materiał” dotyczy tylko probówek systemu zamkniętego do pobierania krwi, a nie dotyczy probówek do mikrometody z poz. 18 i 19? Probówki do mikrometody są zbyt małe by pomieścić papierową etykietę do opisu.

**Odp.:** Tak, Zamawiający potwierdza, że zapis nie dotyczy probówek do mikrometody z poz. 18 i 19.

**Pytanie nr 92 – dot. Załącznik Nr 2A (Załącznik Nr 1B) do SWZ (Część B pkt 13 i 15) – Pakiet nr 8 oraz Załącznik Nr 5 do SWZ - §4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie pkt. 15 parametrów, ponieważ zapisy dotyczą tego samego wymogu co w pkt. 13. Poza tym pkt. 13 ma identyczne brzmienie jak zapisy umowy.

**Odp.:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 15. W załączeniu zmodyfikowany załącznik Nr 2A (Załącznik Nr 1B) w zakresie Pakietu nr 8.

**Pytanie nr 93 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 8 projektowanych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jednorazowej dostawy.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 94 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §3 ust. 16 i 18 projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyki wraz z pierwszą dostawą oraz świadectw kontroli jakości z każdą dostawą w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać wymagane dokumenty dla określonego numeru katalogowego i numeru LOT?

Dostawy towaru są realizowane bezpośrednio z zagranicy, więc nie ma możliwości dołączenia wymaganych dokumentów do dostawy, zwłaszcza w formie papierowej.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SWZ – Pakiet nr 1, 3-8.

**Pytanie nr 95 – dot. Załącznik Nr 2A (Załącznik Nr 1B) do SWZ (Część B) – Pakiet nr 8 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt nr 17) oraz Załącznik Nr 5 do SWZ - §4 ust. 9 projektowanych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy wirówki do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 96 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 9 projektowanych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu napraw w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii wirówka zostanie odesłana do autoryzowanego serwisu, a Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze zgodnie z zapisem §4 ust. 11 projektu umowy.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SWZ – Pakiet nr 1, 3-8.



**Pytanie nr 97 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §4 ust. 11 projektowanych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia urządzenia zastępczego do 48 godzin w dni robocze.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie nr 98 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §9 ust. 1.3 projektowanych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wynagrodzenia netto.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5 do SWZ.

**Pytanie nr 99 – dot. Załącznika Nr 5 do SWZ - §10 ust. 2 projektowanych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy po uznaniu reklamacji do 3 dni roboczych.

**Odp.:** Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5 do SWZ.

**Pytanie nr 100 – dot. Pakietu nr 7**

Czy oferowane odczynniki mają być oryginalnymi odczynniki pochodzącymi od producenta aparatu?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 101 – dot. Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wymaga automatycznej identyfikacji próbek badanych i odczynników nie wymagającej kolejnego manualnego skanowania wkładania na pokład materiałów przez Użytkownika?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 102 – dot. Pakietu nr 7**

Czy przebijak korków powinien działać również w przypadku próbek w pozycjach pilnych?

**Odp.:** Tak

**Pytanie nr 103 – dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o podanie jaką liczbę oznaczeń albuminy w pmr będzie oznaczane przez Zamawiającego?

**Odp.:** Zamawiający nie przewiduje wykonania albuminy w pmr.

**Pytanie nr 104 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ – Pakiet nr 3 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 5)**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rotorów 2x 12 pozycji czy 1 x 12 i 1 x 30 pozycji?

**Odp.:** Zamawiający wymaga rotorów 1x12 z możliwością zmiany rotora na 1x 30.

**Pytanie nr 105 – dot. Załącznika Nr 1B do SWZ – Pakiet nr 3 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 15)**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w związku z zapisem „Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu” Zamawiający wymaga doliczenia odpowiedniej ilości metanolu lub etanolu niezbędnego do przeprowadzenia utrwalania w obrębie aparatu?

**Odp.:** Nie.

**Pytanie nr 106– dot. Załącznika Nr 1A do SWZ – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wymaga doliczenia niezbędnych płynów czyszczących do aparatu i dysz, które pozwolą na użytkowanie aparatu zgodnie z instrukcją producenta?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 107– dot. Załącznika Nr 1B do SWZ – Pakiet nr 3 (Wykaz parametrów wymaganych – pkt 1)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie barwiarki podemonstracyjnej.

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

**p.o. Z-CY DOKUMENTORA**  
SP ZOZ Woleja  
Kierownik  
*dr n. med. Janusz Kuśmierz*